

INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

“EXP. A/SUM-019862/2026 - CONTRATO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UNA RESONANCIA MAGNETICA MOVIL CON DESTINO EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE”

OBJETO DEL INFORME

El presente informe tiene por objeto analizar y verificar el grado de cumplimiento de la oferta presentada por VIVO DIAGNÓSTICO S.L. en relación con los requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).

DOCUMENTACIÓN EVALUADA

Se ha analizado la documentación técnica aportada por el licitador, en particular el documento técnico de referencia “CS15-D25B_6_1_Documentaciontecnica_firmado.pdf”.

EMPRESA ANALIZADA

VIVO DIAGNÓSTICO S.L

Requisito PPT	Oferta Medalte	Cumple	Observaciones
Manuales en castellano	Manual de instalación, uso y mantenimiento	Sí	Cumple PPT
Instalación completa	Incluye transporte, montaje y puesta en marcha	Sí	Cumple PPT
Conexión suministros	Incluye electricidad, agua y gases	Sí	Cumple PPT
Pruebas aceptación	Realización de pruebas con el hospital	Sí	Cumple PPT
Formación	Formación completa ≥ 1 mes	Sí	Mejora PPT
Garantía servicio	Mantenimiento integral y sustitución > 24 h	Sí	Cumple PPT
Potencia	90 kVA	Sí	Cumple
Intensidad	125 A	Sí	Cumple
Climatización	Sistema propio integrado	Sí	Cumple PPT

CONCLUSIÓN

La oferta presentada por VIVO DIAGNÓSTICO S.L. cumple con los requisitos mínimos establecidos en el PPT, presentando además mejoras relevantes en servicio técnico, formación y condiciones operativas.

Fdo.: Jose Andres Bravo Rodríguez

Ingeniero Hospital Universitario del Sureste