

Expediente:	PA 2026-4-225
Objeto	CONTRATO DE SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL DOMICILIARIA Y HEMODIÁLISIS DOMICILIARIA PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS (LOTE)

En relación con el Lote 1, se informa que el servicio promotor ha detectado una omisión en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) respecto a la solución de icodextrina.

Si bien este concepto sí aparece correctamente recogido en el desglose del presupuesto base de licitación, concretamente como ítem 1.5 Solución de icodextrina, incluyendo su correspondiente presupuesto, se ha omitido su mención en la descripción técnica del PPT.

Por tanto, debe considerarse incorporado el siguiente elemento en la descripción del Lote 1, en los términos que se indican a continuación:

5.2.2 Soluciones.

“Los requirientos mínimos que deben suministrarse son soluciones biocompatibles con pH neutro y contenido ultrabajo de productos de degradación de glucosa (PDG) y/o soluciones con pH fisiológico tamponadas exclusivamente con bicarbonato. Estas soluciones podrán utilizarse con cualquiera de las modalidades descritas.

Se dispensarán en bolsas multicompartimentales con diferentes concentraciones de glucosa y contenido de calcio para atender todas las variaciones de prescripción posibles. A petición del Servicio de Nefrología, podrán utilizarse soluciones con icodextrina, en bolsas monocompartimentales.

La prescripción de un tipo u otro de soluciones se basarán en el criterio médico y dependerá de las características clínicas del paciente y la evidencia disponible en cada momento”.

Esta aclaración no modifica el presupuesto ni el alcance económico del lote, ya que dicho concepto se encontraba debidamente contemplado en el presupuesto base.

En Madrid, a fecha de firma electrónica.

Firmado digitalmente por: SANCHEZ FRUCTUOSO ANA ISABEL
Fecha: 2026.05.19 14:00

Fdo.:

Jefa de Servicio del Servicio de Nefrología

La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: