Comunidad de Madrid

Dirección General Asistencial
CONSEJERÍA DE SANIDAD

INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS DEL ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE RADIOLOGÍA PARA USUARIOS DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

Expediente nº: AM PA SER 62/2025 – A/SER- 056780/2025

1.- INTRODUCCIÓN

Se ha procedido al análisis, revisión y valoración técnica de las ofertas presentadas al expediente AM PA SER 62/2025, Acuerdo Marco para la prestación del servicio de pruebas diagnósticas de radiología para usuarios del Servicio Madrileño de Salud, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios. La revisión ha comprendido la totalidad de la documentación técnica del Sobre nº 3 de los veintiséis licitadores admitidos, las aclaraciones requeridas por el órgano de contratación y recibidas con fecha 6 de agosto de 2026, y las encuestas técnicas del Anexo 1.2 consolidadas para los diez lotes del procedimiento.

En el siguiente cuadro se indican los lotes correspondientes a las pruebas a realizar y el importe de licitación máximo del procedimiento (pág. 80 PCAP).

	DESCRIPCIÓN	Necesidades anuales	Precio unitario	Total anual	TOTAL BiANUAL
1	**RESONANCIAS MAGNETICAS (SIMPLES Y AMPLIADAS):**	**64.931**		**6.013.948,00**	**12.027.896,00**
	Orden 1. RM habituales simples.	42.206	**90,00 €**	**3.798.540,00 €**	**7.597.080,00 €**
	Orden 2. RM habituales ampliadas.	16.233	**120,00 €**	**1.947.960,00 €**	**3.895.920,00 €**
	Orden 3. Plus de contraste.	5.194	**30,00 €**	**155.820,00 €**	**311.640,00 €**
	Orden 4. Plus de anestesia.	1.298	**86,00 €**	**111.628,00 €**	**223.256,00 €**
2	**RESONANCIAS MAGNETICAS (ESPECIALES)**	**4.750**		**691.220,00**	**1.382.440,00 €**
	Orden 1. RM especiales.	4.180	**160,00 €**	**668.800,00 €**	**1.337.600,00 €**
	Orden 2. Plus de contraste.	475	**30,00 €**	**14.250,00 €**	**28.500,00 €**
	Orden 3. Plus de anestesia.	95	**86,00 €**	**8.170,00 €**	**16.340,00 €**
3	**RESONANCIAS MAGNETICAS:ABIERTA BAJO CAMPO**	**3.166**		**237.717,00**	**475.434,00 €**
	Orden 1. RM habituales simples.	2.913	**79,00 €**	**230.127,00 €**	**460.254,00 €**
	Orden 2. Plus de contraste.	253	**30,00 €**	**7.590,00 €**	**15.180,00 €**
4	**RESONANCIAS MAGNETICAS:ABIERTA ALTO CAMPO**	**4.750**		**436.050,00**	**872.100,00 €**
	Orden 1. RM habituales simples.	3.325	**90,00 €**	**299.250,00 €**	**598.500,00 €**
	Orden 2. RM habitual ampliada	1.045	**120,00 €**	**125.400,00 €**	**250.800,00 €**
	Orden 3. Plus de contraste	380	**30,00 €**	**11.400,00 €**	**22.800,00 €**
5	**RESONANCIAS MAGNETICAS PEDIÁTRICAS (hasta 16 años de edad)**	**1.581**		**176.354,00**	**352.708,00**
	Orden 1. RM habituales simples.	949	**105,00 €**	**99.645,00 €**	**199.290,00 €**
	Orden 2. RM habituales ampliadas.	395	**165,00 €**	**65.175,00 €**	**130.350,00 €**
	Orden 3. Plus de contraste.	158	**30,00 €**	**4.740,00 €**	**9.480,00 €**
	Orden 4. Plus de anestesia.	79	**86,00 €**	**6.794,00 €**	**13.588,00 €**
6	**TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA**	**58.976**		**3.199.460,00 €**	**6.398.920,00 €**
	Orden 1. TC habitual simple.	42.464	**50,00 €**	**2.123.200,00 €**	**4.246.400,00 €**
	Orden 2. TC habitual ampliado.	13.564	**75,00 €**	**1.017.300,00 €**	**2.034.600,00 €**
	Orden 3. Plus de contraste.	2.948	**20,00 €**	**58.960,00 €**	**117.920,00 €**

La autenticidad de este documento se puede comprobar en https://gestiona.comunidad.madrid/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 12040965472351110735221

Firmado por: SISTEMA DE FIRMA COMUNIDAD DE MADRID

7	**MAMOGRAFíAS**	**23.578**		**783.732,72 €**	**1.567.465,44 €**
	Orden 1. Mamografía diagnóstica bilateral 2 proyecciones.	23.578	**33,24 €**	**783.732,72 €**	**1.567.465,44 €**
8	**ECOGRAFÍA**	**132.721**		**3.928.545,00 €**	**7.857.090,00 €**
	Orden 1. Ecografía básica.	102.195	**25,00 €**	**2.554.875,00 €**	**5.109.750,00 €**
	Orden 2. Ecografía doppler.	30.526	**45,00 €**	**1.373.670,00 €**	**2.747.340,00 €**
9	**RADIOLOGÍA SIMPLE**	**20.073**		**257.135,13 €**	**514.270,26 €**
	Orden 1. Radiología básica.	20.073	**12,81 €**	**257.135,13 €**	**514.270,26 €**
10	**INFORME RADIOLÓGICO (por región)**	**7.272**		**114.859,00 €**	**229.718,00**
	Orden 1. Resonancia magnética.	3.167	**20,00 €**	**63.340,00 €**	**126.680,00 €**
	Orden 2. Tomografía computarizada.	2.359	**15,00 €**	**35.385,00 €**	**70.770,00 €**
	Orden 3. Mamografía diagnóstica.	943	**12,00 €**	**11.316,00 €**	**22.632,00 €**
	Orden 4. Radiografía simple.	803	**6,00 €**	**4.818,00 €**	**9.636,00 €**
	TOTAL			**15.839.020,85 €**	**31.678.041,70 €**

2.- ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS OFERTAS

Se ha procedido al análisis y revisión de las diferentes ofertas presentadas para realizar la comprobación del cumplimiento de las condiciones técnicas especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y la valoración de los criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Se han examinado 801 documentos correspondientes a las veintiséis ofertas y se han verificado 87 combinaciones de licitador y lote.

	DESCRIPCIÓN LOTES- TABLA RESUMEN	Necesidades anuales
1	RESONANCIAS MAGNETICAS (SIMPLES Y AMPLIADAS):	64.931
2	RESONANCIAS MAGNETICAS (ESPECIALES)	4.750
3	RESONANCIAS MAGNETICAS:ABIERTA BAJO CAMPO	3.166
4	RESONANCIAS MAGNETICAS:ABIERTA ALTO CAMPO	4.750
5	RESONANCIAS MAGNETICAS PEDIÁTRICAS (hasta 16 años de edad)	1.581
6	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA	58.976
7	MAMOGRAFÍAS	23.578
8	ECOGRAFÍA	132.721
9	RADIOLOGÍA SIMPLE	20.073
10	INFORME RADIOLÓGICO (por región)	7.272

Finalizado el plazo de presentación de ofertas de la presente licitación, se revisa la documentación de los siguientes licitadores:

La autenticidad de este documento se puede comprobar en https://gestiona.comunidad.madrid/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 12040965472351110735221

		LOTES									
Nº	**LICITADOR**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	RESONANCIA ABIERTA LA VAGUADA, S.L.	1		3							
2	CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN MADRILEÑO, S.L.	1									
3	GEROSALUD, S.L.	1							8	9	10
4	INSTITUTO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DRA. C. R. GUIRADO, S.L.P.										10
5	VIVO PIO XII, S.L.	1				5	6	7	8		
6.1	UTE-SERMAS-2026 — HOSPITAL MONCLOA GRUPO HLA, S.A.U.	1				5	6	7	8	9	
6.2	UTE-SERMAS-2026 — ANALIZA SDAD. DE DIAGNÓSTICO								8	9	
6.3	UTE-SERMAS-2026 — RESONA, S.A.	1	2			5	6	7	8	9	
7	CENTRO MÉDICO PINTO DE INTERMEDICACIÓN, S.L.								8		
8	POLICLÍNICAS IBÉRICAS SIGLO XXI, S.L.	1							8		
9	RESONANCIA MAGNÉTICA SAN FRANCISCO DE ASÍS, S.A.	1	2								
10	MEDICENTRO BOADILLA, S.L.			3				7	8		
11	FUENSANTA, S.L.	1					A.3*	7	8		
12	VIVO DIAGNÓSTICO, S.L.	1		3		5		7	8		10
13	VIPRESA, S.L.								8	9	
14	EVALAB DIAGNÓSTICO, S.L.							7	8		
15	CENTRO DE DIAGNÓSTICO LA MILAGROSA, S.A.	1									10
16	LENDYFOLK ASSISTANCE, S.L.			3				7	8		
17	MEDI CENTRO LEGANÉS, S.L.	1						7	8		
18	HOSPITAL LA MILAGROSA, S.A.U.	1					6	7	8	9	10
19	CENTRO MÉDICO INFANTA MERCEDES, S.L.	1						7	8		
20	CENTRO DE DIAGNÓSTICO HOSPITAL V.O.T., S.L.	1	2				6	7	8		
21	SANIDAD GAVA, S.L.	1					6	7	8	9	10
22	HOSPITAL PARDO DE ARAVACA, S.A.	1									
23	EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS ESPECIALES, S.A.	1	2				6		8		
24	CENTRO MÉDICO MAESTRANZA, S.A.	1						7	8	9	10
25	HOSPITAL VIAMED SANTA ELENA, S.L.U.	1		3			A.3*	7	8		
26	MAGNETOSUR, S.L.	1			4			7	8		

* Excluidas por ofertar precios unitarios de valor por encima de los precios unitarios de licitación (Acta 3)

3. CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: HALLAZGOS Y EVIDENCIAS

Del análisis de la documentación presentada y de las aclaraciones solicitadas y aportadas por los licitadores, se constata que, con carácter general, las ofertas cumplen las especificaciones técnicas generales y particulares establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como los requisitos necesarios para la valoración de los criterios objetivos de adjudicación previstos en el punto 6 de la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en https://gestiona.comunidad.madrid/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 12040965472351110735221

No obstante, se han identificado determinadas excepciones y salvedades derivadas de incumplimientos declarados por los propios licitadores en la encuesta técnica, aclaraciones no aportadas o insuficientemente justificadas, y aspectos técnicos cuyo cumplimiento no ha podido acreditarse. Estos hallazgos se detallan en el apartado siguiente del presente informe.

3.1.- Resultado de las aclaraciones requeridas

Con carácter previo a la valoración se requirió aclaración a dieciséis licitadores. El requerimiento más frecuente, dirigido a diez de ellos, fue la acreditación de un facultativo con formación en reanimación cardiopulmonar avanzada localizado dentro de las instalaciones durante la preparación del paciente y la ejecución de la exploración, exigido en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas para los lotes 1, 2 y 5.

Tras la valoración realizada se hicieron otros 7 requerimientos de aclaración relativos a la Acreditación o Declaración responsable de que el centro dispone de un facultativo formado en reanimación cardiopulmonar avanzada para actuar ante una posible reacción alérgica por administración de contraste en el Lote 6 (TAC).
Para el lote 1, el Centro Médico Maestranza señala la participación en el equipo de un anestesista y se le nombra, pero no se aporta el título, por lo que se le requiere presentando la documentación solicitada en plazo.

El resultado es el siguiente:

Fecha	Nº	Licitador	LOTES	Objeto de la aclaración y valoración	Resultado
28/07/2026	1	RESONANCIA ABIERTA LA VAGUADA, S.L.	L1, L3	U88 y acuerdo de confidencialidad:	Subsanada
28/07/2026	3	GEROSALUD, S.L.	L1, L8, L9, L10	Certificado de actualización del fabricante:	Subsanada
28/07/2026	6.1	UTE-SERMAS-2026 — HOSPITAL MONCLOA GRUPO HLA, S.A.U.	L1, L5, L6, L7, L8, L9	Facultativo con RCP avanzada localizado (Moncloa):	Título Anestesista
28/07/2026	6.3	UTE-SERMAS-2026 — RESONA, S.A.	L1, L2, L5, L6, L7, L8, L9	Facultativo con RCP avanzada localizado (Resona)	Título Anestesista
28/07/2026	8	POLICLÍNICAS IBÉRICAS SIGLO XXI, S.L.	L1, L8	Facultativo con RCP avanzada localizado:	Subsanada
28/07/2026	11	FUENSANTA, S.L.	L1, L7, L8	U88, adscripción de medios, encuesta L7 y facultativo RCP:	Subsanada
28/07/2026	12	VIVO DIAGNÓSTICO, S.L.	L1, L3, L5, L7, L8, L10	Facultativo con RCP avanzada localizado:	Subsanada
28/07/2026	14	EVALAB DIAGNÓSTICO, S.L.	L7, L8	U88, RIS-PACS, CI, adscripción, encuestas L7 y L8 y certificados de fabricante:	Subsanada
28/07/2026	15	CENTRO DE DIAGNÓSTICO LA MILAGROSA, S.A.	L1, L10	Facultativo con RCP avanzada localizado: sin resultado consignado	Pag. 35 Memoria Técnica
28/07/2026	18	HOSPITAL LA MILAGROSA, S.A.U.	L1, L6, L7, L8, L9, L10	U88, fichas técnicas y plan de contingencia: Compromiso de adscripción	Subsanada
28/07/2026	21	SANIDAD GAVA, S.L.	L1, L6, L7, L8, L9, L10	Facultativo con RCP avanzada localizado: sin resultado consignado	Título Anestesista
28/07/2026	22	HOSPITAL PARDO DE ARAVACA, S.A.	L1	RIS-PACS, confidencialidad, encuesta técnica, plan de contingencia y facultativo RCP: NINGUNA aclaración presentada	NO PRESENTADA
28/07/2026	23	EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS ESPECIALES, S.A.	L1, L2, L6, L8	Facultativo con RCP avanzada localizado	Subsanada

La autenticidad de este documento se puede comprobar en https://gestiona.comunidad.madrid/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 12040965472351110735221

28/07/2026	24	CENTRO MÉDICO MAESTRANZA, S.A.	L1, L7, L8, L9, L10	Facultativo con RCP avanzada localizado: sin resultado consignado	NO PRESENTADA
28/07/2026	25	HOSPITAL VIAMED SANTA ELENA, S.L.U.	L1, L3, L7, L8	U88, RRHH, facultativo RCP, confidencialidad, adscripción y encuesta L7	Subsanada
28/07/2026	26	MAGNETOSUR, S.L.	L1, L4, L7, L8	U88, RRHH y facultativo RCP	Subsanada
13/08/2026	5	VIVO PIO XII, S.L.	L6	Acreditación facultativo formado en RCP para actuar ante una posible reacción alérgica por administración de contraste en el Lote 6 (TAC).	Subsanada
13/08/2026	6.1	UTE-SERMAS-2026 — HOSPITAL MONCLOA GRUPO HLA, S.A.U.	L6	Acreditación facultativo formado en RCP para actuar ante una posible reacción alérgica por administración de contraste en el Lote 6 (TAC).	Subsanada
13/08/2026	6.3	UTE-SERMAS-2026 — RESONA, S.A.	L6	Acreditación facultativo formado en RCP para actuar ante una posible reacción alérgica por administración de contraste en el Lote 6 (TAC).	Pag 53-55 Memoria Técnica
13/08/2026	18	HOSPITAL LA MILAGROSA, S.A.U.	L6	Acreditación facultativo formado en RCP para actuar ante una posible reacción alérgica por administración de contraste en el Lote 6 (TAC).	Subsanada
13/08/2026	20	CENTRO DE DIAGNÓSTICO HOSPITAL V.O.T., S.L.	L6	Acreditación facultativo formado en RCP para actuar ante una posible reacción alérgica por administración de contraste en el Lote 6 (TAC).	Subsanada
13/08/2026	23	EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS ESPECIALES, S.A.	L6	Acreditación facultativo formado en RCP para actuar ante una posible reacción alérgica por administración de contraste en el Lote 6 (TAC).	Título RCP Pag.7 anexo III 02 - Otros requisitos del PPT L6 signed.pdf
13/08/2026	24	CENTRO MEDICO MAESTRANZA, S.A.	L1	Título Anestesista	Subsanada

El Hospital Pardo de Aravaca no ha presentado ninguna aclaración, por lo que queda excluida.

Nº	Licitador	Exclusión
22	HOSPITAL PARDO DE ARAVACA, S.A.	Excluida Lote 1

La autenticidad de este documento se puede comprobar en https://gestiona.comunidad.madrid/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 12040965472351110735221

3.2.- Incumplimientos declarados por los licitadores en la encuesta técnica

La encuesta técnica del Anexo 1.2 configura determinados requisitos como criterios de exclusión, de modo que la respuesta «No» del licitador determina su exclusión del lote. Del examen de las encuestas consolidadas de los veintiséis licitadores resultan los siguientes incumplimientos declarados por los propios ofertantes, que constituyen la evidencia documental directa del hallazgo:

Nº	Licitador	Lote	Requisito declarado como no cumplido	Propuesta técnica
26	MAGNETOSUR, S.L.	Lote 1	Bobina para estudios de corazón, mínimo 4 canales; Bobina para estudios neurovasculares	No cumple
14	EVALAB DIAGNÓSTICO, S.L.	Lote 7	Registro de actuaciones preventivas y reparadoras	No cumple
10	MEDICENTRO BOADILLA, S.L.	Lote 8	ALOKA: monitor color ≥19'' — declara 'alta resolución (XGA)'; ALOKA: rango dinámico ≥150 dB — declara 36-96 dB; ALOKA y PROSOUND: 3.er transductor no denominado; PROSOUND: sonda de alta frecuencia para partes blandas; LOGIQ FORTIS: informe en máx. 5 días tras la realización	No cumple ningún equipo
13	VIPRESA, S.L.	Lote 8	MYLAB SIX: sonda de alta frecuencia para partes blandas	Presenta 2 equipos: MYLAB SIX No cumple MYLAB 50 Xvisón: Si cumple Se admite propuesta con el compromiso de realizar el volumen solicitado con el equipo que cumple las especificaciones técnicas **: MYLAB 50 Xvision**
16	LENDYFOLK ASSISTANCE, S.L.	Lote 8	LOGIC QP10: 3.er transductor no denominado	Presenta 2 equipos: LOGIC QP10 No cumple ECOH40: Si cumple Se admite propuesta con el compromiso de realizar el volumen solicitado con el equipo que cumple las especificaciones técnicas **: ECOH40 de Samsung**
17	MEDI CENTRO LEGANÉS, S.L.	Lote 8	3.er transductor no denominado	No cumple
19	CENTRO MÉDICO INFANTA MERCEDES, S.L.	Lote 8	Son In8- Sonda de alta frecuencia para partes blandas; Sonda convex ≥3-6 MHz; X300 I8 Sonda lineal ≥6-10 MHz; 2.º y 3.er transductor no denominados	**Presenta 6 equipos:** • P10 • FOR I13 • NX2 IN8 • P10 I13 • Son In8- No cumple • X300 I8-No cumple Se admite propuesta con el compromiso de realizar el volumen solicitado con los equipos que cumplen las especificaciones técnicas**:** • **P10** • **FOR I13** • **NX2 IN8** • **P10 I13**
20	CENTRO DE DIAGNÓSTICO HOSPITAL V.O.T., S.L.	Lote 8	3.er transductor no denominado	No cumple

La autenticidad de este documento se puede comprobar en https://gestiona.comunidad.madrid/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 12040965472351110735221

3.3.- Extremos técnicos que no han podido ser contrastados

REQUISITOS MÍNIMOS DE EXCLUSIÓN POR LOTE (PPT Anexo I y Capítulo II):

LOTE	BLOQUE	REQUISITO MÍNIMO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
L1 y L5	**Imán**	Intensidad ≥1,5 T; apertura mínima 60 cm	Product Data + encuesta
L1 y L5	**Bobinas**	Cabeza; cuerpo ≥4 canales y cobertura S-I ≥48 cm; columna; hombro ≥3 c.; rodilla ≥4 c.; muñeca ≥4 c.; mama bilateral ≥4 c.; corazón ≥4 c.; neurovascular	Product Data
L1 y L5	**Gradientes**	≥28 mT/m; aceleración ≥80 T/m/s	Product Data
L2	**Imán y bobinas**	≥3 T; apertura ≥60 cm; cuerpo ≥16 c.; hombro ≥4 c.; rodilla ≥8 c.; muñeca ≥4 c.; mama bilateral ≥7 c.	Product Data
L2	**Gradientes**	≥33 mT/m; aceleración ≥200 T/m/s	Product Data
L3	**Imán y gradientes**	Abierta ≥0,3 T; ≥19 mT/m; aceleración ≥35 T/m/s; bobinas de cabeza, cuerpo, columna y extremidades	Product Data
L4	**Imán y gradientes**	Abierta ≥1 T; ≥28 mT/m; aceleración ≥80 T/m/s; incluye mama bilateral ≥4 c.	Product Data
L1-L5	**Complementario**	Inyector doble sistema; carro de paradas con desfibrilador, vía aérea y O2; respirador; pulsioxímetro compatible RM	Encuesta + inspección
L1-L5	**Personal**	FEA Radiodiagnóstico ≥3 años en RM localizado; anestesista cuando proceda; facultativo con RCP avanzada localizado; TER ≥2 años en RM	Títulos + vida laboral
L6	**Equipo**	Helicoidal multicorte ≥64 cortes o 4 cm; rotación ≤1 s; mesa ≥160 kg	Product Data
L6	**Personal**	FEA ≥3 años en TC con acreditación para dirigir instalaciones de RX; TER ≥6 meses con acreditación de operador	Títulos + CSN
L7	**Equipo**	Mamógrafo digital directo; foco ≤0,3/0,1 mm; detector ≥23×29 cm con píxel ≤100 µm; espera ≤35 s; DGM en cabecera DICOM; estación ≥5 Mpx	Product Data
L7	**Personal**	FEA ≥3 años en mamografía; TER ≥6 meses	Títulos + vida laboral
L8	**Equipo**	≥512 canales; monitor color ≥19"; rango dinámico ≥150 dB; 3 transductores simultáneos; tríplex; sondas convex y lineales multifrecuencia	Product Data
L9	**Equipo**	Generador ≥50 kW; tubo hasta 150 kV; detector ≥3 lp/mm; blindaje y señalización;	Product Data + registro RX
L10	**Equipo y personal**	Estaciones específicas; monitores ≥2 Mpx y ≥5 Mpx para mamografía; FEA Radiodiagnóstico; comparación con estudios previos	Product Data + títulos
TODOS	**Antigüedad**	Equipos ≤15 años durante la vigencia con compromiso de renovación (la encuesta de L7 y L8 exige ≤10 años)	Certificado del fabricante
TODOS	**Mantenimiento**	Contrato con servicio técnico acreditado; parada ≤2 días laborables; registro de actuaciones; certificados de actualización y buen uso del fabricante	Contrato + certificados
TODOS	**Centro**	U88 y autorización de funcionamiento de la Comunidad de Madrid; accesibilidad; en la Comunidad de Madrid	Autorización + REGCESS
TODOS	**Sistemas**	Integración RIS-PACS; HL7/FHIR y DICOM; informe ≤5 días hábiles (3 en prioritarios); archivo ≥5 años; ENS	Certificado o compromiso

Se ha verificado el cumplimiento técnico en las ofertas presentadas, no acreditándose el cumplimiento por las siguientes empresas:

Nº	Licitador	Lote	Hallazgo y actuación propuesta	
21	SANIDAD GAVA, S.L.	L6	TC GE BrightSpeed: modelo históricamente de 16 cortes frente al mínimo de 64 cortes o 4 cm de cobertura.	No cumple
21	SANIDAD GAVA, S.L.	L9	Shimadzu RADspeed Fit: la ficha aportada corresponde a tubo para generador de 32 kW frente a los ≥50 kW exigidos.	No cumple
21	SANIDAD GAVA, S.L.	L10	No acredita estación de diagnóstico ≥5 Mpx para mamografía (monitores Barco Eonis 2 MP).	No cumple para los informes de Mamografías
15	CENTRO DE DIAGNÓSTICO LA MILAGROSA, S.A.	L10	La memoria declara monitores «Eizo RadiForce RX350 de 12 MP»; ese modelo es de 3 MP.	No cumple para los informes de Mamografías

La autenticidad de este documento se puede comprobar en https://gestiona.comunidad.madrid/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 12040965472351110735221

4.- VALORACIÓN POR LOTES: COMPOSICIÓN DE LAS OFERTAS Y CRITERIOS OBJETIVOS

Se procede a revisar la documentación relativa a los criterios objetivos aportada por los licitadores conforme a lo establecido en el PCAP en el apartado 7.B. "Otros criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas. Pág. 21 y siguientes del PCAP:

Ponderación por lote (páginas 21 y 22 PCAP). Máximos:

L1-L6 y L9 → horario - 8/ año de fabricación - 8/ experiencia - 11/ capacidad mensual - 12 / plazo de informe -12.

L7 y L8 → horario - 8 /año - 11 / experiencia - 8 / capacidad - 12/ plazo - 12.

L10 → ISO 27001-19/ compromiso de doble lectura >2% - 19 /plazo <96 h - 13.

CRITERIOS DE CÁLCULO APLICADOS:

(1) Capacidad mensual: cuando el licitador desglosa por órdenes se suman las órdenes de prueba y se excluyen los «plus» de contraste y anestesia, que son suplementos y no pruebas adicionales.

(2) Cuando un licitador oferta varios equipos o centros en un mismo lote se toma la mejor condición declarada y la capacidad máxima del centro, sin acumular equipos del mismo centro.

(3) Plazos: convertidos a horas (1 día = 24 h).

(4) La ausencia de dato en la encuesta se puntúa como cero en ese criterio.

(5) Ponderación final = (VL / VMáx) × 51, conforme al PCAP.

En los puntos siguientes se indica la composición presentada por cada uno de los licitadores a los distintos lotes del procedimiento y si se ajusta o no a los requisitos del pliego de prescripciones técnicas prescripciones técnicas.

4.1.- LOTE 1 RESONANCIAS MAGNETICAS (SIMPLES Y AMPLIADAS):

Nº	Centro / licitador	Composición de la oferta	Cumplimiento de los requisitos del PPT
1	RESONANCIA ABIERTA LA VAGUADA, S.L.	GE Signa Explorer 1.5 T (2023) — Clínica Sastre. 33 mT/m; 120 T/m/s; apertura 60 cm	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
2	CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN MADRILEÑO, S.L.	Siemens MAGNETOM Sola Fit 1.5 T (2025); 57 mT/m; apertura 70 cm; mesa 250 kg + 2.ª RM «Omega» (sin identificar)	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
3	GEROSALUD, S.L.	Siemens MAGNETOM Altea 1.5 T (2020); 57 mT/m; apertura 70 cm; bobina head/neck 16 canales	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
5	VIVO PIO XII, S.L.	GE Signa Victor Lift Air 1.5 T; 35 mT/m	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
6.1	UTE-SERMAS-2026 — HOSPITAL MONCLOA GRUPO HLA, S.A.U.	Philips Ingenia Evolution 1.5 T; 78 mT/m en difusión (33 mT/m por eje); mesa 250 kg	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
6.3	UTE-SERMAS-2026 — RESONA, S.A.	Siemens MAGNETOM Skyra 3 T; 45 mT/m por eje; 48 canales de RF; bore 80 cm	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
8	POLICLÍNICAS IBÉRICAS SIGLO XXI, S.L.	Siemens (Clínica Gaias de Valdemoro). Aporta además ficha y certificado de la MAGNETOM Altea de Gerosalud	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en https://gestiona.comunidad.madrid/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 12040965472351107352 21

9	RESONANCIA MAGNÉTICA SAN FRANCISCO DE ASÍS, S.A.	GE Signa Explorer 1.5 T (33 mT/m) y GE Signa Pioneer 3.0 T AIR (36/45 mT/m; 65 canales; mesa 250 kg)	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
11	FUENSANTA, S.L.	GE Signa Explorer 1.5 T (2020); 33 mT/m; mesa 200 kg	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
12	VIVO DIAGNÓSTICO, S.L.	Philips Ingenia Prodiva 1.5 T CS (2021); 33 mT/m — Centro Los Belgas	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
15	CENTRO DE DIAGNÓSTICO LA MILAGROSA, S.A.	GE Signa Explorer 1.5 T SV25.3 (16 canales); 33 mT/m; mesa 200 kg	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
17	MEDI CENTRO LEGANÉS, S.L.	RM 1.5 T; 33 mT/m por eje	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
18	HOSPITAL LA MILAGROSA, S.A.U.	Philips Ingenia 3.0 T; 78 mT/m en difusión; apertura 70 cm; 15/19 canales de craneo	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
19	CENTRO MÉDICO INFANTA MERCEDES, S.L.	Siemens MAGNETOM Flow Ace 1.5 T; 61 mT/m; 217 T/m/s; túnel 60 cm; mesa 250 kg	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
20	CENTRO DE DIAGNÓSTICO HOSPITAL V.O.T., S.L.	Philips Ingenia 3.0 T; 78 mT/m; bobina DS Torso de 32 canales	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
21	SANIDAD GAVA, S.L.	GE Optima MR360 Advance 1.5 T (2014); 33 mT/m; 120 T/m/s; bore 60 cm	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
22	HOSPITAL PARDO DE ARAVACA, S.A.	Philips MR5300 1.5 T sin helio; 33 mT/m por eje; apertura 70 cm; 48 canales	NO CUMPLE: RIS-PACS, confidencialidad, encuesta técnica, plan de contingencia y facultativo RCP: NINGUNA aclaración presentada
23	EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS ESPECIALES, S.A.	Siemens MAGNETOM Vida 3 T (2019); bobina de cuerpo de 18 canales	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
24	CENTRO MÉDICO MAESTRANZA, S.A.	Siemens MAGNETOM Altea 1.5 T; apertura de gantry 70 cm	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
25	HOSPITAL VIAMED SANTA ELENA, S.L.U.	Philips Ingenia 1.5 T (2021)	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
26	MAGNETOSUR, S.L.	Philips MR5300 1.5 T; 33 mT/m por eje; apertura 70 cm	NO CUMPLE. Bobina para estudios de corazón, mínimo 4 canales, Bobina para estudios neurovasculares

Licitador con mayor capacidad mensual: POLICLÍNICAS IBÉRICAS 1281.

Licitador con menor tiempo para realizar los informes: POLICLÍNICAS IBÉRICAS 1 día

Valoración de los criterios evaluables mediante fórmulas del lote 1:

LOTE	Nº	LICITADOR	Horario	Año fabric.	Experiencia	Capacidad	Plazo informe	VL (suma)	PUNTOS (VL/VMáx×51)	ORDEN
L1	8	POLICLÍNICAS IBÉRICAS SIGLO XXI, S.L.	8	8	11	12,00	12,00	**51,00**	**51,00**	1
L1	2	CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN MADRILEÑO, S.L.	8	8	11	11,04	12,00	**50,04**	**50,04**	2
L1	1	RESONANCIA ABIERTA LA VAGUADA, S.L.	8	8	11	11,71	6,00	**44,71**	**44,71**	3
L1	5	VIVO PIO XII, S.L.	8	8	11	11,52	4,00	**42,52**	**42,52**	4
L1	3	GEROSALUD, S.L.	8	4	11	7,20	12,00	**42,20**	**42,20**	5
L1	6.1	UTE-SERMAS-2026 — HOSPITAL MONCLOA GRUPO HLA, S.A.U.	8	8	11	8,64	6,00	**41,64**	**41,64**	6
L1	25	HOSPITAL VIAMED SANTA ELENA, S.L.U.	8	8	11	8,64	6,00	**41,64**	**41,64**	7

La autenticidad de este documento se puede comprobar en https://gestiona.comunidad.madrid/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **12040965472351107352 21**

L1	6.3	UTE-SERMAS-2026 — RESONA, S.A.	8	4	11	10,37	6,00	**39,37**	**39,37**	10
L1	19	CENTRO MÉDICO INFANTA MERCEDES, S.L.	8	8	11	5,76	6,00	**38,76**	**38,76**	11
L1	24	CENTRO MÉDICO MAESTRANZA, S.A.	8	8	11	3,84	4,00	**34,84**	**34,84**	12
L1	17	MEDI CENTRO LEGANÉS, S.L.	8	8	11	0,96	6,00	**33,96**	**33,96**	13
L1	9	RESONANCIA MAGNÉTICA SAN FRANCISCO DE ASÍS, S.A.	8	8	11	3,84	3,00	**33,84**	**33,84**	14
L1	18	HOSPITAL LA MILAGROSA, S.A.U.	4	8	11	4,59	6,00	**33,59**	**33,59**	15
L1	15	CENTRO DE DIAGNÓSTICO LA MILAGROSA, S.A.	8	8	11	3,07	3,00	**33,07**	**33,07**	16
L1	11	FUENSANTA, S.L.	8	4	11	3,84	6,00	**32,84**	**32,84**	17
L1	12	VIVO DIAGNÓSTICO, S.L.	4	8	11	5,52	4,00	**32,52**	**32,52**	18
L1	23	EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS ESPECIALES, S.A.	8	4	9	3,26	4,00	**28,26**	**28,26**	19
L1	20	CENTRO DE DIAGNÓSTICO HOSPITAL V.O.T., S.L.	8	4	9	3,84	3,00	**27,84**	**27,84**	20
L1	21	SANIDAD GAVA, S.L.	8	4	11	0,00	0,00	**23,00**	**23,00**	21

4.2.- LOTE 2 RESONANCIAS MAGNETICAS (ESPECIALES)

Nº	Centro / licitador	Composición de la oferta	Cumplimiento de los requisitos del PPT
6.3	UTE-SERMAS-2026 — RESONA, S.A.	Siemens MAGNETOM Skyra 3 T (lote de especiales)	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
9	RESONANCIA MAGNÉTICA SAN FRANCISCO DE ASÍS, S.A.	GE Signa Pioneer 3.0 T AIR Edition	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
20	CENTRO DE DIAGNÓSTICO HOSPITAL V.O.T., S.L.	Philips Ingenia 3.0 T (lote de especiales)	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
23	EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS ESPECIALES, S.A.	Siemens MAGNETOM Vida 3 T (lote de especiales)	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.

Licitador con mayor capacidad mensual: RESONA, S.A.: 400

Licitador con menor tiempo para realizar los informes: RESONA, S.A.: 2 días

Valoración de los criterios evaluables mediante fórmulas del lote 2:

LOTE	Nº	LICITADOR	Horario	Año fabric.	Experiencia	Capacidad	Plazo informe	VL (suma)	PUNTOS (VL/VMáx×51)	ORDEN
L2	6.3	UTE-SERMAS-2026 — RESONA, S.A.	8	4	11	12,00	12,00	**47,00**	**51,00**	1
L2	9	RESONANCIA MAGNÉTICA SAN FRANCISCO DE ASÍS, S.A.	8	8	11	3,00	6,00	**36,00**	**39,06**	2
L2	23	EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS ESPECIALES, S.A.	8	4	9	1,50	8,00	**30,50**	**33,10**	3
L2	20	CENTRO DE DIAGNÓSTICO HOSPITAL V.O.T., S.L.	8	4	9	3,00	6,00	**30,00**	**32,55**	4

La autenticidad de este documento se puede comprobar en https://gestiona.comunidad.madrid/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 12040965472351110735221

4.3.- LOTE 3 RESONANCIAS MAGNETICAS: ABIERTA BAJO CAMPO

Nº	Centro / licitador	Composición de la oferta	Cumplimiento de los requisitos del PPT
1	RESONANCIA ABIERTA LA VAGUADA, S.L.	Fujifilm AIRIS Vento Plus 0,3 T (2026) — Fonsagrada. 22 mT/m	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
10	MEDICENTRO BOADILLA, S.L.	Hitachi Aperto Lucent 0,4 T; 25 mT/m según ficha (22 mT/m declarados)	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
12	VIVO DIAGNÓSTICO, S.L.	Fujifilm Aperto Lucent (2024) — Centro Valdavia	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
16	LENDYFOLK ASSISTANCE, S.L.	Hitachi 0,3 T; 22 mT/m	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
25	HOSPITAL VIAMED SANTA ELENA, S.L.U.	Hitachi Aperto Lucent (abierta); 22 mT/m	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.

Licitador con mayor capacidad mensual: VIVO DIAGNÓSTICO 780

Licitador con menor tiempo para realizar los informes: RESONANCIA ABIERTA LA VAGUADA, S.L: / HOSPITAL VIAMED SANTA ELENA, S.L.U./LENDYFOLK ASSISTANCE, S.L. 2 días

Valoración de los criterios evaluables mediante fórmulas del lote 3:

LOTE	Nº	LICITADOR	Horario	Año fabric.	Experiencia	Capacidad	Plazo informe	VL (suma)	PUNTOS (VL/VMáx×51)	ORDEN
L3	1	RESONANCIA ABIERTA LA VAGUADA, S.L.	8	8	11	10,96	12,00	**49,96**	**51,00**	1
L3	12	VIVO DIAGNÓSTICO, S.L.	8	8	11	12,00	8,00	**47,00**	**47,98**	2
L3	25	HOSPITAL VIAMED SANTA ELENA, S.L.U.	8	8	11	6,97	12,00	**45,97**	**46,93**	3
L3	16	LENDYFOLK ASSISTANCE, S.L.	8	4	9	3,72	12,00	**36,72**	**37,48**	4
L3	10	MEDICENTRO BOADILLA, S.L.	8	2	11	3,10	6,00	**30,10**	**30,73**	5

4.4.- LOTE 4 RESONANCIAS MAGNETICAS: ABIERTA ALTO CAMPO

Nº	Centro / licitador	Composición de la oferta	Cumplimiento de los requisitos del PPT
26	MAGNETOSUR, S.L.	Fujifilm Oasis Velocity 1,2 T abierta; 33 mT/m; 100 T/m/s	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.

Licitador con mayor capacidad mensual: MAGNETOSUR 100

Licitador con menor tiempo para realizar los informes: MAGNETOSUR: 1 día

Valoración de los criterios evaluables mediante fórmulas del lote 4:

Nº	Licitador	Horario (8)	Año fabr.	Experiencia	Capacidad (12)	Plazo (12)	Total (VL)	PUNTOS
26	MAGNETOSUR, S.L.	8	8	11	12.00	12.00	51.00	**51.00**

La autenticidad de este documento se puede comprobar en https://gestiona.comunidad.madrid/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 12040965472351110735221

4.5.- LOTE 5 RESONANCIAS MAGNETICAS PEDIÁTRICAS (hasta 16 años de edad)

Nº	Centro / licitador	Composición de la oferta	Cumplimiento de los requisitos del PPT
5	VIVO PIO XII, S.L.	GE Signa Victor Lift Air 1.5 T (pediátrica)	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
6.1	UTE-SERMAS-2026 — HOSPITAL MONCLOA GRUPO HLA, S.A.U.	Philips Ingenia Evolution 1.5 T (pediátrica)	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
6.3	UTE-SERMAS-2026 — RESONA, S.A.	Siemens MAGNETOM Skyra 3 T (pediátrica)	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
12	VIVO DIAGNÓSTICO, S.L.	Philips Ingenia Prodiva 1.5 T (pediátrica) — Los Belgas	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.

Licitador con mayor capacidad mensual: VIVO PIO XII: 111

Licitador con menor tiempo para realizar los informes: RESONA_MONCLOA UTE 3 días

Valoración de los criterios evaluables mediante fórmulas del lote 5:

LOTE	Nº	LICITADOR	Horario	Año fabric.	Experiencia	Capacidad	Plazo informe	VL (suma)	PUNTOS (VL/VMáx×51)	ORDEN
L5	5	VIVO PIO XII, S.L.	8	8	11	12,00	8,00	**47,00**	**51,00**	1
L5	6.1	UTE-SERMAS-2026 — HOSPITAL MONCLOA GRUPO HLA, S.A.U.	8	8	11	3,89	12,00	**42,89**	**46,54**	2
L5	6.3	UTE-SERMAS-2026 — RESONA, S.A.	8	4	11	3,89	12,00	**38,89**	**42,20**	3
L5	12	VIVO DIAGNÓSTICO, S.L.	4	8	11	7,03	8,00	**38,03**	**41,27**	4

4.6.- LOTE 6 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA

Nº	Centro / licitador	Composición de la oferta	Cumplimiento de los requisitos del PPT
5	VIVO PIO XII, S.L.	GE Revolution EVO (2022); gantry 70 cm; mesa 227 kg	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
6.1	UTE-SERMAS-2026 — HOSPITAL MONCLOA GRUPO HLA, S.A.U.	Canon Aquilion Prime SP 160 cortes (fabricación 8/2020); gantry 78 cm	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
6.3	UTE-SERMAS-2026 — RESONA, S.A.	TC con generador de 72 kW; tubo de 7,5 MHU; 40 mm de cobertura	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
18	HOSPITAL LA MILAGROSA, S.A.U.	Philips Brilliance CT 64 canales	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
20	CENTRO DE DIAGNÓSTICO HOSPITAL V.O.T., S.L.	United Imaging uCT 528 de 80 cortes; mesa 205 kg	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
21	SANIDAD GAVA, S.L.	GE BrightSpeed	NO CUMPLE . TC GE BrightSpeed: modelo históricamente de 16 cortes frente al mínimo de 64 cortes o 4 cm de cobertura.
23	EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS ESPECIALES, S.A.	TC con apertura de 70 cm; generador equivalente a 96 kW	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.

Licitador con mayor capacidad mensual: Vivo Pío XII: 2000

Licitador con menor tiempo para realizar los informes: UTE RESONA_MONCLOA:/ HOSPITAL LA MILAGROSA, S.A.U:2 días

La autenticidad de este documento se puede comprobar en https://gestiona.comunidad.madrid/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 12040965472351110735221

Valoración de los criterios evaluables mediante fórmulas del lote 6:

LOTE	Nº	LICITADOR	Horario	Año fabric.	Experiencia	Capacidad	Plazo informe	VL (suma)	PUNTOS (VL/VMáx×51)	ORDEN
L6	5	VIVO PIO XII, S.L.	8	8	11	12,00	8,00	**47,00**	**51,00**	1
L6	6.3	UTE-SERMAS-2026 — RESONA, S.A.	8	8	11	6,60	12,00	**45,60**	**49,48**	2
L6	6.1	UTE-SERMAS-2026 — HOSPITAL MONCLOA GRUPO HLA, S.A.U.	8	4	11	1,58	12,00	**36,58**	**39,69**	3
L6	20	CENTRO DE DIAGNÓSTICO HOSPITAL V.O.T., S.L.	8	8	9	2,40	6,00	**33,40**	**36,24**	4
L6	18	HOSPITAL LA MILAGROSA, S.A.U.	4	2	11	4,16	12,00	**33,16**	**35,98**	5
L6	23	EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS ESPECIALES, S.A.	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	7

Se recuerda que al revisarse las proposiciones económicas, se comprobó que las siguientes empresas en el Lote 6, ofertan precios unitarios de valor por encima de los precios unitarios de licitación y por tanto resultaron excluidas en el lote (Acta nº3).

- FUENSANTA, S.L.

- HOSPITAL VIAMED SANTA ELENA, S.L.U.

4.7.- LOTE 7 MAMOGRAFÍAS

Nº	Centro / licitador	Composición de la oferta	Cumplimiento de los requisitos del PPT
5	VIVO PIO XII, S.L.	GE Senographe Pristina (2017); detector 24×29 cm; píxel 100 µm; estación 5 Mpx	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
6.1	UTE-SERMAS-2026 — HOSPITAL MONCLOA GRUPO HLA, S.A.U.	Mamógrafo con estación de diagnóstico Barco 5 Mpx	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
6.3	UTE-SERMAS-2026 — RESONA, S.A.	Mamógrafo con DGM en cabecera DICOM transmisible al RIS	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
10	MEDICENTRO BOADILLA, S.L.	Mamógrafo digital; píxel 50 µm; 10 pl/mm; estación 5 Mpx	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
11	FUENSANTA, S.L.	Mamógrafo de 2013; monitor de diagnóstico 5 MP	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
12	VIVO DIAGNÓSTICO, S.L.	Fujifilm Amulet Innovality (2020); detector ≥23×29 cm; píxel 50 µm; estación 5 Mpx	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
14	EVALAB DIAGNÓSTICO, S.L.	Mamógrafo (relación de materiales; sin Product Data específico)	NO CUMPLE Declara no disponer de registro de actuaciones preventivas y reparadoras; en la aclaración aporta certificados de actualización y de buen uso del fabricante.
16	LENDYFOLK ASSISTANCE, S.L.	Mamógrafo digital; estación 5 Mpx	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
17	MEDI CENTRO LEGANÉS, S.L.	Mamógrafo digital; píxel 50 µm; estación 5 Mpx	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
18	HOSPITAL LA MILAGROSA, S.A.U.	Mamógrafo (sin Product Data aportado inicialmente; subsanado en aclaración)	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
19	CENTRO MÉDICO INFANTA MERCEDES, S.L.	Mamógrafo digital; píxel 50 µm; estación 5 Mpx	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
20	CENTRO DE DIAGNÓSTICO HOSPITAL V.O.T., S.L.	Mamógrafo digital	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
21	SANIDAD GAVA, S.L.	Mamógrafo (2024); píxel 85 µm	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
24	CENTRO MÉDICO MAESTRANZA, S.A.	Mamógrafo; detector 4.267×4.267 con píxel de 100 µm	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
25	HOSPITAL VIAMED SANTA ELENA, S.L.U.	Mamógrafo (>10 años); monitor de diagnóstico 3 MP	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
26	MAGNETOSUR, S.L.	Hologic Selenia Dimensions 3D (2019); detector 24×29 cm; píxel 70 µm	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.

Licitador con mayor capacidad mensual: RESONA- 900

Licitador con menor tiempo para realizar los informes: MAGNETOSUR: 1 día

La autenticidad de este documento se puede comprobar en https://gestiona.comunidad.madrid/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 12040965472351110735221

Valoración de los criterios evaluables mediante fórmulas del lote 7:

LOTE	Nº	LICITADOR	Horario	Año fabric.	Experiencia	Capacidad	Plazo informe	VL (suma)	PUNTOS (VL/VMáx×51)	ORDEN
L7	26	MAGNETOSUR, S.L.	8	11	8	4,36	12,00	**43,36**	**51,00**	1
L7	19	CENTRO MÉDICO INFANTA MERCEDES, S.L.	8	11	8	9,82	6,00	**42,82**	**50,36**	2
L7	18	HOSPITAL LA MILAGROSA, S.A.U.	4	11	8	9,41	6,00	**38,41**	**45,18**	3
L7	17	MEDI CENTRO LEGANÉS, S.L.	8	11	8	5,28	6,00	**38,28**	**45,02**	4
L7	16	LENDYFOLK ASSISTANCE, S.L.	8	11	6	6,55	6,00	**37,55**	**44,17**	5
L7	6.1	UTE-SERMAS-2026 — HOSPITAL MONCLOA GRUPO HLA, S.A.U.	8	5	8	9,82	6,00	**36,82**	**43,31**	6
L7	5	VIVO PIO XII, S.L.	8	5	8	10,91	4,00	**35,91**	**42,24**	7
L7	6.3	UTE-SERMAS-2026 — RESONA, S.A.	8	0	8	12,00	6,00	**34,00**	**39,99**	8
L7	21	SANIDAD GAVA, S.L.	8	11	8	0,00	4,00	**31,00**	**36,46**	9
L7	10	MEDICENTRO BOADILLA, S.L.	8	5	8	5,28	3,00	**29,28**	**34,44**	10
L7	24	CENTRO MÉDICO MAESTRANZA, S.A.	8	0	8	8,73	4,00	**28,73**	**33,79**	11
L7	20	CENTRO DE DIAGNÓSTICO HOSPITAL V.O.T., S.L.	8	5	6	6,55	3,00	**28,55**	**33,58**	12
L7	12	VIVO DIAGNÓSTICO, S.L.	4	5	8	5,45	4,00	**26,45**	**31,11**	13
L7	11	FUENSANTA, S.L.	8	0	8	3,27	6,00	**25,27**	**29,72**	14
L7	25	HOSPITAL VIAMED SANTA ELENA, S.L.U.	8	0	8	3,27	6,00	**25,27**	**29,72**	15

La autenticidad de este documento se puede comprobar en https://gestiona.comunidad.madrid/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **12040965472351110735221**

4.8.- LOTE 8 ECOGRAFÍA

Nº	Centro / licitador	Composición de la oferta	Cumplimiento de los requisitos del PPT
3	GEROSALUD, S.L.	Canon Aplio ME (1.024 canales declarados; monitor ≥19")	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
5	VIVO PIO XII, S.L.	GE Versana Premier (2025); 301.056 canales de procesado; monitor 21,5"	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
6.1	UTE-SERMAS-2026 — HOSPITAL MONCLOA GRUPO HLA, S.A.U.	Ecógrafo (Anexo VI de la oferta)	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
6.2	UTE-SERMAS-2026 — ANALIZA SDAD. DE DIAGNÓSTICO	Ecógrafo Philips de alta resolución; transductores multifrecuencia; modo tríplex	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
6.3	UTE-SERMAS-2026 — RESONA, S.A.	Ecógrafo con pantalla TFT 19"	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
7	CENTRO MÉDICO PINTO DE INTERMEDICACIÓN, S.L.	GE Voluson S8t BT22 (1.714.833 canales de procesado; monitor 23")	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
8	POLICLÍNICAS IBÉRICAS SIGLO XXI, S.L.	Ecógrafo. Aporta el Product Data y el certificado del Aplio ME de Gerosalud	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
10	MEDICENTRO BOADILLA, S.L.	Tres ecógrafos: Aloka Hitachi, Prosound y GE Logiq Fortis	NO CUMPLE. · 3 equipos ofertados. Excluido ET
11	FUENSANTA, S.L.	GE Logiq S8 (formador de haz de 478.405 canales)	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
12	VIVO DIAGNÓSTICO, S.L.	Hitachi Arietta 750VE (Valdavia) y Arietta 850SE (Los Belgas)	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
13	VIPRESA, S.L.	Esaote MyLab Six y MyLab 50 XVision	CUMPLE. Presenta 2 equipos MYLAB 50 Xvisón: Si cumple Se admite propuesta con el compromiso de realizar el volumen solicitado con el equipo que cumple las especificaciones técnicas **: MYLAB 50 Xvision**
14	EVALAB DIAGNÓSTICO, S.L.	Canon Aplio (fabricación 4/2021)	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
16	LENDYFOLK ASSISTANCE, S.L.	Samsung HS40 y GE Logiq P10	CUMPLE Presenta 2 equipos: LOGIC QP10 No cumple ECOH40: Si cumple Se admite propuesta con el compromiso de realizar el volumen solicitado con el equipo que cumple las especificaciones técnicas **: ECOH40 de Samsung**
17	MEDI CENTRO LEGANÉS, S.L.	Ecógrafo (rango dinámico declarado 40-90 dB)	NO CUMPLE: No consta la denominación del tercer transductor y la ficha declara un rango dinámico de 40-90 dB frente a los 150 dB exigidos.
18	HOSPITAL LA MILAGROSA, S.A.U.	Ecógrafo (sin Product Data aportado inicialmente; subsanado en aclaración)	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
19	CENTRO MÉDICO INFANTA MERCEDES, S.L.	Seis ecógrafos en dos centros: Logiq P10 (×2), Logiq Fortis, NX2, Sonoscape y Asun X300	**CUMPLE: Presenta 6 equipos:** • P10 • FOR I13 • NX2 IN8 • P10 I13 • Son In8- No cumple • X300 I8-No cumple Se admite propuesta con el compromiso de realizar el volumen solicitado con los equipos que cumplen las especificaciones técnicas **:** • **P10** • **FOR I13** • **NX2 IN8** • **P10 I13**
20	CENTRO DE DIAGNÓSTICO HOSPITAL V.O.T., S.L.	GE Logiq y Logiq P10	NO CUMPLE No consta la denominación del tercer transductor exigido.
21	SANIDAD GAVA, S.L.	Ecógrafo de 512 canales	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
23	EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS ESPECIALES, S.A.	Ecógrafos de 512 canales	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
24	CENTRO MÉDICO MAESTRANZA, S.A.	Siemens Juniper (10/2021)	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
25	HOSPITAL VIAMED SANTA ELENA, S.L.U.	Ecógrafo de 512 canales; monitor ≥2 MP	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
26	MAGNETOSUR, S.L.	Samsung RS85 y Samsung V8	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.

Licitador con mayor capacidad mensual: VIVO PIO XII /CENTRO MÉDICO MAESTRANZA: 3000

La autenticidad de este documento se puede comprobar en https://gestiona.comunidad.madrid/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 12040965472351110735221

Licitador con menor tiempo para realizar los informes: GEROSALUD. S.L./ POLICLINICAS IBÉRICAS:/CENTRO MEDICO PINTO/MAGNETOSUR: 1 día

Valoración de los criterios evaluables mediante fórmulas del lote 8:

LOTE	Nº	LICITADOR	Horario	Año fabric.	Experiencia	Capacidad	Plazo informe	VL (suma)	PUNTOS (VL/VMáx×51)	ORDEN
L8	3	GEROSALUD, S.L.	8	11	8	6,40	12,00	**45,40**	**51,00**	1
L8	8	POLICLÍNICAS IBÉRICAS SIGLO XXI, S.L.	8	11	8	6,40	12,00	**45,40**	**51,00**	2
L8	7	CENTRO MÉDICO PINTO DE INTERMEDICACIÓN, S.L.	8	11	8	4,80	12,00	**43,80**	**49,20**	3
L8	26	MAGNETOSUR, S.L.	8	11	8	4,80	12,00	**43,80**	**49,20**	4
L8	5	VIVO PIO XII, S.L.	8	11	8	12,00	4,00	**43,00**	**48,30**	5
L8	24	CENTRO MÉDICO MAESTRANZA, S.A.	8	11	8	12,00	4,00	**43,00**	**48,30**	6
L8	19	CENTRO MÉDICO INFANTA MERCEDES, S.L.	8	11	8	5,80	6,00	**38,80**	**43,59**	7
L8	6.3	UTE-SERMAS-2026 — RESONA, S.A.	8	11	8	3,60	6,00	**36,60**	**41,11**	8
L8	6.1	UTE-SERMAS-2026 — HOSPITAL MONCLOA GRUPO HLA, S.A.U.	8	11	8	1,80	6,00	**34,80**	**39,09**	9
L8	11	FUENSANTA, S.L.	8	5	8	7,20	6,00	**34,20**	**38,42**	10
L8	16	LENDYFOLK ASSISTANCE, S.L.	8	11	6	3,20	6,00	**34,20**	**38,42**	11
L8	6.2	UTE-SERMAS-2026 — ANALIZA SDAD. DE DIAGNÓSTICO	8	5	8	3,60	6,00	**30,60**	**34,37**	13
L8	23	EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS ESPECIALES, S.A.	8	11	6	1,46	4,00	**30,46**	**34,22**	14
L8	12	VIVO DIAGNÓSTICO, S.L.	8	5	8	4,80	4,00	**29,80**	**33,48**	15
L8	25	HOSPITAL VIAMED SANTA ELENA, S.L.U.	8	5	8	2,40	6,00	**29,40**	**33,03**	16
L8	18	HOSPITAL LA MILAGROSA, S.A.U.	4	11	8	0,00	6,00	**29,00**	**32,58**	18
L8	13	VIPRESA, S.L.	8	5	8	4,80	3,00	**28,80**	**32,35**	19
L8	14	EVALAB DIAGNÓSTICO, S.L.	8	11	8	0,00	0,00	**27,00**	**30,33**	20
L8	21	SANIDAD GAVA, S.L.	8	11	8	0,00	0,00	**27,00**	**30,33**	21

La autenticidad de este documento se puede comprobar en https://gestiona.comunidad.madrid/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **12040965472351110735221**

4.9.- LOTE 9 RADIOLOGÍA SIMPLE

Nº	Centro / licitador	Composición de la oferta	Cumplimiento de los requisitos del PPT
3	GEROSALUD, S.L.	Sedecal Opera G500DR 50 kW (40-150 kV) + CR Fujifilm Capsula-X	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
6.1	UTE-SERMAS-2026 — HOSPITAL MONCLOA GRUPO HLA, S.A.U.	Equipo de RX digital; detector 5 lp/mm; DQE 75%	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
6.2	UTE-SERMAS-2026 — ANALIZA SDAD. DE DIAGNÓSTICO	Equipo de RX digital (centro Analiza)	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
6.3	UTE-SERMAS-2026 — RESONA, S.A.	Equipo de RX digital (centro Resona)	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
13	VIPRESA, S.L.	Equipo de RX (640 mA a 100 kVp); mesa con carga de 300 kg	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
18	HOSPITAL LA MILAGROSA, S.A.U.	Equipo de RX (subsanado en aclaración)	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
21	SANIDAD GAVA, S.L.	Shimadzu RADspeed Fit; mesa de 320 kg	NO CUMPLE. Shimadzu RADspeed Fit: la ficha aportada corresponde a tubo para generador de 32 kW frente a los ≥50 kW exigidos.
24	CENTRO MÉDICO MAESTRANZA, S.A.	Equipo de RX de 65 kW y 150 kVp; mesa de 350 kg	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.

Licitador con mayor capacidad mensual: VIPRESA.: 1000

Licitador con menor tiempo para realizar los informes: GEROSALUD. S.L. 1 día

Valoración de los criterios evaluables mediante fórmulas del lote 9:

LOTE	Nº	LICITADOR	Horario	Año fabric.	Experiencia	Capacidad	Plazo informe	VL (suma)	PUNTOS (VL/VMáx×51)	ORDEN
L9	3	GEROSALUD, S.L.	8	4	11	2,50	12,00	**37,50**	**51,00**	1
L9	18	HOSPITAL LA MILAGROSA, S.A.U.	4	8	11	4,56	6,00	**33,56**	**45,64**	2
L9	24	CENTRO MÉDICO MAESTRANZA, S.A.	8	8	11	2,00	4,00	**33,00**	**44,88**	3
L9	6.3	UTE-SERMAS-2026 — RESONA, S.A.	8	4	11	2,75	6,00	**31,75**	**43,18**	4
L9	6.1	UTE-SERMAS-2026 — HOSPITAL MONCLOA GRUPO HLA, S.A.U.	8	4	11	0,90	6,00	**29,90**	**40,66**	5
L9	13	VIPRESA, S.L.	0	0	0	12,00	3,00	**15,00**	**20,40**	7

La autenticidad de este documento se puede comprobar en https://gestiona.comunidad.madrid/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 12040965472351110735221

4.10.- LOTE 10 INFORME RADIOLÓGICO (por región)

Nº	Centro / licitador	Composición de la oferta	Cumplimiento de los requisitos del PPT
3	GEROSALUD, S.L.	Estaciones de informe ≥2 Mpx y pantalla de mamografía 5 MP	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
4	INSTITUTO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DRA. C. R. GUIRADO, S.L.P.	Monitores Barco Nio 5.8 MP (mamografía) y Eizo; informes de constancia de calidad	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
12	VIVO DIAGNÓSTICO, S.L.	Estación de informe con ISO 27001 acreditada	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
15	CENTRO DE DIAGNÓSTICO LA MILAGROSA, S.A.	Monitores Eizo RadiForce RX350 (declarados como «12 MP»)	CUMPLE Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote excepto informes de mamografías. NO CUMPLE para mamografías La memoria declara monitores «Eizo RadiForce RX350 de 12 MP»; ese modelo es de 3 MP.
18	HOSPITAL LA MILAGROSA, S.A.U.	Estaciones de informe; especialista de PACS acreditado	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.
21	SANIDAD GAVA, S.L.	Monitores Barco Eonis 21" 2 MP / Eizo MX215	CUMPLE Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote excepto informes de mamografías NO CUMPLE para mamografías
24	CENTRO MÉDICO MAESTRANZA, S.A.	Monitores de 2 Mpx	CUMPLE. Acredita los requisitos técnicos exigidos para el lote.

Todos los licitadores presentan compromiso o declaración responsable de realizar los informes en un plazo menor a 96 horas.

Valoración de los criterios evaluables mediante fórmulas del lote 10:

LOTE	Nº	LICITADOR	Horario	Año fabric.	Plazo informe	-	-	VL (suma)	PUNTOS (VL/VMáx×51)	ORDEN
L10	3	GEROSALUD, S.L.	ISO: 19	Doble lect.: 19	<96 h: 13	—	—	**51,00**	**51,00**	1
L10	4	INSTITUTO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DRA. C. R. GUIRADO, S.L.P.	ISO: 19	Doble lect.: 19	<96 h: 13	—	—	**51,00**	**51,00**	2
L10	12	VIVO DIAGNÓSTICO, S.L.	ISO: 19	Doble lect.: 19	<96 h: 13	—	—	**51,00**	**51,00**	3
L10	24	CENTRO MÉDICO MAESTRANZA, S.A.	ISO: 19	Doble lect.: 19	<96 h: 13	—	—	**51,00**	**51,00**	4
L10	18	HOSPITAL LA MILAGROSA, S.A.U.	ISO: 0	Doble lect.: 19	<96 h: 13	—	—	**32,00**	**32,00**	5
L10	21	SANIDAD GAVA, S.L.	ISO: 0	Doble lect.: 19	<96 h: 13	—	—	**32,00**	**32,00**	6
L10	15	CENTRO DE DIAGNÓSTICO LA MILAGROSA, S.A.	ISO: 0	Doble lect.: 0	<96 h: 13	—	—	**13,00**	**13,00**	7

La autenticidad de este documento se puede comprobar en https://gestiona.comunidad.madrid/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 12040965472351110735221

5.- CUADRO RESUMEN DE PUNTUACIONES

Aplicada la fórmula de ponderación establecida en el apartado 7.b de la cláusula 1 del PCAP —Ponderación = (VL / VMáx) × 51—, las puntuaciones obtenidas por cada licitador en los criterios evaluables mediante fórmulas distintos del precio son las siguientes. La casilla vacía indica que el licitador no concurre al lote.

Nº	Licitador	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10
1	RESONANCIA ABIERTA LA VAGUADA, S.L.	44.71		**51.00**							
2	CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN MADRILEÑO, S.L.	50.04									
3	GEROSALUD, S.L.	42.20							**51.00**	**51.00**	**51.00**
4	INSTITUTO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DRA. C. R. GUIRADO, S.L.P.										**51.00**
5	VIVO PIO XII, S.L.	42.52				**51.00**	**51.00**	42.24	48.30		
6.1	UTE-SERMAS-2026 — HOSPITAL MONCLOA GRUPO HLA, S.A.U.	41.64				46.54	39.69	43.31	39.09	40.66	
6.2	UTE-SERMAS-2026 — ANALIZA SDAD. DE DIAGNÓSTICO								34.37		
6.3	UTE-SERMAS-2026 — RESONA, S.A.	39.37	**51.00**			42.20	49.48	39.99	41.11	43.18	
7	CENTRO MÉDICO PINTO DE INTERMEDICACIÓN, S.L.								49.20		
8	POLICLÍNICAS IBÉRICAS SIGLO XXI, S.L.	**51.00**							**51.00**		
9	RESONANCIA MAGNÉTICA SAN FRANCISCO DE ASÍS, S.A.	33.84	39.06								
10	MEDICENTRO BOADILLA, S.L.			30.73				34.44	27.66		
11	FUENSANTA, S.L.	32.84						29.72	38.42		
12	VIVO DIAGNÓSTICO, S.L.	32.52		47.98		41.27		31.11	33.48		**51.00**
13	VIPRESA, S.L.								32.35	20.40	
14	EVALAB DIAGNÓSTICO, S.L.							0.00	30.33		
15	CENTRO DE DIAGNÓSTICO LA MILAGROSA, S.A.	33.07									13.00
16	LENDYFOLK ASSISTANCE, S.L.			37.48				44.17	38.42		
17	MEDI CENTRO LEGANÉS, S.L.	33.96						45.02	37.77		
18	HOSPITAL LA MILAGROSA, S.A.U.	33.59					35.98	45.18	32.58	45.64	32.00
19	CENTRO MÉDICO INFANTA MERCEDES, S.L.	38.76						50.36	43.59		
20	CENTRO DE DIAGNÓSTICO HOSPITAL V.O.T., S.L.	27.84	32.55				36.24	33.58	32.94		
21	SANIDAD GAVA, S.L.	23.00					24.96	36.46	30.33	31.28	32.00
22	HOSPITAL PARDO DE ARAVACA, S.A.	40.63									
23	EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS ESPECIALES, S.A.	28.26	33.10				0.00		34.22		
24	CENTRO MÉDICO MAESTRANZA, S.A.	34.84						33.79	48.30	44.88	**51.00**
25	HOSPITAL VIAMED SANTA ELENA, S.L.U.	41.64		46.93				29.72	33.03		
26	MAGNETOSUR, S.L.	40.92			**51.00**			**51.00**	49.20		

Máxima puntuación por lote: 51 puntos. En sombreado, el licitador que obtiene la mayor valoración en cada lote.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en https://gestiona.comunidad.madrid/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 12040965472351110735221

6.- CONCLUSIONES Y PROPUESTA

Primera. Se propone la exclusión de los siguientes licitadores en los lotes que se indican, por no subsanar aclaraciones, declarar expresamente en la encuesta técnica el incumplimiento de requisitos configurados como criterios de exclusión en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas, o no acreditar requisitos técnicos:

LOTE 1. RESONANCIAS MAGNETICAS (SIMPLES Y AMPLIADAS):

22	HOSPITAL PARDO DE ARAVACA, S.A.	Philips MR5300 1.5 T sin helio; 33 mT/m por eje; apertura 70 cm; 48 canales	NO CUMPLE: RIS-PACS, confidencialidad, encuesta técnica, plan de contingencia y facultativo RCP: NINGUNA aclaración presentada
26	MAGNETOSUR, S.L.	Philips MR5300 1.5 T; 33 mT/m por eje; apertura 70 cm	NO CUMPLE: Bobina para estudios de corazón, mínimo 4 canales; Bobina para estudios neurovasculares

LOTE 6. TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA

21	SANIDAD GAVA, S.L.	GE BrightSpeed	NO CUMPLE . TC GE BrightSpeed: modelo históricamente de 16 cortes frente al mínimo de 64 cortes o 4 cm de cobertura.

LOTE 7. MAMOGRAFÍAS

14	EVALAB DIAGNÓSTICO, S.L.	Mamógrafo (relación de materiales; sin Product Data específico)	NO CUMPLE Declara no disponer de registro de actuaciones preventivas y reparadoras; en la aclaración aporta certificados de actualización y de buen uso del fabricante.

LOTE 8. ECOGRAFÍA

10	MEDICENTRO BOADILLA, S.L.	Tres ecógrafos: Aloka Hitachi, Prosound y GE Logiq Fortis	NO CUMPLE. · 3 equipos ofertados. Excluido ET
17	MEDI CENTRO LEGANÉS, S.L.	Ecógrafo (rango dinámico declarado 40-90 dB)	NO CUMPLE:. No consta la denominación del tercer transductor y la ficha declara un rango dinámico de 40-90 dB frente a los 150 dB exigidos.
20	CENTRO DE DIAGNÓSTICO HOSPITAL V.O.T., S.L.	GE Logiq y Logiq P10	NO CUMPLE No consta la denominación del tercer transductor exigido.

LOTE 9. RADIOLOGÍA SIMPLE

21	SANIDAD GAVA, S.L.	Shimadzu RADspeed Fit; mesa de 320 kg	NO CUMPLE. Shimadzu RADspeed Fit: la ficha aportada corresponde a tubo para generador de 32 kW frente a los ≥50 kW exigidos.

LOTE 10. INFORME RADIOLÓGICO (por región).

15	CENTRO DE DIAGNÓSTICO LA MILAGROSA, S.A.	Monitores Eizo RadiForce RX350 (declarados como «12 MP»)	NO CUMPLE para mamografias La memoria declara monitores «Eizo RadiForce RX350 de 12 MP»; ese modelo es de 3 MP.
21	SANIDAD GAVA, S.L.	Monitores Barco Eonis 21" 2 MP / Eizo MX215	NO CUMPLE para mamografias.

Segunda: Se hace constar que, en los criterios de capacidad mensual y de plazo de disponibilidad de imágenes e informes, los licitadores que no consignaron dato alguno en la

La autenticidad de este documento se puede comprobar en https://gestiona.comunidad.madrid/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 12040965472351110735221

encuesta técnica han obtenido cero puntos, al no resultar posible valorar prestaciones no declaradas. Cuando el licitador desglosó su capacidad por órdenes de prueba, se han sumado las órdenes de prueba y se han excluido los suplementos de contraste y de anestesia, por no constituir pruebas adicionales.

Lo que se informa a los efectos oportunos, en Madrid, a 27 de agosto de 2026.

Firmado digitalmente por: TORRE FERNANDEZ JESUS DE LA

Dr. Jesús de la Torre Fernández

Jefe de Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Gregorio Marañón

La autenticidad de este documento se puede comprobar en https://gestiona.comunidad.madrid/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 12040965472351110735221