

EVALUACIÓN TÉCNICA

EXPEDIENTE : A/SUM-000563/2026

OBJETO: "PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS Y CESIÓN DE USO DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE DIAGNÓSTICO EN MICROBIOLOGÍA II (PANELES SINDRÓMICOS, OTROS MÉTODOS MOLECULARES Y SEROLÓGICOS Y SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN (ID) / SENSIBILIDAD (AST) BACTERIANA)", EN EL SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN.

Vista la documentación técnica presentada por las empresas licitadoras, se procede al análisis y valoración de las ofertas técnicas presentadas de conformidad con los criterios de valoración establecidos en los Pliegos que rigen el presente procedimiento, con el objeto de determinar el grado de cumplimiento de dichos criterios y la puntuación que, en su caso, corresponda a cada oferta, informando de lo siguiente:

EMPRESAS LICITADORAS:

- BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A.U.	NIF. A28664589
- DIASORIN IBERIA, S.A.	NIF. A81625345
- WERFEN ESPAÑA, S.A.U.	NIF. A28114742
- HOLOGIC IBERIA, S.L.U.	NIF. B83279331
- PROGENIE MOLECULAR, S.L.U.	NIF. B97262158
- ABBOTT LABORATORIES, S.A.	NIF. A08099681
- BRUKER ESPAÑOLA, S.A.	NIF. A28315539
- IBATECH TECNOLOGIA, S.L.U.	NIF. B85233096
- CEPHEID IBERIA, S.L.	NIF. B88063722



- ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.	NIF. B61503355
- VIRCELL SPAIN, S.L.	NIF. B19537844
- DIAGNOSTICA LONGWOOD, S.L.	NIF. B50487164
- QIAGEN IBERIA, S.L.	NIF. B63229611
- ALIFAX SPAIN, S.L.	NIF. B66442781
- BECKMAN COULTER, S.L.U.	NIF. B86459369
- SUMINISTROS CLÍNICOS LANAU, S.L.	NIF. B50733757
- MASTER-LABOR, S.L.	NIF. B81235426
- THERMO FISHER DIAGNOSTICS, S.L.U.	NIF. B62014485
- PALEX MEDICAL, S.A.U.	NIF. A58710740

LOTE 1 - DIAGNÓSTICO SINDRÓMICO MOLECULAR RÁPIDO. SISTEMAS MÚLTIPLEX DE DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS EN MUESTRA DIRECTA CON MÍNIMA MANIPULACIÓN.

CRITERIOS	BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A.U.
SENSIBILIDADES Y ESPECIFICIDADES ANALÍTICAS DOCUMENTADAS SUPERIORES AL 94 Y 97% RESPECTIVAMENTE.	15
ASISTENCIA TÉCNICA GARANTIZADA EN MENOS DE 24H (INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS)	5
SISTEMA CON SOFTWARE DEDICADO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN OBJETIVA DE RESULTADOS POR EL SISTEMA	5
SISTEMA UTILIZADO EN AL MENOS 5 HOSPITALES ESPAÑOLES CON MÁS DE 800 CAMAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL AVALADA POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO	5
TOTAL PUNTOS	30

LOTE 2 - DETECCIÓN DE VIRUS Y BACTERIAS ATÍPICAS CAUSANTES DE INFECCIÓN RESPIRATORIA (EN MUESTRAS RESPIRATORIAS)

CRITERIOS	WERFEN ESPAÑA, S.A.U.	DIASORIN IBERIA, S.A.
UTILIZACIÓN DE UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN UNIVERSAL Y ÚNICO PARA CUALQUIER TIPO DE TÉCNICA.	5	5
PRESENTACIONES APTAS PARA BAJA CARGA DE TRABAJO (MÁXIMO 48 DETERMINACIONES/KIT)	0	5
CONTROL ENZIMÁTICO DE CONTAMINACIÓN CON AMPLICONES (AMPERASA-UNG O SIMILAR)	3	3
REACTIVOS A TEMPERATURA AMBIENTE O REFRIGERADOS (NO CONGELADOS)	0	3
SENSIBILIDADES Y ESPECIFICIDADES ANALÍTICAS DOCUMENTADAS SUPERIORES AL 98%	3	3



ASISTENCIA TÉCNICA GARANTIZADA EN MENOS DE 24H (INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS)	0	3
SISTEMA CON SOFTWARE DEDICADO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN OBJETIVA DE RESULTADOS POR EL SISTEMA	3	3
AUTOMATIZACIÓN TOTAL DEL PROCESO (DESDE EL TUBO PRIMARIO HASTA GENERACIÓN DE RESULTADOS)	0	3
SISTEMA UTILIZADO EN AL MENOS 5 HOSPITALES ESPAÑOLES CON MÁS DE 800 CAMAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL AVALADA POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO	2	2
TOTAL PUNTOS	16	30

LOTE 3 - VIRUS CAUSANTES DE INFECCIONES EN EL PACIENTE TRASPLANTADO EN GENERAL (EN SUERO O PLASMA)

CRITERIOS	PALEX MEDICAL, S.A.U.
UTILIZACIÓN DE UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN UNIVERSAL Y ÚNICO PARA CUALQUIER TIPO DE TÉCNICA.	5
PRESENTACIONES APTAS PARA BAJA CARGA DE TRABAJO (MÁXIMO 48 DETERMINACIONES/KIT)	5
CONTROL ENZIMÁTICO DE CONTAMINACIÓN CON AMPLICONES (AMPERASA-UNG O SIMILAR)	0
REACTIVOS A TEMPERATURA AMBIENTE O REFRIGERADOS (NO CONGELADOS)	3
SENSIBILIDADES Y ESPECIFICIDADES ANALÍTICAS DOCUMENTADAS SUPERIORES AL 98%	3
ASISTENCIA TÉCNICA GARANTIZADA EN MENOS DE 24H (INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS)	3
SISTEMA CON SOFTWARE DEDICADO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN OBJETIVA DE RESULTADOS POR EL SISTEMA	3
AUTOMATIZACIÓN TOTAL DEL PROCESO (DESDE EL TUBO PRIMARIO HASTA GENERACIÓN DE RESULTADOS)	3
SISTEMA UTILIZADO EN AL MENOS 5 HOSPITALES ESPAÑOLES CON MÁS DE 800 CAMAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL AVALADA POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO	2
TOTAL PUNTOS	27

LOTE 4 - VIRUS CAUSANTES DE INFECCIONES EN EL PACIENTE TRASPLANTADO RENAL (EN SUERO, PLASMA U ORINA)

CRITERIOS	ABBOTT LABORATORIES , S.A.	BRUKER ESPAÑOLA, S.A.	HOLOGIC IBERIA, S.L.U.	PROGENIE MOLECULA R, S.L.U.
UTILIZACIÓN DE UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN UNIVERSAL Y ÚNICO PARA CUALQUIER TIPO DE TÉCNICA.	5	5	5	5
PRESENTACIONES APTAS PARA BAJA CARGA DE TRABAJO (MÁXIMO 48 DETERMINACIONES/KIT)	5	5	5	5



CONTROL ENZIMÁTICO DE CONTAMINACIÓN CON AMPLICONES (AMPERASA-UNG O SIMILAR)	3	3	0	0
REACTIVOS A TEMPERATURA AMBIENTE O REFRIGERADOS (NO CONGELADOS)	3	0	3	0
SENSIBILIDADES Y ESPECIFICIDADES ANALÍTICAS DOCUMENTADAS SUPERIORES AL 98%	3	3	3	3
ASISTENCIA TÉCNICA GARANTIZADA EN MENOS DE 24H (INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS)	3	3	3	3
SISTEMA CON SOFTWARE DEDICADO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN OBJETIVA DE RESULTADOS POR EL SISTEMA	3	3	3	3
AUTOMATIZACIÓN TOTAL DEL PROCESO (DESDE EL TUBO PRIMARIO HASTA GENERACIÓN DE RESULTADOS)	3	3	3	0
SISTEMA UTILIZADO EN AL MENOS 5 HOSPITALES ESPAÑOLES CON MÁS DE 800 CAMAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL AVALADA POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO	2	2	0	0
TOTAL PUNTOS	30	27	25	19

LOTE 5 - VIRUS CAUSANTES DE INFECCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (EN LCR)

CRITERIOS	WERFEN ESPAÑA, S.A.U.
UTILIZACIÓN DE UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN UNIVERSAL Y ÚNICO PARA CUALQUIER TIPO DE TÉCNICA.	5
PRESENTACIONES APTAS PARA BAJA CARGA DE TRABAJO (MÁXIMO 48 DETERMINACIONES/KIT)	0
CONTROL ENZIMÁTICO DE CONTAMINACIÓN CON AMPLICONES (AMPERASA-UNG O SIMILAR)	3
REACTIVOS A TEMPERATURA AMBIENTE O REFRIGERADOS (NO CONGELADOS)	0
SENSIBILIDADES Y ESPECIFICIDADES ANALÍTICAS DOCUMENTADAS SUPERIORES AL 98%	3
ASISTENCIA TÉCNICA GARANTIZADA EN MENOS DE 24H (INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS)	0
SISTEMA CON SOFTWARE DEDICADO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN OBJETIVA DE RESULTADOS POR EL SISTEMA	3
AUTOMATIZACIÓN TOTAL DEL PROCESO (DESDE EL TUBO PRIMARIO HASTA GENERACIÓN DE RESULTADOS)	0
SISTEMA UTILIZADO EN AL MENOS 5 HOSPITALES ESPAÑOLES CON MÁS DE 800 CAMAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL AVALADA POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO	2
TOTAL PUNTOS	16



LOTE 6 - BACTERIAS CAUSANTES DE INFECCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (EN LCR)

CRITERIOS	PALEX MEDICAL, S.A.U.
UTILIZACIÓN DE UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN UNIVERSAL Y ÚNICO PARA CUALQUIER TIPO DE TÉCNICA.	5
PRESENTACIONES APTAS PARA BAJA CARGA DE TRABAJO (MÁXIMO 48 DETERMINACIONES/KIT)	5
CONTROL ENZIMÁTICO DE CONTAMINACIÓN CON AMPLICONES (AMPERASA-UNG O SIMILAR)	0
REACTIVOS A TEMPERATURA AMBIENTE O REFRIGERADOS (NO CONGELADOS)	3
SENSIBILIDADES Y ESPECIFICIDADES ANALÍTICAS DOCUMENTADAS SUPERIORES AL 98%	3
ASISTENCIA TÉCNICA GARANTIZADA EN MENOS DE 24H (INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS)	3
SISTEMA CON SOFTWARE DEDICADO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN OBJETIVA DE RESULTADOS POR EL SISTEMA	3
AUTOMATIZACIÓN TOTAL DEL PROCESO (DESDE EL TUBO PRIMARIO HASTA GENERACIÓN DE RESULTADOS)	3
SISTEMA UTILIZADO EN AL MENOS 5 HOSPITALES ESPAÑOLES CON MÁS DE 800 CAMAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL AVALADA POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO	2
TOTAL PUNTOS	27

LOTE 7 - DETECCIÓN DE INFECCIONES FÚNGICAS POR PCR A TIEMPO REAL: DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE LAS INFECCIONES POR ASPERGILLUS (DIFERENCIACIÓN DE ESPECIES) Y MUCOR EN MENOS DE 4 HORAS A PARTIR DE MUESTRAS RESPIRATORIAS

CRITERIOS	DIAGNOSTICA LONGWOOD, S.L.
UTILIZACIÓN DE UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN UNIVERSAL Y ÚNICO PARA CUALQUIER TIPO DE TÉCNICA.	5
PRESENTACIONES APTAS PARA BAJA CARGA DE TRABAJO (MÁXIMO 48 DETERMINACIONES/KIT)	5
CONTROL ENZIMÁTICO DE CONTAMINACIÓN CON AMPLICONES (AMPERASA-UNG O SIMILAR)	0
REACTIVOS A TEMPERATURA AMBIENTE O REFRIGERADOS (NO CONGELADOS)	0
SENSIBILIDADES Y ESPECIFICIDADES ANALÍTICAS DOCUMENTADAS SUPERIORES AL 98%	3
ASISTENCIA TÉCNICA GARANTIZADA EN MENOS DE 24H (INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS)	3
SISTEMA CON SOFTWARE DEDICADO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN OBJETIVA DE RESULTADOS POR EL SISTEMA	3
AUTOMATIZACIÓN TOTAL DEL PROCESO (DESDE EL TUBO PRIMARIO HASTA GENERACIÓN DE RESULTADOS)	0
SISTEMA UTILIZADO EN AL MENOS 5 HOSPITALES ESPAÑOLES CON MÁS DE 800 CAMAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL AVALADA POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO	2
TOTAL PUNTOS	21



LOTE 8 - DETECCIÓN MOLECULAR DE MICROORGANISMOS CAUSANTES DE RIESGO BIOLÓGICO

CRITERIOS	IBATECH TECNOLOGIA, S.L.U.
SENSIBILIDADES Y ESPECIFICIDADES ANALÍTICAS DOCUMENTADAS SUPERIORES AL 94 Y 97% RESPECTIVAMENTE.	0
ASISTENCIA TÉCNICA GARANTIZADA EN MENOS DE 24H (INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS)	0
SISTEMA CON SOFTWARE DEDICADO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN OBJETIVA DE RESULTADOS POR EL SISTEMA	0
SISTEMA UTILIZADO EN AL MENOS 5 HOSPITALES ESPAÑOLES CON MÁS DE 800 CAMAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL AVALADA POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO	0
TOTAL PUNTOS	0

LOTE 9 - DETECCIÓN MOLECULAR DE STREPTOCOCCUS PYOGENES EN INFECCIONES GRAVES

CRITERIOS	CEPHEID IBERIA, S.L.
SENSIBILIDADES Y ESPECIFICIDADES ANALÍTICAS DOCUMENTADAS SUPERIORES AL 94 Y 97% RESPECTIVAMENTE.	15
ASISTENCIA TÉCNICA GARANTIZADA EN MENOS DE 24H (INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS)	5
SISTEMA CON SOFTWARE DEDICADO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN OBJETIVA DE RESULTADOS POR EL SISTEMA	5
SISTEMA UTILIZADO EN AL MENOS 5 HOSPITALES ESPAÑOLES CON MÁS DE 800 CAMAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL AVALADA POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO	5
TOTAL PUNTOS	30

LOTE 10 - DETECCIÓN DE INFECCIONES BACTERIANAS Y PARASITARIAS DE BAJA PREVALENCIA. SE SOLICITA SISTEMA DE PCR A TIEMPO REAL, CON EXTRACCIÓN AUTOMÁTICA, CON MASTER-MIXES PREDISPENSADAS O LIOFILIZADAS

CRITERIOS	PROGENIE MOLECULAR, S.L.U.	PALEX MEDICAL, S.A.U.
UTILIZACIÓN DE UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN UNIVERSAL Y ÚNICO PARA CUALQUIER TIPO DE TÉCNICA.	5	5
PRESENTACIONES APTAS PARA BAJA CARGA DE TRABAJO (MÁXIMO 48 DETERMINACIONES/KIT)	5	5
CONTROL ENZIMÁTICO DE CONTAMINACIÓN CON AMPLICONES (AMPERASA-UNG O SIMILAR)	0	0
REACTIVOS A TEMPERATURA AMBIENTE O REFRIGERADOS (NO CONGELADOS)	0	3
SENSIBILIDADES Y ESPECIFICIDADES ANALÍTICAS DOCUMENTADAS SUPERIORES AL 98%	3	3
ASISTENCIA TÉCNICA GARANTIZADA EN MENOS DE 24H (INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS)	3	3



SISTEMA CON SOFTWARE DEDICADO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN OBJETIVA DE RESULTADOS POR EL SISTEMA	3	3
AUTOMATIZACIÓN TOTAL DEL PROCESO (DESDE EL TUBO PRIMARIO HASTA GENERACIÓN DE RESULTADOS)	0	3
SISTEMA UTILIZADO EN AL MENOS 5 HOSPITALES ESPAÑOLES CON MÁS DE 800 CAMAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL AVALADA POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO	2	2
TOTAL PUNTOS	21	27

LOTE 11 - SISTEMA AUTOMÁTICO DE EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEÍCOS

CRITERIOS	VIRCELL SPAIN, S.L.	BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A.U.	ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.
AUTOMATIZACIÓN TOTAL DEL PROCESO (DESDE EL TUBO PRIMARIO HASTA LA OBTENCIÓN DEL ÁCIDO NUCLEICO ELUÍDO).	5	5	5
REACTIVOS LISTOS PARA SU USO	5	5	5
SISTEMA DE EXTRACCIÓN UNIVERSAL Y ÚNICO PARA CUALQUIER TIPO DE MUESTRA Y TÉCNICA.	5	5	5
CONSERVACIÓN DE REACTIVOS "A BORDO"	5	5	5
REACTIVOS A TEMPERATURA AMBIENTE O REFRIGERADOS (NO CONGELADOS)	4	4	4
ASISTENCIA TÉCNICA GARANTIZADA EN MENOS DE 24H (INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS)	3	3	3
SISTEMA UTILIZADO EN AL MENOS 5 HOSPITALES ESPAÑOLES CON MÁS DE 800 CAMAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL AVALADA POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO	3	3	3
TOTAL	30	30	30

LOTE 12 - SEROLOGIA DE CITOMEGALOVIRUS Y VIRUS DE EBSTEIN BARR

CRITERIOS	ABBOTT LABORATORIES, S.A.
CONSERVACIÓN REACTIVOS, CONTROLES Y CALIBRADORES "A BORDO"	15
SENSIBILIDADES Y ESPECIFICIDADES ANALÍTICAS DOCUMENTADAS SUPERIORES AL 98%	10
ASISTENCIA TÉCNICA GARANTIZADA EN MENOS DE 24H (INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS)	3
SISTEMA UTILIZADO EN AL MENOS 5 HOSPITALES ESPAÑOLES CON MÁS DE 800 CAMAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL AVALADA POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO	2
TOTAL	30



LOTE 13 - SEROLOGIA DE OTROS VIRUS Y SEROLOGÍA BACTERIANA

CRITERIOS	DIASORIN IBERIA, S.A.
REACTIVOS LISTOS PARA SU USO Y CONSERVADOS A BORDO	10
SENSIBILIDADES Y ESPECIFICIDADES ANALÍTICAS DOCUMENTADAS SUPERIORES AL 98%	10
ASISTENCIA TÉCNICA GARANTIZADA EN MENOS DE 24H (INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS)	5
SISTEMA UTILIZADO EN AL MENOS 5 HOSPITALES ESPAÑOLES CON MÁS DE 800 CAMAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL AVALADA POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO	5
TOTAL	30

LOTE 14 - OTRAS DETERMINACIONES SEROLÓGICAS CON DETECCIÓN POR QUIMIOLUMINISCENCIA

CRITERIOS	VIRCELL SPAIN, S.L.
SENSIBILIDADES Y ESPECIFICIDADES ANALÍTICAS DOCUMENTADAS SUPERIORES AL 98%	15
ASISTENCIA TÉCNICA GARANTIZADA EN MENOS DE 24H (INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS)	10
SISTEMA UTILIZADO EN AL MENOS 5 HOSPITALES ESPAÑOLES CON MÁS DE 800 CAMAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL AVALADA POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO	5
TOTAL	30

LOTE 15 - ANTICUERPOS IGG FRENTE A CHLAMYDIA PNEUMONIAE TÉCNICA ELISA CUANTITATIVA QUE PROPORCIONE EQUIVALENCIA DE TÍTULOS DE IFI PARA TITULACIÓN

CRITERIOS	VIRCELL SPAIN, S.L.
AUTOMATIZACIÓN TOTAL DEL PROCESO (DESDE EL TUBO PRIMARIO HASTA GENERACIÓN DE RESULTADOS)	10
REACTIVOS LISTOS PARA SU USO	5
REACTIVOS A TEMPERATURA AMBIENTE O REFRIGERADOS (NO CONGELADOS)	3
SENSIBILIDADES Y ESPECIFICIDADES ANALÍTICAS DOCUMENTADAS SUPERIORES AL 98%	3
ASISTENCIA TÉCNICA GARANTIZADA EN MENOS DE 24H (INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS)	3
SISTEMA CON SOFTWARE DEDICADO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN OBJETIVA DE RESULTADOS POR EL SISTEMA	3
SISTEMA UTILIZADO EN AL MENOS 5 HOSPITALES ESPAÑOLES CON MÁS DE 800 CAMAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL AVALADA POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO	3
TOTAL	30



LOTE 16 - DETERMINACIONES SEROLÓGICAS PARA DIAGNÓSTICO DE HELMINTOS

CRITERIOS	VIRCELL SPAIN, S.L.
AUTOMATIZACIÓN TOTAL DEL PROCESO (DESDE EL TUBO PRIMARIO HASTA GENERACIÓN DE RESULTADOS)	10
REACTIVOS LISTOS PARA SU USO	5
REACTIVOS A TEMPERATURA AMBIENTE O REFRIGERADOS (NO CONGELADOS)	3
SENSIBILIDADES Y ESPECIFICIDADES ANALÍTICAS DOCUMENTADAS SUPERIORES AL 98%	3
ASISTENCIA TÉCNICA GARANTIZADA EN MENOS DE 24H (INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS)	3
SISTEMA CON SOFTWARE DEDICADO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN OBJETIVA DE RESULTADOS POR EL SISTEMA	3
SISTEMA UTILIZADO EN AL MENOS 5 HOSPITALES ESPAÑOLES CON MÁS DE 800 CAMAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL AVALADA POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO	3
TOTAL	30

LOTE 17 - ANTICUERPOS IgG FRENTE A HHV-8

CRITERIOS	DESIERTO
AUTOMATIZACIÓN TOTAL DEL PROCESO (DESDE EL TUBO PRIMARIO HASTA GENERACIÓN DE RESULTADOS)	-
REACTIVOS LISTOS PARA SU USO	-
REACTIVOS A TEMPERATURA AMBIENTE O REFRIGERADOS (NO CONGELADOS)	-
SENSIBILIDADES Y ESPECIFICIDADES ANALÍTICAS DOCUMENTADAS SUPERIORES AL 98%	-
ASISTENCIA TÉCNICA GARANTIZADA EN MENOS DE 24H (INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS)	-
SISTEMA CON SOFTWARE DEDICADO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN OBJETIVA DE RESULTADOS POR EL SISTEMA	-
SISTEMA UTILIZADO EN AL MENOS 5 HOSPITALES ESPAÑOLES CON MÁS DE 800 CAMAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL AVALADA POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO	-
TOTAL	-

LOTE 18 - ANTICUERPOS IgM FRENTE A VIRUS DE LA HEPATITIS DELTA

CRITERIOS	DESIERTO
AUTOMATIZACIÓN TOTAL DEL PROCESO (DESDE EL TUBO PRIMARIO HASTA GENERACIÓN DE RESULTADOS)	-
REACTIVOS LISTOS PARA SU USO	--



REACTIVOS A TEMPERATURA AMBIENTE O REFRIGERADOS (NO CONGELADOS)	-
SENSIBILIDADES Y ESPECIFICIDADES ANALÍTICAS DOCUMENTADAS SUPERIORES AL 98%	--
ASISTENCIA TÉCNICA GARANTIZADA EN MENOS DE 24H (INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS)	-
SISTEMA CON SOFTWARE DEDICADO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN OBJETIVA DE RESULTADOS POR EL SISTEMA	-
SISTEMA UTILIZADO EN AL MENOS 5 HOSPITALES ESPAÑOLES CON MÁS DE 800 CAMAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL AVALADA POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO	-
TOTAL	-

LOTE 19 - ANTICUERPOS FRENTE A Borrelia (TÉCNICA DE ALTA ESPECIFICIDAD PARA SER UTILIZADA CON FINES CONFIRMATORIOS)

CRITERIOS	BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A.U.
AUTOMATIZACIÓN TOTAL DEL PROCESO (DESDE EL TUBO PRIMARIO HASTA GENERACIÓN DE RESULTADOS)	10
REACTIVOS LISTOS PARA SU USO	5
REACTIVOS A TEMPERATURA AMBIENTE O REFRIGERADOS (NO CONGELADOS)	3
SENSIBILIDADES Y ESPECIFICIDADES ANALÍTICAS DOCUMENTADAS SUPERIORES AL 98%	3
ASISTENCIA TÉCNICA GARANTIZADA EN MENOS DE 24H (INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS)	3
SISTEMA CON SOFTWARE DEDICADO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN OBJETIVA DE RESULTADOS POR EL SISTEMA	3
SISTEMA UTILIZADO EN AL MENOS 5 HOSPITALES ESPAÑOLES CON MÁS DE 800 CAMAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL AVALADA POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO	3
TOTAL	30

LOTE 20 - DETECCIÓN DE ANTICUERPOS FRENTE A HIV. TÉCNICA CONFIRMATORIA

CRITERIOS	DESIERTO
AUTOMATIZACIÓN TOTAL DEL PROCESO (DESDE EL TUBO PRIMARIO HASTA GENERACIÓN DE RESULTADOS)	-
REACTIVOS LISTOS PARA SU USO	-
REACTIVOS A TEMPERATURA AMBIENTE O REFRIGERADOS (NO CONGELADOS)	-
SENSIBILIDADES Y ESPECIFICIDADES ANALÍTICAS DOCUMENTADAS SUPERIORES AL 98%	-
ASISTENCIA TÉCNICA GARANTIZADA EN MENOS DE 24H (INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS)	--



SISTEMA CON SOFTWARE DEDICADO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN OBJETIVA DE RESULTADOS POR EL SISTEMA	-
SISTEMA UTILIZADO EN AL MENOS 5 HOSPITALES ESPAÑOLES CON MÁS DE 800 CAMAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL AVALADA POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO	-
TOTAL	-

LOTE 21 - DETECCIÓN DE ANTICUERPOS FRENTE AL VHC. TÉCNICA CONFIRMATORIA

CRITERIOS	DESIERTO
AUTOMATIZACIÓN TOTAL DEL PROCESO (DESDE EL TUBO PRIMARIO HASTA GENERACIÓN DE RESULTADOS)	--
REACTIVOS LISTOS PARA SU USO	-
REACTIVOS A TEMPERATURA AMBIENTE O REFRIGERADOS (NO CONGELADOS)	-
SENSIBILIDADES Y ESPECIFICIDADES ANALÍTICAS DOCUMENTADAS SUPERIORES AL 98%	-
ASISTENCIA TÉCNICA GARANTIZADA EN MENOS DE 24H (INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS)	--
SISTEMA CON SOFTWARE DEDICADO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN OBJETIVA DE RESULTADOS POR EL SISTEMA	-
SISTEMA UTILIZADO EN AL MENOS 5 HOSPITALES ESPAÑOLES CON MÁS DE 800 CAMAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL AVALADA POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO	-
TOTAL	-

LOTE 22 - CUANTIFICACIÓN DEL 1,3-BETA-D-GLUCANO EN SUERO

CRITERIOS	VIRCELL SPAIN, S.L.
PRESENTACIÓN EN MONOTEST (UN ANÁLISIS / UNA DETERMINACIÓN)	10
AUTOMATIZACIÓN TOTAL DEL PROCESO (DESDE EL TUBO PRIMARIO HASTA GENERACIÓN DE RESULTADOS)	3
REACTIVOS LISTOS PARA SU USO	3
TIEMPO REDUCIDO DE OPERARIO (<10 MINUTOS)	3
REACTIVOS A TEMPERATURA AMBIENTE O REFRIGERADOS (NO CONGELADOS)	3
SENSIBILIDADES Y ESPECIFICIDADES ANALÍTICAS DOCUMENTADAS SUPERIORES AL 98%	3
ASISTENCIA TÉCNICA GARANTIZADA EN MENOS DE 24H (INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS)	3
SISTEMA CON SOFTWARE DEDICADO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN OBJETIVA DE RESULTADOS POR EL SISTEMA	1
SISTEMA UTILIZADO EN AL MENOS 5 HOSPITALES ESPAÑOLES CON MÁS DE 800 CAMAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL AVALADA POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO	1
TOTAL	30



LOTE 23 - CUANTIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE INTERFERON GAMMA FRENTE A CMV

CRITERIOS	QIAGEN IBERIA, S.L.
AUTOMATIZACIÓN TOTAL DEL PROCESO (DESDE EL TUBO PRIMARIO HASTA GENERACIÓN DE RESULTADOS)	10
REACTIVOS LISTOS PARA SU USO	5
REACTIVOS A TEMPERATURA AMBIENTE O REFRIGERADOS (NO CONGELADOS)	3
SENSIBILIDADES Y ESPECIFICIDADES ANALÍTICAS DOCUMENTADAS SUPERIORES AL 98%	0
ASISTENCIA TÉCNICA GARANTIZADA EN MENOS DE 24H (INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS)	3
SISTEMA CON SOFTWARE DEDICADO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN OBJETIVA DE RESULTADOS POR EL SISTEMA	3
SISTEMA UTILIZADO EN AL MENOS 5 HOSPITALES ESPAÑOLES CON MÁS DE 800 CAMAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL AVALADA POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO	3
TOTAL	27

LOTE 24 - DETECCIÓN DE SENSIBILIDAD A ANTIMICROBIANOS DIRECTAMENTE DE HEMOCULTIVOS POSITIVOS Y DE OTRAS MUESTRAS CLÍNICAS

CRITERIOS	ALIFAX SPAIN, S.L.
AUTOMATIZACIÓN TOTAL DEL PROCESO (DESDE EL TUBO PRIMARIO HASTA GENERACIÓN DE RESULTADOS)	10
REACTIVOS LISTOS PARA SU USO	5
REACTIVOS A TEMPERATURA AMBIENTE O REFRIGERADOS (NO CONGELADOS)	3
SENSIBILIDADES Y ESPECIFICIDADES ANALÍTICAS DOCUMENTADAS SUPERIORES AL 98%	3
ASISTENCIA TÉCNICA GARANTIZADA EN MENOS DE 24H (INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS)	3
SISTEMA CON SOFTWARE DEDICADO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN OBJETIVA DE RESULTADOS POR EL SISTEMA	3
SISTEMA UTILIZADO EN AL MENOS 5 HOSPITALES ESPAÑOLES CON MÁS DE 800 CAMAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL AVALADA POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO	3
TOTAL	30



LOTE 25 (DEL 25.1 AL 25.7) - SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE IDENTIFICACIÓN (ID), SENSIBILIDAD A ANTIMICROBIANOS (AST) Y SISTEMA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS, LEVADURAS Y HONGOS FILAMENTOSOS BASADO EN ESPECTROMETRIA DE MASAS MALDI TOF Y SISTEMA DE ESPECTROSCOPIA DE INFRARROJOS PARA LA CARACTERIZACION DE SUBESPECIES BACTERIANAS Y LEVADURAS (TIPADO)

CRITERIOS	BECKMAN COULTER, S.L.U.
FACILIDAD DE PREPARACIÓN DE PLACAS DE MICRODILUCIÓN, NO NECESARIO AJUSTE DE DENSIDAD ÓPTICA DE INÓCULOS (A 0,5 McFARLAND)	5
DISPONIBILIDAD DE ANTIBACTERIANOS DE NUEVA GENERACIÓN COMO CEFTAZIDIMA / AVIBACTAM Y CEFTOLOZANO / TAZOBACTAM.	2,50
POSIBILIDAD DE REVISIÓN VISUAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD.	2,50
ASISTENCIA TÉCNICA GARANTIZADA EN MENOS DE 24H (INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS)	2,50
SISTEMA UTILIZADO EN AL MENOS 15 HOSPITALES ESPAÑOLES CON MÁS DE 800 CAMAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL AVALADA POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO	2,50
TOTAL	15

LOTES 25 (DEL 25.8 AL 25.14) - SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE IDENTIFICACIÓN (ID), SENSIBILIDAD A ANTIMICROBIANOS (AST) Y SISTEMA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS, LEVADURAS Y HONGOS FILAMENTOSOS BASADO EN ESPECTROMETRIA DE MASAS MALDI TOF Y SISTEMA DE ESPECTROSCOPIA DE INFRARROJOS PARA LA CARACTERIZACION DE SUBESPECIES BACTERIANAS Y LEVADURAS (TIPADO)

CRITERIOS	BECKMAN COULTER, S.L.U.
CONTROL LIOFILIZADO. LIÓFILO RECONSTITUIDO EN EL MOMENTO LISTO PARA USAR SIN NECESIDAD DE RESIEMBRA NI SUBCULTIVO.	5
GRAN VELOCIDAD DE ESPECTROS DEL LÁSER (AL MENOS 250 Hz)	2,50
AMPLIA BASE DE DATOS CON AL MENOS 2.700 MICROORGANISMOS.	2,50
ASISTENCIA TÉCNICA GARANTIZADA EN MENOS DE 24H (INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS)	2,50
SISTEMA UTILIZADO EN AL MENOS 10 HOSPITALES ESPAÑOLES CON MÁS DE 800 CAMAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL AVALADA POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO 2,5 S Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL AVALADA POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO	2,50
TOTAL	15



LOTE 26 - SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE HONGOS POR ESPECTROMETRÍA DE MASAS

CRITERIOS	BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A.U.
CONTROL LIOFILIZADO. LIÓFILO RECONSTITUIDO EN EL MOMENTO LISTO PARA USAR SIN NECESIDAD DE RESIEMBRA NI SUBCULTIVO.	10
GRAN VELOCIDAD DE ESPECTROS DEL LÁSER (AL MENOS 250 Hz)	5
AMPLIA BASE DE DATOS CON AL MENOS 2.700 MICROORGANISMOS.	0
ASISTENCIA TÉCNICA GARANTIZADA EN MENOS DE 24H (INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS)	5
SISTEMA UTILIZADO EN AL MENOS 10 HOSPITALES ESPAÑOLES CON MÁS DE 800 CAMAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL AVALADA POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO 2,5 S Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL AVALADA POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO	5
TOTAL	25

LOTE 27 - C. PRUEBAS RÁPIDAS DE ID Y AST

CRITERIOS	VIRCELL SPAIN, S.L.
REACTIVOS LISTOS PARA SU USO	10
SENSIBILIDADES Y ESPECIFICIDADES ANALÍTICAS DOCUMENTADAS SUPERIORES AL 98%	10
SISTEMA UTILIZADO EN AL MENOS 5 HOSPITALES ESPAÑOLES CON MÁS DE 800 CAMAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL AVALADA POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO	10
TOTAL	30

LOTE 28 - DETECCIÓN DE PROTOZOOS ENTEROPATÓGENOS EN HECES

CRITERIOS	MASTER-LABOR, S.L.	SUMINISTROS CLINICOS LANAU S.L.	VIRCELL SPAIN, S.L.
REACTIVOS LISTOS PARA SU USO	10	10	10
SENSIBILIDADES Y ESPECIFICIDADES ANALÍTICAS DOCUMENTADAS SUPERIORES AL 98%	0	10	10
SISTEMA UTILIZADO EN AL MENOS 5 HOSPITALES ESPAÑOLES CON MÁS DE 800 CAMAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL AVALADA POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO	0	10	10
TOTAL	10	30	30



LOTE 29 - D. SENSIBILIDAD DE MICROORGANISMOS DE DIFÍCIL CRECIMIENTO. TÉCNICA SEMIAUTOMÁTICA POR MICRODILUCIÓN Y LECTURA VISUAL

CRITERIOS	THERMO FISHER DIAGNOSTICS, S.L.U.
FACILIDAD DE PREPARACIÓN DE PLACAS DE MICRODILUCIÓN, NO NECESARIO AJUSTE DE DENSIDAD ÓPTICA DE INÓCULOS (A 0,5 McFARLAND)	0
DISPONIBILIDAD DE ANTIBACTERIANOS DE NUEVA GENERACIÓN COMO CEFTAZIDIMA / AVIBACTAM Y CEFTOLOZANO / TAZOBACTAM	0
POSIBILIDAD DE REVISIÓN VISUAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD	0
ASISTENCIA TÉCNICA GARANTIZADA EN MENOS DE 24H (INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS)	0
SISTEMA UTILIZADO EN AL MENOS 15 HOSPITALES ESPAÑOLES CON MÁS DE 800 CAMAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL AVALADA POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO	0
TOTAL	0

En Madrid, a 16 de julio de 2026

Firmado digitalmente por: MUÑOZ GARCIA PATRICIA CARMEN
Fecha: 2026.07.29 13:48

Dra. Patricia Muñoz García

Fdo.: Jefe de Servicio de Microbiología



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1296259335909511284539**