



Hospital General Universitario
Gregorio Marañón

Comunidad de Madrid

EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO DE UN EQUIPO DE DENSITOMETRÍA ÓSEA PARA EL SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO "GREGORIO MARAÑÓN"

N. EXP: A/SUM-016050/2026

EMPRESAS LICITANTES:

- **HOLOGIC IBERIA, S.L.U.**
- **ELECTROMEDICAL, S.L**
- **IRE RAYOS X, S.A.**

Vista la documentación técnica aportada por las empresas licitantes del procedimiento abierto simplificado abreviado para el suministro de un equipo de densitometría ósea para el Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón", se informa de lo siguiente:

- **HOLOGIC IBERIA, S.L.U.**

La oferta presenta el modelo Horizon Wi de la marca Hologic. Esta oferta cumple las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el PPT.

Respecto de los criterios de valoración automática la autoevaluación realizada por la empresa es correcta. En esta se asignan 25 puntos. No propone ampliación de la garantía mínima de 2 años exigida en el PPT.

- **ELECTROMEDICAL, S.L**

La oferta presenta el modelo Primus de la marca Osteosys. Esta oferta cumple las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el PPT.

Respecto de los criterios de valoración automática la autoevaluación realizada por la empresa no es correcta.

- En el apartado en el que se solicita: una amplitud de camilla arco en C superior o igual a 50 cm, facilitan otro parámetro diferente que no corresponde al solicitado: SID (distancia entre el foco y el detector).
- En el apartado en el que se solicita: un equipo que disponga de generador de RX de alta frecuencia y que permita exposiciones de doble energía (mín 45 KeV y 75 KeV). El equipo ofertado presenta una exposición de doble energía que no llega a la energía mínima de 45 KeV.

Teniendo en cuenta lo anterior se asignan 5 puntos correspondientes al apartado donde se solicita un equipo con camilla de una capacidad de carga superior a 159 Kg y móvil.



La oferta propone una ampliación de la garantía mínima de 2 años exigida en el PPT en dos años adicionales. Se asignan 5 puntos adicionales.

- **IRE RAYOS X, S.A**

La oferta presenta el modelo Primus de la marca Osteosys. Esta oferta cumple las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el PPT.

Respecto de los criterios de valoración automática la autoevaluación realizada por la empresa no es correcta.

- En el apartado en el que se solicita: un equipo que disponga de generador de RX de alta frecuencia y que permita exposiciones de doble energía (mín 45 KeV y 75 KeV). El equipo ofertado presenta una exposición de doble energía que no llega a la energía mínima de 45 KeV.

Teniendo en cuenta lo anterior se asignan 5 puntos correspondientes al apartado donde se solicita un equipo con camilla de una capacidad de carga superior a 159 Kg y móvil.

La oferta propone una ampliación de la garantía mínima de 2 años exigida en el PPT en un año adicional. Se asignan 2,5 puntos adicionales.

**EL RESPONSABLE
DE ELECTROMEDICINA**

Firmado digitalmente por: HERRERO ALONSO EUGENIO
Fecha: 2026.06.15 14:19



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1276441794405522734174**