

PA SUM 26 010 "SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE PARA CUIDADOS INTENSIVOS, CATETERES VENOSOS CENTRALES, DE ACCESO PERIFÉRICO Y LÍNEAS MEDIAS, CON PUESTA A DISPOSICIÓN DE EQUIPOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA".

LOTE 1

Nº DE ORDEN 1

CÓD. NEXUS: 123787: CATÉTER CENTRAL 3 LUCES CON INTRODUTOR A TRAVÉS DE CÁNULA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CATÉTER CENTRAL 3 LUCES CON INTRODUTOR A TRAVÉS DE CÁNULA.

CATETER VENOSO CENTRAL POLIURETANO 3LUCES 16/18/18CH 7FRX16CM

- Set de cateterización venosa central, técnica Seldinger, compuesto por:
 - Catéter radiopaco de material histocompatible (poliuretano o similar), que se introduce en vena a través de cánula con punta extremadamente blanda para evitar el daño vascular. Catéter no acodable y que vuelva a su posición inicial.
 - Con marcas cada 10 cm. y aletas de sujeción.
 - Cánula corta con aguja guía interna y catéter largo.
 - Extremo proximal conexión Luer-Lock, con clamp.
 - Guía metálica con puntas en "J" y recta y con sistema bidireccional que haga posible el deslizamiento. Guía no acodable.
- Exento de látex.
- En envase, con accesorios para la colocación (jeringa, dilatador de vasos, etc...).
- En envase individual estéril con sistema de apertura que garantice la esterilidad en el momento de su utilización. Con identificación clara: Denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, nº de lote, marcado CE, referencia comercial.
- Envase con una cara transparente para poder visualizar los componentes.
- Catéter para inyección a alta presión (300 psi)

Aplicaciones: Para cateterización de vía central (vena cava superior, subclavia, braquial, etc.).

CASAS COMERCIALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVOS
VYGON		X	Ficha técnica en inglés. En ficha técnica no figura que sea un catéter para inyección de alta presión (300 psi)
B. BRAUN MEDICAL		X	En ficha técnica no figura que sea un catéter para inyección de alta presión (300 psi)
TELEFLEX	X		

En Fuenlabrada a la fecha de la firma

Valoración realizada por: Dr. Carlos Velayos (Jefe de Servicio UCI/ACI)

Ana Álvarez (Supervisora Servicio UCI/ACI)

Tania Martín (Encomienda de Supervisión UCI/ACI)

MARTIN
PELAEZ
TANIA -

Firmado
digitalmente por
MARTIN PELAEZ
TANIA
Fecha: 2026.07.17
12:01:36 +02'00'

VELAYOS
AMO
CARLOS -

Firmado
digitalmente por
VELAYOS AMO
CARLOS -
Fecha: 2026.07.18
14:23:48 +02'00'

PA SUM 26 010 "SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE PARA CUIDADOS INTENSIVOS, CATETERES VENOSOS CENTRALES, DE ACCESO PERIFÉRICO Y LÍNEAS MEDIAS, CON PUESTA A DISPOSICIÓN DE EQUIPOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA".

LOTE 2

Nº DE ORDEN 2

CÓD. NEXUS: 107211: CATÉTER ARTERIAL RADIAL (Técnica SELDINGER) 20G X 5 CM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CATÉTER ARTERIAL RADIAL (Técnica SELDINGER)

CATETER ARTERIAL POLIURETANO SELDINGER 20GX5CM GUIA 0,021"X35CM PUNTA RECTA-RECTA

- **MEDIDAS: 20G x 5 cm.**
- Catéter arterial de una luz, técnica Seldinger compuesto por:
 - Catéter radiopaco de material histocompatible, con aletas de sujeción, que se introduce en arteria a través de cánula corta.
 - Las aletas de sujeción no deben producir lesión en el paciente. Han de ser flexibles.
 - Cánula corta con aguja guía interna y catéter largo.
 - Extremo proximal con conexión Luer-Lock.
 - Guía metálica con puntas recta y tipo floppy de 0,021" y 35 cm de longitud
- Sistema de fijación a piel del catéter en forma de mariposa.
- Exento de látex.
- En envase individual estéril con sistema de apertura que garantice la esterilidad en el momento de su utilización. Con identificación clara: Denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, nº de lote, marcado CE, referencia comercial.
- Envase con una cara transparente para poder visualizar los componentes.

Aplicación: Para cateterización radial.

CASAS COMERCIALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVOS
VYGON		X	No cumple medidas. Presenta 20G x 60 mm.
B. BRAUN SURGICAL		X	No cumple medidas. Presenta 22G x 80 mm. Conexión Luer lock invertida.
TELEFLEX	X		

En Fuenlabrada a la fecha de la firma

Valoración realizada por: Ana Álvarez (Supervisora Servicio UCI/ACI)

Tania Martín (Encomienda Supervisión Servicio UCI/ACI)

MARTIN
PELAEZ TANIA

Firmado digitalmente
por MARTIN PELAEZ
TANIA [REDACTED]
Fecha: 2026.07.17
11:57:45 +02'00'

PA SUM 26 010 "SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE PARA CUIDADOS INTENSIVOS, CATETERES VENOSOS CENTRALES, DE ACCESO PERIFÉRICO Y LÍNEAS MEDIAS, CON PUESTA A DISPOSICIÓN DE EQUIPOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA".

LOTE 3

Nº DE ORDEN 3

CÓD. NEXUS: 102456: SISTEMA DE MEDICIÓN DE GASTO CARDÍACO POR ONDA DE PULSO "TIPO FLO-TRAC"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

SISTEMA DE MEDICIÓN DE GASTO CARDÍACO POR ONDA DE PULSO "TIPO FLO-TRAC"

SENSOR MONITORIZACION GASTO CARDIACO CONTINUO C/ LINEA 152 CM

Sistema no invasivo para la monitorización hemodinámica del paciente, que permita gestionar la inestabilidad hemodinámica, su estado fisiológico y garantizar una perfusión adecuada.

Parámetros que debe visualizar:

- Volumen sistólico (VS)
- Variación del volumen sistólico (VVS)
- Presión arterial media (PAM)
- Resistencia vascular sistémica (RVS)
- Gasto cardiaco (GC)

Estos parámetros se deben de actualizar como mínimo cada 20 segundos.

Que permita el uso continuo o monitorización continua de la variación del volumen sistólico.

Con conexión luer lock en el lado proximal y llave de tres pasos.

Con salida de dos cables que conectan con el monitor y conexión luer lock en su parte distal.

Con sistema de lavado resistente.

- Compatible con monitores de gasto cardíaco **EDWARDS LIFESCIENCES modelo VIGILEO (PROPIEDAD DEL HOSPITAL) mediante certificado por parte de la empresa de compatibilidad con monitores.**
- **La empresa adjudicataria deberá facilitar los cables que hacen compatible la medición del gasto cardiaco con los monitores Philips para monitorización arterial.**
- Exento de látex.
- En envase individual estéril con sistema de apertura que garantice la esterilidad en el momento de su utilización. Con identificación clara: Denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, nº de lote, marcado CE, referencia comercial.
- Conexión – Driver para transmisión de datos a través de salida RS232 al sistema de información de UCI (PICIS)

CASAS COMERCIALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVOS
EDWARDS LIFESCIENCES	X		

En Fuenlabrada a la fecha de la firma

Valoración realizada por: Dr. Carlos Velayos (Jefe de Servicio UCI/ACI)

Ana Álvarez (Supervisora Servicio UCI/ACI)

Tania Martín (Encomienda de Supervisión Servicio UCI/ACI)

**MARTIN
PELAEZ TANIA**

Firmado digitalmente
por MARTIN PELAEZ
TANIA - [REDACTED]
Fecha: 2026.07.17
12:05:05 +02'00'

**VELAYOS
AMO CARLOS**

Firmado
digitalmente por
VELAYOS AMO
CARLOS - [REDACTED]
Fecha: 2026.07.18
14:24:17 +02'00'

PA SUM 26 010 "SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE PARA CUIDADOS INTENSIVOS, CATETERES VENOSOS CENTRALES, DE ACCESO PERIFÉRICO Y LÍNEAS MEDIAS, CON PUESTA A DISPOSICIÓN DE EQUIPOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA".

LOTE 4

Nº DE ORDEN 4-5

CÓD. NEXUS:

108030: CATETER PARA HEMOFILTRACION 12 F X 16 cm. $\pm$ 1 cm

127386: CATETER PARA HEMOFILTRACION 14 F X 20 cm. $\pm$ 1 cm

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

CATETER PARA HEMOFILTRACION

- Catéter venoso de doble luz, técnica Seldinger, compuesto por:
 - Sistema tubular anti pliegue de material histocompatible (poliuretano o similar), radiopaco.
 - Con recubrimiento antimicrobiano.
 - Líneas de extensión de material plástico transparente y clamps de colores para identificar el puerto de salida y el puerto de retorno.
 - Extremo proximal conexión Luer-Lock, y dispositivo para fijación a piel.
 - Guía metálica con puntas en "J" y recta y con sistema bidireccional que que haga posible el deslizamiento del catéter. Material de la guía que evite su acodamiento en el momento de su utilización. No deshilachable o que se desintegre.
 - Catéter con punta extremadamente blanda para evitar el daño vascular. Catéter no acodable y que vuelva a su posición inicial.
- Exento de látex
- En envase con accesorios para la colocación. (Aguja introductora, guía metálica y dilatador vascular).
- En envase individual estéril con sistema de apertura que garantice la esterilidad en el momento de su utilización. Con identificación clara: Denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, nº de lote, marcado CE, referencia comercial.
- Envase con una cara transparente para poder visualizar los componentes

Aplicación: Para realización de hemofiltración arterio-venosa continua.

CASAS COMERCIALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVOS
TELEFLEX	X		

En Fuenlabrada a la fecha de la firma

Valoración realizada por: Dr. Carlos Velayos (Jefe de Servicio UCI/ACI)

Ana Álvarez (Supervisora Servicio UCI/ACI)

Tania Martín (Encomienda Supervisión Servicio UCI/ACI)

MARTIN
PELAEZ
TANIA -

Firmado
digitalmente por
MARTIN PELAEZ
TANIA -
Fecha: 2026.07.17
12:06:04 +02'00'

VELAYOS
AMO
CARLOS -

Firmado
digitalmente por
VELAYOS AMO
CARLOS -
Fecha: 2026.07.18
14:24:48 +02'00'

PA SUM 26 010 "SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE PARA CUIDADOS INTENSIVOS, CATETERES VENOSOS CENTRALES, DE ACCESO PERIFÉRICO Y LÍNEAS MEDIAS, CON PUESTA A DISPOSICIÓN DE EQUIPOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA".

LOTE 5

Nº DE ORDEN 6

CÓD. NEXUS: 106517: ELECTRÓDO BIPOLAR DE ESTIMULACIÓN CARDIACA PARA MARCAPASOS TEMPORAL CON BALÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ELECTRÓDO BIPOLAR DE ESTIMULACIÓN CARDIACA PARA MARCAPASOS TEMPORAL CON BALÓN

CATETER ELECTRODO BIPOLAR 5FR 110CM C/BALON ESTIMULACION TEMPORAL

- Catéter bipolar para marcapasos transitorio, compuesto por:
 - Catéter radiopaco de material histocompatible (poliuretano o similar). Calibre 5 F. / 110 cm.
 - Electrodo de acero inoxidable.
 - Introdutor.
 - Funda de plástico que permite la manipulación e introducción aséptica.
- Exento de látex.
- En envase con accesorios para la colocación (jeringa, etc.).
- En envase individual estéril con sistema de apertura que garantice la esterilidad en el momento de su utilización. Con identificación clara: Denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, nº de lote, marcado CE, referencia comercial.
- Con conexión y adaptador incorporados.
- El introductor debe permitir el deslizamiento del electrodo.
- El electrodo debe venir en doble envase para evitar la pérdida de esterilidad.
- Envase con una cara transparente para poder visualizar los componentes

Aplicación: Estimulación cardiaca para marcapasos temporal.

CASAS COMERCIALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVOS
EDWARDS LIFESCIENCIES		x	No tiene introductor ni accesorios para su colocación. No tiene funda de plástico para la manipulación e introducción aséptica. Los adaptadores están en bolsa independiente
VYGON		x	No tiene accesorios para su colocación. No tiene funda de plástico para la manipulación e introducción aséptica.
B. BRAUN SURGICAL		x	No tiene introductor ni accesorios para su colocación. No tiene funda de plástico para la manipulación e introducción aséptica. No trae adaptadores

En Fuenlabrada a la fecha de la firma

VELAYOS
AMO CARLOS

Firmado digitalmente por VELAYOS
AMO CARLOS
Fecha: 2025.07.17 09:11:23 +02:00

Valoración realizada por: Dr. Carlos Velayos (Jefe de Servicio UCI/ACI)

Ana Álvarez (Supervisora Servicio UCI/ACI)

Informe realizado por: M^a Ángeles Antúnez (Enfermera Responsable de RR.MM.


MARÍA DE
LOS ANGELES
ANTUNEZ

Firmado digitalmente
por  MARÍA
DE LOS ANGELES
ANTUNEZ
Fecha: 2026.07.21
13:23:34 +02'00'

PA SUM 26 010 "SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE PARA CUIDADOS INTENSIVOS, CATETERES VENOSOS CENTRALES, DE ACCESO PERIFÉRICO Y LÍNEAS MEDIAS, CON PUESTA A DISPOSICIÓN DE EQUIPOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA".

LOTE 6

Nº DE ORDEN 7

CÓD. NEXUS: 120877: KIT DE TRAQUEOSTOMÍA PERCUTANEA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

KIT DE TRAQUEOSTOMÍA PERCUTANEA

EQUIPO TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA C/DILATADORES 21-24-28FR

Cánulas premontadas con sistema de inserción mínimamente traumático, sin escalones entre el sistema de inserción y la cánula.

- Compuesto por:
 - Jeringa, bisturí y guía metálica con sistema que permita el deslizamiento de la cánula.
 - Aguja con catéter para localización de la tráquea
 - Dilatador corto y dilatador curvo progresivo para hacer el estoma con recubrimiento hidrofílico.
- Cánula de traqueotomía con aspiración subglótica.
- Envase con una cara transparente para poder visualizar los componentes
- Exento de látex.
- En envase individual estéril con sistema de apertura que garantice la esterilidad en el momento de su utilización. Con identificación clara: Denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, nº de lote, marcado CE, referencia comercial.

Aplicación: Para la realización de traqueostomía percutánea.

CASAS COMERCIALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVOS
COLOPLAST	x		

En Fuenlabrada a la fecha de la firma

VELAYOS
AMO CARLOS

Firmado
digitalmente por
VELAYOS AMO
CARLOS

Fecha: 2026.07.17
09:16:51 +02'00'

Valoración realizada por: Dr. Carlos Velayos (Jefe de Servicio UCI/ACI)

Ana Álvarez (Supervisora Servicio UCI/ACI)

Informe realizado por: M^a Ángeles Antúnez (Enfermera Responsable de RR.MM.)

Firmado
digitalmente por
MARÍA DE
LOS ANGELES
ANTUNEZ
Fecha: 2026.07.21
13:25:06 +02'00'

PA SUM 26 010 "SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE PARA CUIDADOS INTENSIVOS, CATETERES VENOSOS CENTRALES, DE ACCESO PERIFÉRICO Y LÍNEAS MEDIAS, CON PUESTA A DISPOSICIÓN DE EQUIPOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA".

LOTE 7

Nº DE ORDEN 8

CÓD. NEXUS: 107318: KIT PERICARDIOCENTESIS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

KIT PERICARDIOCENTESIS

Kit compuesto por los siguientes elementos:

- Catéter de 7 agujeros de drenaje en espiral tipo pigtail, de medidas 6F y 60 cm.
- Guía de 0,035" y 80 cm con puntas en "J" y recta.
- Aguja de acceso de 18G x 9 cm
- Aguja de acceso con punta chiba de 18G x 15 cm
- 1 dilatador de 6F x 22 cm
- 1 paño absorbente de medidas 45 x 75 cm
- 1 paño fenestrado de 40 x 40 cm aprox.
- 1 bisturí desechable del nº 11.
- 10 esponjas absorbentes de 10 x 10 cm
- 1 aguja de medicación de 19G x 3,8 cm.
- 1 aguja de medicación de 22G x 6 cm.
- 1 llave de tres pasos
- 1 jeringa de 10 ml cono luer lock
- 1 jeringa de 60 ml cono luer lock
- 1 bolsa de recogida de líquidos de 1400-1500 ml, con conexión luer lock.
- 1 paño cobertor de todos los componentes
- 1 pinza tipo cocodrilo para conectar aguja con terminal V1 ó V3 del electrocardiógrafo.
- Exento de látex
- En envase individual estéril
- En envase individual estéril con sistema de apertura que garantice la esterilidad en el momento de su utilización. Con identificación clara: Denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, nº de lote, marcado CE, referencia comercial.

Aplicación: Para drenaje de líquido en pericardio

CASAS COMERCIALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVOS
MERIT MEDICAL	X		

En Fuenlabrada a la fecha de la firma

Valoración realizada por: Dr. Carlos Velayos (Jefe de Servicio UCI/ACI)

Ana Álvarez (Supervisora Servicio UCI/ACI)

Tania Martín (Encomienda Supervisión Servicio UCI/ACI)

MARTIN
PELAEZ
TANIA -

Firmado
digitalmente por
MARTIN PELAEZ
TANIA -
Fecha: 2026.07.17
12:06:35 +02'00'

VELAYOS
AMO
CARLOS -

14:23:13 +02'00'

PA SUM 26 010 "SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE PARA CUIDADOS INTENSIVOS, CATETERES VENOSOS CENTRALES, DE ACCESO PERIFÉRICO Y LÍNEAS MEDIAS, CON PUESTA A DISPOSICIÓN DE EQUIPOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA".

LOTE 8

Nº DE ORDEN 9

CÓD. NEXUS: 101773: EQUIPO DE DRENAJE TORÁCICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

EQUIPO DE DRENAJE TORÁCICO

- Recipiente de plástico para drenaje torácico, compuesto por:
 - Válvula de seguridad para el paciente con cierre de agua. Debe incluir el agua necesaria para rellenar el sello de agua.
 - Cámara de control de succión milimetrada.
 - 1 Cámara colectora de líquidos de 2500 ml con escala milimetrada, que permita la visualización del débito y su aspecto.
 - Dos conexiones, uno para conectar a catéter torácico de 180 cm. aprox. de longitud, y otro para conectar sistema de vacío de 30 cm. aprox. Con conexiones flexibles y seguras sin que se produzcan desconexiones accidentales. Dichas conexiones tienen que tener una longitud mínima de 3 cm. Los tubos deben tener un sistema antiacodamiento para conexión con el tubo del paciente.
 - Con asa para transporte, sistema de sujeción a la cama del paciente y soporte para el suelo que impida el volcado accidental del equipo.
 - Con acceso para toma de muestras sin aguja en el tubo cercano a la conexión con el paciente.
 - Pinza clamp en el tubo
 - Con control de presión mediante válvula mecánica seca, para reducción del ruido. Válvula regulable silenciosa.
 - Con control de succión que mantenga automáticamente el nivel de succión prescrito a pesar de las variaciones en la fuente de aspiración o fugas del paciente.
 - Con válvula unidireccional como protección para el paciente en caso de vuelcos del sistema.
 - Que presente un medidor de fuga aérea que permita cuantificarla.
 - Con válvula de liberación de alta negatividad para eliminar manualmente el exceso de presión negativa.
 - Con pinza en el tubo incluida.
 - Exento de látex.
 - En envase individual estéril.
 - En envase individual estéril con sistema de apertura que garantice la esterilidad en el momento de su utilización. Con identificación clara: Denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, nº de lote, marcado CE, referencia comercial.

La casa comercial adjudicataria se compromete a hacer un plan de formación a las distintas unidades que utilizan el producto para garantizar su correcta utilización.

Aplicación: Para evacuación de líquidos y aire torácico.

CASAS COMERCIALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVOS
INTERSURGICAL		X	Presenta una capacidad de 2000 ml. En las pruebas realizadas se observa que hace mucho ruido
TELEFLEX	X		

En Fuenlabrada a la fecha de la firma

Valoración realizada por: Dr. Carlos Velayos (Jefe de Servicio UCI/ACI)

Dra. M^a Victoria Valeri-Busto (Facultativo Servicio Neumología)

**VALERI-BUSTO
GONZALEZ
VICTORIA -**
Firmado digitalmente
por VALERI-BUSTO
GONZALEZ VICTORIA -
[Redacted]
Fecha: 2026.07.16
12:13:05 +02'00'

**VELAYOS
AMO
CARLOS -**
Firmado
digitalmente por
VELAYOS AMO
CARLOS - [Redacted]
Fecha: 2026.07.17
08:51:51 +02'00'

PA SUM 26 010 "SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE PARA CUIDADOS INTENSIVOS, CATETERES VENOSOS CENTRALES, DE ACCESO PERIFÉRICO Y LÍNEAS MEDIAS, CON PUESTA A DISPOSICIÓN DE EQUIPOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA".

LOTE 9

Nº DE ORDEN 10

CÓD. NEXUS: 101941: SET INSERCIÓN VIA CENTRAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Compuesto por paquetes independientes, con envoltura individual y con el siguiente contenido:
 - Primero:
 - 2 Toallas secamanos.
 - 1 Bata XL.
 - Segundo:
 - 1 Sutura de aguja recta.
 - 1 Hoja de bisturí nº 11 con mango.
 - 1 Aguja hipodérmica G21 40x0, 8 con seguridad.
 - 1 Jeringa de 5 ml. Luer.
 - 1 Jeringa de 10 ml. Luer.
 - 1 Aguja G18 40x1, 2.
 - 1 Bandeja 432x294x72
 - 10 gasas pequeñas.
 - 1 Campo de 200x230 cm con ventana adhesiva excéntrica y especialmente absorbente.
 - 1 Esponja para preparación del campo quirúrgico montada sobre mango.
- Exento de látex.
- En envase individual estéril.
- En envase individual estéril con sistema de apertura que garantice la esterilidad en el momento de su utilización. Con identificación clara: Denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, nº de lote, marcado CE, referencia comercial.
- Los componentes del set deben de ir identificados en el embalaje.

Aplicación: Para cateterización vía central.

CASAS COMERCIALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVOS
VYGON	X		
MEDLINE		X	La bata y el kit, se presentan en paquetes independientes, pero no llevan una envoltura individual que contenga todo. Medidas del campo: 221x240 cm, superiores a las solicitadas en PPT. En las pruebas realizadas, la fenestra presenta dificultad para visualizar la zona de inserción si hay que recolocar el catéter, resultando pequeña.

En Fuenlabrada a la fecha de la firma

Valoración realizada por: Dr. Carlos Velayos (Jefe de Servicio UCI/ACI)

Ana Álvarez (Supervisora Servicio UCI/ACI)

Tania Martín (Encomienda Supervisión Servicio UCI/ACI)

MARTIN
PELAEZ
TANIA -

Firmado
digitalmente por
MARTIN PELAEZ
TANIA -
Fecha: 2026.07.17
12:07:38 +02'00'

VELAYOS
AMO
CARLOS -

14:25:21 +02'00'

PA SUM 26 010 "SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE PARA CUIDADOS INTENSIVOS, CATETERES VENOSOS CENTRALES, DE ACCESO PERIFÉRICO Y LÍNEAS MEDIAS, CON PUESTA A DISPOSICIÓN DE EQUIPOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA".

LOTE 10

Nº DE ORDEN 11

CÓD. NEXUS: 105879: SISTEMA DE ASPIRACION CERRADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

SISTEMA DE ASPIRACION CERRADO

SISTEMA ASPIRACION CIRCUITO CERRADO 14CH

- Sistema de succión por ventilación cerrada.
- Dispositivo de aspiración con válvula de activación sin que se quede enganchado o atascado. La conexión debe ser segura, pero debe de permitir su desconexión en caso de aspiración de emergencia.
- Con puerto de lavado para limpieza post aspiración.
- Medida de 14F
- Para uso de 72 horas como mínimo.
- Exento de látex
- En envase individual estéril con sistema de apertura que garantice la esterilidad en el momento de su utilización. Con identificación clara: Denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, nº de lote, marcado CE, referencia comercial.

Aplicación: para eliminar secreciones del árbol traqueobronquial en pacientes dependientes de ventilación.

CASAS COMERCIALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVOS
GRIFOLS	X		
LOGISALUS	X		
INTERSURGICAL		X	Válvula totalmente abierta, no es un sistema cerrado. El puerto de aspiración pesa mucho, con riesgo de extubación.
CM TECMA	X		
MEDICAL SOREVAN		X	La válvula de activación es muy dura y se queda atascada, impidiendo realizar una aspiración de urgencia.

En Fuenlabrada a la fecha de la firma

Valoración realizada por: Ana Álvarez (Supervisora Servicio UCI/ACI)

Tania Martín (Encomienda Supervisión Servicio UCI/ACI)

MARTIN
PELAEZ
TANIA -

Firmado
digitalmente por
MARTIN PELAEZ
TANIA -
Fecha: 2026.07.20
09:30:53 +02'00'

PA SUM 26 010 "SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE PARA CUIDADOS INTENSIVOS, CATETERES VENOSOS CENTRALES, DE ACCESO PERIFÉRICO Y LÍNEAS MEDIAS, CON PUESTA A DISPOSICIÓN DE EQUIPOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA".

LOTE 11

Nº DE ORDEN 12

CÓD. NEXUS: 102189: SISTEMA DE MONITORIZACIÓN HEMODINÁMICA INVASIVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

SISTEMA DE MONITORIZACIÓN HEMODINÁMICA INVASIVA

EQUIPO CATETER TERMODILUCION 5FRX20CM ACCESO FEMORAL P/GASTO CARDIACO

Consta de los siguientes componentes:

1. Sensor para medición de gasto cardiaco por onda de pulso.

- Exento de látex.
- En envase individual estéril con sistema de apertura que garantice la esterilidad en el momento de su utilización. Con identificación clara: Denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, nº de lote, marcado CE, referencia comercial.

2. Kit de catéter arteria femoral

- Catéter de 5F x 20 cm con sistema de medición de temperatura de sangre.
- Guía de 0,032" con mecanismo bidireccional de introducción que permita le deslizamiento del catéter.
- Jeringa de 5 ml cono luer
- Bisturía desechable
- Aguja guía
- Aguja de carga de medicación.
- Sistema de fijación a la piel del catéter

3. Kit inyectable intravenoso con transductor de presión desechable que permita la medición de temperatura de líquido infundido para medición de gasto cardiaco por termodilución.

Envase con cara transparente para visualizar los elementos de este kit.

La empresa adjudicataria deberá facilitar los cables que hacen compatible la medición del gasto cardiaco con los monitores Philips para monitorización arterial.

Conexión – Driver para transmisión de datos a través de salida RS232 al sistema de información de UCI (PICIS)

En envase individual estéril.

En envase individual estéril con sistema de apertura que garantice la esterilidad en el momento de su utilización. Con identificación clara: Denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, nº de lote, marcado CE, referencia comercial.

La empresa adjudicataria se compromete a ceder los monitores necesarios durante la vigencia del contrato (2 MONITORES).

NO SE HAN PRESENTADO OFERTAS PARA ESTE LOTE

En Fuenlabrada a la fecha de la firma

Valoración realizada por: Dr. Carlos Velayos (Jefe de Servicio UCI/ACI)

Ana Álvarez (Supervisora Servicio UCI/ACI)

Tania Martín (Encomienda Supervisión Servicio UCI/ACI)

MARTIN
PELAEZ TANIA

Firmado digitalmente
por MARTIN PELAEZ
TANIA - [REDACTED]
Fecha: 2026.07.17
12:02:09 +02'00'

VELAYOS
AMO
CARLOS -

Firmado
digitalmente por
VELAYOS AMO
CARLOS - [REDACTED]
Fecha: 2026.07.18
14:25:48 +02'00'

PA SUM 26 010 "SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE PARA CUIDADOS INTENSIVOS, CATETERES VENOSOS CENTRALES, DE ACCESO PERIFÉRICO Y LÍNEAS MEDIAS, CON PUESTA A DISPOSICIÓN DE EQUIPOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA".

LOTE 12

Nº DE ORDEN 13

CÓD. NEXUS: 102337: SISTEMA MONIT. PRESION INTRAABDOMINAL

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

SISTEMA MONIT. PRESION INTRAABDOMINAL

SISTEMA MEDICION PRESION INTRAABDOMINAL (PIA)

Sistema cerrado de medición de la presión abdominal que consta de un Kit de presión abdominal con los siguientes elementos:

- Sistema para la monitorización de la presión intraabdominal, con conexión a sonda vesical tipo Foley
- Tubuladura de 20 ml con escala de medición en mmHg.
- Filtro de aire para facilitar la medición, revestido de membrana hidrófoba.

Con puerto para toma de muestras

Pinza tipo clamp para evitar que se moje el filtro cuando se deja de medir la PIA

Exento de látex

En envase individual estéril con sistema de apertura que garantice la esterilidad en el momento de su utilización.

Con identificación clara: Denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, nº de lote, marcado CE, referencia comercial.

La empresa adjudicataria se compromete a realizar un plan de formación para el correcto uso y manejo del producto.

CASAS COMERCIALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVOS
BM2 HEALTH	X		
MEDLINE		X	Conexión a sonda Foley corta y ancha lo que dificulta la conexión a sonda Foley con riesgo de desconexión accidental.

En Fuenlabrada a la fecha de la firma

Valoración realizada por: Ana Álvarez (Supervisora Servicio UCI/ACI)

Tania Martín (Encomienda Supervisión Servicio UCI/ACI)

MARTIN
PELAEZ TANIA
Firmado digitalmente
por MARTIN PELAEZ
TANIA - [REDACTED]
Fecha: 2026.07.17
11:53:04 +02'00'

PA SUM 26 010 "SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE PARA CUIDADOS INTENSIVOS, CATETERES VENOSOS CENTRALES, DE ACCESO PERIFÉRICO Y LÍNEAS MEDIAS, CON PUESTA A DISPOSICIÓN DE EQUIPOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA".

LOTE 13

Nº DE ORDEN 14

CÓD. NEXUS: 116424: SISTEMA TRANSDUCTOR DE PRESIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

SISTEMA TRANSDUCTOR DE PRESIONES

TRANSDUCTOR PRESION LINEA 1 VENOSA Y ARTERIAL

EQUIPO DE MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN CON TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DESECHABLE COMPUESTO POR:

- Transductor con las siguientes especificaciones:
 - Rango de trabajo: de -50 a + 300 mmHg
 - Tolerancia a la sobrepresión de -500 a +5000 mmHg
 - Rango de temperatura de 15 a 40°C
 - Sensibilidad de 5,0 microV/V/mm Hg $\pm 1\%$
 - Variación ± 1 mm Hg cada 8 horas
 - Cuerpo transparente
 - Conexiones Luer Lock
 - Sistema de flujo continuo con fuente presurizada para lavado rápido y chequeo y sistema de administración con goteo con clamp de rodillo.
- Dos llaves de tres vías, una de ellas para realizar la calibración y dos alargaderas de presión.
- Sistema de lavado integrado en el transductor
- Una alargadera de 150 cm. aprox.
- Una alargadera de 30 cm. aprox.
- Todas las salidas vendrán con tapones incorporados y todas las conexiones deberán ser de tipo Luer-Lock.
- En envase individual estéril con sistema de apertura que garantice la esterilidad en el momento de su utilización. Con identificación clara: Denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, nº de lote, marcado CE, referencia comercial.
- Puerto de test de comprobación del transductor.
- Conector de cables a monitor estanco a líquidos.
- Conexión al cable de monitorización hermética

La empresa adjudicataria debe suministrar y mantener el cable específico para la instalación en los monitores de presión invasiva de la marca Philips.

Aplicación: Para monitorización intravascular.

CASAS COMERCIALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVOS
B. BRAUN SURGICAL		X	Alargadera de 125 cm inferior a la solicitada Alargadera corta de 20 cm inferior a la solicitada Soporte del paciente es muy grande que implica incomodidad para el paciente y en brazo delgado se pueden producir lesiones.
AMEVISA	X		

En Fuenlabrada a la fecha de la firma

Valoración realizada por: Ana Álvarez (Supervisora Servicio UCI/ACI)

Tania Martín (Encomienda Supervisión Servicio UCI/ACI)

MARTIN

PELAEZ TANIA

Firmado digitalmente
por MARTIN PELAEZ
TANIA - [REDACTED]
Fecha: 2026.07.17
11:54:04 +02'00'

PA SUM 26 010 "SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE PARA CUIDADOS INTENSIVOS, CATETERES VENOSOS CENTRALES, DE ACCESO PERIFÉRICO Y LÍNEAS MEDIAS, CON PUESTA A DISPOSICIÓN DE EQUIPOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA".

LOTE 14

Nº DE ORDEN 15

CÓD. NEXUS: 118271: SET CATETER CENTRAL DE 2 LUCES (picc) 5FRX50CM

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

SET CATETER CENTRAL DE 2 LUCES (picc)

CATETER VENOSO CENTRAL ACCESO PERIFERICO 2 LUCES 5FRX50CM GUIA ACERO 0,038X330MM KIT MICROPUNCION

Catéter radiopaco de poliuretano, de dos luces

Diámetro 5 Fr

Longitud: 50 – 60 cm, con marcas centimetradas a lo largo del catéter.

Alto flujo

Alta presión, al menos 300 psi, identificado en el catéter o clamp

Identificación del calibre en las luces del catéter.

Debe ser posible su corte para ajustarlo a la medida necesaria de cada paciente.

Dispositivo de fijación o estabilización del catéter.

Aguja introductora ecogénica de 21G con punta de triple bisel y sistema de seguridad o antipinchazos

Introducción sobre dilatador, sin reborde en el punto de unión de ambos, que permita su introducción de forma continua con buen deslizamiento. (Técnica seldinger modificada)

Guía de nitinol punta recta flexible y con marcas visuales, y resistente al acodamiento.

Los extremos de las luces con conexión luer lock y pinza tipo clamp.

Bisturí de seguridad

Cinta métrica

Jeringa con luer lock de tres cuerpos de 10 – 12 ml

En envase individual estéril con sistema de apertura que garantice la esterilidad en el momento de su utilización. Con

identificación clara: Denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, nº de lote, marcado CE, referencia comercial.

Exento de látex y DEHP

CASAS COMERCIALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVOS
VYGON	X		
TELEFLEX		X	El catéter no es de alta presión. En ficha técnica se especifica que no admite administración de contraste a alta presión. En las pruebas realizadas se ha visto que la guía no progresa bien por el catéter, y la numeración de éste está a la inversa, quedando el 0 en el lugar donde se corta el catéter, con lo cual, no se sabe la longitud introducida en el paciente.

En Fuenlabrada a la fecha de la firma

Valoración realizada por: Ana Álvarez (Supervisora Servicio UCI/ACI)

Tania Martín (Encomienda Supervisión Servicio UCI/ACI)

MARTIN
PELAEZ
TANIA -

Firmado digitalmente por MARTIN
PELAEZ TANIA
Fecha: 2026.07.17 11:54:49 +02'00'

PA SUM 26 010 "SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE PARA CUIDADOS INTENSIVOS, CATETERES VENOSOS CENTRALES, DE ACCESO PERIFÉRICO Y LÍNEAS MEDIAS, CON PUESTA A DISPOSICIÓN DE EQUIPOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA".

LOTE 15

Nº DE ORDEN 16

CÓD. NEXUS: 129225: EQUIPO CATETER VENOSO CENTRAL 2 LUZ 5FRX55CM (picc antimicrobiano)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

EQUIPO CATETER VENOSO CENTRAL ACCESO PERIFERICO POLIURETANO 2 LUZ 5FRX55CM INTRODUTOR 5,5FRX7CM AG 21GX7CM ALTA PRESION (picc antimicrobiano)

Catéter radiopaco de poliuretano, de dos luces

Diámetro 5 Fr

Longitud: 50 – 60 cm, con marcas centimetradas a lo largo del catéter.

ANTIMICROBIANO

Alto flujo

Alta presión, al menos 300 psi, identificado en el catéter o clamp

SISTEMA POWER INYECTABLE (PARA DESOBSTRUCCIÓN)

Identificación del calibre en las luces del catéter.

Debe ser posible su corte para ajustarlo a la medida necesaria de cada paciente

Dispositivo de fijación o estabilización del catéter.

Aguja introductora ecogénica de 21G con punta de triple bisel y sistema de seguridad o antipinchazos

Introducción sobre dilatador, sin reborde en el punto de unión de ambos, que permita su introducción de forma continua con buen deslizamiento. (Técnica seldinger modificada)

Guía de nitinol punta recta flexible y con marcas visuales, y resistente al acodamiento.

Los extremos de las luces con conexión luer lock y pinza tipo clamp.

Bisturí de seguridad

Cinta métrica

Jeringa con luer lock de tres cuerpos de 10 – 12 ml

En envase individual estéril con sistema de apertura que garantice la esterilidad en el momento de su utilización.

Con identificación clara: Denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, nº de lote, marcado CE, referencia comercial.

Exento de látex y DEPH

CASAS COMERCIALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVOS
VYGON	X		

En Fuenlabrada a la fecha de la firma

Valoración realizada por: Ana Álvarez (Supervisora Servicio UCI/ACI)

Tania Martín (Encomienda Supervisión Servicio UCI/ACI)

MARTIN

PELAEZ TANIA

- [Redacted]

Firmado digitalmente
por MARTIN PELAEZ

TANIA - [Redacted]

Fecha: 2026.07.17

11:55:22 +02'00'

PA SUM 26 010 "SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE PARA CUIDADOS INTENSIVOS, CATETERES VENOSOS CENTRALES, DE ACCESO PERIFÉRICO Y LÍNEAS MEDIAS, CON PUESTA A DISPOSICIÓN DE EQUIPOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA".

LOTE 16

Nº DE ORDEN 17

CÓD. NEXUS: 104152: CATETER VENOSO CENTRAL ACCESO PERIFERICO 1LUCES 3FRX20CM (midline)

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

CATETER VENOSO CENTRAL ACCESO PERIFERICO POLIURETANO 1LUCES 3FRX20CM GUIA RECTA C/FIADOR (midline)

Catéter venoso periférico de una luz de poliuretano (tipo línea media), con línea de extensión integrada y punta atraumática.

Medida: 3 F

Longitud: 20 cm

Acceso periférico mediante técnica de Seldinger

Alto flujo

Alta presión al menos 300 psi, identificado en el catéter o clamp

En kit que contenga:

Aguja de punción 21G

Guía de nitinol de 0,018"

Dilatador

En envase individual estéril con sistema de apertura que garantice la esterilidad en el momento de su utilización.

Con identificación clara: Denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, nº de lote, marcado CE, referencia comercial.

Exento de látex y ftalatos.

CASAS COMERCIALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVOS
PALEX MEDICAL	X		
BECTON DICKINSON		X	No es de alta presión
VYGON		X	No es de alta presión.
TELEFLEX	X		

En Fuenlabrada a la fecha de la firma

Valoración realizada por: Ana Álvarez (Supervisora Servicio UCI/ACI)

Tania Martín (Encomienda Supervisión Servicio UCI/ACI)

MARTIN
PELAEZ TANIA

Firmado digitalmente
por MARTIN PELAEZ
TANIA - [REDACTED]
Fecha: 2026.07.17
11:55:56 +02'00'

PA SUM 26 010 "SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE PARA CUIDADOS INTENSIVOS, CATETERES VENOSOS CENTRALES, DE ACCESO PERIFÉRICO Y LÍNEAS MEDIAS, CON PUESTA A DISPOSICIÓN DE EQUIPOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA".

LOTE 17

Nº DE ORDEN 18

CÓD. NEXUS: 118965: CATETER VENOSO PERIFERICO 1LUZ 4FRX20CM (midline)

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

CATETER VENOSO PERIFERICO POLIURETANO 1LUZ 4FRX20CM ALTO FLUJO (midline)

Catéter venoso periférico de una luz de poliuretano (tipo línea media), con línea de extensión integrada y punta atraumática.

Medida: 4 F

Longitud de cateter: 20 cm

Acceso periférico mediante técnica de Seldinger

Duración hasta 29 días.

Alto flujo

Alta presión, al menos 300 psi, identificado en el catéter o clamp

En kit que contenga:

Aguja de punción 21G

Guía de nitinol de 0,018"

Dilatador

En envase individual estéril con sistema de apertura que garantice la esterilidad en el momento de su utilización.

Con identificación clara: Denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, nº de lote, marcado CE, referencia comercial.

Exento de látex y DEPH.

CASAS COMERCIALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVOS
VYGON	X		

En Fuenlabrada a la fecha de la firma

Valoración realizada por: Ana Álvarez (Supervisora Servicio UCI/ACI)

Tania Martín (Encomienda Supervisión Servicio UCI/ACI)

MARTIN
PELAEZ
TANIA -

Firmado
digitalmente por
MARTIN PELAEZ
TANIA -
Fecha: 2026.07.17
11:56:30 +02'00'

PA SUM 26 010 "SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE PARA CUIDADOS INTENSIVOS, CATETERES VENOSOS CENTRALES, DE ACCESO PERIFÉRICO Y LÍNEAS MEDIAS, CON PUESTA A DISPOSICIÓN DE EQUIPOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA".

LOTE 18

Nº DE ORDEN 19

CÓD. NEXUS: 147843: TUNELIZADOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

TUNELIZADOR

Aguja metálica para la tunelización de catéteres de silicona o poliuretano.

De longitud 24 cm $\pm$ 1 cm.

Para catéteres de tunelización con un diámetro interno superior o igual a 0,7 mm y hasta 1,2 mm.

Exento de látex

Exento de DEPH.

En envase individual estéril con sistema de apertura que garantice la esterilidad en el momento de su utilización.

Con identificación clara: Denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, nº de lote, marcado CE, referencia comercial.

CASAS COMERCIALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVOS
VYGON	X		

En Fuenlabrada a la fecha de la firma

Valoración realizada por: Ana Álvarez (Supervisora Servicio UCI/ACI)

Tania Martín (Encomienda Supervisión Servicio UCI/ACI)

MARTIN
PELAEZ TANIA

Firmado digitalmente
por MARTIN PELAEZ
TANIA - [REDACTED]

Fecha: 2026.07.17
11:57:12 +02'00'

PA SUM 26 010 "SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE PARA CUIDADOS INTENSIVOS, CATETERES VENOSOS CENTRALES, DE ACCESO PERIFÉRICO Y LÍNEAS MEDIAS, CON PUESTA A DISPOSICIÓN DE EQUIPOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA".

LOTE 19

Nº DE ORDEN 20

CÓD. NEXUS: 129769: CONE-ELECTRODO MONITORIZAC. ECG INTRACAVITARIO P/CAT. VENOSO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CONE-ELECTRODO MONITORIZAC. ECG INTRACAVITARIO P/CAT. VENOSO

Sistema de electrocardiograma intracavitario para el control no radiográfico y en tiempo real de la posición del extremo distal de un catéter venoso centra, mediante la variación morfológica de la onda P en tiempo real.

Exento de látex

Exento de DEPH

El adjudicatario se compromete a poner a disposición el monitor y accesorios para la visualización del posicionamiento de la punta del catéter venoso central en tiempo real. Nº de monitores: 2

Características del monitor:

Sistema diseñado para visualizar el posicionamiento preciso y en tiempo real de catéteres venosos centrales (CVC, PICCy reservorios) mediante la identificación de la onda P máxima utilizando el método de electrografía endocavitaria.

Compatible con catéteres centrales de varios tamaños, desde pediátricos hasta adultos.

Funcionamiento:

Visualización en tiempo real de la onda P

Detección de onda P bifásica

Cálculo automático de la línea isoelectrica y reconocimiento del complejo QRS

Resolución: de 0.008 a 0.062 MV. Valor por defecto 0.031 mV

Dimensiones de la pantalla tipo Tablet 130 x 80 x 80 x 45 mm

Peso: 615 g $\pm$ 2 g.

CASAS COMERCIALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVOS
VYGON	X		

En Fuenlabrada a la fecha de la firma

Valoración realizada por: Dr. Carlos Velayos (Jefe de Servicio UCI/ACI)

Ana Álvarez (Supervisora Servicio UCI/ACI)

Tania Martín (Encomienda Supervisión Servicio UCI/ACI)

MARTIN
PELAEZ TANIA

Firmado digitalmente por
MARTIN PELAEZ TANIA -
[Redacted]
Fecha: 2026.07.17 12:02:48
+02'00'

VELAYOS
AMO
CARLOS -

Firmado digitalmente por
VELAYOS AMO
CARLOS -
[Redacted]
Fecha: 2026.07.18
14:26:12 +02'00'

PA SUM 26 010 "SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE PARA CUIDADOS INTENSIVOS, CATETERES VENOSOS CENTRALES, DE ACCESO PERIFÉRICO Y LÍNEAS MEDIAS, CON PUESTA A DISPOSICIÓN DE EQUIPOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA".

LOTE 20

Nº DE ORDEN 21

CÓD. NEXUS: 132330: SET MICROPUNCION 4F X 70 MM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

SET MICROPUNCION 4F X 70 MM

Kit de inserción de catéteres venosos para técnica Seldinger modificada, de 4F x 70 mm, para la introducción percutánea de catéteres intravasculares en el sistema venoso o arterial.

Contenido del Kit:

- Introdutor pelable de 7 cm
- 1 Guía metálica de nitinol de 40 cm.
- Aguja de seguridad, ecogénica de 21G
- Jeringa de 10 ml cono luer.

Exento de látex

Exento de DEHP

En envase individual estéril con sistema de apertura que garantice la esterilidad en el momento de su utilización.

Con identificación clara: Denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, nº de lote, marcado CE, referencia comercial.

CASAS COMERCIALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVOS
MERIT MEDICAL		X	Introdutor no pelable.
CARDIVA2		X	Introdutor no pelable.
VYGON	X		
TELEFLEX		X	Guía de 45 cm. En las pruebas realizadas se observa que el microintrodutor es muy flexible lo que dificulta la punción en la piel.

En Fuenlabrada a la fecha de la firma

Valoración realizada por: Ana Álvarez (Supervisora Servicio UCI/ACI)

Tania Martín (Encomienda Supervisión Servicio UCI/ACI)

MARTIN
PELAEZ TANIA

Firmado digitalmente
por MARTIN PELAEZ
TANIA - [REDACTED]
Fecha: 2026.07.17
11:58:21 +02'00'

PA SUM 26 010 "SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE PARA CUIDADOS INTENSIVOS, CATETERES VENOSOS CENTRALES, DE ACCESO PERIFÉRICO Y LÍNEAS MEDIAS, CON PUESTA A DISPOSICIÓN DE EQUIPOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA".

LOTE 21

Nº DE ORDEN 22

CÓD. NEXUS: 116392: CATETER VENOSO CENTRAL ACCESO PERIFERICO 2 LUZ 5FR C/VALVULA GUIA NITINOL 135CM (catéter picc)

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

CATETER VENOSO CENTRAL ACCESO PERIFERICO POLIURETANO 2 LUZ 5FR C/VALVULA GUIA NITINOL 135CM (catéter picc)

Catéter radiopaco de poliuretano, de dos luces

Diámetro 5 Fr

Longitud: Mínima 55 cm, con marcas centimetradas a lo largo del catéter.

Alto flujo

Alta presión, al menos 300 psi, identificado en el catéter o clamp

Identificación del calibre en las luces del catéter.

Debe ser posible su corte para ajustarlo a la medida necesaria de cada paciente.

Dispositivo de fijación o estabilización del catéter.

Aguja introductora ecogénica de 21G con punta de triple bisel y sistema de seguridad o antipinchazos

Introduccion sobre dilatador, sin reborde en el punto de unión de ambos, que permita su introducción de forma continua con buen deslizamiento. (Técnica seldinger modificada)

Guía de nitinol punta recta flexible y con marcas visuales, y resistente al acodamiento de longitud 135 cm.

Los extremos de las luces con conexión luer lock y pinza tipo clamp.

Bisturí de seguridad

Cinta métrica

Jeringa con luer lock de tres cuerpos de 10 – 12 ml

En envase individual estéril con sistema de apertura que garantice la esterilidad en el momento de su utilización. Con identificación clara: Denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, nº de lote, marcado CE, referencia comercial.

Exento de látex y DEHP

CASAS COMERCIALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVOS
ENELEN HEALTH&CARE		X	Longitud de la guía de 130 cm. Microintroduccion muy flexible y guía no suficientemente rígida, lo que impide la progresión del catéter sobre la guía.
CARDIVA2	X		
BECTON DICKINSON	X		
VYGON		X	Longitud de la guía de 130 cm. Microintroduccion muy flexible y guía no suficientemente rígida, lo que impide la progresión del catéter sobre la guía.
TELEFLEX		X	Longitud de la guía: 45 cm. Mucho más corta que la longitud solicitada en el PPT.

En Fuenlabrada a la fecha de la firma

Valoración realizada por: Ana Álvarez (Supervisora Servicio UCI/ACI)

Tania Matín (Encomienda de supervisión UCI/ACI)

MARTIN
PELAEZ
TANIA -

Firmado
digitalmente por
MARTIN PELAEZ
TANIA -
Fecha: 2026.07.17
11:58:56 +02'00'

