

Este formato es copia del original firmado. Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente.

I.Técnico-económico PASPC A/SUM-018974/2026 INP SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA INYECTOR DE FDG-F18 PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE									CRITERIOS CUALITATIVOS (Máximo 30 puntos)			
Lote	Descripción lote	Orden	Descripción Orden	Proveedor	BASE IMPONIBLE LICITACIÓN	BASE IMPONIBLE OFERTA	Criterios relacionados con los costes ECONÓMICA (Máximo 70 puntos)	VALORACIÓN	CRITERIO	Valor ofertado	Punt.	Puntuación Total
								CUMPLE/NO CUMPLE con el PPT				
1	Material fungible para inyector de FDG-F18	1	Kit de inyección de FDG	BAYER HISPANIA, S.L.U.	79.200,00	78.787,50	70,00	CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS	1-Que la extensión de la extensión al tubo del paciente incluya válvula antirretorno (aporta seguridad para el paciente)	SI	10,00	100,00
		2	Dispositivo de inyección a paciente		60.375,00	57.500,00			2-El dispositivo de inyección al paciente incluye filtro antipartículas (actua como barrera ante cualquier cuerpo extraño)	SI	10,00	
		3	Etiquetas impresora térmica		330,00	322,50			3-Prueba de inyección con solución salina y volumen de lavado adicional configurable (aporta seguridad al paciente)	SI	10,00	

Getafe, 23 de junio de 2026