

EXPEDIENTE Nº: 2026-0-028 (A/SUM-019500/2026)

**"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS DE HEMOSTASIA PARA EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR" (28 LOTES)**

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

En el Anexo I, se indican las empresas licitadoras y los lotes a los que éstas han presentado oferta.

Para la evaluación de los criterios técnicos, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

Se comprueba el cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT, tomando en consideración tanto la documentación técnica como las muestras presentadas por los licitadores, con el siguiente resultado:

1. Acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT las siguientes empresas:

- Ø MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.: LOTE: 4.
- Ø BAXTER, S.L.: LOTE: 2 Y 15.
- Ø AMEVISA, S.A.: LOTE: 9, 10 Y 14.
- Ø ASSUT EUROPE IBERICA, S.L.U.: LOTE: 8, 11 Y 17.
- Ø OPTOMIC ESPAÑA, S.A.: LOTE: 6, 9, 10 Y 14.
- Ø PROHOSA PROTESIS HOSPITALARIAS, S.A.: LOTE: 8.
- Ø MEDTRONIC IBERICA, S.A.: LOTE: 9, 10, 14 Y 16.
- Ø JOHNSON & JOHNSON, S.A.: LOTE: 1, 2, 8, 12, 18 Y 20.
- Ø PRIM, S.A.: 5, 6, 9, 10 Y 14.
- Ø INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.U.: 7, 8, 9, 10, 11, 14 Y 17.
- Ø MEDICIMAD, S.L.: LOTE: 9, 10 Y 14.
- Ø ALBINO DIAS ANDRADE, S.L.: LOTE: 10.
- Ø SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA, S.L.: LOTE: 9, 10, 11 Y 14.
- Ø TGH ENDOSCOPIAS, S.L.: LOTE: 5, 6, 9, 10 Y 14.

2. No acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT las siguientes empresas por los motivos que a continuación se indican:

LICITADOR	LOTE/ Nº ORDEN	REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
PALEX MEDICAL, S.A.	1	Polvo de celulosa regenerada oxidada	Con la documentación técnica como con la muestra presentada acredita que tiene almidón de patata.
		Acción bactericida.	Con la documentación presentada no acredita dicho cumplimiento.
AMEVISA, S.A.		Tiempo de hemostasia deteniendo el sangrado en 1-3 minutos	Se censura toda la información declarada confidencial por los licitadores.
		Totalmente absorbible por el organismo entre 7-14 días.	
	12	Tiempo de hemostasia deteniendo el sangrado en 1-3 minutos	
		Totalmente absorbible por el organismo entre 7-14 días.	
		Presentación en 7 capas que se puedan usar por separado o todas juntas	
	18	Resistente pudiéndose cortar o suturar sin deshilacharse	
		Medidas: 15,1x10,2cm!(±1cm)	

LICITADOR	LOTE/ Nº ORDEN	REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
ASSUT EUROPE IBERICA, S.L.U.	12.1	Bactericida, bacteriostático in vivo.	Con la documentación técnica no acredita que sea bacteriostático ni que sea in vivo
	12.2	Medidas: 15x10cm!(±1cm)	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se comprueba que las medidas son: 12,5x5cm.
		Bactericida, bacteriostático in vivo.	Con la documentación técnica no acredita que sea bacteriostático ni que sea in vivo
	18	Resistente pudiéndose cortar o suturar sin deshilacharse	Con la documentación presentada no acredita dicho cumplimiento, y con la muestra se comprueba que se deshila al cortarse y no es resistente.
PROHOSA PROTESIS HOSPITALARIAS, S.A.	12	Bactericida, bacteriostático in vivo.	Con la documentación técnica no acredita que sea bacteriostático ni que sea in vivo
		Presentación en 7 capas que se puedan usar por separado o todas juntas	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se comprueba que carece de éste requisito.
	18	Forma una tela no tejida estructurada.	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se comprueba que forma es de malla.
		Medidas: 15,1x10,2cm!(±1cm)	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se comprueba que las medidas son: 12,5x5cm.
CARDIOLINK, S.L.	8	Tiempo de hemostasia deteniendo el sangrado en 1-3 minutos	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se <u>comprueba que el efecto</u>

LICITADOR	LOTE/ Nº ORDEN	REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
			hemostático se produce entre 3-4 minutos.
		Totalmente absorbible por el organismo entre 7-14 días.	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se comprueba que no acredita dicho cumplimiento.
		Medidas: 10x20cm (±0.25cm)	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se comprueba que las medidas son: 10,2x20,3cm.
	11	Tiempo de hemostasia deteniendo el sangrado en 1-3 minutos	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se comprueba que el efecto hemostático se produce entre 3-4 minutos.
		Totalmente absorbible por el organismo entre 7-14 días.	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se comprueba que no acredita dicho cumplimiento.
	12	Tiempo de hemostasia deteniendo el sangrado en 1-3 minutos	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se comprueba que el efecto hemostático se produce entre 3-4 minutos.
		Totalmente absorbible por el organismo entre 7-14 días.	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se comprueba que no acredita dicho cumplimiento.
		Bactericida, bacteriostático in vivo.	Con la documentación técnica no acredita que sea bacteriostático ni que sea in vivo
	18	Resistente pudiéndose cortar o suturar sin deshilacharse	Con la documentación presentada no acredita dicho cumplimiento, y con la muestra se comprueba que se

LICITADOR	LOTE/ Nº ORDEN	REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
			deshilacha al cortarse y no es resistente.
BECTON! DICKINSON, I.S.A.U.	18	Resistente pudiéndose cortar o suturar sin deshilacharse	Con la documentación presentada no acredita dicho cumplimiento, y con la muestra se comprueba que se deshila al cortarse y no es resistente.
INTERSURGICAL! ESPAÑA, I.S.L.U.	12	Diseño que facilite su aplicación a conveniencia en fibras, capas, rollo, parche o de manera conjunta según sangrado.	Con la muestra presentada se comprueba que el diseño no es resistente y no se puede usar en distintas aplicaciones, ya <u>que se rompe</u> .
	18	Resistente pudiéndose cortar o suturar sin deshilacharse	Con la documentación presentada no acredita dicho cumplimiento, y con la muestra se comprueba que se deshila al cortarse y no es resistente.
ALBINO! DIAS! ANDRADE, I.S.L.	9	Material: de PVA (alcohol polivinílico).	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se comprueba que el material es esponja de acetal de polivinilo y un tubo de ventilación de caucho de silicona.
	14	Material: de PVA (alcohol polivinílico).	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se comprueba que el material es esponja de acetal de polivinilo y un tubo de ventilación de caucho de silicona.
CAHNOS, I.S.L.	8	Tiempo de hemostasia deteniendo el sangrado en 1-3 minutos	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se comprueba que el efecto hemostático se produce entre 3-4 minutos.
		Totalmente absorbible por el organismo entre 7-14 días.	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se

licitador	LOTE/ Nº ORDEN	REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
SH!MEDICAL! SALUD!Y! SERVICIOS! IBERICA,!S.L.			comprueba que no acredita dicho cumplimiento.
		Medidas:!10!x!20cm!(±0.25cm)	Tanto!con!la! documentación!técnica! como!con!la!muestra! presentada!se!comprueba! que!las!medidas!son:!10,2!x! 20,3cm.
	2.1	Cánula!con!conexión!luer!para! acoplar!jeringa!de!hemostático! Longitud:!410mm!(± 10mm).	Tanto!con!la! documentación!técnica! como!con!la!muestra! presentada!se!comprueba! que!la!longitud!es!de! 350mm
	2.2	Matriz!de!gelatina	Con!la!documentación! presentada!acredita!que!no! reproduce!literalmente!la! composición!exigida!de! gelatina.
		Vial!con!2500!UI!de!trombina ! en!solución.	Con!la!documentación! presentada!acredita!que! recoge!una!concentración! de!trombina!de!450-550! UI/ml.
		Reabsorbible!a!las!4!a!8! semanas.	Con!la!documentación! presentada!acredita!que!es! reabsorbible!a!las!6-8! semanas.
	7	Capacidad!de!absorber!hasta 50!veces!su!peso.	Tanto!con!la! documentación!técnica! como!con!la!muestra! presentada!se!comprueba! que!puede!absorber!35! veces!su!peso.
	8	Producto!flexible!y!maleable! para!ser!adaptado!al!contorno! de!tejido!sangrante.	Con!la!muestra!presentada! se!puede!comprobar!que!el! maleable!para!su! adaptación.
	12	Presentación en 7 capas que se puedan usar por separado o todas juntas	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se comprueba que carece de éste requisito.

LICITADOR	LOTE/ Nº ORDEN	REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
		Bactericida, bacteriostático in vivo.	Con la documentación técnica no acredita que sea bacteriostático ni que sea in vivo
	15	Derivado de piel bovina con recubrimiento NHS-PEG	Con la documentación presentada acredita que es una gelatina de origen porcino 100% purificada.
		Diseño que haga distinción por color de la cara no recubierta de la recubierta del agente!	Con la muestra presentada se comprueba que no tiene cara diferenciada por color
	17	hemostático. Capacidad de absorber hasta 50 veces su peso.	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se comprueba que puede absorber 35 veces su peso.
	18	Resistente pudiéndose cortar o suturar sin deshilacharse	Con la documentación presentada no acredita dicho cumplimiento, y con la muestra se comprueba que se deshilacha al cortarse y no es resistente.

3. Han presentado, con carácter confidencial, la documentación técnica las siguientes empresas:

- AMEVISA, S.A.: Fichas técnicas.
- OPTOMIC ESPAÑA, S.A.: Fichas técnicas.
- JOHNSON & JOHNSON, S.A.: El dossier de evidencias clínicas.
- MEDICIMAD, S.L.: Certificaciones CE, Certificación de calidad 13485, Declaraciones de conformidad productos, Información técnica tal como Fichas técnicas, catálogo e información técnica en general de fabricante, Oferta económica a la autoridad competente.

4. No se valoran las ofertas de los siguientes licitadores por los motivos que se indican a continuación:

- El licitador ASSUT EUROPE IBERICA, S.L.U. para el Lote 7 por exceder el precio de licitación.

- El licitador JOHNSON!&!JOHNSON,!S.A.!para!e!!Lote!11 por exceder el precio de licitación.
5. En consecuencia, con lo anteriormente expuesto, en el Anexo II, se indica en color rojo las empresas propuestas para su exclusión de la licitación por incumplimiento de los requerimientos técnicos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y, en color verde, las empresas propuestas admitidas:

En Madrid, a

SUPERVISORA DE ENFERMERÍA DE RECURSOS MATERIALES

Firmado digitalmente por: CLEMENTE VALERA CAROLINA
Fecha: 2026.07.31 16:14

Carolina Clemente Valera

La autenticidad de este documento se puede comprobar en:
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación:

ANEXO I

LICITADOR	Razón social	LOTES																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.				X																
2	PALEX MEDICAL, S.A.	X																			
3	BAXTER, S.L.		X													X					
4	AMEVISA, S.A.							X	X	X		X			X				X		
5	ASSUT EUROPE IBERICA, S.L.U.							X	X		X	X						X	X		
6	OPTOMIC ESPAÑA, S.A.						X			X	X				X						
7	PROHOSA PROTESIS HOSPITALARIAS, S.A.							X				X							X		
8	CARDIOLINK, S.L.							X			X	X							X		
9	MEDTRONIC IBERICA, S.A.								X	X					X		X				
10	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	X	X					X			X	X							X		X

LICITADOR	Razón social	LOTES																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	BECTON DICKINSON, S.A.U.																		X		
12	PRIM, S.A.				X	X				X	X				X						
13	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.U.							X	X	X	X	X	X		X			X	X		
14	MEDICIMAD, S.L.									X	X				X						
15	ALBINO DIAS ANDRADE, S.L.									X	X				X						
16	CAHNOS, S.L.								X												
17	SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA, S.L.		X					X	X	X	X	X	X		X	X		X	X		
18	TGH ENDOSCOPIAS, S.L.					X	X			X					X						

ANEXO II

LICITADOR	Razón social	LOTES																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.				X																
2	PALEX MEDICAL, S.A.	X																			
3	BAXTER, S.L.		X													X					
4	AMEVISA, S.A.							X	X	X		X	X		X				X		
5	ASSUT EUROPE IBERICA, S.L.U.							exc	X		X	X	X					X	X		
6	OPTOMIC ESPAÑA, S.A.						X			X	X			X							
7	PROHOSA PROTESIS HOSPITALARIAS, S.A.								X			X							X		
8	CARDIOLINK, S.L.								X		X	X	X						X		
9	MEDTRONIC IBERICA, S.A.									X	X			X	X		X				

LICITADOR	Razón social	LOTES																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	X	X						X			exc	X						X		X
11	BECTON DICKINSON, S.A.U.																		X		
12	PRIM, S.A.					X	X			X	X				X						
13	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.U.							X	X	X	X	X	X		X			X	X		
14	MEDICIMAD, S.L.									X	X				X						
15	ALBINO DIAS ANDRADE, S.L.									X	X				X						
16	CAHNOS, S.L.																				
17	SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA, S.L.		X					X	X		X	X	X		X	X		X	X		
18	TGH ENDOSCOPIAS, S.L.					X	X		X	X	X			X	X						