

Valoración PPT expediente PAPC SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ICTUS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE TROMBECTOMÍAS MECÁNICAS NEUROVASCULARES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE. PAPC A/SUM-014374/2026 FVA				
Lote	Descripción Lote	DESCRIPCIÓN ORDEN	Proveedor	Valoración: CUMPLE con todos los requisitos técnicos /NO CUMPLE
	Material fungible para trombectomía mecánica neurovascular con Bomba (el adjudicatario de este lote deberá ceder en uso la bomba de aspiración de 220/230V: presión de vacío -29,2atm de forma constante y estable, Botón de encendido y un único indicador LED de funcionamiento con una sola conexión para facilitar y agilizar su montaje)	Microcatéter de una sola luz con punta del catéter recta, biselada, superflexible y atraumática. Recubrimiento helicoidal de nitinol. Diámetro externo distal de 2.6 F. Diámetro interno de 0.025". Longitud de 160 cm. Compatible con catéter guía con un diámetro interno mínimo de 0.053" y con guías de 0.023" o de menor diámetro. Llave hemostática rotacional y mandril. Kit compuesto por catéter de reperusión y tubo de aspiración para conexión a la bomba. Catéter con un diámetro externo del cuerpo y de la parte distal de 6F y diámetro interno al menos de 1,73mm 0,068 in - 1,37mm 0,054 in-1,83mm 0,072 in. Reforzado por hilo de nitinol con 16 segmentos de diferente flexibilidad. Logitud respectivamente de 132 cm, 138 cm y 132cm. Tubo de aspiración proximal de 260 cm de longitud y 4.58mm de diámetro con conector tipo luerlock macho al orificio lateral de la válvula hemostática. Fabricado en polietileno modificado de 19 cm de longitud y 4.7mm de diámetro con conector de plástico a depósito. Interruptor deslizable manualmente de 6 cm. Depósito de recogida para bomba de aspiración. Colocación rápida e intuitiva que permita su manejo tipo manos libres, montado en una pieza tipo "user friendly" . Compuesto de: Depósito plástico transparente de 1000 ml de capacidad. Filtro extraíble para deposición, confirmación y recuperación del trombo, espita para conexión de tubo de aspiración. Catéter de reperusión de arterias cerebrales distales formado por estructura metálica de nitinol recubierto por Tecoflex. Diámetro externo proximal de 4.7 y distal de 3.8 F. Diámetro interno proximal de 0.043 in y distal de 0.035 in. Longitud de 153 cm Introducción largo específico para tratamiento en zonas de acceso difícil y tortuoso que necesiten un soporte extraordinario. Estructura interna constituida por muelle de acero inoxidable recubierto de polímero en 4 segmentos. Segmento distal flexible de 4 cm para acceso distal. Diámetro externo de 8F. Diámetro interno de 0.088" / 6.7F, compatible con guías de 0.035/0.038". Longitudes de al menos 80 90 y 100 cm. Punta distal multipropósito y recta Catéter selectivo 6F angiografía multiuso, diámetro interno 0,040", fabricado en acero inoxidable trenzado recubierto de polímero . Compatible con guías de 0.035" / 0.038". Longitud entre 105 y 125 cm.	MERCÉ V.ELECTROMEDICINA, S.L.	CUMPLE
	Catéter para liberación de dispositivos intervencionistas en la vasculatura cerebral y para el tratamiento del ictus isquémico agudo. La luz del catéter diseñada para una entrega de dispositivos terapéuticos con mínima fricción. Diámetro interno 0,021 pulgadas. Diámetro externo proximal: 2,6 F. Diámetro externo distal: 2,3 F. Punta redondeada y atraumática que mejore la navegación del catéter sobre la guía y ayude a la captura de dispositivos. Con lubricación extra interna para una navegación del dispositivo mucho más suave. Recubrimiento de Pebax. Longitud útil 160 cm, 3 zonas de transición:• Zona Proximal: Doble malla para darle estabilidad y soporte,• Zona intermedia: Malla + coil • Segmento distal de coil de 15 cm, (Navegabilidad en anatomía tortuosa)• Marcador radiopaco de Platino/Iridio	Catéter para liberación de dispositivos intervencionistas	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	CUMPLE

Getafe, 27 de agosto de 2026

Neuroradiología Intervencionista

J. Servicio Radiología