

SUMINISTRO DE SENSORES MEDIDORES DE ÓXIDO NÍTRICO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

PA SUM 049/26

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PPT Y VALORACIÓN TÉCNICA DE LOS CRITERIOS POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

Tras la revisión de la documentación técnica, en relación al expediente PA SUM 049/26 “**Suministro de sensores medidores de óxido nítrico para el Hospital Universitario Fundación Alcorcón**”, y de acuerdo con el procedimiento abierto con pluralidad de criterios, se concluye que las ofertas técnicas presentadas por las empresas relacionadas a continuación, cumplen con las especificaciones mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas:

NIF	Licitador
B59078071	HOSPITAL HISPANIA, S.L.
A50086412	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A.
B61053922	KEYLAB MEDICAL, S.L.
B61179537	RIBAS MEDICINA, S.L.
B62011093	SONMEDICA, S.L.
B62014485	THERMO FISHER DIAGNOSTICS, S.L.U.

Valoración técnica de los criterios por aplicación de fórmulas

Justificación de no valoración de los criterios de adjudicación por fórmulas automáticas:

NIF	Licitador	Criterio	Justificación
A50086412	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A.	Criterio 10.2.C.	Necesita maniobra inspiratoria y espiratoria
B61053922	KEYLAB MEDICAL, S.L.	Criterios 10.2.B y 10.2.C.	No documentada de forma explícita tiempos de espera de regeneración o número de maniobras (*)
B62011093	SONMEDICA, S.L.	Criterios 10.2.B y 10.2.C.	No documentada de forma explícita tiempos de espera de regeneración o número de maniobras (*)
B62014485	THERMO FISHER DIAGNOSTICS, S.L.U.	Criterio 10.2.C.	Necesita maniobra inspiratoria y espiratoria

(*) El licitador no ha aportado en su documentación técnica (ficha técnica del fabricante, manual de instrucciones/protocolo de uso) referencia expresa al tiempo de regeneración entre pruebas / número de maniobras respiratorias necesarias, exigido para la valoración de los criterios B/C del apartado 10.2 del cuadro de características del contrato. En consecuencia, no resulta posible verificar el cumplimiento de dicho extremo conforme a la documentación aportada.

Los resultados definitivos, una vez revisados los criterios serían los siguientes:

NIF	Licitador	Puntuación
B59078071	HOSPITAL HISPANIA, S.L.	30
A50086412	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A.	20
B61053922	KEYLAB MEDICAL, S.L.	10
B61179537	RIBAS MEDICINA, S.L.	30
B62011093	SONMEDICA, S.L.	10
B62014485	THERMO FISHER DIAGNOSTICS, S.L.U.	20

Se eleva el presente informe a la Mesa de Contratación a los efectos oportunos.

Alcorcón, a la fecha de la firma

Alcorcón, a la fecha de la firma

TEJEDOR ALONSO
MIGUEL ANGEL -
Firmado digitalmente por
TEJEDOR ALONSO MIGUEL
ANGEL
Fecha: 2026.07.06 14:40:13
+02'00'

Fdo: Miguel A. Tejedor Alonso
Jefe Unidad Alergología

BUENO
CAMPAÑA Ma
MERCEDES -
Firmado digitalmente
por BUENO CAMPAÑA
Ma MERCEDES -
Fecha: 2026.07.06
11:39:22 +02 00

Fdo: Mª Mercedes Bueno Campaña
Jefe Unidad Pediatría