

Exp. PA SUM 03 2026 – A/SUM-007263/2026

## **CRITERIO TÉCNICOS DE VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE SUMINISTRO DE SISTEMAS DE AFÉRESIS PARA EL CENTRO DE TRANSFUSION DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**Puntuación máxima de criterios: Total 30 puntos**

### **JUSTIFICACIÓN**

Todos los criterios de valoración están vinculados directamente con el objeto del contrato, en cuanto que afectan a características específicas de los materiales convocados y suponen una mejora sobre las prestaciones base definida en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La puntuación máxima atribuida a estos criterios técnicos se establece en aplicación de la “Circular de criterios de homogeneización de la actividad contractual de la Comunidad de Madrid”, remitida por el Director General de Patrimonio de Hacienda de la Comunidad de Madrid con fecha 17 de enero de 2020, donde se recomienda establecer criterios de carácter automático para la fase técnica con un peso máximo del 30% de la puntuación.

Se ha mantenido el porcentaje de los criterios de adjudicación relacionados con la calidad al 30% con el fin de establecer un equilibrio entre la calidad que se pretende y el precio. A este respecto, en el pliego de prescripciones técnicas se han recogido las exigencias imprescindibles que debe cumplir el adjudicatario, dejando a valoración aquellas prestaciones añadidas que pueda ofertar el mercado.

El Centro de Transfusión tiene como objetivo primero y básico abastecer de componentes sanguíneos a la red de Hospitales de la Comunidad de Madrid.

Los procesos de aféresis consisten en separar mediante circulación extracorpórea los distintos componentes sanguíneos, para obtener del donante alguno de ellos (plaquetas y/o plasma y/o hematíes) y reinfundirle los otros, según las características del donante (grupo ABO Rh, género, valores analíticos del hemograma, estado de venas...). Estos procesos, a diferencia de la donación de sangre total convencional, se hacen con unos separadores automáticos de mayor complejidad en su manejo y que requieren alta especialización por parte del personal de enfermería.

Por este motivo se considera adecuado publicar el concurso en un lote único: Sistemas / Kits de aféresis multicomponentes para donantes de aféresis (3.800 sistemas / kits)

## CRITERIOS TÉCNICOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

Criterio	Puntuación
<p>Software con comunicación bidireccional para la programación preliminar, desde eProgesa o aplicativo similar, de la donación en el software del separador celular.</p> <p>Lectura desde cuestionario de entrevista pre-donación y envío al software del separador celular de, al menos, los datos obligatorios en la Edición vigente de estándares CAT y EDQM.</p> <p>Al finalizar el proceso de donación, completado o abortado, emisión de datos de apartado previo, desde software de separador celular a software / aplicativo informático de gestión de donaciones y donantes del Centro de Transfusión</p>	10
Presencia de manguito para colocación al donante de la presión de extracción controlado por el procesador celular	10

Se dará la puntuación a aquellas propuestas que cumplan con el criterio exigido, en caso contrario obtendrán 0 puntos.

## CRITERIOS TÉCNICOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR

Estos criterios se evaluarán atendiendo a niveles escalonados de valoración comparativos entre todas las ofertas, otorgando el 100% del valor del criterio a la mejor oferta y valorando el resto de las mismas, de acuerdo con los siguientes umbrales:

- Excelente: 100 % puntuación criterio (La oferta cumple las características técnicas de prestación del servicio y sobresale del resto de las ofertas).
- Notable: 75 % puntuación criterio (La oferta cumple las características técnicas de prestación del servicio y supera la calidad media del resto de las ofertas).
- Bueno: 50 % puntuación criterio (La oferta cumple las características técnicas de prestación del servicio y se encuentra en la media de las ofertas presentadas).
- Insuficiente: 25% puntuación criterio (La oferta cumple las características técnicas de prestación del servicio, pero presenta deficiencias en aspectos objeto de valoración).

- No presenta: 0% puntuación criterio (La oferta presenta carencias de las características técnicas de prestación del servicio que suponen un incumplimiento del pliego técnico o bien no presenta información suficiente para su valoración).

Nº	Memoria Técnica	Ponderación
1	<p>Valoración facultativa y de personal de enfermería:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacidad de optimizar captación y fidelización de donantes en el programa plasmaféresis (incidencias con venas, volemia...) y prevención de reacciones adversas.</li> <li>-Montaje kit.</li> <li>-Manejo de equipo (pantalla táctil) durante el proceso de donación.</li> <li>-Facilidad gestión de alarmas e incidencias en software y display de pantalla táctil.</li> <li>-Confort percibido en donante.</li> </ul>	Hasta 10 puntos

En Madrid, a fecha de firma de huella

Firmado digitalmente por: \*\*\*4739\*\* LUISA MARÍA BAREA  
Fecha: 2026.05.25 16:57

Fdo.: Luisa Barea García  
Directora Gerente