

INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN CRITERIOS OBJETIVOS MEDIANTE APLICACIÓN DE FÓRMULAS

Expediente	PA SUM 002-2026 (A/SUM-014190/2026)
Denominación	SUMINISTRO DE REACTIVOS NECESARIOS PARA LA DETERMINACION DE GRUPO SANGUINEO Y ANTICUERPOS IRREGULARES EN DONANTES DE SANGRE LOTE 1: REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GRUPO SANGUINEO Y ANTICUERPOS IRREGULARES EN MICROPLACA

PRIMERO – LICITADORES

Las empresas que se han presentado a la presente licitación y que han sido aceptadas son:

NIF	EMPRESA
B63741987	DIAGAST IBERICA, S.L.
A28114742	WERFEN ESPAÑA, S.A.U

SEGUNDO – VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

Se procede a valorar las ofertas recibidas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Los criterios de valoración han sido establecidos de acuerdo con el artículo 145 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, primando la objetividad de aquellos evaluables mediante fórmulas frente a los basados en juicios de valor y garantizando la igualdad de trato, de forma que no se mida la experiencia de los licitadores sino la calidad de la oferta y, su idoneidad con el objeto final del contrato.

Los criterios de valoración basados en aplicación de fórmulas tendrán una puntuación máxima de 40 puntos según lo establecido en la tabla siguiente

REACTIVOS		Puntos
1.1	Middleware para concentración de datos desde los equipos de procesamiento.	10
1.2	Posibilidad de analizar identificación de anticuerpos irregulares.	5
1.3	Tipaje eritrocitario automatizado del antígeno M y N.	10
1.4	Detección de la variante RH1 débil tipo 11.	10
1.5	Hematíes A1 y B al 3-5% para la realización del grupo ABO sérico.	5
TOTAL		40

En la tabla siguiente se resume la valoración obtenida por cada una de las empresas licitadoras en criterios evaluables por fórmulas:

DIAGAST IBÉRICA, S.L.

CRITERIO	VALORACION REQUISITO DE CALIDAD	PUNTOS
1.1	Middleware para concentración de datos desde los equipos de procesamiento.	10
1.2	Posibilidad de analizar identificación de anticuerpos irregulares.	5
1.3	Tipaje eritrocitario automatizado del antígeno M y N. <u>Valoración facultativa:</u> tal y como aporta DIAGAST en su información no está disponible en la actualidad el tipaje de los antígenos M y N de manera automatizada en su equipo QWALYS 3 EVO.	0
1.4	Detección de la variante RH1 débil tipo 11. <u>Valoración facultativa:</u> el reactivo que oferta Werfen para la realización del antígeno D (Du) es el mismo con el que hemos trabajado muchos años hasta 2024 y con el cual identificábamos a los donantes portadores de dicha variante. El reactivo que oferta Diagast para la realización del antígeno D (Du) es el mismo con el que hemos trabajado los últimos dos años (2024-2026) y con el cual NO se identifican a los donantes portadores de dicha variante.	0
1.5	Hematíes A1 y B al 3-5% para la realización del grupo ABO sérico. <u>Valoración facultativa:</u> tal y como aporta DIAGAST en su información los hematíes A1 y B para la realización del grupo sérico que disponen en la actualidad están a la concentración del 1%.	0
		15

WERFEN ESPAÑA, S.A.U.

CRITERIO	VALORACION REQUISITO DE CALIDAD	PUNTOS
1.1	Middleware para concentración de datos desde los equipos de procesamiento.	10
1.2	Posibilidad de analizar identificación de anticuerpos irregulares.	5
1.3	Tipaje eritrocitario automatizado del antígeno M y N	10
1.4	Detección de la variante RH1 débil tipo 11.	10
1.5	Hematíes A1 y B al 3-5% para la realización del grupo ABO sérico.	5
		40

En Madrid, a fecha de firma de huella

LUCEA

GALLEGO IRENE

Firmado digitalmente
por LUCEA GALLEGO

IRENE - 

Fecha: 2026.08.28
13:26:02 +02'00'

Fdo.: Irene Lucea Gallego
Responsable Inmunohematología