

SUMINISTRO DE GASAS QUIRÚRGICAS, ESTÉRILES Y NO ESTÉRILES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN.

SARA SUM 033/26

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

El objeto del presente expediente es la contratación del suministro de gasas quirúrgicas, estériles y no estériles de acuerdo con las especificaciones técnicas y de calidad detalladas en el Pliego de Descripciones Técnicas del SARA - SUM 033/26.

Una vez abierto el sobre que contiene la documentación administrativa, se ha realizado la lectura y evaluación de la documentación técnica, evaluación de las muestras presentadas por los licitadores y se concluye que las ofertas técnicas presentadas por las empresas relacionadas a continuación:

- Cumplen con las especificaciones mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas:

Licitador	Lotes a los que oferta
ADA GROUP,S.A.	1,2 y 4
GASPUNT, S.A.	3 y 4
ORTOPEDIA Y CIRUGIA,S.L.	4
TEGOSA MÉDICA,S.L.U.	1,2 y 3
TEXPOL,S.A.	1, 2,3 y 4

- No cumplen:

EMPRESA	LOTE	REFERENCIA	MÍNIMO SOLICITADO	MOTIVOS DE EXCLUSIÓN
ADA GROUP, S.A	3	00170010080842	Marcado CE.	La referencia presentada en la oferta no se encuentra bajo el amparo de la declaración de conformidad aportada.
GASPUNT, S.A	1	SO172010	Media abierta de 20 x 40 cm (20 ± 1 cm; 40 ± 2 cm)	La muestra presentada mide 18 x 38 cm.
	2	SO172011	Media abierta de 20 x 40 cm (20 ± 1 cm; 40 ± 2 cm)	La muestra mide 18,5 x 38 cm.
ORTOPEDIA Y CIRUGÍA,S.L.	1	202N	Media abierta de 20 x 40 cm (20 ± 1 cm; 40 ± 2 cm)	La muestra presentada mide 17,5 x 36 cm.
			Dobladas y plegada a 10 x 10 cm aprox.	La muestra presentada mide 9.5 x 7,5 cm.
			Con plegado de seguridad y/o correctamente rematada para que no se deshilahe.	La muestra presentada se encuentra deshilaheada en sus bordes. Anexo I.
	2	315N	Media abierta de 20 x 40 cm (20 ± 1 cm; 40 ± 2 cm)	La muestra presentada mide 23 x 36 cm.
			Con plegado de seguridad y/o correctamente rematada para que no se deshilahe.	La muestra presentada se encuentra deshilaheada en sus bordes. Anexo I.

ORTOPEDIA Y CIRUGÍA,S.L.	3	75414Z	Media abierta de 20 x 40 cm (20 ± 1 cm; 40 ± 2 cm)	La muestra presentada mide 19.5 x 36.5 cm.
			Dobladas y plegada a 10 x 10 cm aprox.	La muestra presentada mide 9,2 x 7,8 cm.

Alcorcón,

Firmado digitalmente por: RAMOS SANCHEZ LARA
Fecha: 2026.08.03 13:12

Lara Ramos Sánchez

Responsable de Recursos Materiales

ANEXO I.




Foto 1. Muestra presentada por Ortopedia y Cirugía S.L. al lote 1.




Foto 2. Muestra presentada por Ortopedia y Cirugía S.L. al lote 2.