



Cofinanciado por
la Unión Europea

Madrid, a 22 de julio de 2026

Informe técnico emitido por el Servicio de Hematología del Hospital Gregorio Marañón en relación a la adjudicación del “CONTRATO DE SUMINISTRO REACTIVOS Y FUNGIBLES PARA SECUENCIACION PARA PROYECTO DE INVESTIGACION PI23-01877” (Expediente: FIBHGM 08/2026)

Analizada la información y documentación aportada por la única entidad presentada al citado expediente de licitación, incluida en el **Sobre nº 2 (Documentación Técnica)**, desde el Servicio de Hematología del Hospital Gregorio Marañón, como unidad evaluadora de dicha documentación, se considera lo siguiente:

ROCHE DIAGNOSTICS SL:

- 1) La documentación aportada **es suficiente** para valorar técnicamente la oferta.
- 2) **La oferta cumple** con todos los requerimientos técnicos especificados en el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y en el pliego de prescripciones técnicas (PPT). Se ha aportado documentación suficiente que acredita el cumplimiento de todos los requerimientos estipulados en el PPT.
- 3) Atendiendo a los criterios de adjudicación del contrato, en lo referente al apartado de **“Criterios evaluables mediante juicio de valor” (Propuesta Técnica)** del PCAP, cuya ponderación total es de 30 puntos, la puntuación propuesta es de **30 puntos**, ya que **cumple** en general con los requerimientos, con el siguiente detalle:

- A) **Descripción de prestaciones y utilidades de los reactivos:** (máximo de 20 puntos):

Puntuación: 20 puntos

Justificación de la puntuación: Los reactivos destacan por su capacidad de automatización integral, cubriendo desde la preparación de librerías hasta la cuantificación y agrupación en el equipo, eliminando pipeteos manuales y minimizando errores. Basados en tecnología KAPA contrastada, ofrecen una especificidad analítica superior al 99,99% y sensibilidad validada para paneles de genes en múltiples tipos tumorales y muestras FFPE. Su formato modular precargado con códigos de barras asegura la trazabilidad total, estabilidad a bordo por más de siete días y una cuantificación integrada de alta exactitud equivalente al estándar Qubit.

- B) **Descripción de metodología general del suministro: coordinación de la entrega con el equipo investigador según los centros, planificación de suministro de los reactivos, definición de entregables y manuales, aplicación de sistemas de calidad, acreditación de la compatibilidad con el sistema AVENIO, etc** (máximo de 10 puntos):

Puntuación: 10 puntos.



Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón

Justificación de la puntuación: El suministro se coordina desde el centro de distribución estratégico de Sant Cugat, garantizando una disponibilidad de stock del 94% en la primera entrega y una gestión de pedidos automatizada vía EDI/SAP. La metodología asegura el mantenimiento riguroso de la cadena de frío mediante sistemas de transporte integrados y almacenaje controlado. Se acredita la compatibilidad absoluta con el sistema AVENIO mediante manuales de asistencia detallados y procesos de calidad certificados bajo las normas ISO 9001, 14001 y 13485, incluyendo planes de contingencia y gestión de incidencias personalizada.

Puntuación total otorgada: 30 puntos.

Por todo lo anteriormente descrito, la oferta de **ROCHE DIAGNOSTICS SL** se ajusta a lo requerido tanto en el PPT como en el PCAP y se propone su aceptación.

Atentamente,

Fdo: Dra. Mariana Bastos Oreiro
Investigadora Principal proyecto PI23-01877
Servicio de Hematología
Hospital Gregorio Marañón