

EVALUACIÓN TÉCNICA**EXPEDIENTE A/SUM-021257/2026**

OBJETO: CONTRATACIÓN DE “SISTEMAS Y MATERIAL PARA TRATAMIENTOS DE ABLACIÓN ONCOLÓGICA CON CESIÓN DE USO DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO” PARA EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

EMPRESAS LICITANTES:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. CARDIVA 2, S.L. | NIF: B80601982 |
| 2. PALEX MEDICAL, S.A. | NIF: A58710740 |
| 3. MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A. | NIF: A48279723 |

Una vez revisada la documentación técnica presentada por los licitadores, se emite el presente informe de cumplimiento de los requerimientos exigidos en los Pliegos, para cada uno de los lotes, por parte del Comité de Evaluación.

LOTE 1	SISTEMAS Y MATERIAL DE CRIOTERAPIA PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCER PRÓSTATA
DESIERTO	

LOTE 2	SISTEMAS Y MATERIAL DE CRIOTERAPIA PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCER RENAL
DESIERTO	



LOTE 3	SISTEMA HIFU PARA TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA
MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL PLIEGO

LOTE 4	SISTEMA DE ELECTROPORACIÓN IRREVERSIBLE (IRE) PARA ABLACIÓN DE TEJIDOS BLANDOS
CARDIVA 2, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL PLIEGO
PALEX MEDICAL, S.A.	NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL PLIEGO - Solo presentan aguja de 18 cm. - No presenta herramientas de medición de distancias entre electrodos con verificación del paralelismo, cálculo automático de parámetros eléctricos durante la ablación. - Posibilidad de ajuste de polaridad de los electrodos

En Madrid, a 31 de julio de 2026

Firmado digitalmente por: TORRE FERNANDEZ JESUS DE LA
Fecha: 2026.08.03 13:49

Fdo.: Dr. Jesús de la Torre Fernández
Jefe de Servicio de Radiología

Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ FERNANDEZ M. ELENA
Fecha: 2026.07.31 14:44

Fdo.: Dra. Elena Rodriguez Fernandez
Jefe funciones de Servicio de Urología



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0999669695008726398048**