

PERFIL DE CONTRATANTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CONSEJERÍA DE SANIDAD - HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ.

Resolución de 2 de julio de 2026 de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz por la que se procede a la subsanación de errores en relación con Pliego de Prescripciones Técnicas del P.A. 2026-0-22: Suministro implantes: Dispositivos de cierre septales y sistema implantable para manejo de insuficiencia cardiaca. Anuncio de licitación publicado en el perfil de contratante con fecha 22 de junio del 2026.

PRIMERO: Detectados errores materiales en el Pliego de Prescripciones Técnicas, Lote 2, Orden 3, se procede a su rectificación:

- Donde dice:

" Sensor inalámbrico p/medición de presión sistólica, diastólica y media en arteria pulmonar distal, de larga duración, **que incluya** unidad de procesamiento y almohada con antena para lectura doméstica"

- Debe decir:

"Sensor inalámbrico p/medición de presión sistólica, diastólica y media en arteria pulmonar distal, de larga duración, **compatible** con unidad de procesamiento y almohada con antena para lectura doméstica"

Se procede a modificar los plazos que se indican, quedando como sigue:

- Fecha límite de obtención de documentación e información: 27 de julio de 2026 18:00
- Presentación de ofertas. Fecha límite de presentación: 29 de julio de 2026 18:00
- Apertura de ofertas. Propositiones económicas: 12 de agosto de 2026, 09:40 horas.

Dicho pliego, debidamente corregido, se podrá obtener en el Portal de la Contratación Pública de la CAM. <https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>

EL DIRECTOR GERENTE,

Firmado digitalmente por: PEREZ-SANTAMARINA FEIJOO RA
Fecha: 2026.07.03 12:46