Hospital Universitario de Getafe
SaludMadrid

Este formato es copia del original firmado. Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente.

Revisión I.Técnico lote 3 PAPC SUMINISTRO DE PROTESIS Y CATETERES DE NEURORADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA A/SUM-014279/2026			
Lote	**Descripción Lote**	**Proveedor**	**Valoración: CUMPLE con todos los requisitos técnicos /NO CUMPLE**
1	Stent de Nitinol de celda abierta recubierto de micromalla fabricada en PET (PolyEthylene Terephthalate) con un filamento de 20µm con pequeños micro poros (150-180 µm). Diámetros de 6-10mm; Lngitudes de 20-60mm. Con micro poros (150-180 µm) que aportan una protección máxima con una cantidad mínima de metal que favorece la endotelización.	CARDIVA 2, S.L.	**CUMPLE**
2	Prótesis líquida de disco vertebral compuesta por alcohol etílico, celulosa y tungsteno para aportar visibilidad. Cada vial presentará 2,2 ml de solución inyectable compuesta de una mezcla de alcohol etilico, un producto derivado de la celulosa y tungsteno. Compuesto de dos jeringas de 1 ml, una aguja de 19G y dos agujas de inyección espinal de 18G	ANGIONAUTIX, S.L.	**CUMPLE**
3	Catéter balón guía con luz de 0,87" y balón que admite un máximo de 0,6 ml desde válvula luer accesoria. Asocia catéter pelable. Balón compuesto de uretano, con tacoflex formando parte del catéter.	JOHNSON&JOHNSON, S.A.	**NO CUMPLE. NO PRESENTA balón con volumen máximo de inflado de 0,6 ml. Tampoco presenta componente de tacoflex**
		ANGIOTRES SOLUTIONS, S.L.	**CUMPLE**
4	Cateter intermedio de 0,71" con alto soporte proximal y extremo distal blando para acceso a la circulación cerebral. Medidas 115 y 125 cm	MERCE ELECTROMEDICINA, S.L.	**CUMPLE**

Getafe, 26/10/2026

[redacted]

Neuroradiología Intervencionista J. Servicio Radiología