

| Valoración PPT expediente PAPC SUMINISTRO DE PROTESIS Y CATETERES DE NEURORADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA A/SUM-014279/2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Lote                                                                                                                    | Descripción Lote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Proveedor                   | Valoración: CUMPLE con todos los requisitos técnicos /NO CUMPLE |
| 1                                                                                                                       | Stent de Nitinol de celda abierta recubierto de micromalla fabricada en PET (PolyEthylene Terephthalate) con un filamento de 20µm con pequeños micro poros (150-180 µm). Diámetros de 6-10mm; Longitudes de 20-60mm. Con micro poros (150-180 µm) que aportan una protección máxima con una cantidad mínima de metal que favorece la endotelización.           | CARDIVA 2, S.L.             | CUMPLE                                                          |
| 2                                                                                                                       | Prótesis líquida de disco vertebral compuesta por alcohol etílico, celulosa y tungsteno para aportar visibilidad. Cada vial presentará 2,2 ml de solución inyectable compuesta de una mezcla de alcohol etílico, un producto derivado de la celulosa y tungsteno. Compuesto de dos jeringas de 1 ml, una aguja de 19G y dos agujas de inyección espinal de 18G | ANGIONAUTIX, S.L.           | CUMPLE                                                          |
| 3                                                                                                                       | Catéter balón guía con luz de 0,87" y balón que admite un máximo de 0,6 ml desde válvula luer accesoria. Asocia catéter pelable. Balón compuesto de uretano, con tacoflex formando parte del catéter.                                                                                                                                                          | JOHNSON&JOHNSON, S.A.       | NO CUMPLE. NO PRESENTA LUZ INTERNA DE 0,87.                     |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANGIOTRES SOLUTIONS, S.L.   | CUMPLE                                                          |
| 4                                                                                                                       | Cateter intermedio de 0,71" con alto soporte proximal y extremo distal blando para acceso a la circulación cerebral. Medidas 115 y 125 cm                                                                                                                                                                                                                      | MERCE ELECTROMEDICINA, S.L. | CUMPLE                                                          |

Getafe, 21 de agosto de 2026

Fdo.: Dr. Muñoz Olmedo, Jose Manuel  
 Neuroradiología Intervencionista

Fdo.: Sanchez Reyes, Jorge Mario  
 J. Servicio Radiología