

EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 14 ELECTROCARDÍOGRAFOS CON INTEGRACIÓN A LA HISTORIA CLÍNICA PARA EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO "GREGORIO MARAÑÓN".

N. EXP: A/SUM-019303/2026

EMPRESAS LICITANTES:

- GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A.U.
- CONTINUOUS MONITORING S.A.

Vista la documentación técnica aportada por las empresas licitantes del procedimiento abierto simplificado abreviado para el suministro e instalación de 14 electrocardiógrafos con integración a la historia clínica para el Hospital General Universitario "Gregorio Marañón", se informa de lo siguiente:

- GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A.U.

La oferta presenta el electrocardiógrafo modelo MAC 5 A4 de la marca GE. Esta oferta cumple las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el PPT.

Respecto de los criterios de valoración automática la autoevaluación realizada por la empresa es correcta. En esta se asignan 30 puntos.

- CONTINUOUS MONITORING S.A.

La oferta presenta el electrocardiógrafo modelo NEO ECG T180 de la marca LEPUMEDICAL. Esta oferta no cumple las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el PPT en los siguientes requisitos:

- Se solicita en el PPT equipos con unas *dimensiones aproximadas ($\pm 15\%$) de una altura de 130 mm, anchura 340 mm y longitud de 380 mm*. El equipo ofertado no cumple dichas dimensiones al tratarse de un ECG de tipo tableta.
- Se solicita en el PPT *la posibilidad de aplicar filtro muscular (filtro paso bajo) de 20 Hz para eliminar ruido al imprimir*. La oferta presentada no incluye dicha característica (filtro paso bajo de 20 Hz).
- Se solicita *carro específico para electrocardiógrafo, organizador de cables, espacios para consumibles y lector de código de barras*. No consta en la documentación presentada la entrega de dicho carro con las características que se solicitan.

**EL RESPONSABLE
DE ELECTROMEDICINA**

Firmado digitalmente por: HERRERO ALONSO EUGENIO
Fecha: 2026.07.14 17:15

