

Valoración PPT EXPEDIENTE: SUMINISTRO DE HIALURONATO SÓDICO PARA OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE. PACU A/SUM-022392/2026 HIA			
Lote	Descripción Lote	Proveedor	Valoración: CUMPLE con todos los requisitos técnicos /NO CUMPLE
1	Hialuronato sódico jeringa precargada. Viscoelástico cohesivo NaHA al 1%-0,85 ml, cánula 27G., viscosidad en reposo de al menos 150 Pas. Elevada viscosidad para la creación de espacio, expansión del saco capsular para una manipulación sencilla y una implantación cómoda de las lentes intraoculares. Indicado también para trasplantes corneales. Peso molecular por encima de 3 millones; osmolalidad y ph similares al humor acuoso y capacidad de mantener estable la cámara anterior durante al menos 30 minutos	PROTESIS HOSPITALARIAS, S.A.	No cumple volumen de 0,85 ml
		EQUIPAMIENTOS SANITARIOS, S.A.	No cumple volumen de 0,85 ml ni la viscosidad exigida en PPT
		JJ SURGICAL VISION SPAIN, S.L.	Cumple
		OPTIMUM VISION CARE, S.A.	No cumple volumen de 0,85 ml
		ALCON HEALTHCARE, S.A.	No cumple volumen de 0,85 ni el peso molecular exigido en PPT
		MORIA SURGICAL SPAIN, S.L.U.	No cumple volumen de 0,85 ml
2	Hialuronato sódico condroitin sulfato sódico jeringa precargada. Hialuronato sódico al 3% y condroitin sulfato al 4%. Viscoelástico dispersivo, con tres cargas negativas para favorecer la adhesión del viscoelástico al endotelio, indicado para cirugía de catarata. Viscosidad estática 50.000 cps, dinámica 40.000 cps, peso molecular 650.000 D. Jeringa con 0,50 ml.	ALCON HEALTHCARE, S.A.	Cumple
		PROTESIS HOSPITALARIAS, S.A.	No cumple, el volumen de 0,50 ml. Exigido en PPT

Getafe, 28/08/2026

J. Servicio OFTALMOLOGÍA