

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

EXPEDIENTE: PA 2026-0-18

SUMINISTRO DE MATERIAL:

**FUNGIBLE PARA RADIOLOGÍA VASCULAR
INTERVENCIONISTA: CATETERES, GUÍAS, INTRODUCTORES**

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la adquisición de Material fungible para Radiología Vascular Intervencionista: Catéteres, guías, introductores... (GRSV) para cubrir las necesidades asistenciales del Hospital Universitario "La Paz" conforme a lo que se relaciona en el Anexo I del presente Pliego.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA CADA LOTE Y NÚMERO DE ORDEN:

Si en la descripción se utilizase algún nombre y/o referencia sujeto a propiedad comercial, deberá entenderse como referencia para localizar el producto en cuestión sin que en ningún caso sea obligatorio ofertar dicho producto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMUNES PARA TODOS LOS LOTES Y NÚMEROS DE ORDEN:

Todo el material suministrado deberá contar con la caducidad adecuada. Como mínimo, la vida útil del material solicitado en el momento de su entrega no podrá ser inferior a las $\frac{3}{4}$ partes de la vida útil total (caducidad) que tenga establecida de diseño. Los licitadores deberán manifestar, de forma expresa, mediante declaración responsable, que se comprometen al cumplimiento de lo exigido en este punto.

Para comprobar que la oferta del licitador es acorde a lo estipulado en el Pliego de Prescripciones Técnicas se requiere la siguiente documentación:

- Relación de productos ofertados en el **ANEXO A**, con descripción técnica de los mismos.
- "Insert" (ficha técnica) de los productos ofertados.
- Descripción de los productos a suministrar mediante catálogos, ficha técnica de los mismos (con indicación expresa del lote y/o número de orden al que concurren) y otra información necesaria, con la que se pueda verificar cada una de las especificaciones técnicas exigidas.
- Certificado del marcado CE, conforme a lo establecido en la legislación vigente reguladora de los productos sanitarios o para diagnóstico in vitro.

Toda la documentación necesaria para la verificación del cumplimiento de las características recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, deberá proporcionarse en castellano

Todos los productos se presentarán envasados individualmente y estériles (si procede). Deberá figurar en el envase, como mínimo, los siguientes datos:

- Identificación de la empresa.
- Denominación del producto.
- Número de lote.
- Referencia comercial.

- Fecha de caducidad
- Método de esterilización (cuando proceda)
- Identificación de material de un solo uso (cuando proceda)
- Marcado CE

MUESTRAS:

Muestras: SI

- o Nº de muestras mínimo: 2 unidades por cada número de orden.
- o Todas las muestras deberán especificar la empresa licitadora, el nº de lote, nº de orden y procedimiento correspondiente.
- o En caso de requerir un número mayor de muestras, el hospital podrá solicitar las muestras que considere necesarias para la correcta evaluación del expediente
- o La entrega de muestras deberá realizarse en el Almacén General del Hospital indicando que se trata de muestras.
- o Plazo de entrega de muestras: durante el plazo de presentación de ofertas.
- o Se deberá adjuntar en la oferta técnica una copia del albarán sellado por el almacén general de la entrega de muestras.

VOLUMEN DEL SUMINISTRO:

El número de unidades que se indica para cada artículo es orientativo y a los efectos de valorar la oferta por parte de los licitadores.

El número de unidades a servir será el que resulte de las necesidades del Centro, a cuyos efectos se establecerá un Plan de Necesidades y de entregas con el adjudicatario

La adjudicación que recaiga se referirá a precios unitarios, concentrándose el volumen del suministro en el Plan de Necesidades del centro anteriormente citado.

PLAZO DE ENTREGA

Desde el envío del pedido por fax/correo electrónico, el proveedor tendrá un plazo máximo de 4 días hábiles para la entrega del suministro en los almacenes del Hospital. En caso de urgencia, el plazo será de 24 horas. Los licitadores deberán manifestar, de forma expresa, mediante declaración responsable, que se comprometen al cumplimiento de estos plazos de entrega

No se admitirá establecer cantidades ni importes mínimos para el suministro de pedidos de ninguno de los productos enumerados, ni limitaciones en el establecimiento de días de reparto fijos o kilometrajes máximos a recorrer por los transportes para la distribución de los productos.

NORMATIVA:

Todos los productos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso. En cualquier caso, todos los productos que lo requieran deberán cumplir con el Real Decreto 192/2023, de 21 de marzo por el que se regulan los productos sanitarios. Asimismo, se deberá cumplir el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2017. Permanecen en vigor los artículos del Real Decreto 1591/2009 y del Real Decreto 1616/2009 que no han sido derogados por el Real Decreto 192/2023.

Para diagnóstico in vitro deberán cumplir el Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2017.

Los licitadores deberán incluir en su oferta técnica una declaración responsable en la que se indique el cumplimiento de la normativa correspondiente.

El licitador se compromete al estricto cumplimiento de la Legislación Medioambiental Comunitaria, Estatal, Autonómica y Local vigente, que sea de aplicación a la actividad desarrollada, así como a las normas de gestión ambiental que establezca el Hospital para la bioseguridad en la manipulación de muestras, tratamiento y eliminación de residuos generados por los equipos ofertados. De este modo deberá adjuntar en la oferta técnica toda la información precisa para verificar dicho cumplimiento.

FORMACIÓN:

La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, al personal que se determine para el correcto uso de sus productos si así se requiriese. Se entregará sin cargo el material docente necesario para la formación.

OTROS

El presente Pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato que se suscriba con el adjudicatario.

Fdo.: Dra. Teresa Hernandez Cabrero



Jefa de Sección Rx Vascular-Intervencionista
Servicio de Radiodiagnóstico

Fdo.: Dr. Jose M. Oliver Goldaracena
Firmado digitalmente por OLIVER GOLDARACENA JOSE MARIA
Fecha: 2026.06.03 13:39

Servicio Rx Vascular-Intervencionista

ANEXO I

Lote	Orden	Código	Nombre	Unidad Medida	Precio máximo unitario con IVA	Precio máximo unitario sin IVA	Cantidad 12 Meses	Importe total IVA incluido	Base Imponible	IVA %	IVA
1	1	18062	EQUIPO INTRODUTOR VASCULAR MEDIANTE MICROPUNCIÓN UTILIZADO PARA LA INTRODUCCIÓN DE GUÍAS DE 0.035" Y 0.038". CONTIENE UNA AGUJA INTRODUTORA DE 21G Y LONGITUD DESDE 4 A 7CM, CON PUNTA ECOGÉNICA O ESTÁNDAR. GUÍA DE 0.018"(0.46MM) DE 40 CM AL MENOS.CATÉTER INTRODUTOR DE DOBLE CUERPO Y PERFECTA TRANSICIÓN ENTRE AMBOS DE 4 Y 5F Y 10 A 15 CM DE LONGITUD, DIÁMETRO INTERNO DE 2,9F. DEBE ESTAR INDICADO PARA USO EN EL SISTEMA VASCULAR. DEBERA TENER MISMO SISTEMA PARA USO INFANTIL	UNIDAD	31,33	25,8926	1.000	31.330,00	25.892,56	21	5.437,44
2	2	33385	EQUIPO PUNCION DE 6 A 14 FR. C/FIADOR E INTRODUTOR P/DRENAJE ABSCEOS Y COLECCIONES CONTRO SCANNER. ESTERIL. POSIBILIDAD DE CATÉTER PIGTAIL Y RECTO, LONGITUDES DE 15 A 35 CM.	UNIDAD	88,33	73,00	265	23.407,45	19.345,00	21	4.062,45

Lote	Orden	Código	Nombre	Unidad Medida	Precio máximo unitario con IVA	Precio máximo unitario sin IVA	Cantidad 12 Meses	Importe total IVA incluido	Base Imponible	IVA %	IVA
3	3	36635	MICROESFERAS PARA EMBOLIZACION PERMANENTE, DE POLIMERO ACRILICO DE FORMA ESFERICA INALTERABLE, HIDROFILICAS, BIOCOMPATIBLES Y CALIBRADAS CON PRECISIÓN. P/TRATAMIENTO DE TUMORES, HEMORRAGIAS Y MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS, CON PRESENTACION EN VIALES. DE ENTRE 150 Y 1200 MICRAS.	UNIDAD	181,50	165,00	100	18.150,00	16.500,00	10	1.650,00
4	4	36636	MICROGUIA HIDROFILICA DE NITINOL VARIOS CALIBRES (0,014", 0,018" Y 0,035") Y 180 Y 260 CM DE LONGITUD CON CURVA PREFORMADA, 180 CM DE LONGITUD Y MARCADOR DISTAL.	UNIDAD	301,29	249,00	125	37.661,25	31.125,00	21	6.536,25
5	5	36675	CATETERES TERAPÉUTICOS DE ANGIOPLASTIA CONVENCIONAL NO COMPLIANTES SOBRE GUIA, CON BALÓN DE BAJO PERFIL (0,040" o 1,01 mm), COMPATIBLES CON GUIA DE 0,035". CON PUNTA CÓNICA Y CUERPO DE DOBLE LUMEN CON CONECTOR EN Y, Y CONECTORES LUER. CON DOS MARCADORES RADIOOPACOS Y RECUBRIMIENTO LUBRICADO DESDE LA PUNTA. LONGITUD DE TRABAJO DEL CATETER BALON DE HASTA 135 MM Y PRESION NOMINAL DE INFLADO DE HASTA 24 ATMOSFERAS. COMPATIBLES CON INTRODUCIDORES DE 5, 6 o 7 Fr. DIAMETROS DE BALON ENTRE 4 Y 12 MM Y LONGITUDES DE 20, 40, 60, 80 Y 100 MM.	UNIDAD	179,08	148,00	425	76.109,00	62.900,00	21	13.209,00

Lote	Orden	Código	Nombre	Unidad Medida	Precio máximo unitario con IVA	Precio máximo unitario sin IVA	Cantidad 12 Meses	Importe total IVA incluido	Base Imponible	IVA %	IVA
6	6	36691	CATETERES DE DRENAJE BILIAR INTERNO-EXTERNO, DE POLIMERO-BIOCOMPATIBLE, GRAN FLEXIBILIDAD, TERMINADOS EN PIGTAIL, MULTIPERFORADO EN PARTE DISTAL CATETER Y PUNTA PIGTAIL, C/HILO Y S/HILO DE FIJACION DE AL MENOS 45 CM. LONG. P/GUIA .038 Y AL MENOS 6,7, 8 Y 10 FR. MUY RADIOPACOS.	UNIDAD	59,59	49,00	205	12.154,45	10.045,00	21	2.109,45
7	7	36699	INTRODUCTOR GUIA CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO. DEBE POSEER UNA PUNTA ATRAUMATICA, ASI COMO UN MALLADO INTERIOR QUE PREVENGA EL ACODAMIENTO, SIN PERJUICIO DE QUE OFREZCA UNA ALTA FLEXIBILIDAD. DEBE OFRECERSE EN DISTINTOS DIAMETROS INTERNOS QUE ABARQUEN, COMO MINIMO, DESDE 5 A 10FR, CON INCREMENTOS DE 1 FR. DEBE OFRECERSE CON POSIBILIDAD DE EXTREMO DISTAL RECTO, CURVA MULTIPROPÓSITO Y CURVA RENAL AL MENOS. DEBE OFRECERSE EN DISTINTAS LONGITUDES QUE ABARQUEN DESDE 45 A 90CM AL MENOS. DEBE VENIR ACOMPAÑADO DE UN DILATADOR, QUE DEBE SER RADIOPACO EN TODA SU LONGITUD Y QUE DEBE OFRECER TRANSICIÓN Y PERFIL ÓPTIMOS CON EL INTRODUCTOR GUÍA. DEBE VENIR ACOMPAÑADO DE UNA VÁLVULA HEMOSTÁTICA CON ALARGADERA "EN Y" .	UNIDAD	139,15	115,00	180	25.047,00	20.700,00	21	4.347,00

Lote	Orden	Código	Nombre	Unidad Medida	Precio máximo unitario con IVA	Precio máximo unitario sin IVA	Cantidad 12 Meses	Importe total IVA incluido	Base Imponible	IVA %	IVA
8	8	36703	CATÉTERES TERAPÉUTICOS DE ANGIOPLASTIA CONVENCIONAL SEMICOMPLIANTES COMPATIBLE CON GUÍA DE 0,018", PARA PEQUEÑOS VASOS, CON BALÓN DE PRESIÓN QUE RESISTA AL MENOS 14 ATMOSFERAS DE PRESIÓN. PUNTA CÓNICA CORTADA CON LÁSER Y PERFIL DE CRUCE DE 0,020" CON DOS MARCAS RADIOPACAS. PARA INTRODUCTOR DE 4FR. BALÓN DE COPOLIMERO DE POLILAMIDA Y POLIÉTER CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO. DIÁMETROS DESDE 2 A 8 MM. LONGITUDES DEL CATÉTER DE TRABAJO DE 80, 135 Y 150 CM.	UNIDAD	302,50	250,00	55	16.637,50	13.750,00	21	2.887,50
9	9	36709	DISPOSITIVO TERAPEUTICO PARA EXTRACCION DE CUERPOSEXTRAÑOS CONSTITUIDO POR: UN CABLE DE NITINOL Y UN LAZO DE TUNGSTENO EN EL EXTREMO DISTAL QUE FORME UN ANGULO DE 90º CON EL CABLE.DEBE PRESENTAR UN MARCADOR DE IRIDIO-PLATINO. LOS DIAMETROS DEL LAZO DEBEN OFRECERSEN 5, 10, 15, 20, 30.	UNIDAD	353,32	292,00	50	17.665,00	14.600,00	21	3.066,00
10	10	36711	MICROCATETER HIDROFILICO DE ALTO FLUJO DE 2,5-3 F. COAXIAL, COMPUESTO DE: UNA ESPIRAL DE PLATINO Y TUNG-STENO EN TODA SU LONGITUD.QUE ASEGURE QUE SOPORTA UNA PRESION DE INYECCION DE, COMO MINIMO, 750 PSI.EL RECUBRIMIENTO INTERNO DEBE SER DE PTFE.	UNIDAD	265,60	219,5041	250	66.400,00	54.876,03	21	11.523,97

Lote	Orden	Código	Nombre	Unidad Medida	Precio máximo unitario con IVA	Precio máximo unitario sin IVA	Cantidad 12 Meses	Importe total IVA incluido	Base Imponible	IVA %	IVA
11	11	36712	GUÍA RÍGIDA HIDROFÍLICA CON ALMA DE ACERO Y NITINOL CONSTRUIDA EN UNA SOLA PIEZA CON PUNTA CONIFICADA Y CON SUPERFICIE ULTRALISA, QUE OFREZCA ASÍ NAVEGABILIDAD CON UN CONTROL DE TORQUE 1:1 Y SEGURIDAD REDUCIENDO LAS POSIBILIDADES DE ROTURA, DE TROMBOGÉNESIS Y DE TRAUMATISMO DISTAL. DEBE POSEER UN RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO EN TODA SU LONGITUD QUE CONFIERA UN DESLIZAMIENTO ADECUADO Y DEBE POSEER UN BAÑO DE TUNGSTENO QUE LE CONFIERA RADIOOPACIDAD BASTANTE. DEBE OFRECERSE CON UN CALIBRE DE 0,018" A 0,038" AL MENOS, LONGITUDES DE 80 A 260CM AL MENOS Y PUNTAS RECTA, CURVA Y "EN J" AL MENOS.	UNIDAD	72,60	60,00	240	17.424,00	14.400,00	21	3.024,00
12	12	36719	GUÍA TIPO AMPLATZ, SUPERRIGIDA Y TEFLONADA. DE .035 "Y .038". DE 75, 150, 180 Y 260 CM LONGITUD. CON EXTREMO FLEXIBLE ATRAUMÁTICO DE DIFERENTES LONGITUDES (DE 1 A 5 CM) Y PUNTA RECTA O EN "J".	UNIDAD	43,56	36,00	400	17.424,00	14.400,00	21	3.024,00
13	13	36728	GUÍA HIDROFÍLICA CON ALMA DE ACERO Y NITINOL CONSTRUIDA EN UNA SOLA PIEZA CON PUNTA CONIFICADA Y CON SUPERFICIE ULTRALISA, QUE OFREZCA ASÍ NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD REDUCIENDO LAS POSIBILIDADES DE ROTURA, DE	UNIDAD	45,9195	37,95	425	19.515,79	16.128,75	21	3.387,04

Lote	Orden	Código	Nombre	Unidad Medida	Precio máximo unitario con IVA	Precio máximo unitario sin IVA	Cantidad 12 Meses	Importe total IVA incluido	Base Imponible	IVA %	IVA
			TROMBOGÉNESIS Y DE TRAUMATISMO DISTAL. DEBE POSEER UN RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO EN TODA SU LONGITUD QUE CONFIERA UN DESLIZAMIENTO ADECUADO. DEBE OFRECERSE CON UN CALIBRE DE 0,020" A 0,038" AL MENOS, LONGITUD MAYOR DE 150CM Y DE HASTA 260CM AL MENOS. DEBE OFRECERSE CON PUNTAS RECTA, CURVA Y "EN J" AL MENOS.								
14	14	36729	GUÍA HIDROFÍLICA CON ALMA DE NITINOL CONSTRUIDA EN UNA SOLA PIEZA CON PUNTA CONIFICADA Y CON SUPERFICIE ULTRALISA, QUE OFREZCA ASÍ NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD REDUCIENDO LAS POSIBILIDADES DE ROTURA, DE TROMBOGÉNESIS Y DE TRAUMATISMO DISTAL. DEBE POSEER UN RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO EN TODA SU LONGITUD QUE CONFIERA UN DESLIZAMIENTO ADECUADO. DEBE OFRECERSE CON UN CALIBRE DE 0,018" A 0,038" AL MENOS, LONGITUDES DE 80 A 150CM Y PUNTAS RECTA, CURVA, "EN J" Y CON DOBLE ANGULACIÓN AL MENOS.	UNIDAD	28,44	23,50	1.500	42.660,00	35.256,20	21	7.403,80

Lote	Orden	Código	Nombre	Unidad Medida	Precio máximo unitario con IVA	Precio máximo unitario sin IVA	Cantidad 12 Meses	Importe total IVA incluido	Base Imponible	IVA %	IVA
15	15	36732	CATÉTERES DE DIAGNÓSTICO VASCULAR, SELECTIVOS Y NO SELECTIVOS CON TODO TIPO DE CURVAS, QUE SOPORTEN ALTO FLUJO Y RESISTENTES A ELEVADAS PRESIONES (1200 PSI). MALLADOS EN EL CUERPO DEL CATÉTER PARA APORTAR RIGIDEZ Y FLEXIBILIDAD CON EXCEPCIÓN DE LA PUNTA QUE NO ES MALLADA PARA RESULTAR FLEXIBLE Y ATRAUMÁTICA. DE NYLON PARA APORTAR RIGIDEZ. PUNTA RADIOOPACA PARA MEJOR VISUALIZACIÓN Y FLEXIBLE. LUZ INTERNA PARA GUÍAS DE 0.035" Y 0.038". MÁXIMO TORQUE QUE APORTA CONTROL PRECISO. COMPATIBLES CON DIVERSOS MICROCATÉTERES. DIFERENTES DIÁMETROS (4, Y 5 FR) Y LONGITUDES (65, 80, 90, 100, 110 Y 125 CM) PARA UNA MISMA CURVA.	UNIDAD	22,385	18,50	1.800	40.293,00	33.300,00	21	6.993,00
16	16	38826	CATETER DE DRENAJE EXTERNO/INTERNO, MULTIPERFORADO CON ESTILETES INTERNOS METÁLICOS Y DE PLÁSTICO. MATERIAL BIOCOMPATIBLE (POLIURETANO BLANDO Y ACERO INOXIDABLE). CON SISTEMA DE FIJACIÓN INTERNO CON LAZO, Y SISTEMA DE FIJACIÓN EXTERNO CON APOSITO. REVESTIMIENTO HIDROFÍLICO DISTAL Y MARCA RADIOOPACA PROXIMAL A LOS ORIFICIOS LATERALES DE GRAN TAMAÑO. LONGITUDES DE HASTA 40 CM Y CALIBRES DE 8,5 A 14 FR. COMPATIBLE CON USO DE ALCOOH ETILECO Y LIBRE DE LATEX.	UNIDAD	151,25	125,00	45	6.806,25	5.625,00	21	1.181,25

Lote	Orden	Código	Nombre	Unidad Medida	Precio máximo unitario con IVA	Precio máximo unitario sin IVA	Cantidad 12 Meses	Importe total IVA incluido	Base Imponible	IVA %	IVA
17	17	95878	MICROGUIA COMPUESTA POR NUCLEO DE ACERO INOXIDABLE, QUE PERMITE MOLDEAR LA PUNTA FACILMENTE. EL NUCLEO VA RECUBIERTO UNA ESPIRAL DE POLIMERO PARA ACERLA VISIBLE Y OTRA LCAPA EXTERNA PARA ACERLO HIDROFILICO. LA PUNTA DE LA GUIA FORMADA POR BOBINA DE MULTIPLES CABLES TRANZADOS PARA OPTIMIZAR LA FUERZA DE TORSION Y EL TORQUE 1/1 CON DURABILIDAD Y RIGIDEZ. DIAMETRO EXTERIOR 0,016" O INFERIOR, LONGITUD DE 180 CM Y DIFERENTES FORMAS EN LA PUNTA DISTAL (ANGULO DE 45ºM ANGULO DOBLE O CURVA REDONDA)	UNIDAD	199,65	165,00	150	29.947,50	24.750,00	21	5.197,50
18	18	79470	ANTENA DE TERMOABLACIÓN MEDIANTE MICROONDAS DE USO PERCUTÁNEO, CONSTRUIDA EN FIBRA DE VIDRIO CON SISTEMA DE IRRIGACIÓN INTERNA MEDIANTE SUERO EN TODA SU LONGITUD. TECNOLOGÍA THERMOSPHERE MEDIANTE CONTROL DE CAMPO, TÉRMICO Y DE LONGITUD DE ONDA PARA REALIZAR ABLACIONES PRECISAS DE MORFOLOGÍA ESFÉRICA. TAMAÑO DE ABLACIÓN DEFINIDOS ESPECÍFICAMENTE PARA CADA TIPO DE ÓRGANO (HÍGADO, RIÑÓN Y PULMÓN) TANTO EX-VIVO COMO IN-VIVO. CEDERÁ EL EQUIPO NECESARIO PARA PARA EL USO DE ESTE LOTE	UNIDAD	1.936,00	1.600,00	40	77.440,00	64.000,00	21	13.440,00

Lote	Orden	Código	Nombre	Unidad Medida	Precio máximo unitario con IVA	Precio máximo unitario sin IVA	Cantidad 12 Meses	Importe total IVA incluido	Base Imponible	IVA %	IVA
19	19	84350	SISTEMA DE CIERRE VASCULAR DE POLIETILEN GLICOL, TAPON EXTRAVASCULAR, DE 5,6 Y 7F, LONGITUD MAXIMA 15-,5 CM, BALON SEMICOMPLIANTE 6MM	UNIDAD	163,9	149,00	240	39.336,00	35.760,00	10	3.576,00
20	20	100693	<p>SISTEMA DE TROMBECTOMIA MECANICA PERIFERICA POR ASPIRACION COMPUTERIZADA DIRECTA PARA TRATAMIENTO DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA Y TROMBOEMBOLISMO PULMONAR, COMPUESTO POR UN KIT QUE INCLUYE:</p> <p>* CATATER DE ASPIRACION COMPUESTO POR HIPO TUBO DE ACERO INOXIDABLE CORTADO AL LASER, CON ALTA FLEXIBILIDAD, NAVEGABILIDAD Y ALTA RESISTENCIA AL ACODAMIENTO.</p> <p>DIAMETROS DE 6,7 Y 12 FR , LONGITUDES DE 100 A 132 CM COMPATIBLES CON GUIAS DE 0,014" A 0.038" CON ASPIRACION MODULADA Y ALGORITMO DE DETECCIÓN DUAL DE TROMBO.</p> <p>BOMBA DE ASPIRACION (CANISTER) QUE RECOGE EL MATERIAL TROMBOTICO Y PERMITE VISUALIZAR LA SANGRE ASPIRADA</p> <p>EL MATERIAL SE ENTREGARÁ CON TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU UTILIZACIÓN</p>	UNIDAD	7.260,00	6.000,00	12	87.120,00	72.000,00	21	15.120,00

Lote	Orden	Código	Nombre	Unidad Medida	Precio máximo unitario con IVA	Precio máximo unitario sin IVA	Cantidad 12 Meses	Importe total IVA incluido	Base Imponible	IVA %	IVA
21	21	108546	<p>SISTEMA DE TROMBECTOMIA MECANICA PERIFERICA POR ASPIRACION COMPUTERIZADA DIRECTA PARA TRATAMIENTO DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA Y TROMBOEMBOLISMO PULMONAR, COMPUESTO POR UN KIT QUE INCLUYE:</p> <p>* CATATER DE ASPIRACION COMPUESTO POR HIPOTUBO DE ACERO INOXIDABLE CORTADO AL LASER, CON ALTA FLEXIBILIDAD, NAVEGABILIDAD Y ALTA RESISTENCIA AL ACODAMIENTO.</p> <p>DIAMETROS DE 16 FR , LONGITUDES DE 100 A 132 CM COMPATIBLES CON GUIAS DE 0,014" A 0.038" CON ASPIRACION MODULADA Y ALGORITMO DE DETECCIÓN DUAL DE TROMBO.</p> <p>BOMBA DE ASPIRACIN (CANISTER) QUE RECOGE EL MATERIAL TROMBOTICO Y PERMITE VISUALIZAR LA SANGRE ASPIRADA</p> <p>EL MATERIAL SE ENTREGARÁ CON TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU UTILIZACIÓN</p>	UNIDAD	10.164,00	8.400,00	2	20.328,00	16.800,00	21	3.528,00

Lote	Orden	Código	Nombre	Unidad Medida	Precio máximo unitario con IVA	Precio máximo unitario sin IVA	Cantidad 12 Meses	Importe total IVA incluido	Base Imponible	IVA %	IVA
22	22	100926	CATETER RETRIEVER CON ESTRUCTURA DE NITINOL PARA RETRACCION DE TROMBOS EN EL SISTEMA VENOSO PROFUNDO PARA VASOS DE 6 MM A 18 MM CON UNA LONGITUD UTIL DE 80 CM	UNIDAD	4.356,00	3.600,00	10	43.560,00	36.000,00	21	7.560,00
	23	100927	INTRODUCTOR 13-16 FR PARA USO CONJUNTO CON DISPOSITIVO 100926 PARA EL ACCESO EN EL TRATAMIENTO DE LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA	UNIDAD	1.210,00	1.000,00	10	12.100,00	10.000,00	21	2.100,00
23	24	107836	CATETER CON BALON DE OCLUSION DISEÑADO PARA OCLUSIONES TEMPORALES DEL FLUJO VASCULAR. INCLUYE UN BALON COMPLIANTE/RADIOPACO DE FACIL VISUALIZACIÓN BAJO FLUOROSCOPIA. EL BALON DE OCLUSION DE LATEX, NO EXTENSIBLE/COMPLIANTE, RADIOPACO. CATETER DE DOS LUCES, UNO PARA LA GUIA Y OTRO PARA EL INFLADO DEL BALON. DE 7 FR O MENOR, LONGITUDES DE 65 HASTA 100 CM.	UNIDAD	181,50	150,00	25	4.537,50	3.750,00	21	787,50
	24	107840	INTRODUCTOR HEMOSTATICO HIDROFILICO, CON FUNDA Y DILATADOR INTERNO, CON CATETER, VALVULA HEMOSTATICA Y BRAZO LATERAL CON LLAVE DE 3 VIAS. CONSTRUCCION TRICAPA (PTFE INTERIOR, MALLA ANTICODAMIENTO Y POLIETER EXTERIOR) DIAMETROS DE 4-10 FR, EXTREMO DISTAL RECTO O CURVO Y LONGITUDES DE 45-90 CM	UNIDAD	140	115,70	50	7.000	5.785,12	21	1.214,88

Lote	Orden	Código	Nombre	Unidad Medida	Precio máximo unitario con IVA	Precio máximo unitario sin IVA	Cantidad 12 Meses	Importe total IVA incluido	Base Imponible	IVA %	IVA
25	26	107083	MICROCATETER HIDROFILICO DE ALTO FLUJO DE 2,5-3 F. COAXIAL, COMPUESTO DE UN TRENZADO DE TUNGSTENO CON 10 ZONAS DIFERENTES DE TRANSICIÓN QUE ASEGURE QUE SOPORTA UNA PRESION DE INYECCIÓN DE COMO MINIMO, 750 PSI. DEBE TENER MARCADOR RADIOOPACO EN LA PUNTA. COMPATIBLE CON AGENTES COMO DMSO, LIPIODOL, ETANOL, NBGA GLUE, ONIX Y TODO TIPO DE CONTRASTES. CON DIAMETROS DESDE 1.7 a 2.7 FR.	UNIDAD	387,20	210,00	75	29.040,00	24.000,00	21	5.040,0
TOTALES									819.094,69	681.688,67	137.406,02