

EXPEDIENTE: P.A.SUM 08-2026/HUIC. "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA TORRE DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA" A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO MEDIANTE PLURARIDAD DE CRITERIOS.

INFORME SOBRE CRITERIOS TECNICOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA

Una vez realizada la apertura del sobre nº2B, en mesa de contratación con fecha 21 de Septiembre de 2026, se procede a realizar valoración objetiva de la documentación aportada, siendo la puntuación máxima de 30 puntos.

1) La fuente de luz fría LED de alta intensidad presenta una pantalla táctil de entre 7 y 8'', con sistema de bloqueo de seguridad táctil, con una vida útil de la lámpara de al menos 60.000 horas.

La fuente de luz cumple los requerimientos indicados: 10 puntos.

La fuente de luz no cumple los requerimientos indicados: 0 puntos.

Empresa	Valoración	Puntuación
PRIM, S.A.	El equipo cumple con el criterio.	10

2) Procesador con algoritmo automático de mejora de imagen en optimización anti-humo.

El procesador cumple el requerimiento técnico indicado: 10 puntos.

El procesador no cumple el requerimiento técnico indicado: 0 puntos.

Empresa	Valoración	Puntuación
PRIM, S.A.	El equipo cumple con el criterio.	10

P.A.SUM 3-2019/HUIC. Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una Torre de Endoscopia Quirúrgica en el Hospital Universitario Infanta Cristina. Procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de criterios.

3) Insuflador de alto flujo con posibilidad de modo adulto o pediátrico prefijado y al menos 3 modos de funcionamiento entre los que se incluyan el mantenimiento de presión de neumoperitoneo estable y la insuflación de CO2 de alto flujo.

El insuflador cumple el requerimiento técnico indicado: 10 puntos.

El insuflador no cumple el requerimiento técnico indicado: 0 puntos.

Empresa	Valoración	Puntuación
PRIM, S.A.	El equipo cumple con el criterio.	10

Resumen de resultados:

Empresa	Puntuaciones parciales			Total
	Punto 1	Punto 2	Punto 3	
PRIM, S.A.	10	10	10	30

En Parla, a 22 de Julio de 2026.

Marcos Luján.

Firmado por LUJAN GALAN MARCOS -
***1935** el día 22/07/2026 con un
certificado emitido por SIA SUB01

Víctor Morcillo.

MORCILLO
HOLGADO VICTOR -  Firmado digitalmente por
MORCILLO HOLGADO VICTOR -
Fecha: 2026.07.23 08:22:45 +02'00'

Jefe de servicio de Urología.

Ingeniero Electromedicina.