

EXPEDIENTE: A/SUM-025264/2026

**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CATORCE MONITORES DESFIBRILADORES PARA
DIVERSAS ÁREAS DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN**

INFORME DE VALORACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS

Para el expediente A/SUM-025264/2026, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CATORCE MONITORES DESFIBRILADORES PARA DIVERSAS ÁREAS DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN, se ha recibido un total de 3 ofertas de los siguientes licitadores:

PALEX MEDICAL, S.A.

NIHON KOHDEN IBERICA, S.L.

PRIM, S.A.

Todas las ofertas cumplen los requisitos técnicos mínimos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La valoración técnica de los criterios de adjudicación es la siguiente:

Criterios de adjudicación	Puntos máximos	PALEX	NIHON KOHDEN	PRIM
ECG con hasta 8 derivaciones posibles	9	9	9	9
Posibilidad de desfibrilación con el mismo set de electrodos/parches desechables paciente Adulto/Pediátrico	7	7	7	7
Tiempo de carga ≤ 4 segundos a 200 julios	7	0	7	7
Equipo que permita descargas de hasta 270 J	4	0	4	4
Ampliación de la garantía mínima recogida en el PPT con inclusión del mantenimiento (preventivo y correctivo integral)	3	3	1	0
TOTAL	30	19	28	27

Madrid, 21 de julio de 2026

EL SUBDIRECTOR DE INGENIERÍA

Juan Andrés Morillo-Velarde Muñoz