

HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS PA A/SUM-027810/2026

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE COBERTURA QUIRÚRGICA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE SUMINISTROS DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE COBERTURA QUIRÚRGICA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato consiste en el suministro de la cobertura quirúrgica para quirófano en el Hospital Universitario Santa Cristina de acuerdo con lo previsto en este Pliego de Prescripciones Técnicas. El suministro se adjudicará en un lote único.

2. NORMATIVA APLICABLE

- Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios, Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios y cualquier otra normativa que pudiera aprobarse durante la ejecución del contrato.
- Normativa UNE-EN 13795 (los datos reflejados en las fichas técnicas relativos a esta norma, deberán estar avalados por un certificado de un laboratorio externo homologado.)

3. ENVASADO

Todos los componentes que se incluyen en los equipos (de acuerdo con la descripción que figura más adelante), deben ofertarse en un único paquete estéril.

Triple envase, apertura de pestaña o solapa:

1. En el paquete externo deberá figurar la siguiente información:

- Fabricante
- Marcado CE
- Método de esterilización
- Fecha de caducidad
- Identificación clara de producto no reutilizable.
- Composición
- Código de barras
- Producto estéril
- Exento de látex

2. Bolsa o caja intermedia
3. Envase individual estéril, con apertura de pestaña o solapa.

Todos los equipos deben tener 2 pegatinas que lo identifiquen y aseguren la trazabilidad.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MATERIAL

Las medidas que figuran en la descripción de los componentes de los diferentes equipos y del material suelto, relativas al tamaño, son aproximadas, siempre y cuando se valoren como aptas para su uso final.

Se valorarán características superiores a las mínimas solicitadas, siempre que el proveedor las considere una mejora para la práctica habitual.

4.1. PAÑOS Y BATAS

Fabricados en tejido no tejido o equivalente

4.1.1. Trilaminado:

- Capa superior de polipropileno, o similar, con capacidad de absorción de líquidos, no aceptándose la celulosa
- Lámina barrera impermeable de polietileno.
- Capa extra inferior (en contacto con paciente) que evite el contacto con la película de polietileno.
- Incorporación de refuerzos superabsorbentes en el área crítica de las sábanas empleadas en cirugías con alto nivel de fluidos, según se requiera en las composiciones
- Peso base (material principal): $\geq 65 \text{ gr/m}^2$

4.1.2. Bilaminado:

- Capa superior de polipropileno hidrófilo, no aceptándose que sea celulosa.
- Capa inferior de polietileno (impermeable a líquidos y gérmenes).
- Incorporación de refuerzos superabsorbentes en el área crítica de las sábanas empleadas en cirugías con alto nivel de fluidos
- Peso base (material principal): $\geq 57 \text{ gr/m}^2$.

4.1.3. Bata Reforzada:

- Clasificada como “alta prestación” de conformidad con EN 13795.
- Material principal polipropileno mínimo SMMMS
- Reforzada con polietileno impermeable y transpirable.
- Gramaje (combinación principal + refuerzo): $\geq 85 \text{ gr/m}^2$.
- Costura crítica de las mangas y refuerzos (mangas y frontal de la bata) sellados en todo su perímetro.

- Longitud: 130 cm. aprox. para la talla XL, y 150cm para la talla XXL

4.1.4. Bata Estándar de Alto Riesgo:

- Clasificada como “prestación estándar” de conformidad con EN 13795.
- Material principal polipropileno mínimo SMMMS
- Gramaje $\geq 41 \text{ g/m}^2$.
- Impregnación de resistencia a soluciones alcohólicas
- Longitud: 120 cm. aprox., para la talla L y 130 cm. aprox. para la talla XL

4.1.5. Bata Estándar:

- Clasificada como “prestación estándar” de conformidad con EN 13795.
- Material principal polipropileno mínimo SMMMS
- Gramaje $\geq 35 \text{ g/m}^2$
- Impregnación de resistencia a soluciones alcohólicas
- Longitud: 120 cm. aprox., para la talla L y 130 cm. aprox. para la talla XL

4.1.6. Bata Urología:

- Clasificadas como “alta prestación” de conformidad con EN 13975
- Material: tejido sin tejer. Impermeable y transpirable en la totalidad de la superficie de la bata.
- Gramaje $\geq 59 \text{ g/m}^2$.

5. RELACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIAL SUELTO

5.1. EQUIPO DE CIRUGÍA DE LA MANO:

- 1 cubremesa reforzado de 140x190 cm.
- 2 toallas secamanos, 39 x 58 cm
- 2 batas estándar talla XL+ 2 toallas secamanos .
- 1 bata estándar talla L + 2 toallas secamanos .
- 1 paño de algodón absorbente 43x66 cm.
- 1 paño bilaminado de 90x150 cm.
- 1 cinta adhesiva de 9x50 cm.
- 1 cápsula 250 cc.
- 1 venda acolchado 7,5x270cm
- 1 venda crepé 7x400cm
- 1 contador de agujas, doble imán, 30 unidades
- 2 fundas de mango de lámpara 13x15,5cm
- 1 sabana de mano en T, trilaminada, 196x373cm con fenestración elástica de 3cm, con refuerzo

5.2. EQUIPO DE CIRUGÍA DEL PIE

- 1 cubremesa reforzado de 140x190 cm.
- 2 toallas secamanos, 39 x 58 cm.
- 1 bata estándar talla L. + 2 toallas secamanos .
- 2 bata estándar talla XL. + 2 toallas secamanos .
- 1 cinta adhesiva de 9x50 cm.
- 1 cápsula 250 cc.
- 1 velcro 2,5 x 14 cm.
- 1 venda acolchado 15x270cm
- 1 venda crepé 10x400cm
- 1 contador de agujas, doble imán, 30 unidades
- 2 fundas de mango de lámpara 13x15,5cm
- 1 sábana bilaminada de 145x195 cm.
- 1 sábana de extremidades bilaminada, 230x325cm, fenestración elástica de 6cm, con refuerzo

5.3. EQUIPO DE CIRUGÍA DEL PERINE

- 1 cubremesa reforzado de 140x190 cm.
- 2 toallas secamanos, 39 x 58 cm.
- 1 bata estándar talla L. + 2 toallas secamanos
- 2 batas estándar alto riesgo talla XL. + 2 toallas secamanos
- 1 cinta adhesiva de 9x50cm
- 1 cápsula de 250 c.c.
- 1 velcro 2,5x14cm.
- 1 contador de agujas, doble imán, 30 unidades
- 2 fundas de mango de lámpara 13x15,5cm
- 1 paño bilaminado, adhesivo, de 75x90 cm.
- 1 sábana de litotomía trilaminada 267x300cm, fenestración 6x17cm, reforzada.

5.4. EQUIPO CIRUGÍA UNIVERSAL BÁSICO:

- 1 cubremesas reforzado de 140x190 cm.
- 2 toallas secamanos, 39 x 58 cm.
- 1 bata estándar talla L+ 2 toallas secamanos
- 1 bata estándar alto riesgo talla L. + 2 toallas secamanos
- 1 bata estándar alto riesgo talla XL. + 2 toallas secamanos
- 2 cintas adhesivas 9x50 cm.
- 1 cápsula de 250 cc.
- 1 velcro 2,5 x 14 cm.
- 1 contador de agujas, doble imán, 30 unidades
- 2 fundas de mango de lámpara 13x15,5cm
- 2 paños bilaminados adhesivos de 75x90 cm, con refuerzo

- 1 sábana de cabeza bilaminada adhesiva, 150x240cm, con refuerzo.
- 1 sábana de pies bilaminada adhesiva, 196x175cm con refuerzo.

5.5. EQUIPO DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA ABDOMINAL PIERNAS CERRADAS:

- 1 cubremesa reforzado de 140x190 cm.
- 2 toallas secamanos, 39 x 58 cm.
- 2 batas estándar talla L. + 2 toallas secamanos
- 1 bata estándar talla XL. + 2 toallas secamanos
- 2 cintas adhesivas de 9x50 cm.
- 2 paños bilaminados adhesivos, 75x90 cm.
- 1 cápsula de 250 cc.
- 1 bolsa de instrumental 43 x 49 cm, 2 compartimentos, adhesiva.
- 1 contador de agujas, doble imán, 30 unidades
- 2 fundas de mango de lámpara 13x15,5cm
- 1 funda de cámara 14x240cm, con anillo y punta precortada
- 1 sábana laparoscopia/laparotomía trilaminada, 254x314xm, fenestración abdominal adhesiva 25x28cm, bolsas laterales, con refuerzo

5.6. EQUIPO DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA ABDOMINAL PIERNAS ABIERTAS:

- 1 cubremesa reforzado de 140x190 cm.
- 2 toallas secamanos, 39 x 58 cm.
- 2 batas estándar talla L. + 2 toallas secamanos
- 1 bata estándar talla XL. + 2 toallas secamanos
- 2 cintas adhesivas de 9x50 cm.
- 1 capsula de 250 cc.
- 1 bolsa de instrumental 43 x 49 cm. 2 compartimentos, adhesiva.
- 1 contador de agujas, doble imán, 30 unidades
- 2 fundas de mango de lámpara 13x15,5cm
- 1 funda de cámara 14x240cm, con anillo y punta precortada
- 2 paños bilaminados, adhesivos, 75x90 cm.
- 1 sábana laparoscopia trilaminada 196/269 x 300 cm. con fenestración central adhesiva de 25x28 cm, reforzada y con 8 velcros y perneras.

5.7. EQUIPO DE CIRUGÍA RECTAL:

- 1 cubremesa reforzado de 140x190 cm.
- 2 toallas secamanos, 39 x 58 cm.
- 1 bata estándar talla L. + 2 toallas secamanos

- 2 batas estándar alto riesgo talla XL.+ 2 toallas secamanos
- 1 cápsula de 250 cc.
- 2 cintas adhesivas de 9x50 cm.
- 1 velcro 2,5 x 14 cm.
- 2 fundas de mango de lámpara 13x15,5cm
- 2 perneras de 79 x 140 cm
- 2 paños bilaminados, 75 x 98 cm, adhesivos.

5.8. EQUIPO DE CIRUGÍA AMBULANTE:

- 1 cubremesa de 110x100cm.
- 1 toalla secamanos, 39 x 58 cm.
- 1 cápsula de 250 cc.
- 1 contador de agujas, 8 posiciones
- 2 funda de mango de lámpara 13x15,5cm
- 1 paño bilaminado adhesivo de 75x90 cm.
- 1 paño bilaminado, 100x100cm, fenestración oval adhesiva 9x12cm

5.9. EQUIPO DE R.T.U.:

- 1 cubremesa reforzado de 140x190 cm.
- 2 toallas secamanos, 39 x 58 cm.
- 1 bata estándar talla L. + 2 toallas secamanos
- 1 bata urológica impermeable/transpirable, 150 cm, talla XLL. + 2 toallas secamanos
- 1 cápsula de 250 cc.
- 2 cintas adhesivas de 9x50 cm.
- 1 sábana de RTU bilaminada con refuerzo, de 290/175x 242 cm, con bolsa colectora con malla y conexión a vacío, dedil y fenestración suprapúbica adhesiva

5.10. EQUIPO DE CADERA:

- 1 cubremesas reforzado de 140x190 cm.
- 6 toallas secamanos, 39 x 58 cm.
- 1 bata polireforzada talla XL+ 2 toallas secamanos

- 3 batas polireforzada talla XLL + 2 toallas secamanos
- 1 cubremesas de 160x240 cm
- 1 cápsula de 500 cc.
- 1 cápsula de 1000 cc.
- 1 paño bilaminado, 90 x 150 cm.
- 2 cintas adhesivas 9x50cm
- 1 contador de agujas, doble imán, 30 unidades
- 2 fundas de mango de lámpara 13x15,5cm
- 1 botín o stockinette elástico de 30x122 cm.
- 1 sábana abierta en U (15 x 117 cm), trilaminada, 196x300 con refuerzo.
- 1 sábana trilaminada, adhesiva de 196x200m.
- 1 sábana polietileno en U 152x213 cm, adhesiva REVISAR

5.11. EQUIPO DE RODILLA:

- 1 cubremesas reforzado de 140x190 cm.
- 6 toallas secamanos 30 x 39 cm
- 1 bata polireforzada talla XL. + 2 toallas secamanos
- 3 batas polireforzadas talla XLL. + 2 toallas secamanos
- 1 cubremesas de 160x240 cm
- 1 cápsula de 500 cc.
- 1 cápsula de 1000 cc.
- 2 cintas adhesivas de 9x50 cm.
- 1 contador de agujas, doble imán, 30 unidades
- 2 fundas de mango de lámpara 13x15,5cm
- 2 vendas de acolchado, 15x270 cm
- 2 vendas de crepé 10x400cm
- 1 botín o stockinette elástico de 30x122cm.
- 3 paños bilaminados no adhesivos de 75 x 90 cm.
- 1 sábana bilaminada adhesiva de 160 x 260 cm.
- 1 sábana pies bilaminada de 200x200 cm con refuerzo, adhesivo.
- 1 sábana de extremidades trilaminada 221x325cm. con abertura elástica de 6cm, reforzada.

5.12. EQUIPO LIGAMENTO DE RODILLA:

- 1 cubremesas reforzados de 140x190 cm.
- 2 toallas secamanos, 39 x 58 cm.
- 1 bata polireforzada talla XL. + 2 toallas secamanos

- 2 batas polireforzadas talla XLL. + 2 toallas secamanos
- 1 cápsula de 250 cc.
- 2 cintas adhesivas de 9x50 cm.
- 1 botín o stockinette elástico de 23 x 122 cm.
- 1 contador de agujas, doble imán, 30 unidades
- 2 fundas de mango de lámpara 13x15,5cm
- 1 funda de cámara 14x240cm con anillo y punta precortada
- 2 vendas de alcohado, 15 x 270cm
- 2 vendas de crepé 10x400cm
- 1 paño bilaminado de 75x75 cm
- 1 sábana bilaminada adhesiva de 175x175cm.
- 1 sábana bilaminada de 175x175cm de pies adhesiva
- 1 sábana para artroscopia bilaminada de 230x302 cm. con fenestraciones elásticas y bolsa colectora de fluidos.

5.13. EQUIPO DE ARTROSCOPIA DE HOMBRO:

- 1 cubremesa reforzado de 140x190 cm.
- 2 toallas secamanos, 39 x 58 cm.
- 1 bata polireforzada talla XL. + 2 toallas secamanos
- 2 batas polireforzadas talla XLL. + 2 toallas secamanos
- 2 cintas adhesivas de 9x50 cm.
- 1 cápsula de 250 cc.
- 1 funda de cámara 14x240cm con anillo y punta precortada
- 2 paños bilaminados de 90x150 cm.
- 1 sábana de hombro en U (25 x 63 cm) trilaminada 196 x 295 cm, adhesiva y reforzada.
- 1 sábana de hombro en U trilaminada, 160 x 254 cm, fenestración adh., elástica, con bolsa colectora y puertos de succión.

5.14. EQUIPO DE ARTROSCOPIA DE RODILLA:

- 1 cubremesa reforzado de 140x190 cm.
- 2 toallas secamanos, 39 x 58 cm.
- 1 bata polireforzada talla XL. + 2 toallas secamanos
- 1 bata polireforzada talla XLL. + 2 toallas secamanos
- 1 cápsula de 250 cc.
- 1 botín o stockinette elástico de 23 x 122 cm.
- 1 venda de acolchado 15x270cm

- 2 vendas de crepé 10x400cm
- 1 funda de cámara 14x240cm con anillo y punta precortada
- 1 cinta adhesiva de 9x50 cm.
- 1 sábana de extremidades trilaminada 240x300 fenestración elástica de 6 cm, con bolsa para flúidos y 2 velcros

5.15. EQUIPO AMBULANTE DE OFTALMOLOGÍA:

- 1 cubremesa reforzado de 140x120 cm.
- 2 toallas secamanos, 39 x 58 cm.
- 2 batas estándar talla XL. + 2 toallas secamanos
- 2 protectores para brazos silla, 35 x 78 cm.
- 1 paño bilaminado, 50 x 60 cm, fenestración 5 cm., adhesiva.
- 1 sábana bilaminada 175x175cm, con adhesive

5.16. EQUIPO AMBULANTE DE UROLOGÍA:

- 1 cubremesa de 110X100cm.
- 2 toallas secamanos, 39 x 58 cm.
- 2 batas estándar talla L + 2 toallas secamanos
- 1 contador de agujas, doble imán, 30 unidades
- 2 funda de mango de lámpara 13x15,5cm
- 1 cápsula de 250 cc.
- 1 paño bilaminado, 75x90cm, adhesivo
- 1 sábana bilaminada 100x100cm, fenestración 9x12cm adhesiva

5.17. EQUIPO SET ANESTESIA EPIDURAL

- 1 paño bilaminado envolvente 100x100cm
- 2 paños bilaminados adhesivos de 75 x 75 cm
- 10 gasas de tejido sin tejer, 10 x10 cm
- 1 toalla secamanos, 30 x 39 cm
- 1 cápsula de plástico de 60 ml.
- 1 esponja para pintado de campo

5.18. EQUIPO ABDOMINOPERINEAL GINE

- 1 Cubremesa reforzado 140 x190 cm
- 1 Bata quirúrgica estándar AR talla M más 2 toallas celulosa 30x34 cm

- 2 Batas quirúrgicas estándar AR talla L más 2 toallas celulosa 30x34 cm
- 3 Toallas celulosa 30x40 cm
- 1 Contador de agujas doble imán 30 unidades
- 2 Cintas adhesivas 9x50
- 3 Cintas de velcro adhesivo reforzado 90x75
- 1 capsula de 250cc
- 2 Fundas de mango de lámpara 13 x 15,5 cm
- 1 Funda de mesa de mayo 75x145
- 4 paños bilaminados adhesivos de 75x90
- 1 Bolsa de instrumental con adhesivo reforzado 40x50 cm, 2 compartimentos
- 1 sabana de cabeza bilaminada adhesiva 150x240 con refuerzo
- 1 sabana de pies bilaminada adhesiva 196x175 con refuerzo
- 1 bolsa colectora de fluidos adhesivo 50x55cm
- 1 funda de videocámara 15x250cm c/2 tiras adhesivas
- 2 perneras 79x140

5.19. EQUIPO CIRUGÍA CABEZA/CUELLO GINE

- 1 cubremesas de 140 x 190 cm
- 1 toallita secamanos
- 1 bata estándar XL, 140 cm
- 1 paño bilaminado de 75 x 75 cm
- 1 sábana bilaminada adhesiva de 75 x 90 cm
- 2 cápsulas de 250 ml
- 1 paño de 100 x 105 cm
- 1 paño bajo nalgas de 96 x 118 cm, refuerzo de 45 x 52 cm con bolsa recogida de fluidos graduada
- 2 perneras de 79 x 140 cm

5 LOGÍSTICA

Tratándose de un lote único, la adjudicación recaerá sobre un único adjudicatario que vendrá obligado a realizar el servicio de reposición del material utilizado, con la frecuencia necesaria para garantizar la disponibilidad de material de cobertura en las intervenciones programadas y urgentes. A tal fin el adjudicatario entregará en el Hospital material suficiente que permita cubrir al menos 10 días de actividad.

El adjudicatario será responsable de la gestión y control del depósito de material quedando bajo su responsabilidad la reposición de los mismos.

El adjudicatario deberá instalar un sistema informático para la gestión del stock de los diferentes artículos.

El desembalaje, la colocación del material y la retirada del cartón de embalaje será por cuenta del adjudicatario.

6 **MUESTRAS**

Procede: SI

El licitador deberá aportar 1 unidad de cada uno de los siguientes equipos:

- a) Equipo de anestesia epidural (115327)
- b) Equipo de cirugía laparoscópica piernas cerradas (107363)
- c) Equipo de R.T.U. (102234)
- d) Equipo de cirugía universal/básico (109194)
- e) Equipo de rodilla (102397)
- f) Equipo de cadera (102009)

El material ofertado será idéntico a la unidad de presentación comercial. Se admitirán muestras sin esterilizar, siempre que se encuentren debidamente identificadas. Las muestras se entregarán en el Servicio de Suministros dentro del plazo previsto en la convocatoria para la presentación de ofertas.

En caso de ser necesario y durante el periodo de evaluación, el Hospital podrá solicitar un mayor número de unidades para la correcta valoración del producto.

Las muestras deben ir debidamente identificadas:

- Nombre de la empresa licitadora.
- Nombre y título del expediente
- Lote/sublote.
- Descripción del equipo.

7 **PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE**

La empresa adjudicataria del contrato cumplirá en todo momento con la legislación medioambiental vigente relacionada con la prestación de sus servicios, no pudiendo eximirse de hacerlo por desconocimiento de la misma, Su personal estará debidamente formado en materia de buenas prácticas ambientales, especialmente en lo que a segregación y gestión de residuos se refiere (tanto peligrosos como no peligrosos).

La empresa adjudicataria deberá aportar toda la documentación que evidencie el cumplimiento de lo anteriormente especificado,

En consonancia con la política ambiental del HUSC la empresa adjudicataria incorporará las mejores técnicas disponibles para la prevención de la contaminación y minimizará los impactos que su actividad

pueda producir en el entorno, ayudando así a hacer de éste un hospital sostenible medioambientalmente. Todo daño causado por un incidente ambiental debido a una mala práctica profesional durante la prestación de sus servicios deberá ser reparado por la empresa adjudicataria.

Se especificará, si los equipos ofertados para la logística disponen de dispositivos de minimización del consumo energético. Se indicará en relación con este aspecto, el cumplimiento de la normativa Energy Star o similares.

El adjudicatario se compromete a retirar y gestionar, mediante gestores autorizados, todos los residuos de los consumibles generados por sus equipos, de acuerdo con la normativa ambiental vigente, debiendo presentar al hospital, cuando ésta lo solicite, los documentos acreditativos de la gestión realizada de dichos residuos.

8 **OTROS**

Se incluirá en la oferta la formación al personal, tanto del quirófano como de esterilización.

Previo acuerdo entre el adjudicatario y el hospital, se podrán realizar variaciones en la composición de los equipos con el fin de reforzar la funcionalidad de los mismos.

Elaborado el Pliego de Prescripciones Técnicas correspondiente al Procedimiento Abierto de suministros N° A/SUM-027810/2026 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE COBERTURA QUIRÚRGICA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA) y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 124, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación del Hospital Universitario Santa Cristina

RESUELVE

Aprobar el presente Pliego de Prescripciones Técnicas para la adquisición de material de cobertura quirúrgica en el Hospital Universitario Santa Cristina (P.A. A/SUM-027810/2026).

El Director Gerente

Firmado digitalmente por: VIDAL LACOSTA VÍCTOR
Fecha: 2026.07.06 09:56