

Exp.: P.A. HCCR- 7 /2026-SU

Exp. Nexus: A/SUM-019028/2026

MEMORIA JUSTIFICATIVA

UNIDAD PROMOTORA: SERVICIO DE SUMINISTROS

Datos de identificación del contrato

Tipo de contrato: Suministros

Norma aplicable: Art. 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Carácter del contrato: Administrativo

Título abreviado: SUMINISTRO DE FIBRAS Y CATETERES Y ADHESIVO PARA LA ABLACIÓN DE VENAS VARICOSAS, VENDAJES Y APÓSITOS.

Objeto del contrato:

SUMINISTRO DE FIBRAS Y CATÉTERES Y ADHESIVO PARA LA ABLACIÓN DE VENAS VARICOSAS, VENDAJES Y APOSITOS PARA EL TRATAMIENTO LOCAL Y TERAPIA COMPRESIVA DE ULCERAS Y EDEMAS DE MIEMBROS INFERIORES CON DESTINO AL HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA.

Justificación de la necesidad del contrato:

Dada la finalización del Procedimiento Abierto 10/2022 – Suministro de fibras y catéteres y adhesivo para la ablación de venas varicosas, se hace necesario volver a sacar a licitación pública, mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, dichos productos, que son de consumo habitual en nuestro Hospital Central Cruz Roja, y que son imprescindibles para la actividad asistencial.

División en lotes S/N: SI

Número de lotes: 10

LOTE	Nº Orden	DENOMINACIÓN
1	1	CAT ARF 7FRX60CM SEGM 7CM G 0,025
	2	CAT ARF 7FRX100CM SEGM 7CM G 0,025
	3	CAT ARF 7FRX60CM SEGM 3CM G 0,025

	4	KIT DE PROCEDIMIENTO PARA LA INTRODUCCIÓN DE CATÉTERES Y FIBRAS DENTRO DEL SISTEMA VENOSO SEGÚN TÉCNICA DE SELDINGER Y DE FORMA ECOGUIADA; Y PARA LA ADMINISTRACIÓN ECOGUIADA DE ANESTESIA TUMESCENTE CON BOMBA MOTORIZADA
2	5	CIANOCRILATO ADHESIVO MÉDICO PARA LA ABLACIÓN ENDOLUMINAL DE LA VENA SAFENA EN EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD VENOSA POR REFLUJO VENOSO
3	6	FIBRA DE ENDOLASER RADIAL CON DIÁMETROS DE CORE DE 400 MICRAS EXTERIOR DE 1.050 MICRAS Y DE LA CÁPSULA DE SÍLICE DE 1.27 MICRAS PARA ABLACIÓN ENDOLUMINAL TÉRMICA DE VENAS VARICOSAS SUPERFICIALES
	7	ACCESO VASCULAR CON UN INTRODUTOR DE 4Fr CON UNA LONGITUD DE 110 MM, UN DILATADOR DE 4Fr Y LONGITUD DE 153 MM, UNA GUIA DE 0,035" Y 45CM Y UNA AGUJA DE 18G Y 70 MM
	8	CATETER CORTO DE 16GX2" (1,7X50MM) 196 ML/MIN. CON ALETAS TRANSPARENTES PARA SUJECCIÓN Y SIN SISTEMA DE SEGURIDAD PARA PERMITIR MÁS DE UNA PUNCIÓN Y TRATAR VARIAS VENAS EN EL MISMO PACIENTE
	9	FIBRA DE ENDOLASER RADIAL CON DIÁMETROS DE CORE DE 600 MICRAS, EXTERIOR DE 1.300 MICRAS Y DE LA CÁPSULA DE SÍLICE DE 1.85 MICRAS PARA ABLACIÓN ENDOLUMINAL TÉRMICA DE VENAS VARICOSAS SUPERFICIALES
	10	FIBRA DE ENDOLASER RADIAL CON DIÁMETROS DE CORE DE 400 MICRAS, EXTERIOR DE 1.050 MICRAS Y DE LA CÁPSULA DE SÍLICE DE 1.57 MICRAS PARA ABLACIÓN ENDOLUMINAL TÉRMICA DE VENAS VARICOSAS SUPERFICIALES
	11	CATETER CORTO DE 14GX2" (1,7 X50MM) 196 ML/MIN CON ALETAS TRANSPARENTES PARA SUJECCIÓN Y SIN SISTEMA DE SEGURIDAD PARA PERMITIR MÁS DE UNA PUNCIÓN Y TRATAR VARIAS VENAS EN EL MISMO PACIENTE
	12	TUBULADURA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ANESTESIA TUMESCENTE COMPATIBLE CON LA BOMBA DE TUMESCENCIA DP30 Y AGUJAS PARA LA ADMINSTRACIÓN DE ANESTESIA TUMESCENTE
4	13	CÁPSULAS DE AIRE AMBIENTE ESTÉRIL PARA LA FABRICACIÓN ESTANDARIZADA Y MOTORIZADA DE ESPUMA CON UN AGITADOR MAGNÉTICO ADAPTADO PARA EL TRATAMIENTO DE ESCLOEROTERAPIA CON ESPUMA DE VARICES.
	14	CÁPSULAS DE GAS CON BAJA CONCENTRACIÓN DE NITRÓGENO ESTÉRIL PARA LA FABRICACIÓN ESTANDARIZADA Y MOTORIZADA DE ESPUMA CON UN AGITADOR MAGNÉTICO ADAPTADO PARA EL TRTAMIENTO DE ESCLEROPATIA CON ESPUMA DE VARICES.
5	15	VENDAS DE ZINC BIEXTENSIBLE IMPREGNADA CON GEL DE ÓXIDO DE ZINC DE RÁPIDO SECADO

	16	VENDAS 100% ALGODÓN DE CORTA TRACCIÓN COHESIVA 6CM x 5M
	17	VENDAS 100% ALGODÓN DE CORTA TRACCIÓN COHESIVA 8CM x 5M
	18	VENDAS 100% ALGODÓN DE CORTA TRACCIÓN COHESIVA DE 10CM x 5M
	19	VENDAS 100% DE ALGODÓN DE CORTA TRACCIÓN DE 6CM x 5M
	20	VENDAS 100% DE ALGODÓN DE CORTA TRACCIÓN DE 8CM x 5M
	21	VENDAS 100% DE ALGODÓN DE CORTA TRACCIÓN DE 10CM x 5M
	22	VENDAS 100% DE ALGODÓN DE CORTA TRACCIÓN DE 12CM x 5M
	23	VENDAS DE ACOLCHADO DE VISCOSA Y RAYON 100 % 5CM x 2,7M
	24	VENDAS DE ACOLCHADO DE VISCOSA Y RAYON 100% 7,5CM x 2,7M
	25	VENDAS DE ACOLCHADO DE VISCOSA Y RAYON 100% 10CM x 2,7M
	26	VENDAS DE ACOLCHADO DE VISCOSA Y RAYON 100% 15CM x 2,7M
	27	VENDAS DE ACOLCHADO DE VISCOSA Y RAYON 100% 20CM x 2,7M
	28	VENDA ELÁSTICA DE GASA VISCOSA Y POLIAMIDA PARA VENDAJE DE DEDO DE LA MANO EN LINFEDEMA DE 7,5 CM x 4 M
	29	VENDA ELÁSTICA DE GASA VISCOSA Y POLIAMIDA PARA VENDAJE DE DEDO DEL PIE EN LINFEDEMA DE 5 CM x 4 M
	30	LAMINA DE GOMA ESPUMA TERMO COMPRIMIDA DE ALTA DENSIDAD
	31	COLÁGENO LAMINAR NO ADHESIVO DE 5 CM x 5CM
6	34	SISTEMA DE COMPRESIÓN MULTICOMPONENTE EN UNA SOLA VENA . MEDIDAS PARA TOBILLOS DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRO.
	35	SISTEMA DE COMPRESIÓN MULTICOMPONENTE EN UNA SOLA VENDA. MEDIDAS PARA TOBILLOS DE 25 A 32 CM DE PERÍMETRO.
7	36	SOLUCIÓN SÚPER OXIDADA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS COMPUESTO DE AGUA ELECTROLIZADA, CLORURO SÓDICO, ÁCIDO HIPOCLOROSO E HIPOCLORITO SÓDICO EN SOLUCIÓN LÍQUIDA DE 100 ML
	37	SOLUCIÓN SÚPER OXIDADA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS COMPUESTO DE AGUA ELECTROLIZADA, CLORURO SÓDICO, ÁCIDO HIPOCLOROSO E HIPOCLORITO SÓDICO EN SOLUCIÓN LÍQUIDA DE 250 ML.
	38	SOLUCIÓN SÚPER OXIDADA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS COMPUESTO DE AGUA ELECTROLIZADA, CLORURO SÓDICO, ÁCIDO HIPOCLOROSO E HIPOCLORITO SÓDICO EN SOLUCIÓN LÍQUIDA DE 500 ML.

	39	SOLUCIÓN SÚPER OXIDADA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS COMPUESTO DE AGUA ELECTROLIZADA, CLORURO SÓDICO, ÁCIDO HIPOCLOROSO E HIPOCLORITO SÓDICO EN SOLUCIÓN LÍQUIDA DE 990 ML.
	40	SOLUCIÓN SÚPER OXIDADA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS COMPUESTO DE AGUA ELECTROLIZADA, CLORURO SÓDICO, ÁCIDO HIPOCLOROSO E HIPOCLORITO SÓDICO EN SOLUCIÓN LÍQUIDA DE 5000 ML.
	41	SOLUCIÓN SÚPER OXIDADA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS COMPUESTO DE AGUA ELECTROLIZADA, CLORURO SÓDICO, ÁCIDO HIPOCLOROSO E HIPOCLORITO SÓDICO EN HIDROGEL DE 60 Grs.
	42	SOLUCIÓN SÚPER OXIDADA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS COMPUESTO DE AGUA ELECTROLIZADA, CLORURO SÓDICO, ÁCIDO HIPOCLOROSO E HIPOCLORITO SÓDICO EN HIDROGEL DE 120 Grs.
	43	SOLUCIÓN SÚPER OXIDADA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS COMPUESTO DE AGUA ELECTROLIZADA, CLORURO SÓDICO, ÁCIDO HIPOCLOROSO E HIPOCLORITO SÓDICO EN HIDROGEL DE 250 Grs.
8	44	ANTISÉPTICO PARA LA LIMPIEZA Y CUIDADO DE HERIDAS COMPLEJAS CON FORMATO ESTÉRIL CON DICLORURO DE OCTENIDINA COMO ADITIVO ANTIMICROBIANO EN FORMA DE SOLUCIÓN DE IRRIGACIÓN DE HERIDAS DE 300 ML
	45	ANTISÉPTICO PARA LA LIMPIEZA Y CUIDADO DE HERIDAS COMPLEJAS CON FORMATO ESTÉRIL CON DICLORURO DE OCTENIDINA COMO ADITIVO ANTIMICROBIANO EN FORMA DE HIDROGEL DE 20 ML
9	46	TOALLITA ESTÉRIL DESECHABLE DE 20 X 20 CM, DE VISCOSA NO TEJIDA PARA EL CUIDADO DE HERIDAS, CON ACCIÓN DESBRIDANTE Y CALMANTE, IMPREGNADAS CON POLOXÁMETRO ALANTOÍNA Y ALOE VERA
	47	SOLUCIÓN ANTIMICROBIANA PARA LAVADO Y DESCONTAMINACIÓN DE HERIDAS DE HIPOCLORITO DE SODIO Y SAL MARN DE 300 ML
	48	SOLUCIÓN ANTIMICROBIANA PARA LAVADO Y DESCONTAMINACIÓN DE HERIDAS DE HIPOCLORITO DE SODIO Y SAL MARINA DE 1.000 ML
10	49	VENDA ELÁSTICA COHESIVA DE ALGODÓN, POLIAMIDA Y VISCOSA PARA VENDAJE DE 4 CM x 20 METROS

CPV: 33141000-0

Plazo y otros datos:

Plazo de ejecución: **12 meses**

Prevista prórroga S/N: **SI**

Plazo máximo incluidas las prórrogas: **36 meses**

Previstas modificaciones S/N: **NO**

DATOS ECONÓMICOS

El contrato se adjudicará por precios unitarios.

Para la determinación del precio se han tenido en cuenta, por un lado, el precio actual de compra del Hospital Central de la Cruz Roja, ya que se trata de continuar adquiriendo los mismos productos que se venían adquiriendo por parte del hospital o mejorados. Y, por otro lado, se han tenido en cuenta los precios de mercado a través de presupuestos recibidos de empresas referentes del sector, incluyendo estos precios el valor estimado de los equipos de cesión, tratando de garantizar la máxima concurrencia.

Para el cálculo del número de unidades requeridas se ha tenido en cuenta la estimación de la actividad del servicio promotor. Dando como resultado lo siguiente:

LOTE	Nº Orden	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/ IVA	PRECIO UNITARIO C/ IVA	BASE IMPONIBLE	IMPORTE TOTAL C/IVA
1	1	CAT ARF 7FRX60CM SEGM 7CM G 0,025	750	265,00	320,65	198.750,00	240.487,50
	2	CAT ARF 7FRX100CM SEGM 7CM G 0,025	225	265,00	320,65	59.625,00	72.146,25
	3	CAT ARF 7FRX60CM SEGM 3CM G 0,025	25	265,00	320,65	6.625,00	8.016,25
	4	KIT DE PROCEDIMIENTO PARA LA INTRODUCCIÓN DE CATÉTERES Y FIBRAS DENTRO DEL SISTEMA VENOSO SEGÚN TÉCNICA DE SELDINGER Y DE FORMA ECOGUIADA; Y PARA LA ADMINISTRACIÓN ECOGUIADA DE ANESTESIA TUMESCENTE CON BOMBA MOTORIZADA	1000	40,00	48,40	40.000,00	48.400,00
2	5	CIANOCRILATO ADHESIVO MÉDICO PARA LA ABLACIÓN ENDOLUMINAL DE LA VENA SAFENA EN EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD VENOSA POR REFLUJO VENOSO	10	750,00	825,00	7.500,00	8.250,00
3	6	FIBRA DE ENDOLASER RADIAL CON DIÁMETROS DE CORE DE 400 MICRAS EXTERIOR DE 1.050 MICRAS Y DE LA CAPSULA DE SÍLICE DE 1.27 MICRAS PARA ABLACIÓN ENDOLUMINAL TÉRMICA DE VENAS VARICOSAS SUPERFICIALES	100	237,00	286,77	23.700,00	28.677,00
	7	ACCESO VASCULAR CON UN INTRODUTOR DE 4Fr CON UNA LONGITUD DE 110 MM, UN DILATADOR DE 4Fr Y LONGITUD DE 153 MM, UNA GUIA DE 0,035" Y 45CM Y UNA AGUJA DE 18G Y 70 MM	100	8,75	10,59	875,00	1.058,75
	8	CATETER CORTO DE 16GX2" (1,7X50MM) 196 ML/MIN. CON ALETAS TRANSPARENTES PARA SUJECCIÓN Y SIN SISTEMA DE SEGURIDAD PARA PERMITIR MÁS DE UNA PUNCIÓN Y TRATAR VARIAS VENAS EN EL MISMO PACIENTE	500	1,57	1,90	785,00	949,85
	9	FIBRA DE ENDOLASER RADIAL CON DIÁMETROS DE CORE DE 600 MICRAS, EXTERIOR DE 1.300 MICRAS Y DE LA CAPSULA DE SÍLICE DE 1.85 MICRAS PARA ABLACIÓN ENDOLUMINAL TÉRMICA DE VENAS VARICOSAS SUPERFICIALES	50	237,00	286,77	11.850,00	14.338,50

	10	FIBRA DE ENDOLASER RADIAL CON DIÁMETROS DE CORE DE 400 MICRAS, EXTERIOR DE 1.050 MICRAS Y DE LA CÁPSULA DE SÍLICE DE 1.57 MICRAS PARA ABLACIÓN ENDOLUMINAL TÉRMICA DE VENAS VARICOSAS SUPERFICIALES	250	237,00	286,77	59.250,00	71.692,50
	11	CATETER CORTO DE 14GX2" (1,7 X50MM) 196 ML/MIN CON ALETAS TRANSPARENTES PARA SUJECCIÓN Y SIN SISTEMA DE SEGURIDAD PARA PERMITIR MÁS DE UNA PUNCIÓN Y TRATAR VARIAS VENAS EN EL MISMO PACIENTE	500	1,60	1,94	800,00	968,00
	12	TUBULADURA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ANESTESIA TUMESCENTE COMPATIBLE CON LA BOMBA DE TUMESCENCIA DP30 Y AGUJAS PARA LA ADMINSTRACIÓN DE ANESTESIA TUMESCENTE	450	4,50	5,45	2.025,00	2.450,25
4	13	CÁPSULAS DE AIRE AMBIENTE ESTÉRIL PARA LA FABRICACIÓN ESTANDARIZADA Y MOTORIZADA DE ESPUMA CON UN AGITADOR MAGNÉTICO ADAPTADO PARA EL TRATAMIENTO DE ESCLOEROTERAPIA CON ESPUMA DE VARICES.	700	24,55	29,71	17.185,00	20.793,50
	14	CÁPSULAS DE GAS CON BAJA CONCENTRACIÓN DE NITRÓGENO ESTÉRIL PARA LA FABRICACIÓN ESTANDARIZADA Y MOTORIZADA DE ESPUMA CON UN AGITADOR MAGNÉTICO ADAPTADO PARA EL TRTAMIENTO DE ESCLEROPATIA CON ESPUMA DE VARICES.	50	40,68	49,22	2.034,00	2.461,14
5	15	VENDAS DE ZINC BIEXTENSIBLE IMPREGNADA CON GEL DE ÓXIDO DE ZINC DE RÁPIDO SECADO	900	9,50	10,45	8.550,00	9.405,00
	16	VENDAS 100% ALGODÓN DE CORTA TRACCIÓN COHESIVA 6CM x 5M	50	5,5	6,05	275,00	302,50
	17	VENDAS 100% ALGODÓN DE CORTA TRACCIÓN COHESIVA 8CM x 5M	50	6,5	7,15	325,00	357,50
	18	VENDAS 100% ALGODÓN DE CORTA TRACCIÓN COHESIVA DE 10CM x 5M	50	6,95	7,65	347,50	382,25
	19	VENDAS 100% DE ALGODÓN DE CORTA TRACCIÓN DE 6CM x 5M	50	2,2	2,42	110,00	121,00
	20	VENDAS 100% DE ALGODÓN DE CORTA TRACCIÓN DE 8CM x 5M	250	2,3	2,53	575,00	632,50
	21	VENDAS 100% DE ALGODÓN DE CORTA TRACCIÓN DE 10CM x 5M	250	2,7	2,97	675,00	742,50
	22	VENDAS 100% DE ALGODÓN DE CORTA TRACCIÓN DE 12CM x 5M	50	3,8	4,18	190,00	209,00
	23	VENDAS DE ACOLCHADO DE VISCOSA Y RAYON 100 % 5CM x 2,7M	80	0,3	0,33	24,00	26,40
	24	VENDAS DE ACOLCHADO DE VISCOSA Y RAYON 100% 7,5CM x 2,7M	50	0,39	0,43	19,50	21,45
	25	VENDAS DE ACOLCHADO DE VISCOSA Y RAYON 100% 10CM x 2,7M	50	0,4	0,44	20,00	22,00
	26	VENDAS DE ACOLCHADO DE VISCOSA Y RAYON 100% 15CM x 2,7M	10	0,65	0,72	6,50	7,15
	27	VENDAS DE ACOLCHADO DE VISCOSA Y RAYON 100% 20CM x 2,7M	10	0,8	0,88	8,00	8,80
	28	VENDA ELÁSTICA DE GASA VISCOSA Y POLIAMIDA PARA VENDAJE DE DEDO DE LA MANO EN LINFEDEMA DE 7,5 CM x 4 M	20	0,24	0,26	4,80	5,28
	29	VENDA ELÁSTICA DE GASA VISCOSA Y POLIAMIDA PARA VENDAJE DE DEDO DEL PIE EN LINFEDEMA DE 5 CM x 4 M	20	0,37	0,41	7,40	8,14

La autenticidad de este documento se puede comprobar en <https://gestion.comunidad.madrid/csv> mediante el siguiente código seguro de verificación.

	30	LAMINA DE GOMA ESPUMA TERMO COMPRIMIDA DE ALTA DENSIDAD	3	1,99	2,19	5,97	6,57
	31	COLÁGENO LAMINAR NO ADHESIVO DE 5 CM x 5CM	50	6	6,60	300,00	330,00
	32	COLÁGENO LAMINAR NO ADHESIVO DE 10 CM x 10CM	2	17	18,70	34,00	37,40
	33	APÓSITO ANTIMICROBIANO DE GASA CON CLORURO DE DIALQUILCARBAMILO (DACC)	100	2,99	3,29	299,00	328,90
6	34	SISTEMA DE COMPRESIÓN MULTICOMPONENTE EN UNA SOLA VENA. MEDIDAS PARA TOBILLOS DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRO.	50	26,9	29,59	1.345,00	1.479,50
	35	SISTEMA DE COMPRESIÓN MULTICOMPONENTE EN UNA SOLA VENDA. MEDIDAS PARA TOBILLOS DE 25 A 32 CM DE PERÍMETRO.	200	26,9	29,59	5.380,00	5.918,00
7	36	SOLUCIÓN SÚPER OXIDADA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS COMPUESTO DE AGUA ELECTROLIZADA, CLORURO SÓDICO, ÁCIDO HIPOCLOROSO E HIPOCLORITO SÓDICO EN SOLUCIÓN LÍQUIDA DE 100 ML	6	7,9	8,69	47,40	52,14
	37	SOLUCIÓN SÚPER OXIDADA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS COMPUESTO DE AGUA ELECTROLIZADA, CLORURO SÓDICO, ÁCIDO HIPOCLOROSO E HIPOCLORITO SÓDICO EN SOLUCIÓN LÍQUIDA DE 250 ML.	48	9,9	10,89	475,20	522,72
	38	SOLUCIÓN SÚPER OXIDADA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS COMPUESTO DE AGUA ELECTROLIZADA, CLORURO SÓDICO, ÁCIDO HIPOCLOROSO E HIPOCLORITO SÓDICO EN SOLUCIÓN LÍQUIDA DE 500 ML.	1	14,5	15,95	14,50	15,95
	39	SOLUCIÓN SÚPER OXIDADA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS COMPUESTO DE AGUA ELECTROLIZADA, CLORURO SÓDICO, ÁCIDO HIPOCLOROSO E HIPOCLORITO SÓDICO EN SOLUCIÓN LÍQUIDA DE 990 ML.	1	28,86	31,75	28,86	31,75
	40	SOLUCIÓN SÚPER OXIDADA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS COMPUESTO DE AGUA ELECTROLIZADA, CLORURO SÓDICO, ÁCIDO HIPOCLOROSO E HIPOCLORITO SÓDICO EN SOLUCIÓN LÍQUIDA DE 5000 ML.	1	124,67	137,14	124,67	137,14
	41	SOLUCIÓN SÚPER OXIDADA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS COMPUESTO DE AGUA ELECTROLIZADA, CLORURO SÓDICO, ÁCIDO HIPOCLOROSO E HIPOCLORITO SÓDICO EN HIDROGEL DE 60 Grs.	12	7,9	8,69	94,80	104,28
	42	SOLUCIÓN SÚPER OXIDADA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS COMPUESTO DE AGUA ELECTROLIZADA, CLORURO SÓDICO, ÁCIDO HIPOCLOROSO E HIPOCLORITO SÓDICO EN HIDROGEL DE 120 Grs.	1	17,5	19,25	17,50	19,25
	43	SOLUCIÓN SÚPER OXIDADA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS COMPUESTO DE AGUA ELECTROLIZADA, CLORURO SÓDICO, ÁCIDO HIPOCLOROSO E HIPOCLORITO SÓDICO EN HIDROGEL DE 250 Grs.	1	34,5	37,95	34,50	37,95
8	44	ANTISÉPTICO PARA LA LIMPIEZA Y CUIDADO DE HERIDAS COMPLEJAS CON FORMATO ESTÉRIL CON DICLORURO DE OCTENIDINA COMO ADITIVO ANTIMICROBIANO EN FORMA DE SOLUCIÓN DE IRRIGACIÓN DE HERIDAS DE 300 ML	12	8,35	9,19	100,20	110,22
	45	ANTISÉPTICO PARA LA LIMPIEZA Y CUIDADO DE HERIDAS COMPLEJAS CON FORMATO ESTÉRIL CON DICLORURO DE OCTENIDINA COMO ADITIVO ANTIMICROBIANO EN FORMA DE HIDROGEL DE 20 ML	12	5,77	6,35	69,24	76,16

La autenticidad de este documento se puede comprobar en <https://gestiona.comunidad.madrid/csv> mediante el siguiente código de verificación.

9	46	TOALLITA ESTÉRIL DESECHABLE DE 20 X 20 CM, DE VISCOSA NO TEJIDA PARA EL CUIDADO DE HERIDAS, CON ACCIÓN DESBRIDANTE Y CALMANTE, IMPREGNADAS CON POLOXÁMETRO ALANTOÍNA Y ALOE VERA	96	4	4,40	384,00	422,40
	47	SOLUCIÓN ANTIMICROBIANA PARA LAVADO Y DESCONTAMINACIÓN DE HERIDAS DE HIPOCLORITO DE SODIO Y SAL MARNA DE 300 ML	4	12,75	14,03	51,00	56,10
	48	SOLUCIÓN ANTIMICROBIANA PARA LAVADO Y DESCONTAMINACIÓN DE HERIDAS DE HIPOCLORITO DE SODIO Y SAL MARINA DE 1.000 ML	4	34,9	38,39	139,60	153,56
10	49	VENDA ELÁSTICA COHESIVA DE ALGODÓN, POLIAMIDA Y VISCOSA PARA VENDAJE DE 4 CM x 20 METROS	20	4,31	4,74	86,20	94,82

Presupuesto y Valor estimado del contrato

El presupuesto máximo de licitación de los suministros proyectados asciende a la cantidad de: 542.876,12 €

Existe el crédito presupuestario suficiente para atender a las obligaciones económicas que se deriven de la contratación para el ejercicio 2026

Base imponible del presupuesto: 451.173,34 €

IVA del presupuesto: 91.702,78 €

Importe Total (incluido IVA): 542.876,12 €

Valor estimado: 1.353.520,02 €

Imputación presupuestaria: 27004

Datos de tramitación y procedimiento

Tramitación urgente S/N: NO

Valoración de las ofertas: Varios criterios

LOTE Nº	CRITERIOS DE VALORACIÓN	PONDERACIÓN
	1. CRITERIO ECONÓMICO Oferta económica (70 puntos)	$P=70 \times ((A-B)/(A-C))^{(1/6)}$
	2. CRITERIOS CUALITATIVOS OBJETIVOS A repartir de acuerdo a los siguientes parámetros:	Hasta 30 puntos

A = Precio de licitación
B = Oferta a valorar
C = Oferta más baja

Criterios cualitativos :

LOTE 1	CRITERIOS DE VALORACIÓN	Puntuación
Nº orden 1,2 Y 3 SISTEMA DE ABLACION DE VARICES MEDIANTE RADIOFRECUENCIA	El mango debe tener un puerto para purgar y canalizar guías de hasta 0,025 para anatomías tortuosas	1
	Posibilidad de usar dispositivo de 6 Fr y 12 cm de longitud con punta cortante alojada en el interior, rígido y específico para tratamiento de venas perforantes incompetentes compatible con el generador de ondas de radiofrecuencia suministrado.	9
	Resultados de eficacia y seguridad demostrado en estudios clínicos con seguimientos de más de cinco años de la más alta calidad según el sistema GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) (Guyatt G, 2008).	8
	Posibilidad de usar catéter de 6Fr y elemento de calor de 8 cm y de longitud de 100 y 60 cm compatible con el generador de ondas de radiofrecuencia suministrado.	9
	El elemento de calor debe estar lubricado para evitar que se queden adheridos posibles coágulos	1
Nº orden 4 KIT DE PROCEDIMIENTO PARA LA INTRODUCCION DE CATÉTERES Y FIBRAS DENTRO DEL SISTEMA VENOSO SEGÚN TÉCNICA DE SELDINGER Y DE FORMA ECOGUIADA; Y PARA LA ADMINISTRACIÓN ECOGUIADA DE ANESTESIA TUMESCENTE CON BOMBA MOTORIZADA	Aguja de acceso a la vena y aguja de tumescencia incluidas en el kit e hiperecogénicas para una correcta visualización de la punta en el ecógrafo	2

LOTE 2	CRITERIOS DE VALORACIÓN	Puntuación
Nº orden 5 CIANOCRILATO ADHESIVO MEDICO PARA LA ABLACIÓN ENDOLUMINAL DE LA VENA SAFENA EN EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD VENOSA POR REFLUJO VENOSO	Adhesivo: Cinco ml de adhesivo (n-butil-2-cianocrilato especialmente formulado) contenidos en un frasco con tapón sellado y suministrado estéril (esterilización por calor seco)	2
	Viscosidad del adhesivo de 1.200 unidades	5
	Polimerización del adhesivo lenta de 30 segundos a 2 min aproximadamente	4
	El sistema debe permitir realizar procedimientos bilaterales con un solo catéter	2

	Aportación de protocolo de administración del adhesivo médico basado en evidencia publicada	1
	Evidencia científica clínica demostrada mediante estudios clínicos randomizados con seguimiento igual o superior a 5 años	2
	Catéter debe ser de 5 Fr (1,3 mm de diámetro interno (di)) y 1,8 mm de diámetro externo (de)) y una longitud efectiva de 91 cm, marcas de láser a 3 cm y 85 cm de la punta, y una elevada visibilidad ecogénica, gracias a los microcanales de aire que contiene el catéter en la parte distal, la imagen ecográfica es una estrella de puntos blancos. El catéter se debe suministrar estéril (esterilización por óxido de etileno) y no debe tener luz en la punta	5
	Introduccion de 7 Fr (2,0 mm de di y 2,3 mm de) con una longitud efectiva de 80 cm y marcas circunferenciales espaciadas cada 10 mm a lo largo de su longitud para medir la longitud de retracción durante el procedimiento de aplicación del AV. El introduccion se debe suministrar estéril (esterilización por óxido de etileno).	4
	Dilatador de 5 Fr (1,0 mm de di y 1,8 mm de de) y una longitud efectiva de 87 cm. El dilatador se debe suministrar estéril (esterilización por óxido de etileno)	2
	Pistola dispensadora con una empuñadura ergonómica parecida a la pistola, con cañón y gatillo integrados. Con cada pulsación del gatillo se debe dispensar una cantidad controlada de 0,10 ml de adhesivo (Intervalo: 0,06 ml – 0,12 ml). La pistola dispensadora se debe suministrar estéril (esterilización por óxido de etileno)	2
	Dos agujas dispensadoras de calibre 14 G, dos jeringas de 3 ml y una guía recta de 0,035 pulgadas y 180 cm de longitud con punta recta y floppy	1

LOTE 3	CRITERIOS DE VALORACIÓN	Puntuación
Nº orden 6 FIBRA DE ENDOLASER RADIAL CON DIAMETROS DE CORE DE 400 MICRAS, EXTERIOR DE 1.050 MICRAS Y DE LA CAPSULA DE SILICE DE 1.27 MICRAS PARA ABLACIÓN ENDOLUMINAL TÉRMICA DE VENAS VARICOSAS SUPERFICIALES	La fibra de endolaser radial debe ser de dos anillos bien diferenciados y con una distancia de 5 mm entre los dos anillos.	4
	El conector de la fibra de endolaser debe ser <i>Intelligence Conector</i> (IC), que facilita la conexión de la fibra al generador de láser y evita el funcionamiento de la fibra en caso de aplicar parámetros inadecuados y los riesgos derivados. Este conector limita el uso de la fibra a 3 horas, evitando la reutilización y garantizando la calidad de la fibra	3

	El kit traiga la fibra de endolaser y un catéter corto de 16 G x 2" (1,7 x 50 mm) 196 ml/min. con aletas transparentes para sujeción y sin sistema de seguridad para permitir más de una punción y tratar varias venas en el mismo paciente	2
	La cubierta distal de cuarzo y la fibra deben estar soldadas a través de una tecnología fusión que consiste en el sellado mediante calor. La casa fabricante de la fibra endolaser debe disponer de la patente europea de la fibra radial con doble anillo	2
Nº orden 9 FIBRA DE ENDOLASER RADIAL CON DIAMETROS DE CORE DE 600 MICRAS, EXTERIOR DE 1.300 MICRAS Y DE LA CAPSULA DE SILICE DE 1.85 MICRAS PARA ABLACION ENDOLUMINAL TERMICA DE VENAS VARICOSAS SUPERFICIALES	La fibra de endolaser radial debe ser de dos anillos bien diferenciados, con una distancia de 5 mm entre los dos anillos y debe tener un core de 500 micras.	4
	El conector de la fibra de endolaser debe ser Intelligence Conector (IC), que facilita la conexión de la fibra al generador de láser y evita el funcionamiento de la fibra en caso de aplicar parámetros inadecuados y los riesgos derivados. Este conector limita el uso de la fibra a 3 horas, evitando la reutilización y garantizando la calidad de la fibra	3
	El kit traiga la fibra de endolaser, un introductor de 6Fr y una longitud igual o menor a 11 cm, un dilatador de 6Fr con una longitud de 17 cm, una guía de 0.038" x 45 cm y una aguja de entrada de 18G x 70 mm de longitud	1
	La cubierta distal de cuarzo y la fibra deben estar soldadas a través de una tecnología fusión que consiste en el sellado mediante calor. La casa fabricante de la fibra endolaser debe disponer de la patente europea de la fibra radial con doble anillo	2
Nº orden 10 FIBRA DE ENDOLASER RADIAL CON DIAMETROS DE CORE DE 400 MICRAS, EXTERIOR DE 1.050 MICRAS Y DE LA CAPSULA DE SILICE DE 1.57 MICRAS	La fibra de endolaser radial debe ser de dos anillos bien diferenciados y con una distancia de 5 mm entre los dos anillos.	4

PARA ABLACIÓN ENDOLUMINAL TÉRMICA DE VENAS VARICOSAS SUPERFICIALES	El conector de la fibra de endolaser debe ser <i>Intelligence Conector</i> (IC), que facilita la conexión de la fibra al generador de láser y evita el funcionamiento de la fibra en caso de aplicar parámetros inadecuados y los riesgos derivados. Este conector limita el uso de la fibra a 3 horas, evitando la reutilización y garantizando la calidad de la fibra	2
	El kit traiga la fibra de endolaser, un introductor de 5Fr x 11 cm, una guía de 0.97 mm (0.038") x 45 cm, una aguja de entrada de 18G x 70 mm	1
	La cubierta distal de cuarzo y la fibra deben estar soldadas a través de una tecnología fusión que consiste en el sellado mediante calor. La casa fabricante de la fibra endolaser debe disponer de la patente europea de la fibra radial con doble anillo	2

LOTE 4	CRITERIOS DE VALORACIÓN	Puntuación
Nº ORDEN 13 CÁPSULAS DE AIRE AMBIENTE ESTÉRIL PARA LA FABRICACIÓN ESTANDARIZADA Y MOTORIZADA DE ESPUMA CON UN AGITADOR MAGNÉTICO ADAPTADO PARA EL TRATAMIENTO DE ESCLEROTERAPIA CON ESPUMA DE VARICES	Cápsulas de plástico transparente, compuestas internamente de gases ambientales O ₂ /CO ₂ /N ₂	15
Nº ORDEN 14 CÁPSULAS DE GAS BAJO EN CON BAJA CONCENTRACIÓN EN NITRÓGENO ESTÉRIL PARA LA FABRICACIÓN ESTANDARIZADA Y MOTORIZADA DE ESPUMA CON UN AGITADOR MAGNÉTICO ADAPTADO PARA EL TRATAMIENTO DE ESCLEROTERAPIA CON ESPUMA DE VARICES	Cápsulas de plástico transparente, compuestas internamente de gases ambientales O ₂ /CO ₂ con 2-10% de N ₂	15

LOTE 5	CRITERIOS DE VALORACIÓN	Puntuación
Nº ORDEN 15 VENDAS DE ZINC BIEXTENSIBLE IMPREGNADA CON GEL DE	Debe ser fácil de aplicar, sin necesidad de cortar ni entallar, construida con bordes que no desmoronan	1

OXIDO DE ZINC DE RAPIDO SECADO	Presentar evidencia publicada	1
Nº ORDEN 16 , 17 y 18 VENDAS 100% ALGODÓN DE CORTA TRACCION COHESIVA	Presenta bordes cosidos	3
	La ficha técnica explique claramente la indicacion de uso	2
	Producto lavable- expresado en ficha tecnica	2
Nº ORDEN 19, 20 , 21 y 22 VENDAS 100% ALGODÓN DE CORTA TRACCION	Posibilidad de lavar a 90 grados de temperatura manteniendo sus propiedades elastocompresivas y reutilizar hasta 10 veces con informe técnico externo AITEX	2
	Presentación con bordes cosidos	3
Nº ORDEN 23,24,25, 26 y 27 VENDAS DE ACOLCHADO DE RAYON Y VISCOSA 100%	100% fibras naturales.	2
	Indicado para uso prolongado y piel frágil, alta tolerancia dérmica	1
	Proporciona acolchado uniforme, alta transpirabilidad y estabilidad bajo el vendaje, sin liberación de fibras, no residuos	1
Nº ORDEN 28 y 29 VENDA ELASTICA DE GASA DE VISCOSA Y POLIAMIDA PARA VENDAJE DE DEDOS DE LA MANO Y DEL PIE EN LINFEDEMA	Tejido poroso permeable al aire y al vapor de agua que evita la maceración de la piel con bordes cuidadosamente acabados minimizándose el desprendimiento de fibras	1
Nº ORDEN 30 LAMINA DE GOMA ESPUMA TERMOCOMPRESIDA DE ALTA DENSIDAD	Recortable por lo que se puede adaptar a cualquier tamaño y configuración anatómica.	1
	Que tenga indicación en ese uso en ficha técnica	2
Nº DE ORDEN 31 y 32 COLAGENO LAMINAR NO ADHESIVO MAYOR O IGUAL A 5 CM Y MENOR O IGUAL A 10 CM	Las empresas deben presentar el certificado CE complementario con el fin de cumplir las especificaciones de los productos sanitarios en cuya elaboración se utilice tejido de origen animal	2
	Presentar evidencia científica publicada	2
Nº ORDEN 33 APOSITO ANTIMICROBIANO DE GASA CON CLORURO DE DIALQUILCARBAMILO (DACC)	Presentar evidencia	4

LOTE 6	CRITERIOS DE VALORACIÓN	Puntuación
Nº ORDEN 34 Y 35 SISTEMA DE COMPRESIÓN MULTICOMPONENTE EN UNA SOLA VENDA	Compuesto por poliamida, elastano e hilos de poliéster combinados utilizando tecnología de tejido tridimensional.	8
	Debe ejercer una presión subvendaje continua con una presión de reposo moderada y una presión de trabajo elevada, con un índice de rigidez estática mayor a 10 como mínimo a las 72h.	8
	Material transpirable, con indicaciones de uso en el interior de la caja y puntos precinto de apertura del envase.	7
	Eficaz en la cicatrización de úlceras venosas y demostrado en estudios observacionales	7

LOTE 7	CRITERIOS DE VALORACIÓN	Puntuación
Nº orden 36,37,38,39,40,41, 42 y 43 SOLUCION SUPER OXIDADA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS COMPUESTO DE AGUA ELECTROLIZADA, CLORURO SODICO, ACIDO HIPOCLOROSO E HIPOCLORITO SODICO EN SOLUCIÓN LÍQUIDA Y EN HIDROGEL DE ESTRUCTURA AMORFA	Esterilidad garantizada, durante 24 meses en el caso de la solución líquida y 15 meses en el caso del hidrogel, desde su fabricación a temperatura ambiente y 60 días después de su apertura. Debe estar preparado para su uso, sin necesidad de mezclarlo ni diluirlo	4
	Alta eficacia contra el biofilm, incluso en heridas crónicas infectadas. Debe tener estudios que respalden que penetra y destruye biopelículas en minutos, reduciendo rápidamente la carga bacteriana (gram + y -) sin citotoxicidad.	5
	Debe ser indoloro, con un uso a largo plazo y con una fácil aplicación.	1
	Debe mantener un entorno húmedo e hidratar la herida lo que junto al efecto antimicrobiano local permite el proceso natural de cicatrización, promoviendo la formación de tejido de granulación y pudiendo ser utilizado durante todo el proceso cicatrizal.	4
	Debe tener un efecto antiinflamatorio, reduciendo el dolor, el picor y el olor, mediante la inhibición de la cascada de la inflamación inhibiendo la activación de los mastocitos. Debe ayudar a eliminar el mal olor de forma inmediata.	5
	Velocidad de acción rápida eliminando en 30 segundos más del 90% de los patógenos relevantes	4
	No debe tener ninguna contraindicación de uso, ni de combinación con otros tratamientos o productos.	1
	Evidencia clínica demostrada en ensayos clínicos randomizados tanto de su eficacia como de su seguridad. Debe estar recomendado por consensos nacionales e internacionales para heridas de difícil cicatrización, crónicas con tendencia a la infección y/o a la necrosis por su acción eficaz, rápida y segura, destacando como elemento principal la acción sobre el biofilm persistente. Estas guías deben recomendarlo como agente de elección en ese tipo de heridas que incluyen úlceras por presión, de origen vascular, quemaduras y heridas quirúrgicas complicadas, especialmente con necrosis	1

	Debe ser ecológico, respetuoso con el medio ambiente y debe poder ser eliminado con normalidad y sin ningún requisito en particular, debiendo estar certificado por la EPA por su nula toxicidad para el medio ambiente sólido, líquido o gaseoso. hipoadérgico	5
--	---	---

LOTE 8	CRITERIOS DE VALORACIÓN	Puntuación
Nº orden 44 y 45 ANTISEPTICO PARA LA LIMPIEZA Y CUIDADO DE HERIDAS COMPLEJAS CON FORMATO ESTERIL CON DICLORURO DE OCTENIDINA COMO ADITIVO ANTIMICROBIANO EN FORMA LIQUIDA Y DE HIDROGEL	Formatos estériles	10
	Posibilidad de solución de irrigación de heridas de 300-500 ml. con apertura aséptica	10
	Posibilidad de hidrogel para heridas de 20-50 ml con apertura aséptica	10

LOTE 9	CRITERIOS DE VALORACIÓN	Puntuación
Nº orden 46 TOALLITA ESTERIL DESECHABLE DE 20 X 20CM DE VISCOSA NO TEJIDA PARA EL CUIDADO DE HERIDAS CON ACCION DESBRIDANTE Y CALMANTE IMPREGNADAS EN POLOXAMERO, ALANTOINA Y ALOE VERA	Que actúe desbridando y limpiando de forma suave el lecho de la herida y del tejido perilesional, e hidratando el lecho de la herida y la piel perilesional. Retirada atraumática de fibrina, tejido necrótico, bordes de hiperqueratosis y del biofilm bacteriano.	11
	Que la toallita capture y retenga el material desbridado. Sin sangrado ni daño del tejido de granulación. Reduzca el dolor, aumentando la adherencia del paciente al tratamiento. Acorte el tiempo de tratamiento local de la herida. Libre de alcohol y perfumes.	6
Nº orden 47 y 48 SOLUCION ANTIMICROBIANA PARA LAVADO Y DESCONTAMINACION DE HERIDAS DE HIPOCLORITO DE SODIO Y SAL MARINA	Solución limpiadora hipertónica y antimicrobiana no estéril de heridas compuesta por agua con sal marina (3%) e hipoclorito de sodio NaOCl (0,2%) con las medidas 300 ml y 1.000 ml.	10
	Actúa limpiando y descontaminando las heridas mediante una acción antimicrobiana, un efecto osmótico y bioelectricidad	3

LOTE 10	CRITERIOS DE VALORACIÓN	Puntuación
Nº orden 49 VENDA COHESIVA DE	Con pulverización de dispersión acuosa de poliisopreno.	15

ALGODÓN, POLIAMIDA Y VISCOSA PARA VENDAJE	Extensibilidad en 80% + - 10 de longitud a partir de condiciones de descanso. El vendaje se puede retirar y aplicar de nuevo muchas veces sin perder las propiedades originales	15
---	---	----

Justificación de los criterios de adjudicación: por considerarse idóneos para la adjudicación del contrato a la oferta que represente la mejor relación calidad/precio, atendiendo a la naturaleza de éste y a la salvaguarda del principio de proporcionalidad.

Ofertas que incurren en valor anormal o desproporcionado

Único licitador: Oferta inferior al presupuesto base de licitación en más de **veinticinco** unidades porcentuales.

Varios licitadores: Oferta cuyo porcentaje exceda en **veinte** unidades a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas.

Plazo de garantía: Vigencia del contrato.

Para el cálculo del presupuesto de licitación se ha tenido en cuenta una estimación de los costes directos asociados a la prestación del objeto del contrato y una estimación de los costes indirectos.

Fecha prevista de inicio de contrato: 1 de septiembre de 2026

MUESTRAS

Entrega de muestras: S/N: SI

Lugar de presentación de las muestras: Se entregarán **dos** muestras por artículo ofertado. Si es necesario, durante el periodo de evaluación técnica se podrán solicitar más muestras.

Cada licitador entregará en el almacén junto con las muestras bien identificadas dos relaciones donde se detalle el número de procedimiento y nombre del proveedor.

Cada artículo estará etiquetado con el nombre de la empresa y el número de expediente.

En caso de no presentar muestras, quedará excluido.

RESPONSABLE DEL CONTRATO.

Se adjunta a esta memoria el informe de necesidad del responsable del contrato.

Jefa de Sección de Suministros
Firmado digitalmente por: GUTIERREZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR
Fecha: 2026.05.07 14:12

Pilar Gutiérrez González