

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

Nº EXPEDIENTE: A/SUM-025655/2026

DENOMINACIÓN: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DIVERSO EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGÍA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA

En función de las competencias atribuidas a las mesas de contratación, en virtud del art. 326.2 de la Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE Y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se propone la exclusión del procedimiento de los siguientes licitadores:

RELACIÓN DE EXCLUIDOS DEL PROCEDIMIENTO

Nº LOTE	DENOMINACIÓN LOTE	LICITADOR	MOTIVO DE EXCLUSIÓN
1	Equipamiento Ortopantomografía	(2)MASTER DENTAL, S.A. A28990646	No cumple los requisitos del PPT: • Convertidor de frecuencia controlado por microprocesador → Se especifica un generador con frecuencia de 50–100 kHz, pero no se indica que el convertidor de frecuencia esté controlado por microprocesador. • Sistema láser de centrado luminoso → El documento indica “Luces posicionamiento”, pero no especifica que estas luces sean de tecnología láser. • Brazo lateral para telerradiografía de cráneo con fijación de cabeza ajustable → El documento no especifica expresamente la existencia de brazo lateral ni un sistema de fijación de cabeza ajustable a distintos tamaños. • Magnificación PAN 1:1,28 y CEPH 1:1,10 → No se indican en el documento las relaciones de magnificación 1:1,28 para panorámica ni 1:1,10 para cefalometría. • Mínimo 24 programas 2D, 20 programas de adquisición 3D y 9 programas de cefalometría → El documento enumera programas, pero no acredita los mínimos exigidos; no se demuestra el mínimo de 24 programas 2D, 20 programas 3D y 9 de cefalometría. • Se podrán obtener al menos las siguientes proyecciones: Panorámica completa, segmentada, corrección ortogonal, seno maxilar, TMJ y BiteWing → no aparecen acreditadas las proyecciones segmentada, corrección ortogonal y seno maxilar. • El modo cefalométrico permitirá la obtención de imágenes 2D en las siguientes proyecciones: lateral, frontal AP o PA, submentovértice y aleta mordida → no aparecen acreditados los programas submentovértice ni BiteWing cefalométrico. • Dispondrá de un software específico de postprocesado de imagen con las siguientes funciones: ajustes de ventana y nivel, realce de bordes, zoom, anotaciones y rotación → no enumera expresamente las cinco funciones de postprocesado solicitadas.
1	Equipamiento Ortopantomografía	(1)KYT IMPLANTES DENTALES, S.L. B06650790	No cumple los requisitos del PPT: Intervalo mínimo de corriente de tubo: 5-12 mA → la empresa afirma cumplir el pliego indicando una corriente de tubo de 1-10 Ma

LA PRESIDENTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Firmado digitalmente por: BEJAR MARTINEZ PALOMA
Fecha: 2026.09.16 11:08