



CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012600225 – SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE SESIONES DIVULGATIVAS BÁSICAS SOBRE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR Y USO DE DESFIBRILADOR EN ESTACIONES DE METRO DE MADRID

Consulta 1:

Solicitan que el formador lleve este material:

- Varios juegos de electrodos de cada uno de los 2 modelos de desfibriladores mayoritariamente instalados en Metro de Madrid (Physio Control LIFEPAK CR2 y Zoll AED3)

¿Se refieren a electrodos de entrenamiento, o de uso real?

Respuesta 1:

En relación con su consulta, les informamos de que se refiere a electrodos de uso real. No es necesario que sean nuevos, pueden ser electrodos que se hayan retirado de equipos por haber alcanzado su fecha de caducidad. La finalidad es que los asistentes a las sesiones los puedan manipular para familiarizarse con su uso y correcta colocación.

En Madrid, a 21 de agosto de 2026.