

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

PERFIL DE CONTRATANTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CONSEJERÍA DE SANIDAD - HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ.

Resolución de 8 de septiembre de 2026 de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz por la que se procede a la subsanación de errores en base al artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, en relación con el Pliego de Prescripciones Técnicas del P.A. 2026-0-48 que tienen por objeto el “suministro de reactivos y fungibles para técnicas de reproducción asistida para el Hospital Universitario de La Paz”. Anuncio de licitación publicado en el perfil de contratante con fecha 20 de agosto de 2026.

Se procede a la subsanación de la descripción del lote 9, de este modo,

Donde dice:

LOTE 9		
Nº DE ORDEN	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
28	012736	PIPETA CONTENCIÓN OVOCITARIA PARA TÉCNICA ICSI • Angulación 30º. • Longitud del bisel: 7-9 µm. • Diámetro interno: 25-30 µm. • Diámetro externo: 120-150 µm. • Esterilizado por radiación gamma. • Embriotestada. • Presentación: envase estéril individual.
29	040493	PIPETA MICROINYECCIÓN PARA TÉCNICA ICSI • Angulación 30º. • Longitud del bisel: 7-9 µm. • Diámetro interno: 4,5-5 µm. • Diámetro externo: 6-7 µm. • Longitud del codo a la punta: 1 mm. • Esterilizado por radiación gamma. • Embriotestada. • Presentación: estéril individual.

Debe decir:

LOTE 9		
Nº DE ORDEN	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE 9		
Nº DE ORDEN	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
28	012736	PIPETA CONTENCIÓN OVOCITARIA PARA TÉCNICA ICSI • Angulación 30º. • Diámetro interno: 20-30 µm. • Diámetro externo: 110-150 µm. • Esterilizado por radiación gamma. • Embriotestada. • Presentación: envase estéril individual.
29	040493	PIPETA MICROINYECCIÓN PARA TÉCNICA ICSI • Angulación 30º. • Longitud del bisel: 7-9 µm. • Diámetro interno: 4,5-5 µm. • Diámetro externo: 6-7 µm. • Longitud del codo a la punta: 0,7-1 mm. • Esterilizado por radiación gamma. • Embriotestada. • Presentación: estéril individual.

Dichos pliegos, debidamente corregidos, se podrán obtener en el Perfil de Contratante Portal de la Contratación Pública de la CAM. www.madrid.org/contratospublicos

Asimismo, se procede a modificar los plazos que se indican, quedando de la siguiente forma:

- Fecha límite de obtención de documentación e información: **28 de septiembre de 2026**
- Presentación de ofertas. Fecha límite de presentación: **28 de septiembre de 2026**, a las 18:00 horas.
- Apertura de ofertas. **14 de octubre de 2026**, a las 10:10 horas. NO pública.

EL DIRECTOR GERENTE

Firmado digitalmente por: PEREZ-SANTAMARINA FELJOO RAFAELFERNANDO
Fecha: 2026.09.09 16:30