

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

EXPEDIENTE: PA 2026-0-48

SUMINISTRO DE REACTIVOS Y FUNGIBLES PARA TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la adquisición de reactivos y fungibles para técnicas de reproducción asistida para cubrir las necesidades asistenciales del Hospital Universitario “La Paz” conforme a lo que se relaciona en el Anexo I del presente Pliego.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA CADA LOTE Y NÚMERO DE ORDEN:

Si en la descripción se utilizase alguna referencia y/o nombre sujeto a propiedad comercial, deberá entenderse como referencia para localizar el producto en cuestión sin que en ningún caso sea obligatorio ofertar dicho producto.

LOTE 1		
Nº DE ORDEN	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	010971	PLACA PETRI 40 MM DE CULTIVO EMBRIONARIO SECUENCIAL • Poliestireno de alta calidad médica EU CLASS • Estéril por radiación gamma. • Apirógena. • Forma cuadrada para mejor manejo • Interior circular con diámetro 40 mm • Test de embriotoxicidad (MEA) y toxicidad (LAL)
2	010999	PLACA PETRI 90mm EMBRIOTESTADA PARA PUNCIÓN • Poliestireno de alta calidad médica EU CLASS • Estéril por radiación gamma. • Apirógena • Forma redonda, 90 mm de diámetro. • Test de embriotoxicidad (MEA) y toxicidad (LAL)
3	036550	PLACA DE 4-5 POCILLOS PARA INCUBACIÓN LAVADO Y DENUDACIÓN DE OVOCITOS • Poliestireno de alta calidad médica EU CLASS • Estéril por radiación gamma. • Forma cuadrada para mejor manejo • De 4 a 5 pocillos • Base completamente plana para la óptima difusión de la temperatura • Test de embriotoxicidad (MEA) y toxicidad (LAL)
4	108821	PLACA DE ICSI EMBRIOTESTADA • Forma cuadrada para una mejor colocación de las gotas para poder microinyectar • Base plana para una mejor difusión de la temperatura • Zona de identificación de paciente aparte de la zona de trabajo • Test de embriotoxicidad (MEA) y toxicidad (LAL)

LOTE 2		
Nº DE ORDEN	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
5	95065	PLACA P/CULTIVO INDIVIDUAL DE EMBRIONES. DE 16 POCILLOS NUMERADOS • Con 16 pocillos numerados para el cultivo individual de embriones y 4 pocillos adicionales para la limpieza de los embriones durante el proceso de carga de la placa. • Con zona de etiquetado e identificación del paciente. • Pocillos numerados individualmente • Envasado individual • Con código de barras en 2D para identificación del lote. • Estéril mediante E-BEAM. • Test de embriotoxicidad (MEA) • Para incubador Embryoscope plus actualmente instalado en el centro.

LOTE 3		
Nº DE ORDEN	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
6	038762	MEDIO PARA MANTENIMIENTO DE OVOCITOS • Medio tamponado con MOPS con albúmina sérica humana. • Gentamicina como fármaco antibacteriano. • Para el uso tras el equilibrado a +37 °C. • Endotoxinas bacterianas < 0,25 EU/mL. • Presentación: 100-125mL.
7	040494	ACEITE DE PARAFINA DE BAJA DENSIDAD • Aceite sintético de parafina de alta viscosidad y filtrado estéril para cubrir el medio en los procedimientos de fecundación in vitro. • Para el uso tras el equilibrado a +37 °C. • Endotoxinas bacterianas < 0,25 EU/mL. • Caducidad mayor a 50 semanas desde la fecha de fabricación. • Envase de vidrio. • Presentación: envase de 100-125 ml.
8	050158	MEDIO PARA FERTILIZACIÓN Y MANEJO DE GAMETOS EN FECUNDACIÓN IN VITRO (IVF) • Medio tamponado con bicarbonato. • Con albúmina sérica humana. • Con glucosa y fructosa. • Con Gentamicina. • pre-equilibrado a +37°C y 6 % CO2. • Endotoxinas bacterianas < 0,25 EU/mL. • Presentación: envase máximo de 60 ml.

LOTE 3		
Nº DE ORDEN	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
9	081487	MEDIO DE LAVADO DE MATERIALES Y CÉRVIX (RINSE) - Solución salina con tampón bicarbonato. - Con Penicilina G de grado farmacéutico. - pre-equilibrado a +37°C y 6 % CO₂. - Endotoxinas bacterianas < 0,25 EU/mL. - Libre de proteínas. - Presentación 100-125 ml.
10	088114	MEDIO DE CULTIVO ÚNICO DE 0/+1 A +5 - Medio tamponado con bicarbonato con ácido hialurónico y albúmina sérica humana para cultivo de embriones desde el día 0 hasta el estadio de blastocito. - Deberá poder ser utilizado para transferencia embrionaria independientemente del día de la transferencia embrionaria. - Pre-equilibrado a +37°C y 6 % CO₂. - Endotoxinas bacterianas < 0,25 EU/mL. - Presentación: mínimo 10-máximo 30 ml.

LOTE 4		
Nº DE ORDEN	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
11	091926	MEDIO PARA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES (+3/+5) - Medio de transferencia embrionaria día +3 a día +5. - Tampón bicarbonato. - Presenta albúmina - Contiene ácido hialurónico. - Pre-equilibrado a +37°C y 6 % CO₂. - Presentación: mínimo: 1,5 ml - máximo 10 ml.

LOTE 5		
Nº DE ORDEN	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
12	009060	MEDIO DE CULTIVO P/CONGELACION ESPERMATICA - Libre de proteínas y componentes de origen animal. - Listo para utilizar. - Con tampón Hepes - Presentación: máximo 10 ml.
13	036652	MEDIO GRADIENTE DE DENSIDAD 100%. - Gradiente de densidad 100% - Con D-Glucosa, Gentamicina, Glicina y Albúmina. - Presentación: mínimo 20 ml y máximo 100 ml.

LOTE 5		
Nº DE ORDEN	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
14	036653	MEDIO DE LAVADO PARA ESPERMATOZOIDES • Debe equilibrarse a 37° C • Grado farmacéutico. • Presentación: mínimo 20 ml y máximo 100 ml.

LOTE 6		
Nº DE ORDEN	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
15	012659	PIPETA SEROLOGICA EMBRIOTESTADA DE 10 ML • Volumen 10ml • Estériles. • Envasadas individualmente • Test de embriotoxicidad (MEA) y toxicidad (LAL)
16	014447	TUBO 14-15 ML. P/RECOLECCION DE OVOCITOS • Tubo de fondo redondo • Volumen 14-15 mL graduado • Con tapón de doble posición con diámetro válido para conexión del set de punción folicular. • Test de embriotoxicidad (MEA) y toxicidad (LAL) y test HSSA • Poliestireno de grado médico EU CLASS IIA • Estéril.
17	021143	TUBO DE FONDO REDONDO DE 5 ML • Volumen 5 ml • Tubo con tapón de doble posición • Test de embriotoxicidad (MEA) y toxicidad (LAL) • Poliestireno de grado médico EU CLASS IIA • Estéril
18	040497	CAPILAR PARA MANIPULACIÓN DE EMBRIONES EN ESTADIO DE BLASTOCISTO • 275- 300 µm • Test de embriotoxicidad (MEA) y toxicidad (LAL) • Esterilizadas con radiación gamma • Material: policarbonato.
19	081490	CAPILAR PARA MANIPULACIÓN DE EMBRIONES EN ESTADIO DE CÉLULAS • 170-175 µm • Test de embriotoxicidad (MEA) y toxicidad (LAL) • Esterilizadas con radiación gamma • Material: policarbonato.

LOTE 6		
Nº DE ORDEN	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
20	081502	CAPILAR PARA DENUDACIÓN DE OVOCITOS • 140 µm • Test de embriotoxicidad (MEA) y toxicidad (LAL) • Esterilizadas con radiación gamma • Material: policarbonato.
21	091865	PIPETA SEROLÓGICA EMBRIOTESTADA DE 5 ML • Volumen 5ml • Estériles • Envasadas individualmente • Test de embriotoxicidad (MEA) y toxicidad (LAL)
22	108822	TUBO 14-15 ML DE FONDO CÓNICO • Tubo de fondo cónico • Volumen 14-15 mL graduado • Con tapón de rosca. • Envasado individualmente. • Test de embriotoxicidad (MEA) y toxicidad (LAL) y test HSSA • Estéril.
Los licitadores del lote 6 incluirán en su oferta 2 mangos, anuales, para manipulación y transferencia de ovocitos y embriones durante los procedimientos de FIV.		

LOTE 7		
Nº DE ORDEN	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
23	091866	RACK DE 96 PUNTAS DE PIPETA ESTÉRIL DE 10 µL • Volumen 10 µL • Test de embriotoxicidad (M.E.A.) y de supervivencia espermática (H.S.S.A.) • Libres de RNasa DNasa ADN endotoxinas • Con filtro estéril de polietileno. • De Polipropileno • En gradilla (racked tips)
24	091867	RACK DE 96 PUNTAS DE PIPETA ESTÉRIL DE 200 µL • Volumen 200 µL • Test de embriotoxicidad (M.E.A.) y de supervivencia espermática (H.S.S.A.) • Libres de RNasa DNasa ADN endotoxinas • Con filtro estéril de polietileno. • De polipropileno. • En gradilla (racked tips)

<i>LOTE 7</i>		
<i>Nº DE ORDEN</i>	<i>CÓDIGO</i>	<i>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</i>
25	091868	<i>RACK DE 96 PUNTAS DE PIPETA ESTÉRIL DE 1000 µL</i> • Volumen 1000 µL • Test de embriotoxicidad (M.E.A.) y de supervivencia espermática (H.S.S.A.) • Libres de RNasa DNasa ADN endotoxinas • Con filtro estéril de polietileno • De polipropileno. • En gradilla (racked tips)

<i>LOTE 8</i>		
<i>Nº DE ORDEN</i>	<i>CÓDIGO</i>	<i>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</i>
26	040498	<i>MEDIO DE DENUDACIÓN DE OVOCITOS</i> • Listo para su uso, que no requiera dilución. • Origen bovino. • Test de endotoxina inferior a 0.1 EU/ml. • Volumen máximo 1 mL por vial.
27	040501	<i>MEDIO PARA INMOVILIZACIÓN ESPERMÁTICA PARA ICSI</i> • Con 10% de polivinilpirrolidona. • Volumen máximo 0,2 mL por vial.

<i>LOTE 9</i>		
<i>Nº DE ORDEN</i>	<i>CÓDIGO</i>	<i>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</i>
28	012736	<i>PIPETA CONTENCIÓN OVOCITARIA PARA TÉCNICA ICSI</i> • Angulación 30º. • Longitud del bisel: 7-9 µm. • Diámetro interno: 25-30 µm. • Diámetro externo: 120-150 µm. • Esterilizado por radiación gamma. • Embriotestada. • Presentación: envase estéril individual.

LOTE 9		
Nº DE ORDEN	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
29	040493	PIPETA MICROINYECCIÓN PARA TÉCNICA ICSI • Angulación 30º. • Longitud del bisel: 7-9 µm. • Diámetro interno: 4,5-5 µm. • Diámetro externo: 6-7 µm. • Longitud del codo a la punta: 1 mm. • Esterilizado por radiación gamma. • Embriotestada. • Presentación: estéril individual.

LOTE 10		
Nº DE ORDEN	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
30	080589	MEDIO DE VITRIFICACIÓN EMBRIONARIA • Kit de productos para Vitricación • Solución Básica, solución de equilibrio y solución de vitricación. • Presentación: todos los viales con el mismo volumen mínimo 1,5 mL y máximo 2 ML
31	080590	MEDIO DE DESVITRIFICACIÓN • Kit de productos para desvitrificación • Solución de descongelación, solución de dilución y solución de lavado. • Presentación: todos los viales con volumen mínimo: 4 mL máximo 6 mL
32	080593	PLACA DE CULTIVO DE 6 POCILLOS PARA PROCESOS DE VITRIFICACION Y DESVITRIFICACION • Placa de trabajo para vitricación/desvitrificación de embriones/ovocitos compatibles con el protocolo de medios de vitricación/desvitrificación. • Embriotestadas • Presentación: placa de 6 pocillos y pack de 10 unidades mínimo y 20 unidades máximo
33	091872	SOPORTE PARA VITRIFICACIÓN DE EMBRIONES • Soporte abierto para almacenamiento de embriones/ovocitos compatibles con el protocolo de medios de vitricación/desvitrificación. • Embriotestados • Con colores diferentes. Deberán indicar en la oferta técnica los colores disponibles. • Presentación: individual estéril.
Los licitadores del lote 10 incluirán en su oferta las etiquetas compatibles con la etiquetadora para pajuelas en nitrógeno líquido actualmente disponible en el centro —modelo Brady BMP51 o equivalente—, garantizando su correcta adhesión, legibilidad y resistencia a condiciones criogénicas.		

LOTE 11		
Nº DE ORDEN	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
34	049476	PIPETA PASTEUR VIDRIO CORTA. DE 5,75" (14,6 CM) - Fabricadas en Borosilicato, con la punta pulida y corta - Test de embriotoxicidad (M.E.A.) y (L.A.L.) - Marcado CE - Estéril

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMUNES PARA TODOS LOS LOTES Y NÚMEROS DE ORDEN:

Todo el material suministrado deberá contar con la caducidad adecuada. Como mínimo, la vida útil del material solicitado en el momento de su entrega no podrá ser inferior a las $\frac{3}{4}$ partes de la vida útil total (caducidad) que tenga establecida de diseño. Los licitadores deberán manifestar, de forma expresa, mediante declaración responsable, que se comprometen al cumplimiento de lo exigido en este punto.

Para comprobar que la oferta del licitador es acorde a lo estipulado en el Pliego de Prescripciones Técnicas se requiere la siguiente documentación:

- Relación de productos ofertados en el **ANEXO A**, con descripción técnica de los mismos.
- **"Insert"** (ficha técnica) de los productos ofertados.
- **Descripción de los productos** a suministrar mediante catálogos, ficha técnica de los mismos (con indicación expresa del lote y/o número de orden al que concurren) y otra información necesaria, con la que se pueda verificar cada una de las especificaciones técnicas exigidas.
- **Certificado del marcado CE**, conforme a lo establecido en la legislación vigente reguladora de los productos sanitarios o para diagnóstico in vitro.

Toda la documentación aportada deberá ser documento original o fotocopia compulsada y deberá estar en castellano. De no ser así, no será tenida en cuenta. Se incluirá un índice de documentos que contendrá los números de página o ficheros.

MUESTRAS:

Muestras: SI

- Nº de muestras mínimo: 2 unidades por cada número de orden en el caso de medios de cultivo, 5 unidades en el caso de fungibles
- Todas las muestras deberán especificar la empresa licitadora, el nº de lote, nº de orden y procedimiento correspondiente.
- En caso de requerir un número mayor de muestras, el hospital podrá solicitar las muestras que considere necesarias para la correcta evaluación del expediente

- La entrega de muestras deberá realizarse en el Almacén General del Hospital indicando que se trata de muestras.
- Plazo de entrega de muestras: durante el plazo de presentación de ofertas.
- Se deberá adjuntar en la oferta técnica una copia del albarán sellado por el almacén general de la entrega de muestras.

VOLUMEN DEL SUMINISTRO:

El número de unidades que se indica para cada artículo es orientativo y a los efectos de valorar la oferta por parte de los licitadores.

El número de unidades a servir será el que resulte de las necesidades del Centro, a cuyos efectos se establecerá un Plan de Necesidades y de entregas con el adjudicatario

La adjudicación que recaiga se referirá a precios unitarios, concentrándose el volumen del suministro en el Plan de Necesidades del centro anteriormente citado.

PLAZO DE ENTREGA

Desde el envío del pedido por fax/correo electrónico, el proveedor tendrá un plazo máximo de 2 días hábiles para la entrega del suministro en los almacenes del Hospital. En caso de urgencia, el plazo será de 24 horas. Los licitadores deberán manifestar, de forma expresa, mediante declaración responsable, que se comprometen al cumplimiento de estos plazos de entrega

No se admitirá establecer cantidades ni importes mínimos para el suministro de pedidos de ninguno de los productos enumerados, ni limitaciones en el establecimiento de días de reparto fijos o kilometrajes máximos a recorrer por los transportes para la distribución de los productos.

NORMATIVA:

Todos los productos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso. En cualquier caso, todos los productos que lo requieran deberán cumplir con el Real Decreto 192/2023, de 21 de marzo por el que se regulan los productos sanitarios. Asimismo, se deberá cumplir el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2017. Permanecen en vigor los artículos del Real Decreto 1591/2009 y del Real Decreto 1616/2009 que no han sido derogados por el Real Decreto 192/2023.

Para diagnóstico in vitro deberán cumplir el Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2017.

Los licitadores deberán incluir en su oferta técnica una declaración responsable en la que se indique el cumplimiento de la normativa correspondiente.

El licitador se compromete al estricto cumplimiento de la Legislación Medioambiental Comunitaria, Estatal, Autonómica y Local vigente, que sea de aplicación a la actividad desarrollada, así como a las normas de gestión ambiental que establezca el Hospital para la bioseguridad en la manipulación de muestras, tratamiento y eliminación de residuos generados por los equipos ofertados. De este modo deberá adjuntar en la oferta técnica toda la información precisa para verificar dicho cumplimiento.

FORMACIÓN:

La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, al personal que se determine para el correcto uso de sus productos si así se requiriese. Se entregará sin cargo el material docente necesario para la formación.

OTROS

El adjudicatario de cada lote se comprometerá a aportar, sin costes, durante el periodo que dure el Concurso, aquellas innovaciones que supongan una mejora sensible y repercuta sobre una mayor calidad en los resultados, a criterio del Hospital.

El presente Pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato que se suscriba con el adjudicatario.

Conforme,

Firmado digitalmente por: BUÑO SOTO ANTONIO
Fecha: 2026 07 13 11:30

Fdo.: Dr. Antonio Buño Soto
Jefe de Servicio de Análisis Clínicos.

ANEXO I

Lote	Orden	Código	Nombre	Unidad Medida	Precio máximo unitario con IVA	Precio máximo unitario sin IVA	Cantidad (12 MESES)	Importe total IVA incluido	Base Imponible	IVA %	IVA
1	1	10971	PLACA PETRI 40 MM DE CULTIVO EMBRIONARIO SECUENCIAL	PLACA	0,9680	0,8000	700	677,6000	560,0000	21	117,6000
1	2	10999	PLACA PETRI 90mm EMBRIOTESTADA PARA PUNCIÓN	PLACA	1,0043	0,8300	4.000	4.017,2000	3.320,0000	21	697,2000
1	3	36550	PLACA DE 4-5 POCILLOS PARA INCUBACIÓN LAVADO Y DENUADACIÓN DE OVOCITOS	PLACA	2,2385	1,8500	2.800	6.267,8000	5.180,0000	21	1.087,8000
1	4	108821	PLACA DE ICSI EMBRIOTESTADA	PLACA	1,6577	1,3700	1.500	2.652,3200	2.192,0000	21	460,3200
TOTAL LOTE 1								13.614,9200	11.252,0000		2.362,9200
2	5	95065	PLACA P/CULTIVO INDIVIDUAL DE EMBRIONES. DE 16 POCILLOS NUMERADOS	PLACA	37,9698	31,3800	1.000	37.969,8000	31.380,0000	21	6.589,8000
TOTAL LOTE 2								37.969,8000	31.380,0000		6.589,8000
3	6	38762	MEDIO PARA MANTENIMIENTO DE OVOCITOS	MILILITRO	1,5125	1,2500	3.125	4.726,5625	3.906,2500	21	820,3125
3	7	40494	ACEITE DE PARAFINA DE BAJA DENSIDAD	ENVASE	74,0762	61,2200	120	8.889,1440	7.346,4000	21	1.542,7440
3	8	50158	MEDIO PARA FERTILIZACIÓN Y MANEJO DE GAMETOS EN FECUNDACIÓN IN VITRO (IVF)	MILILITRO	2,5410	2,1000	2.400	6.098,4000	5.040,0000	21	1.058,4000
3	9	81487	MEDIO DE LAVADO DE MATERIALES Y CÉRVIX (RINSE)	MILILITRO	0,3751	0,3100	10.000	3.751,0000	3.100,0000	21	651,0000
3	10	88114	MEDIO DE CULTIVO ÚNICO DE 0/+1 A +5	MILILITRO	5,8322	4,8200	1.500	8.748,3000	7.230,0000	21	1.518,3000
TOTAL LOTE 3								32.213,4065	26.622,6500		5.590,7565

Lote	Orden	Código	Nombre	Unidad Medida	Precio máximo unitario con IVA	Precio máximo unitario sin IVA	Cantidad (12 MESES)	Importe total IVA incluido	Base Imponible	IVA %	IVA
4	11	91926	MEDIO PARA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES (+3/+5)	MILILITRO	44,1650	36,5000	500	22.082,5000	18.250,0000	21	3.832,5000
TOTAL LOTE 4									18.250,0000		3.832,5000
5	12	9060	MEDIO DE CULTIVO P/CONGELACION ESPERMATICA	MILILITRO	7,0906	5,8600	180	1.276,3080	1.054,8000	21	221,5080
5	13	36652	MEDIO GRADIENTE DE DENSIDAD 100%.	MILILITRO	2,1538	1,7800	1.000	2.153,8000	1.780,0000	21	373,8000
5	14	36653	MEDIO DE LAVADO PARA ESPERMATOZOIDES	MILILITRO	0,9438	0,7800	5.000	4.719,0000	3.900,0000	21	819,0000
TOTAL LOTE 5									6.734,8000		1.414,3080
6	15	12659	PIPETA SEROLOGICA EMBRIOTESTADA DE 10 ML	UNIDAD	0,7502	0,6200	800	600,1600	496,0000	21	104,1600
6	16	14447	TUBO 14 ML. P/RECOLECCION DE OVOCITOS	UNIDAD	0,4477	0,3700	7.000	3.133,9000	2.590,0000	21	543,9000
6	17	21143	TUBO DE FONDO REDONDO DE 5 ML	UNIDAD	0,4477	0,3700	1.800	805,8600	666,0000	21	139,8600
6	18	40497	CAPILAR PARA MANIPULACIÓN DE EMBRIONES EN ESTADIO DE BLASTOCISTO	UNIDAD	4,5980	3,8000	1.800	8.276,4000	6.840,0000	21	1.436,4000
6	19	81490	CAPILAR PARA MANIPULACIÓN DE EMBRIONES EN ESTADIO DE CÉLULAS	UNIDAD	4,3560	3,6000	1.500	6.534,0000	5.400,0000	21	1.134,0000
6	20	81502	CAPILAR PARA DENUADACIÓN DE OVOCITOS	UNIDAD	4,3560	3,6000	1.000	4.356,0000	3.600,0000	21	756,0000
6	21	91865	PIPETA SEROLÓGICA EMBRIOTESTADA DE 5 ML	UNIDAD	0,5566	0,4600	600	333,9600	276,0000	21	57,9600
6	22	108822	TUBO 14-15 ML DE FONDO CÓNICO	UNIDAD	0,5445	0,4500	1.500	816,7500	675,0000	21	141,7500
TOTAL LOTE 6									20.543,0000		4.314,0300
									24.857,0300		

Lote	Orden	Código	Nombre	Unidad Medida	Precio máximo unitario con IVA	Precio máximo unitario sin IVA	Cantidad (12 MESES)	Importe total IVA incluido	Base Imponible	IVA %	IVA
7	23	91866	RACK DE 96 PUNTAS DE PIPETA ESTÉRIL DE 10 µL	RACK 96	18,8760	15,6000	10	188,7600	56,0000	21	32,7600
7	24	91867	RACK DE 96 PUNTAS DE PIPETA ESTÉRIL DE 200 µL	RACK 96	19,5415	16,1500	30	586,2450	484,5000	21	101,7450
7	25	91868	RACK DE 96 PUNTAS DE PIPETA ESTÉRIL DE 1000 µL	RACK 96	24,3210	20,1000	20	486,4200	402,0000	21	84,4200
TOTAL LOTE 7								1.261,4250	1.042,5000		218,9250
8	26	40498	MEDIO DE DENUDACIÓN DE OVOCITOS	VIAL	48,9566	40,4600	280	13.707,8480	1.328,8000	21	2.379,0480
8	27	40501	MEDIO PARA INMOVILIZACIÓN ESPERMÁTICA PARA ICSI	VIAL	75,5040	62,4000	95	7.172,8800	5.928,0000	21	1.244,8800
TOTAL LOTE 8								20.880,7280	17.256,8000		3.623,9280
9	28	12736	PIPETA CONTENCIÓN OVOCITARIA PARA TÉCNICA ICSI	UNIDAD	12,1000	10,0000	1.000	12.100,0000	10.000,0000	21	2.100,0000
9	29	40493	PIPETA MICROINYECCIÓN PARA TÉCNICA ICSI	UNIDAD	16,9400	14,0000	1.600	27.104,0000	22.400,0000	21	4.704,0000
TOTAL LOTE 9								39.204,0000	32.400,0000		6.804,0000

Lote	Orden	Código	Nombre	Unidad Medida	Precio máximo unitario con IVA	Precio máximo unitario sin IVA	Cantidad (12 MESES)	Importe total IVA incluido	Base Imponible	IVA %	IVA
10	30	80589	MEDIO DE VITRIFICACION EMBRIONARIA	KIT	115,5550	95,5000	95	10.977,7250	9.072,5000	21	1.905,2250
10	31	80590	MEDIO DE DESVITRIFICACIÓN	KIT	102,8500	85,0000	20	2.057,0000	1.700,0000	21	357,0000
10	32	80593	PLACA DE CULTIVO DE 6 POCILLOS PARA PROCESOS DE VITRIFICACION Y DESVITRIFICACION	UNIDAD	8,4700	7,0000	200	1.694,0000	1.400,0000	21	294,0000
10	33	91872	SOPORTE PARA VITRIFICACIÓN DE EMBRIONES	UNIDAD	18,7913	15,5300	1.200	22.549,5600	18.636,0000	21	3.913,5600
TOTAL LOTE 10								37.278,2850	30.808,5000		6.469,7850
11	34	49476	PIPETA PASTEUR VIDRIO CORTA. DE 5,75" (14,6 CM)	UNIDAD	1,3552	1,1200	1.800	2.439,3600	2.016,0000	21	423,3600
TOTAL LOTE 11								2.439,3600	2.016,0000		423,3600
TOTALES								239.950,5625	198.306,250		41.644,3125