

PAS A/SUM-027722/2026 "SUMINISTRO DEL MATERIAL NECESARIO PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES DIABÉTICOS CON SISTEMA INTEGRADO COMPUESTO POR BOMBA DE INSULINA Y MONITOR CONTINUO DE GLUCOSA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE ÚNICO: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE		ÚNICO													
								CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 30 PUNTOS)				TOTAL (MÁXIMO 30 PUNTOS)			
LICITADOR	DESCRIPCIÓN	MATERIAL NEXUS	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS			Posibilidad de programar basales y factor de sensibilidad dentro del sistema de asa cerrada: SI = 15 Puntos NO = 0 Puntos		Pantalla táctil a color en la misma bomba de infusión: SI = 15 Puntos NO = 0 Puntos						
				SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	SI / NO	PUNTOS	SI / NO	PUNTOS					
AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA,S.L.	Kit para tratamiento de pacientes con bomba de insulina y sistema integrado con monitorización continua de glucosa	140625	100013271	SÍ		Revisado el informe, se cumplen las características recogidas en el pliego de prescripciones técnicas	SÍ	15,00	SÍ	15	30,00				

PEREZ PELAYO MIRIAM -

Firmado digitalmente por PEREZ PELAYO
Fecha: 2026.09.16 14:21:24 +02'00'

Dra. Miriam Pérez Pelayo
FEA SERVICIO DE ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN.