

Fuenlabrada 17 de septiembre de 2026

En relación con el expediente **PA SUM 26-018 SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL PARA RECOGIDA DE RESIDUOS BIOLÓGICOS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA**, se da respuesta a las solicitudes de aclaraciones, realizadas en las fechas indicadas por las distintas empresas interesadas:

Fecha 04/09/2026 13:13 MERIT MEDICAL SPAIN, SLU Ref.: PT1.MSG.5856233

PREGUNTA - En relación con la siguiente licitación PA SUM 26-018 nos gustaría por favor que nos indicaran si en el Lote 5 nos podemos presentar con dos referencias o con una sola?.

RESPUESTA – Este expediente define en el punto 9 del cuadro de características del contrato del PCAP la no admisibilidad de variantes, por lo que la oferta la deben de realizar con una única referencia y a un único precio unitario por cada número de orden, de los lotes a los que vayan a licitar.

Fecha 07/09/2026 13:24 BM2 health Ref.: PT1.MSG.5859255

PREGUNTA - Dado que para el lote 6, se exige aportar el material complementario detallado en el PPT sin cargo, rogamos nos indiquen cantidades aproximadas, ya que se debe hacer un estudio de amortización para poder calcular el precio a ofertar. Entendemos que la cantidad exacta es complicada, pero no así una aproximada, pues es un producto que ya se encuentra en el hospital.

RESPUESTA – El órgano promotor del expediente nos contesta que:

Placas metálicas con sus soportes para los vasos, sería en todo el hospital (plantas de hospitalización, con tomas de aspiración para 1 cama y 2 camas, UCI, ACI, Urgencias, Reanimación, Consultas externas, rehabilitación, quirófanos, hospital de día oncológico, hospital de día quirúrgico, radiología,...)

Los vasos o contenedores sería lo mismo que las placas metálicas y soportes.

Los carros rodantes, hay 10 quirófanos en la 3ª planta y 2 quirófanos en la 1ª planta, y alguna consulta que tenga algún carro rodante...

Es muy complicado hacer una estimación exacta, pero si se presentan tendrían que hacer la inversión para todo el hospital. Les podemos informar que, según datos de la memoria de 2024, el hospital cuenta con 413 camas, 119 consultas, además de los 12 quirófanos, 3 paritorios

Fecha 15/09/2026 10:16 INTERSURGICAL ESPAÑA,S.L. Ref.: PT1.MSG.5873711

PREGUNTA - En la documentación técnica y las muestras que forman parte del sobre 1B, habría que tapar aquella información técnica que se valora en el sobre 3. o no hace falta.

RESPUESTA – La documentación que se aporte en el sobre 1 no debe revelar información que sirva para la evaluación de los criterios objetivos. Entendemos que en la documentación es fácil censurar dicha información, si la misma afecta al cumplimiento del PPT deben presentar además una declaración responsable del cumplimiento, lo más difícil es que las muestras no desvelen esa información, por lo que no se excluirán aquellas ofertas en las que esto ocurra. Si, se excluirán aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos técnicos exigidos en el PPT, aunque hayan presentado la declaración responsable de su cumplimiento.