

RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL EXPEDIENTE RELATIVO AL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CRIOGÉNICO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.

EXPEDIENTE A/SUM-038710/2026

A los efectos previstos en el art. 138.3 de la LEY 9/2017, 8 de noviembre, de CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 2014/23/UE Y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, - en adelante LCSP - y en relación a las consultas formuladas:

Consulta formulada M.T. Brandao España mediante escrito remitido por email el 15 de septiembre de 2026, se informa:

Pregunta:

En equipamiento opcional cuando pone 115 carcasa metálicas para bolsas tipo CryoMACS50 quería preguntarle si son 115 casetes como este dibujo



o un Frame para los casetes?



Respuesta:

Se trata de la primera opción: carcassas para albergar las bolsas de tipo CryoMACS 50, pequeñas.

EL DIRECTOR GERENTE

Firmado digitalmente por: ***0535** JULIO GARCIA
(R:****7005* - SW)
Fecha: 2026.09.16 12:15