

## CONSULTA Nº 4

**Solicitud:** Consulta Procedimiento abierto PA 2026-7-004 (A/SUM-014769/2026)  
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MESAS, TORRES Y MICROSCOPIOS QUIRÚRGICOS PARA LA FASE III DEL PLAN DIRECTOR DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

### Indica si actúas como

☒ Persona interesada

☐ Persona representante

### Datos de la persona interesada

**Tipo de identificación**  
NIF

**Identificación**  
A78936606

**Razón social/Entidad**  
KARL STORZ ENDOSCOPIA IBÉRICA S.A.

**e-mail**  
maria.lopez@karlstorz.com

**Teléfono**  
916771051

### Medio de notificación

Las notificaciones se realizarán a través de medios electrónicos, por lo que, con carácter previo a la solicitud, al menos la persona seleccionada deberá estar obligatoriamente dada de alta en el Sistema de Notificaciones Electrónicas de la Comunidad de Madrid. Puedes darte de alta accediendo a este [enlace](#).

**ASUNTO:**

Consulta exp. PA 2026-7-004 (A/SUM-014769/2026)

**Expone**

Buenos días,

Solicitamos las siguientes aclaraciones:

En los criterios cualitativos relativos al lote 3 se solicita: “Mejora técnica de equipamiento: Opción 2: Una torre quirúrgica de contingencia adicional, que incluya un monitor 4k”, entendemos que la torre de contingencia deberá tener, aparte de monitor 4k y carro para su posible utilización, la misma composición técnica y de equipamiento que las solicitadas en el PPT, ¿es correcto?

En los criterios cualitativos relativos al lote 5 se solicita: “Mejora técnica de equipamiento: Opción 1: Exoscopio 2D para cirugías abiertas guiadas por fluorescencia”, entendemos que el equipo ofertado debe corresponder a un exoscopio diseñado específicamente para cirugía abierta y no se considerará equivalente una óptica concebida para cirugía endoscópica o laparoscópica, ¿es correcto?

Gracias

**Solicita**

Consulta exp. PA 2026-7-004 (A/SUM-014769/2026)

**Relación de documentos que se aportan junto a la solicitud (Estos documentos se adjuntarán después de enviar la solicitud a registro)**

Consulta

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>Fecha</b>        |                        |
| <b>En</b><br>Madrid | <b>a</b><br>29/09/2026 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Firma</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Firmado a través del servicio de Firma No Criptográfica de la Comunidad de Madrid<br>Firmado por A78936606 - KARL STORZ ENDOSCOPIA IBÉRICA S.A. CSV: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span><br>Fecha 2026.09.29 14:57:31 CEST<br>Huella dig.: a0ed82c96c3c17d5217dc3d2f36f2fde73c699a3 |

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Organismo destinatario</b>                                       |
| <b>Consejería</b><br>Consejería de Sanidad                          |
| <b>Dirección General / Organismo</b><br>Hospital Clínico San Carlos |

**CONSULTA:**

En los criterios cualitativos relativos al lote 3 se solicita: “Mejora técnica de equipamiento: Opción 2: Una torre quirúrgica de contingencia adicional, que incluya un monitor 4k”, entendemos que la torre de contingencia deberá tener, aparte de monitor 4k y carro para su posible utilización, la misma composición técnica y de equipamiento que las solicitadas en el PPT, ¿es correcto?

En los criterios cualitativos relativos al lote 5 se solicita: “Mejora técnica de equipamiento: Opción 1: Exoscopio 2D para cirugías abiertas guiadas por fluorescencia”, entendemos que el equipo ofertado debe corresponder a un exoscopio diseñado específicamente para cirugía abierta y no se considerará equivalente una óptica concebida para cirugía endoscópica o laparoscópica, ¿es correcto?

**RESPUESTAS:**

A continuación, se procede a dar respuesta a las consultas planteadas:

Pregunta 1: *En los criterios cualitativos relativos al lote 3 se solicita: “Mejora técnica de equipamiento: Opción 2: Una torre quirúrgica de contingencia adicional, que incluya un monitor 4k”, entendemos que la torre de contingencia deberá tener, aparte de monitor 4k y carro para su posible utilización, la misma composición técnica y de equipamiento que las solicitadas en el PPT, ¿es correcto?*

Respuesta 1: Sí, correcto.

Pregunta 2: *En los criterios cualitativos relativos al lote 5 se solicita: “Mejora técnica de equipamiento: Opción 1: Exoscopio 2D para cirugías abiertas guiadas por fluorescencia”, entendemos que el equipo ofertado debe corresponder a un exoscopio diseñado específicamente para cirugía abierta y no se considerará equivalente una óptica concebida para cirugía endoscópica o laparoscópica, ¿es correcto?*

Respuesta 2: Sí, correcto.

Fdo.:

Firmado digitalmente por: SOMOLINOS MARTINEZ ALFREDO -   
Fecha: 2026.10.05 13:48  
Referencia: 57/726198.9/26  
Verificación y validez por CSV:   
La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>

---

**Subdirector de Gestión de Mantenimiento,  
Infraestructuras y Alta tecnología**

Fdo.:

Firmado por GÓMEZ GARVÍN ALEJANDRO -   
el día 05/10/2026 con un certificado emitido  
por SIA SUB01

---

**Ingeniero de Equipamiento y Alta tecnología**