

ACLARACIÓN TÉCNICA

EXPEDIENTE: HUH PAS SUM 2026/07

OBJETO: Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 4 monitores fetales para el Servicio de Paritorio en el Hospital Universitario del Henares

En relación con la consulta recibida respecto a los requerimientos técnicos del monitor fetal incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y en concreto sobre determinados accesorios asociados a un sistema de telemetría, se informa de lo siguiente:

Respuesta:

Los accesorios indicados, al estar vinculados a un sistema de telemetría cuyo suministro no se contempla expresamente en el objeto del contrato ni en las prestaciones requeridas, **no constituyen un requisito de obligado cumplimiento.**

En consecuencia, la no inclusión de dichos accesorios en la oferta presentada **no será motivo de exclusión**, siempre que se cumplan el resto de requisitos mínimos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La presente aclaración tiene carácter interpretativo y complementario de los pliegos, sin que suponga modificación alguna de las condiciones esenciales de la licitación.

LA JEFA DE SUMINISTROS Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Firmado digitalmente por: LÓPEZ TASCÓN ANA
Fecha: 2026.10.01 13:45



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1036706450620793824358**