

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 6 RESPIRADORES INVASIVOS PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS CRÍTICOS QUIRÚRGICOS (UCC-Q) DEL SERVICIO DE ANESTESIA Y REANIMACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

PA SUM 087/26

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PPT Y VALORACIÓN TÉCNICA DE LOS CRITERIOS POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

Tras la revisión de la documentación técnica, en relación al expediente PA SUM 087/26 “ Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 6 respiradores invasivos para la Unidad de Cuidados Críticos Quirúrgicos (UCC-Q) del Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital Universitario Fundación Alcorcón”, y de acuerdo con el procedimiento abierto con pluralidad de criterios, se concluye que las ofertas técnicas presentadas por la empresa relacionada a continuación, cumple con las especificaciones mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas:

NIF	Licitador
B38353900	Distribuciones y Representaciones Biomédicas Direx, S. L.

La puntuación autoasignada en cuanto al cumplimiento de los criterios de valoración por aplicación de fórmulas ha sido revisada por el Servicio de Reanimación y Anestesia del Hospital y es correcta según se indica a continuación:

Criterio	Puntuación máxima	DIREX
Evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas	30 puntos	
10.2.B. Respirador con turbina integrada como fuente principal , continua y exclusiva de generación de flujo, sin dependencia de aire comprimido externo, capaz de suministrar un flujo inspiratorio ≥ 230 l/min Si cumple: 5 puntos; No cumple: 0 puntos	5 puntos	5 puntos
10.2.C. Sensor de flujo proximal a boca de paciente de alta precisión sin mantenimiento diario, para categoría de paciente adulto/pediátrico . El ventilador debe contar con un sensor de flujo proximal que funcione sin necesidad de calentamiento, garantizando precisión en condiciones de alta humedad o condensación. Si cumple: 5 puntos; No cumple: 0 puntos	5 puntos	5 puntos
10.2.D. Control del humidificador desde la interfaz y adaptación automática por modo ventilatorio . El ventilador debe permitir el control directo del humidificador desde su pantalla principal, con cambio automático de parámetros de humidificación al modificar el modo entre VMI, NIV o alto flujo. Si cumple: 5 puntos; No cumple: 0 puntos	5 puntos	5 puntos
10.2.E. Configuración de terapia de alto flujo de oxígeno integrada . El equipo debe ofrecer la opción de administrar oxígeno de alto flujo directamente desde el mismo ventilador, con ajuste de caudal y FiO_2 , sin necesidad de dispositivos externos. Flujo hasta 100l/min. Si cumple: 5 puntos; No cumple: 0 puntos	5 puntos	5 puntos
10.2.F. Inclusión de un sistema de alto flujo adicional con humidificación activa , con flujo de al menos 60l/min o superior. Batería de al menos 40 minutos. Que permita la mezcla de oxígeno desde 21 al 100%. Si cumple: 10 puntos; No cumple: 0 puntos	10 puntos	10 puntos
TOTAL	30 puntos	30 puntos

GARCIA
SANCHEZ
JOSE IGNACIO

-

Firmado
digitalmente por
GARCIA SANCHEZ
JOSE IGNACIO -

Fecha: 2026.10.09
13:52:00 +02'00'

Alcorcón, a la fecha de la firma

Fdo: Dr. José Ignacio García Sánchez
Jefe Unidad Anestesia y Reanimación