

**EXPEDIENTE:** 2026000013

## **OBJETO DEL CONTRATO**

El presente contrato tiene por objeto el suministro de **SENSORES DE MONITORIZACIÓN DE LA PROFUNDIDAD ANESTÉSICA** para el Servicio de Anestesia y Reanimación, para cubrir las necesidades del Hospital

| LOTE | Nº ORDEN | CÓDIGO | ARTÍCULO                                    |
|------|----------|--------|---------------------------------------------|
| 1    | 1        | 101926 | SENSOR BIS P/ MONITOR PROFUNDIDAD ANESTESIA |
|      | 2        | 102668 | SENSOR BIS PROFUNDIDAD ANESTESIA PEDIATRICO |

- Electrodo cutáneo para valoración de la profundidad anestésica con posibilidad de monitorizar :
  - Índice de consciencia.
  - Electromiograma.
  - Índice de calidad de la señal
  - Tasa de supresión.
  - Tiempo de supresión
  - Tendencias.
- Compatible con Equipo Bis plataforma XP, integrados en los monitores multiparamétricos de este centro: GE, Drager, Mindray, Philips, Nihon Kohden
- 4 electrodos.
- Sensores autoadhesivos; desechables con óptima impedancia y posibilidad de colocación frontal unilateral indistintamente en el lado derecho e izquierdo.
- Dos tamaños: para adultos y específico pediátrico.
- **Libre látex-pvc.**
- De una pieza y para un solo paciente.
- Producto sanitario clase IIB

El adjudicatario para la utilización de estos sensores, deberá poner a disposición del Hospital, el uso de un máximo de 60 monitores, manteniéndolos en perfecto estado para la finalidad a la que se destina, y deberá realizar las siguientes acciones:

- Revisiones anuales

|                                                                                                                                                                                      |                                         |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|  <p><b>Hospital Universitario<br/>Ramón y Cajal</b><br/>SERVICIO DE SUMINISTROS<br/><b>SUMC</b></p> | <p><b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b></p> | <p><b>ANEXO 24</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|

- Dispondrá de servicio técnico para la reparación de averías, en un plazo no superior a una semana. Si superara este tramo deberá sustituirlo mientras se repara.
- Tiempo de respuesta para contestación de incidencia 24 horas
- Horario de atención al cliente del servicio técnico desde las 8 horas a las 16 horas en días laborables.
- Sustituciones en caso de avería total o de obsolescencia

Si el centro precisa más monitores, se compromete el licitador a incrementar el parque de monitores hasta 70 unidades.

#### ANEXO:

1. Se aportará el correspondiente y obligado marcado CE de cada artículo y su declaración de conformidad.
2. Todos los artículos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso. De no ser así, deberán aportar la documentación que justifique que se encuentra en periodo transitorio.
3. Aquellos productos que lo requieran, deberán incluir el certificado de exención de látex.
4. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica:

- Relación de productos ofertados.
- Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna, para la realización de informe técnico.

A la hora de valorar dicho informe, solo se tendrá en cuenta la documentación presentada en castellano.

5. Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **SI**.

#### **DOS MUESTRAS**

En caso de ser necesarias un mayor nº de unidades para completar el informe técnico correspondiente podrían ser solicitadas con posterioridad.

El procedimiento será:

- Entregar las muestras en el Almacén del HOSPITAL RAMON Y CAJAL (control de almacenes planta -4 dcha.).
- Cada licitador deberá entregar en Almacén junto con las muestras dos relaciones en donde aparezca indicado lo siguiente:
  - Nº Procedimiento.
  - Nº de Lote – Orden.
  - Nombre del proveedor.
- Al entregar en Almacén las muestras le sellarán las 2 copias, una de ellas se quedará en el Almacén, y la otra copia sellada será entregada al Proveedor.
- Las muestras deben estar bien identificadas con su número de lote, orden y referencia de la misma, siendo desestimadas las que no cumplan con estos requisitos.

6. Etiquetado en el que figure:

- a. La denominación del artículo.
- b. El método de esterilización utilizado.
- c. Las fechas de caducidad del producto.
- d. El número de lote.
- e. La referencia comercial.
- f. Marcado CE.
- g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.

**Sobre otras cuestiones:**

7. Si durante el plazo de ejecución del contrato, incluido el período prorrogado, disponen de nuevos artículos que incorporen avances o innovaciones tecnológicas y mejoren las prestaciones o características de los adjudicados, siempre que su precio sea igual o inferior al inicialmente adjudicado y cumplan con los requisitos legales y administrativos determinados en la contratación del artículo primitivo, los adjudicatarios estarán obligados a proponer sustituciones de los productos o materiales seleccionados. Asimismo, se puede aceptar ampliación de referencias para un mismo artículo permaneciendo invariable el precio.
8. Si procede, relación de equipos a ceder y sus fungibles vinculados (que no estén incluidos en esta licitación), junto con su valoración económica.
9. Si procede, los adjudicatarios impartirán cursos de formación. Se realizarán dentro del primer mes desde la firma del contrato y de forma permanente, durante la ejecución del mismo.

Madrid a 18 de junio de 2026

Firmado por David Pestaña  
con un certificado  
emitido por SIA SUB01

FDO. DR. PESTAÑA LAGUNAS

JEFE DE SERVICIO ANESTESIA Y REANIMACIÓN




SaludMadrid

Tfno.: 80.1



VºBº. DR. ARÁCIL SANUS

SUBDIRECCIÓN QUIRÚRGICA



P.A. 20260000013

| LOTE          | N.O. | CODIGO | ARTICULO                                           | UNIDAD<br>MEDIDA | CANTIDAD<br>ESTIMADA<br>(24 meses) | PRECIO UNIDAD<br>MEDIDA<br>(IVA no nduido) | BASE IMPONIBLE | TIPO IVA | TOTAL IVA | IMPORTE TOTAL<br>ESTIMADO<br>(IVA incluido) |
|---------------|------|--------|----------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------------------------------------------|
| 1             | 1    | 101926 | SENSOR BIS P/MONITOR PROFUNDIDADD ANESTÉSICA P/BIS | UNIDAD           | 29.400                             | 14,20                                      | 417.480,00     | 21       | 87.670,80 | 505.150,80                                  |
|               | 2    | 102668 | SENSOR BIS PROFUNDIDAD ANESTESIA PEDIATRICO        | UNIDAD           | 350                                | 15,30                                      | 5.355,00       | 21       | 1.124,55  | 6.479,55                                    |
| TOTAL LOTE 1: |      |        |                                                    |                  |                                    |                                            | 422.835,00     |          | 88.795,35 | 511.630,35                                  |