

HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

PA A/SER-019420/2026

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE ELECTROMEDICINA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA.

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto regular y definir el alcance y condiciones de prestación de servicios, sistemas técnicos, procesos, métodos, normas, y recursos, tanto técnicos como humanos, que deberán regir la contratación del Servicio de Mantenimiento del Equipamiento de Electromedicina incluido en el **Anexo I** de este Pliego.

La prestación del servicio se ejecutará con arreglo a los requerimientos y condiciones estipuladas en este Pliego de Prescripciones Técnicas, así como, en el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, teniendo ambos caracteres contractuales. Se consideran los siguientes conceptos:

- Mantenimiento preventivo.
- Mantenimiento correctivo.
- Mantenimiento técnico-legal.
- Mantenimiento conductivo.

2. FINALIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR.

El servicio a contratar tiene por finalidad la de mantener los **equipos y sus elementos asociados**, incluidos en el **Anexo I** de este Pliego, y que son objeto del contrato, conforme a las condiciones de fabricación y diseño, mediante la ejecución de distintas operaciones y tareas, entendiendo que, los requisitos exigidos en estos pliegos tendrán la consideración de mínimos o básicos y que lo pretendido es la consecución de los niveles más altos de calidad asistencial que se pueda ofrecer al usuario, a través de estos equipos.

Los objetivos que se pretenden conseguir son, principalmente, los siguientes:

- Disminuir el tiempo de respuesta, aplicando todas las medidas tecnológicas disponibles.
- Garantizar y mantener los equipos objeto del contrato dentro de las especificaciones y de la finalidad prevista por el fabricante, a lo largo del periodo en que estén operativos.
- Asegurar el funcionamiento ininterrumpido de los equipos, minimizando las posibles paradas por avería y alcanzando un alto índice de disponibilidad.
- Garantizar una seguridad integral sobre los principales parámetros cuyos valores deberán ser controlados periódicamente para mantener los equipos de acuerdo con las condiciones de fabricación.
- Cumplir durante la vida útil tecnológica la normativa vigente referente a los equipos objeto de este contrato.
- Prestar un eficiente y eficaz servicio de mantenimiento sobre los equipos que permitan prolongar las funciones técnicas, de diagnóstico y de terapia para los que fueron requeridos en su momento.
- Garantizar el adecuado uso de los equipos, su buen estado de conservación y prolongar el período de utilización de los mismos.
- Garantizar la seguridad y fiabilidad de los equipos durante su utilización, así como, la seguridad de usuarios y pacientes.
- Cumplir la normativa que, en cada momento, afecte a los equipos objeto del contrato.
- Proporcionar la necesaria información que permita, entre otros, la realización de los siguientes informes:

- Confección de una ficha histórica por equipo.
- Control, como mínimo, de costes por equipo y por centro.
- Planning de mantenimiento preventivo.
- Ratios del servicio prestado.
- Ratios e indicadores económicos y técnicos
- Tiempo de respuesta y disponibilidad.
- Valor económico de reposición actual. A efectos de este pliego, se entenderá por valor de reposición de un equipo en uso el importe de adquisición de un equipo nuevo, de iguales o similares características, si en un momento dado se decidiera su compra.
- Revisiones técnico – legales.
- Controles de calidad.
- Cualquier otro que tuviera como objetivo el ahorro y la eficiencia del servicio a prestar.

Para conseguir estos objetivos se realizarán, sobre la totalidad del equipamiento objeto del contrato, las operaciones de mantenimiento correctivo necesarias y se desarrollarán programas de inspección, verificación y mantenimiento preventivo exigidos en el presente Pliego, sin menoscabo de las propuestas que presente el adjudicatario, previa aprobación por el Responsable del Contrato Asignado por el Centro (RCAC).

El mantenimiento del equipamiento se llevará a cabo siguiendo la metodología, normas y recomendaciones del fabricante, así como, el nivel adecuado de revisión para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del equipo. Todo ello, será susceptible de mejora en base a la situación real de cada equipo.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

A los efectos de la adjudicación, se consideran incluidos todos los equipos y sus accesorios indicados en el Anexo I de este Pliego.

El presente expediente es bajo la modalidad **INTEGRAL** que se define como que, todos los costes asociados al mantenimiento de dichos equipos serán por cuenta del adjudicatario, según lo establecido en el presente Pliego.

Para el resto del equipamiento electromédico que pueda estar en alguna de las siguientes circunstancias:

1º.- Que no esté contemplado en el Anexo I porque se trate de equipamiento sujeto a contratos de mantenimiento, o de aquellos que no sean propiedad del Centro: cesiones, renting y préstamos por terceros.

2º.- Que esté contemplado en el Anexo I y, sin embargo, no debiera estarlo porque tras la revisión inicial del inventario se advierta que se trata de equipamiento sujeto a contratos de mantenimiento, o de aquellos que no sean propiedad del Centro: cesiones, renting y préstamos por terceros.

En ambos casos, el adjudicatario deberá asumir las siguientes operaciones:

- EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PRIMER NIVEL. Acción que se compone de las siguientes actividades:

I.- Evaluación de la avería.

Se entiende, por evaluación de la avería, la detección de las posibles causas que la originan, así como, su trascendencia, de tal manera que, una vez recabados los datos relativos a los síntomas tales como alarmas, disfunciones, desprogramación o cualquier otro indicador, sea posible establecer un diagnóstico orientado a facilitar la intervención correctora.

II.- Gestión de primer nivel.

Es la gestión de incidencias como resultado de que, en la evaluación, se hayan detectado perfectamente las causas de la disfunción y su solución depende de una intervención sencilla y que se garanticen los niveles de calidad y seguridad establecidos. Esta gestión la podrá realizar el técnico que realiza la evaluación, una vez autorizado.

De forma general, únicamente, quedará sujeto a la evaluación y gestión de primer nivel el equipamiento incluido en otros contratos de mantenimiento, equipos en garantía y aquellos que no sean propiedad del centro hospitalario: cesiones, renting y préstamos por terceros.

-COORDINACIÓN CON LOS PROVEEDORES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. Coordinar con los proveedores de los contratos el cumplimiento de la planificación y programación del mantenimiento preventivo, que tenga suscritos el centro, independientemente del presente contrato. Asimismo, deberá cargar los planes de mantenimiento en el software de gestión y velar por su cumplimiento.

-REGISTRO DE TODAS LAS OPERACIONES. El adjudicatario registrará las operaciones de mantenimiento, así como, las Alertas Productos Sanitarios e Incidentes Adversos en software GMAO, desde el inicio de la solicitud hasta su correspondiente cierre. Se entenderá, por incidente adverso, cualquier disfunción, alteración de las características o de las prestaciones de un equipo, así como, cualquier deficiencia del etiquetado o de los documentos de acompañamiento que pueda o haya podido dar lugar a la muerte o al deterioro grave de salud de un paciente o de un usuario.

4. CONDICIONES TÉCNICO - FUNCIONALES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO / PRESTACIONES INCLUIDAS.

Se definen en este apartado las actuaciones que el contratista está obligado a realizar sobre los equipos amparados por este contrato y que servirán de punto de partida en la relación contractual con el Órgano de Contratación.

4.1. ACTUACIONES SOBRE EL INVENTARIO

Sin perjuicio de garantizar las actividades de mantenimiento desarrolladas en este Pliego, así como, las obligaciones contractuales del adjudicatario desde el primer día de puesta en marcha del contrato, el adjudicatario deberá llevar a cabo en los Centros previstos en el apartado 1 y durante un período máximo de 2 meses a contar desde la fecha del inicio del contrato, las siguientes actuaciones:

1. La revisión del inventario de los equipos objeto del contrato en colaboración con la Unidad Responsable asignada por el Hospital correspondiente, con desglose, entre otros, de los siguientes campos siguiendo el sistema de nomenclatura del equipamiento electromédico GMDN (Nomenclatura Global de Productos Sanitarios):

ELEMENTO	BREVE DESCRIPCIÓN
Número de identificación (Inventario)	Único por equipo
Número de identificación raíz (Inventario)	Único por equipo. Objetivo agrupación funcional
Tipo de equipo	Según GMDN
Descripción	Según su función
Modelo	Asignado por el fabricante

ELEMENTO	BREVE DESCRIPCIÓN
Número de serie	Asignado por fabricante. Único por equipo
Fabricante	Nombre y contacto
Distribuidor	Nombre y contacto
Servicio postventa	Nombre y contacto
Empresa mantenedora	Nombre y contacto
Clasificación RD1591/2009	Clase I, IIa, IIb o III
Ubicación física	Que permita su fácil localización
Estado	Activo / No activo (razones)
Fecha de alta en registro	Alta en base de datos
Fecha de actualización	Última modificación de datos
Requisitos de funcionamiento	Requisitos de uso y mantenimiento
Criticidad del equipo	Resultado de análisis de criticidad
Versión software y firmware	Última versión
Departamento propietario	Contacto del departamento
Persona responsable	Responsable por departamento
Fecha de compra	Útil para depreciación / obsolescencia
Coste de adquisición	Útil para depreciación/patrimonio
Fecha vencimiento garantía	Seguimiento de la garantía
Fecha de instalación	Base del historial de mantenimiento
Resultado pruebas aceptación	Base del historial de mantenimiento
Calendario mantenimiento preventivo	Periodicidades mantenimiento preventivo
Procedimientos mantenimiento preventivo	Gamas mantenimiento preventivo
Fecha calibración	Última calibración si es pertinente
Fungible asociado	Referencias asociadas
Accesorios asociados	Referencias asociadas
Año de fabricación	Útil para determinar obsolescencia
Vida útil prevista	De funcionamiento seguro y eficaz
Otra información relevante	Otros datos de interés para el Centro

2. El adjudicatario elaborará una ficha para cada equipo electromédico objeto del contrato, que deberá contener:

- Manuales técnicos y de usuario.
- Instrucciones de implantación, explotación y mantenimiento.

Una vez revisado el inventario, éste se registrará en el Sistema de Gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador (GMAO) dentro del plazo máximo de 2 meses a contar desde la fecha del inicio del contrato y servirá de base para la planificación de tareas y procedimientos de mantenimiento desarrolladas en el presente Pliego. Una vez finalizado dicho plazo, si el adjudicatario no presenta dicha revisión en los términos descritos, se aplicará la penalidad correspondiente pudiendo ampliarse dicho plazo sin aplicar penalidad alguna, en caso de que, el Hospital entienda que la demora incurrida no es imputable al adjudicatario. En cualquier caso, se deberá establecer por parte del Centro un límite ineludible en dicho plazo, a partir del cual, se aplicará la penalidad correspondiente. Asimismo, y dentro del mencionado plazo, se realizarán las siguientes actuaciones:

- Se planificarán, igualmente, las necesidades para una efectiva gestión de stock de consumibles por parte del adjudicatario y piezas de repuesto, así como, para un control de tareas del mantenimiento correctivo y técnico legal adecuado.

- Asimismo, el adjudicatario, al mismo tiempo que revisa el inventario, y en el mismo plazo, llevará a cabo la comprobación de las condiciones iniciales de funcionamiento de los equipos, incorporando al mencionado informe de inventario los defectos observados y las propuestas tendentes a solucionar los problemas detectados. Todo aquello que no quede reflejado en este informe supondrá la aceptación tácita por parte del adjudicatario de que el equipamiento analizado no presenta ningún defecto. El informe se elevará a la Dirección del Hospital, o persona Responsable, que se designe por parte de esta, que será el encargado de su aprobación.

Una vez aprobado el informe se considerará definitivo y se recogerán en un documento vinculante todas las actividades que, por ambas partes, se llevarán a cabo para solventar las deficiencias detectadas. Se adjuntarán a este documento los resultados de las pruebas realizadas, así como, las sustituciones de materiales realizadas, con un apartado de conclusiones donde se deberán reflejar las cuestiones más relevantes de la revisión y que deban ser tenidas en cuenta.

Tras la aprobación del informe definitivo, el adjudicatario realizará todas aquellas actuaciones que se encuentren recogidas en el mismo, estableciéndose por parte del Responsable asignado del Hospital un plazo para ello, en consonancia con el alcance de las actuaciones. Ello, quedará recogido en un acta de conformidad por ambas partes, contemplándose la penalidad correspondiente en caso de incumplimiento por parte del adjudicatario.

4.2. PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

Durante la fase de puesta en marcha del servicio, el adjudicatario aportará en el período máximo de 2 meses a contar desde la fecha del inicio del contrato, los planes de mantenimiento que se describen en el apartado 4.4, así como, aquellos otros que considere necesarios para su aprobación por parte del RCAC. El incumplimiento de este requisito conllevará la penalidad correspondiente.

Una vez transcurrido dicho plazo, comenzará la implantación del Plan de Mantenimiento, teniendo en cuenta la situación previa al inicio de éste, en cuanto a las periodicidades de aplicación del mantenimiento en cada equipo, de tal manera que, las fechas de las revisiones de cualquier tipo no se alterarán y se mantendrán según lo previsto antes de la entrada en vigor del contrato.

La fase de puesta en marcha del servicio finalizará una vez se encuentren disponibles los planes de mantenimiento del servicio y se hayan realizado todas las actuaciones derivadas del informe definitivo y, como máximo, deberá de concluir en el plazo de seis meses a contar desde la fecha del inicio del contrato.

4.3. DESARROLLO DEL CONTRATO

La empresa adjudicataria, durante el período de ejecución del contrato, debe mantener actualizado el inventario de equipamiento contemplado en el Anexo I, con la obligación de comunicar al RCAC, en formato electrónico, todos aquellos equipos que se hayan dado de baja, así como, aquellos equipos no inventariados encontrados, indicando su situación entre las siguientes:

- a) Activo incluido en el contrato; existente al momento del anuncio de licitación.
- b) Activo incluido en el contrato; adquirido por el centro durante el periodo de tiempo transcurrido entre la fecha de publicación de la licitación y el inicio del contrato.
- c) Activo incluido en el contrato; adquirido a posteriori del inicio del contrato.

- d) Activo en modo cesión/donación.
- e) Activo en régimen de préstamo.
- f) Activo de procedencia desconocida.

Además, tiene la obligación de transmitir los datos de identificación del equipo (como mínimo: denominación, marca, modelo, número de serie, ubicación y servicio). Se remitirá mensualmente al RCAC, un informe con las modificaciones encontradas. El plazo de presentación del informe será de siete días naturales, a mes vencido, siendo la fecha de comienzo la correspondiente a la firma del contrato.

4.4. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO

a. Mantenimiento durante el período de garantía.

Durante el periodo de garantía de los equipos, el adjudicatario estará obligado a prestar el mismo nivel de servicio que el determinado para el equipamiento no incluido en Anexo I según se especifica en apartado 3. Una vez terminado este plazo de garantía, estos equipos se incorporarán a la modalidad integral objeto del presente contrato.

b. Mantenimiento Preventivo.

El adjudicatario se compromete a la realización del mantenimiento preventivo de acuerdo con los protocolos que el fabricante tenga establecidos para cada línea de equipos que serán facilitados y pactados con RCAC al inicio de cada ejercicio anual.

Este mantenimiento se realizará sobre los equipos objeto del contrato definidos en Anexo I y cumplirán las siguientes condiciones mínimas:

- Se detallará para cada línea de equipos, el número de revisiones anuales y su duración según especificaciones del fabricante, en la que se incluirán, mediciones, comprobaciones, regulaciones, calibraciones, ajustes, reglaje, engrases, test de seguridad eléctrica, kits de mantenimiento preventivo, materiales necesarios, así como, todas aquellas acciones que tiendan a asegurar un estado óptimo de los equipos desde el punto de vista funcional, de seguridad, rendimiento energético e incluso de protección del medio ambiente. Se adjuntará a la ficha de inventario del equipo, el chek-list de actuaciones a realizar, según el protocolo establecido. Queda terminantemente prohibida la modificación de un equipo, o de sus componentes, respecto a su diseño original sin autorización expresa del fabricante o diseñador.
- Dentro del Plan de Mantenimiento Preventivo, se definirán en el protocolo de mantenimiento preventivo a ejecutar las acciones y comprobaciones a llevar a cabo sobre el equipamiento objeto de mantenimiento, la periodicidad y el alcance de éstas (materiales empleados y/o sustitución de kits de mantenimiento, lista de chequeo, calibraciones, control de seguridad, calidad y herramientas necesarias). Este Plan deberá entregarse en un plazo de 2 meses desde la fecha de inicio del contrato. El incumplimiento de su entrega conllevará la s penalidad correspondiente.

El plan de mantenimiento definido será consensuado con RCAC, aprobado por el centro e implantado. Sólo podrá ser modificado en las mismas condiciones en las que fue aprobado. Desde el GMAO debe ser posible consultar el plan de mantenimiento de los equipos en diferentes agrupaciones:

- Por equipo.
- Por familias o denominaciones homogéneas.

- Por área o Grupo Funcional Hospitalario.
- Planificaciones diarias, semanales, mensuales, trimestrales, anuales u otra periodicidad de rango superior.

Se entiende que todos los trabajos de mantenimiento preventivo sobre los equipos se realizarán conforme a la normativa vigente durante toda la ejecución del contrato. Cualquier variación que se produzca sobre el calendario de mantenimiento preventivo pactado deberá ser comunicada por escrito al adjudicatario con, al menos, 15 días de antelación.

El Mantenimiento preventivo comprende, también, aquellas actuaciones cuya finalidad sea la comprobación de las prestaciones de los equipos y realización de ajustes, eliminación de residuos y correcciones que sean necesarias a juicio del adjudicatario para lograr que el equipo esté dentro de sus especificaciones técnicas y las mismas se mantengan en óptimo estado hasta la siguiente visita de inspección.

El mantenimiento preventivo incluye la sustitución de todos aquellos materiales que, por recomendación del fabricante, instalador o representante autorizado establezca que sea necesario su cambio. En todos los casos el precio de los materiales que haya que sustituir está incluido en el precio total del contrato.

El adjudicatario hará las revisiones en un horario pactado con el RCAC sin interferencia en la actividad asistencial. En caso de ser imposible la realización de la revisión en horario compatible con la asistencia, los equipos deberán ser sustituidos por otros de idénticas características durante la intervención.

Finalizado el mantenimiento preventivo, se entregará al RCAC, el protocolo en formato en papel, que será cumplimentada y firmada por el técnico de presencia física asignado al Hospital y anexada a la hoja de trabajo del adjudicatario indicando todos aquellos problemas encontrados y las acciones correctoras llevadas a cabo. Las hojas de trabajo deberán identificar perfectamente el equipo objeto de la intervención, su ubicación, tiempo empleado y materiales utilizados, cualquier observación o recomendación que estimen oportuna y confirmación explícita de que consideran que el aparato queda en condiciones correctas de funcionamiento y seguridad, así como, indicar si es necesaria la intervención del servicio de Protección radiológica del centro de acuerdo con la legislación vigente. Asimismo, esta información será entregada en soporte digital.

c. Mantenimiento Conductivo.

Diariamente, excepto festivos y domingos, se realizarán los trabajos de mantenimiento consistentes en las comprobaciones rutinarias, continuadas y precisas, de recogida de datos, o aquellas que permitan asegurar en cada momento, que los equipos se encuentran operativos y en óptimo estado de funcionamiento y supondrán fundamentalmente tareas de:

- Análisis, comprobación y toma de datos en equipos críticos (anestesia, respiradores, y monitores).
- Revisión diaria de parámetros de funcionamiento en instalaciones y equipos de: Quirófanos, Reanimación y cualquier otro equipamiento que dictamine el RCAC.
- Arranque y funcionamiento continuado de equipamiento electromédico en quirófanos y salas/instalaciones de alto riesgo. Se revisará al principio de cada jornada todos los equipos vitales de estas áreas que vayan a ser utilizados durante el transcurso de la misma.

Durante el plazo de 2 meses computados a partir de la fecha de inicio del contrato, el adjudicatario presentará al RCAC un procedimiento de ejecución de las revisiones diarias necesarias. El incumplimiento de esta entrega conllevará la penalidad correspondiente.

d. Mantenimiento Correctivo.

Se define como la corrección de las averías que se produzcan para garantizar el buen estado de conservación y uso de los equipos tendentes a su reparación y puesta en servicio, en los plazos más exigüos posibles, sin coste alguno para el Hospital. En resumen, en el mantenimiento correctivo se incluyen las situaciones que se indican:

- Las averías que se detecten durante una revisión preventiva.
- Las averías detectadas en el intervalo entre dos revisiones preventivas.
- Las averías que sean fruto de los avisos recibidos.
- Las correcciones propuestas por el adjudicatario y debidamente autorizadas por el RCAC.

Todas las actuaciones de mantenimiento correctivo, salvo emergencias, deberán ejecutarse respetando los procedimientos establecidos para estas actuaciones por el RCAC. No obstante, cada licitador en su oferta indicará su metodología de mantenimiento correctivo aplicable para este contrato.

Si las reparaciones implicaran parada de equipos o instalaciones, o riesgo de parada sobre otras instalaciones subsidiarias en marcha, se requerirá la autorización previa (salvo emergencias), de la RCAC o persona en quien delegue explicando las causas y las medidas que se pretenden tomar y serán realizadas en los horarios más idóneos determinados por el mismo, permitiendo flexibilizar la jornada laboral de los técnicos destinados al servicio. Las actuaciones para este tipo de mantenimiento han de cumplir, entre otros los siguientes puntos:

Horario de cobertura:

Se requerirá la presencia física de técnicos en el Hospital de 07:00 a 21:00 horas, de lunes a viernes y sábados de 09:00 a 14:00 horas. El resto de horas del día, no cubiertas con presencia física de personal técnico, incluyendo domingos y festivos, se requerirá de un servicio de guardia localizada. Las personas que estarán autorizadas a hacer uso de este servicio, fuera del horario normal, será el RCAC o a quién designe. En caso de recibir una llamada, el técnico que preste el servicio de guardia localizada estará obligado a presentarse en el Hospital para atender de primera mano la incidencia. El adjudicatario deberá entregar a el responsable de la ejecución de este servicio del centro hospitalario una relación de las guardias localizadas mensualmente, y comunicar si hay cambios por bajas, sustituciones, etc. que deben ser ratificados por el centro

Tiempos de respuesta y de resolución:

El tiempo de respuesta y de resolución a la solicitud de prestación, será como máximo el establecido en la siguiente tabla en función de la clasificación del equipamiento señalada en Anexo I:

CLASIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	TIEMPO MÁXIMO DE RESPUESTA EN HORAS	TIEMPO MÁXIMO DE RESOLUCIÓN EN HORAS
NORMAL	24	120
URGENTE	1	24
CRÍTICO	0,5	6

Fuera del horario laboral, indicado anteriormente, el tiempo máximo de respuesta será de 1 hora.

Como premisa fundamental cualquier avería deberá ser resuelta en los plazos indicados anteriormente en función de la criticidad, contados a partir de la recepción del aviso. En casos especiales, se deberá justificar la demora a partir de superar los plazos máximos definidos.

- **Disponibilidad:**

El adjudicatario debe garantizar un porcentaje de operatividad-disponibilidad del equipamiento contratado, computándose éste en base a 365 días naturales anuales y 24 horas al día (calculando el porcentaje que representan las horas de parada total o parcial del equipo sobre las horas totales del periodo considerado menos las dedicadas a mantenimiento preventivo). Para cada uno de los equipos se establece como mínimo un 95 %. Ésta se promediará mensualmente, generando la correspondiente penalidad su incumplimiento.

Seguidamente se definen una serie de puntos mínimos que se deben de cumplir por parte del adjudicatario en la metodología que se aplique al servicio que vaya a prestar:

- Teniendo en cuenta la obligatoriedad que tiene el adjudicatario de reparar toda avería que se produzca en los equipos amparados por este contrato, en el caso de que ésta no fuera posible técnicamente, se justificará a través del fabricante del equipo o, en su defecto, por servicio técnico oficial y se procederá a proponer la baja de este al RCAC.

También cuando el importe de los repuestos y/o reparación superase el 60 % del valor de adquisición del equipo en cuestión, el adjudicatario podrá proponer la baja de éste. En el caso que al Hospital le interesase repararlo se haría mediante presupuesto previo aprobado, asumiendo el 60 % del coste de la reparación, la empresa adjudicataria. El adjudicatario, en caso de no ser el encargado de la reparación, será el responsable de tramitar y realizar el seguimiento de la reparación una vez aceptado el presupuesto por el Hospital. Asimismo, deberá realizar las reclamaciones pertinentes a los proveedores en caso de que el equipo no quede funcionando de forma satisfactoria en idénticas condiciones a las de antes de averiarse.

- El personal técnico del adjudicatario, con presencia física en el Hospital, participará activamente en el montaje y adaptación de las instalaciones nuevas, así como, en pruebas de recepción y aceptación y en el desmontaje de los existentes, cuando lo requiera el RCAC.

Cada vez que se produzca una intervención del adjudicatario, deberá cumplimentarse la hoja de trabajo tipo, que será cumplimentada por el personal técnico de presencia física asignado al Hospital, firmada por ambos y anexada a la hoja de trabajo del adjudicatario, que en el mismo día de la intervención entregarán al RCAC debiendo incluir obligatoriamente el conforme legible del solicitante de la intervención del Hospital, incluyendo, al menos, la siguiente información:

- Número de reparación que se comunicará en el momento de dar el aviso.
- El equipo objeto de la intervención y su ubicación.
- Diagnóstico de la avería y causa (si no ha sido fortuita, medidas que recomiendan para evitar su repetición).
- Las acciones correctivas llevadas a cabo y una confirmación explícita de que equipo queda en condiciones correctas de funcionamiento y seguridad.

- Tiempo empleado y firma legible del técnico o técnicos. Se deben de indicar claramente las horas de inicio y fin de la reparación.
- Materiales utilizados y valoración de estos.
- Coste estimado de la totalidad de la orden de trabajo, a efectos de gestión contable.
- Códigos de cierre que el Hospital estime oportuno incluir.
- Informe de mantenimiento emitido por empresa reparadora, en caso de que el trabajo se haya subcontratado.

Después de cada intervención correctiva, que pueda incidir en los parámetros de control y funcionalidad del equipo, antes de que se aplique en pacientes, el adjudicatario realizará un test de seguridad eléctrico y funcional indicando bajo su responsabilidad en la hoja de trabajo que el equipo se encuentra en condiciones correctas de funcionamiento y seguridad.

e. Mantenimiento Técnico-Legal.

El mantenimiento Técnico – Legal será realizado sobre los equipos que, de acuerdo con las especificaciones de la legislación, reglamentos, directrices, normas o recomendaciones, industriales o sanitarias, tanto de carácter general, comunitario, nacional o autonómico, lo requieran. Esta condición tendrá vigencia durante toda la duración del contrato.

El adjudicatario será responsable de elaborar, actualizar, cumplimentar y legalizar correctamente los Manuales Oficiales de Mantenimiento Técnico – Legal en el que se analicen e identifiquen los equipos afectados y el sistema operativo a desarrollar desde el punto de vista de deficiencias, tareas y documentación para llevar a cabo las acciones necesarias. Su elaboración y entrega se llevará a cabo en un plazo de 2 meses computados a partir de la fecha de inicio del contrato. Además, todas las acciones a emprender quedarán reflejadas en las bases de datos correspondientes. El incumplimiento de esta entrega conllevará la penalidad correspondiente.

Debe ser posible sacar calendarios de técnico legal por familias, por GFH, por equipo/instalación. Debe ser posible sacar también agrupado por días, semanas, meses, trimestres o años, enviando al responsable designado por el centro sanitario, trimestralmente un cronograma de actuaciones.

Se incluye en el mantenimiento Técnico – Legal, las inspecciones periódicas a realizar por las empresas colaboradoras de la Administración competente, en orden al cumplimiento de la normativa vigente, por lo que, de no serlo, el adjudicatario deberá contratar con las mismas a efectos del riguroso cumplimiento de las normas y sin que ello suponga gasto adicional para el Hospital.

Asimismo, se realizarán las comprobaciones y calibraciones que dimanen de planes de aseguramiento de la calidad según normas ISO, EFQM. implantadas en los Servicios Asistenciales del Hospital.

Será responsabilidad del adjudicatario la notificación al RCAC de cualquier cambio de la legislación que pudiera tener lugar durante la vigencia de este contrato, que obligará a la modificación total o parcial de los equipos incluidos en el ámbito de este contrato de mantenimiento. Si no realizase esta notificación al responsable del Hospital y, como consecuencia de la no adaptación, le fuera impuesta alguna indemnización o cualquier tipo de sanción, el importe de esta le será descontado de la facturación a la/s empresa/s adjudicataria/s. En el caso de que ésta no fuera suficiente, se incautará el importe de la garantía.

4.5 GESTIÓN, INFORMATIZACIÓN Y EMISIÓN DE INFORMES DEL SERVICIO CONTRATADO.

El adjudicatario se hará cargo de documentar la gestión del contrato en GMAO (Gestión del Mantenimiento Asistido por Ordenador). Si en algún momento de la vida del contrato se decidiera implantar una solución diferente, el adjudicatario deberá facilitar al RCAC toda la información necesaria en soporte documental e informático e introducir los datos en el programa de gestión informatizada que el Hospital establezca para la gestión del servicio.

El adjudicatario debe presentar al RCAC, un informe con periodicidad mensual en el soporte informático correspondiente, que permita obtener la información necesaria de diferentes maneras: por equipo, por tipo de avería, por intervalos de tiempo, por servicio y que contenga, al menos, la siguiente información:

- Relación de averías (ficha histórica por equipo), actuaciones de mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo y técnico legal, tiempos empleados, materiales utilizados, averías repetitivas, causas y acciones correctoras efectuadas.
- Relación de todos los materiales de repuesto sustituidos por tipo de mantenimiento y equipo electromédico, detallando su descripción, referencias e importes.
- Una valoración del estado de adecuación y conservación de cada equipo.
- Mantenimiento Correctivo: Órdenes de trabajo realizadas durante el periodo y las restantes (de forma acumulativa) detallando el estado de avance de la gestión, explicando el motivo de la no realización.

El plazo de presentación del informe será de siete días naturales, a mes vencido, siendo la fecha de comienzo la correspondiente a la firma del contrato.

Asimismo, se incluirá, en los mismos términos descritos, informes relacionados con la gestión de mantenimiento correctivo, incorporando:

*Tiempos de respuesta, de reparación para cada una de las solicitudes de mantenimiento correctivo y el medio mensual.

*Porcentaje de disponibilidad de cada uno de los equipos y el medio mensual.

*Relación entre el número de solicitudes de intervención recibidas y el número de órdenes de trabajo realizadas o terminadas.

- Mantenimiento Preventivo: Órdenes de trabajo realizadas durante el periodo y las planificadas sin realizar, detallando el estado de avance de la gestión, explicando el motivo de la no realización.
- Sugerencias para un mejor rendimiento de los equipos.
- Relación de trabajos subcontratados desglosando tipo de mantenimiento, materiales empleados, descripción del trabajo efectuado e información del proveedor.
- Análisis de resultados y desviaciones respecto a los parámetros de tiempos de respuesta y disponibilidad obtenida con relación a los especificados en contrato.

4.6 MEDIOS PERSONALES

La empresa adjudicataria deberá disponer de los recursos humanos necesarios para la correcta prestación del servicio objeto de este contrato, que será desarrollada por un equipo técnico que el licitador deberá indicar en su oferta y que constará de:

1 Responsable Técnico con, al menos, 5 años de experiencia y una de las siguientes titulaciones oficiales:

- Grado de Ingeniería electrónica, bioingeniería, electrotecnia, informática o equivalente.
- Ingeniería Técnica en electrónica, electrotecnia, informática o equivalente.

1 Técnico con, al menos, 5 años de experiencia y deberá poseer alguna de las siguientes titulaciones oficiales:

- FPII o ciclo formativo de grado superior en alguna de las siguientes especialidades: electromedicina, electrónica, electricidad, informática o equivalente.
- Certificado de profesionalidad de nivel 3 (Título Oficial) según el R.D. 1224/2009 en Planificación, gestión y supervisión de instalación de sistemas de electromedicina y sus instalaciones asociadas.

Cualquier titulación técnica oficial superior a las anteriores del ramo de electricidad, electrónica o telecomunicaciones será, también, válida.

Asimismo, el licitador definirá en su oferta el número, la estructura organizativa y el perfil profesional, relacionado con el mantenimiento electromédico, de cada uno de los miembros del equipo de respuesta rápida que prestará apoyo al servicio cuando sea necesario.

En caso de enfermedad, vacaciones u otras situaciones análogas, el adjudicatario tomará las medidas oportunas para mantener siempre el número total de trabajadores asignados, cubriendo totalmente la presencia física. Además, en caso de requerirse durante la vigencia del contrato cualquier cambio, o sustitución, del personal adscrito, esta se realizará mediante propuesta al RCAC de forma previa. El nuevo personal propuesto deberá cumplir, en todo caso, con las condiciones mínimas exigidas en este pliego y con aquello que hubiera sido ofertado.

En general, todo el personal de la adjudicataria al momento de llevar a cabo su actividad irá perfectamente identificado y uniformado con el nombre de la empresa.

La empresa adjudicataria queda obligada y será responsable de que todo el personal propio o subcontratado que emplee para la ejecución de los trabajos contratados esté de Alta en la Seguridad Social, obligándose, asimismo, a cumplir con dicho personal toda la legislación laboral vigente. Todos los gastos de carácter social, así como, los relativos a tributos del referido personal serán por cuenta del adjudicatario. La empresa adjudicataria será responsable ante los organismos correspondientes de los accidentes que pudieran sobrevenir a su personal (sea propio o subcontratado), por el ejercicio de su profesión en el marco del presente servicio.

El personal que, por su cuenta, aporte o utilice la empresa adjudicataria, no podrá tener vinculación alguna con el Servicio Madrileño de Salud, por lo que no tendrá derecho alguno respecto al mismo, ni en su virtud con respecto a los centros sanitarios, toda vez que, depende única y exclusivamente del contratista, el cual, tendrá todos los derechos y deberes respecto de dicho personal, con arreglo a la legislación vigente y a la que en lo sucesivo se promulgue, sin que en ningún caso resulte responsable la parte contratante de las obligaciones del

contratista respecto a sus trabajadores, aun cuando los despidos y medidas que adopte sean consecuencia directa e indirecta del cumplimiento e interpretación del contrato.

Asimismo, dotará al referido personal de todos los medios de seguridad necesarios, obligándose a cumplir con el mismo toda la legislación de higiene y seguridad en el trabajo. La relación de estos medios se incluirá en la oferta técnica, y una vez firmado el contrato se verificará por el responsable del contrato del centro sanitario. En este aspecto el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del adjudicatario deberá establecer con el RCAC, los cauces de colaboración y coordinación de actividades empresariales en materia de seguridad, a tal efecto se seguirá el Protocolo de Coordinación de Actividades Empresariales del Hospital.

4.7 MEDIOS MATERIALES Y TÉCNICOS

El adjudicatario aportará sin exclusión alguna todas y cada una de las piezas, repuestos, componentes, kits de mantenimiento necesarios para la mejor resolución de las averías que se produzcan en los equipos, así como, para la realización de los mantenimientos preventivos, técnico legales y controles de calidad que, por normativa o por recomendaciones de fabricante sean necesarios, como por ejemplo: equipos de ventilación, mesas de anestesia, equipos de esterilización, cabinas de flujo laminar, mesas de tallado o cabinas de seguridad química.

El adjudicatario debe garantizar en todo momento el stock mínimo de piezas necesario para el cumplimiento de este contrato.

Serán de cuenta del adjudicatario los desplazamientos necesarios para la ejecución del contrato, así como, el transporte de equipamiento para su reparación.

- Materiales Incluidos:

Todos los necesarios para desarrollar las funciones de este contrato, pudiéndose relacionar, a título orientativo y no exhaustivo, los siguientes:

- Componentes, partes y piezas en los que se empleen soluciones de tipo: mecánico, neumático, hidráulico, eléctrico, electrónico, magnético, óptico o químico; incluyendo las soluciones complejas en las que intervengan cualquiera de sus combinaciones.
- Hardware y Software de los dispositivos médicos necesarios para su reparación.
- Aquellos que el fabricante señale como materiales a reponer en las revisiones de mantenimiento preventivo del equipo.
- Transductores.
- Sondas (como por ejemplo las de los equipos de ultrasonidos).
- Baterías sin excepciones.
- Cables, manguitos, adaptadores, válvulas y sensores que formen parte integrante del equipo.
- Filtros de cabinas de Flujo laminar, seguridad química y mesas de tallado.

- Los aparatos y ópticas de endoscopia rígida y flexible incluidas en Anexo I.
- Cables que forman parte integrante del dispositivo médico.
- Cables bipolares.
- Cables de paciente.
- Carcasas.
- SAIs de estaciones de trabajo y consolas de operador.
- Sistemas de refrigeración propios del dispositivo médico.
- Válvulas electrónicas.
- Detectores y fotodetectores.
- Fotomultiplicadores.
- Productos químicos o de origen-bacteriológico que formen parte del proceso de ajuste o calibración de los equipos.
- Cadenas de imagen.
- Tubos de RX y de vacío.
- Generadores.
- Transformadores de alta.
- Intensificadores de imagen.
- Sensores de varios usos (O2, CO2, Flujo, Hidrógeno, Temperatura, Hr, SPO2..)
- Lámparas de los dispositivos médicos.
- Electrodo.
- Colimadores.

Todos los repuestos necesarios para el desarrollo de los trabajos objeto de esta contratación, deberán ser repuestos originales, homologados y/o autorizados por los fabricantes mediante el correspondiente certificado de compatibilidad.

- **Materiales Excluidos:**

Quedarán excluidos de la presente contratación los siguientes materiales:

- Material fungible: Aquel cuya existencia termina con el uso parcial, o total, del mismo, para el cual, no se distingue su individualidad. En definitiva, no se utiliza en más de un paciente, ni varias veces en el mismo paciente, como papel, películas, discos, boquillas, electrodos desechables.
- Todo tipo de papel de ECG's, EEG's, Faxes, Impresoras.
- Material de un solo uso. Cualquier elemento cuyo uso no permita su reutilización
- Contrastes.
- Reposición de instrumental quirúrgico.
- Todo tipo de material fotográfico, como películas, chasis radiográficos.

Cada adjudicatario, además, deberá disponer de los más avanzados equipos de diagnóstico y de todas aquellas herramientas y equipos de medida y control que sean necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades propias del contrato, tales como:

- Osciloscopios digitales.
- Simuladores de señales.
- Calibradores de la totalidad equipamiento incluido en Anexo I.
- Analizador de redes eléctricas de baja tensión.
- Registrador de señales eléctricas: tensión, intensidad y temperatura.
- Simulador de señales.
- Contadores Geiger.
- Medidores de fugas y resistencia eléctricas.
- Polímetros digitales y analógicos.
- Generadores y simuladores de señales.
- Dosímetros.
- Frecuencímetros.
- Sonómetros, luxómetros.

- Fuentes de alimentación.
- Equipamiento de medición de seguridad eléctrica de equipos electromédicos.
- Contador de partículas de presencia en el aire.
- Detector de concentración de gases anestésicos.
- Herramienta en general.

En la oferta técnica se detallarán:

- Herramientas de mano para cada uno de los operarios, así como, las herramientas del taller necesarias para el perfecto cumplimiento del desarrollo de la actividad objeto del servicio.
- Instrumentación de medida y control, necesaria en las tareas de mantenimiento electromédico. La homologación y calibración de este instrumental.
- Medios de comunicación internos y externos.
- Equipamiento HW y SW necesario para la gestión informatizada del servicio.
- Medios de transporte.

- **Otros requerimientos técnicos:**

El personal asignado por el adjudicatario proporcionará los conocimientos técnicos necesarios a los usuarios designados por el centro, sobre las instalaciones y equipos para uso médico, de acuerdo con las directrices que establezca el RCAC. Entregará a solicitud del centro un plan detallando contenido técnico de reuniones o sesiones, con el fin de mantener actualizado los conocimientos técnicos de los usuarios. Estas actividades estarán orientadas a orientar técnicamente la puesta en marcha de los nuevos equipos, así como a actualizar de forma permanente de los conocimientos necesarios para los usuarios en cuestiones de funcionamiento, operatividad, optimización y seguridad en el uso del equipamiento instalado.

4.8 GESTIÓN DE ALMACÉN Y REPUESTOS.

La gestión y almacenaje de todos los materiales y repuestos, correrá a cargo de la empresa adjudicataria, que deberá mantener un adecuado stock de estos para conseguir la máxima rapidez en las reparaciones. Los licitadores propondrán la organización que consideren más oportuna para la gestión de almacén y repuestos, en la oferta técnica, y posteriormente a la firma del contrato será aprobada por el RCAC. Dicha gestión deberá estar informatizada, integrada y asociada cuando el centro lo considere necesario, facilitando la misma a la aplicación de la gestión del mantenimiento. La finalidad es permitir la trazabilidad y tener conocimiento por el centro de los repuestos utilizados, destino, fecha y materiales en stock.

Se debe mantener un stock de repuestos coherente con la mantenibilidad de los niveles de respuesta y calidad impuestos en este Pliego. Se deberán respetar el stock de seguridad y el stock máximo previsto en todos los

supuestos, pero especialmente no habrá roturas de stock en aquellos repuestos cuya vida útil este definida por horas de uso o periodicidades programadas. El licitador propondrá un stock mínimo y máximo de equipos críticos.

En un plazo máximo de 2 meses, computados a partir de la fecha de inicio del contrato, se debe hacer entrega de un programa de stock de repuestos adaptado al inventario y criticidad de cada Hospital. El incumplimiento de esta entrega llevara consigo la penalidad correspondiente

5. OBLIGACIONES DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El adjudicatario deberá entregar un informe, al final de cada año del contrato, que incluya información de carácter técnico derivada de la propia actividad de mantenimiento, necesaria para la adecuada gestión y planificación del parque de equipos incluidos en el contrato. Cada informe incluirá, entre otra, la siguiente información técnica por equipo:

- Identificación: Marca, modelo, número de serie, número de inventario y fecha de instalación.
- Empresa mantenedora del equipo.
- Indicadores de uso y desgaste técnico:
 - Disponibilidad anual del equipo.
 - Número de incidencias registradas en el periodo.
 - Coste de mantenimiento individualizado.
 - Tiempos acumulados fuera de servicio.
- Indicadores de obsolescencia técnica:
 - Dificultades operativas en el mantenimiento habitual (acceso a repuestos, consumo energético elevado, adaptación a normativa vigente, etc.).
- Descripción funcional básica del equipo, con indicación del servicio clínico en el que se utiliza, sin entrar en valoraciones clínicas:
 - Tipo de pruebas o procedimientos para los que se emplea.
 - Alcance funcional y versión tecnológica.
 - Horario estimado de funcionamiento operativo.
 - Grado de obsolescencia

El plazo de presentación del informe será de siete días naturales, a año de contrato vencido, siendo la fecha de comienzo la correspondiente a la firma del contrato.

6. EXCLUSIONES.

Los servicios prestados en el presente contrato no incluyen las reparaciones por daños o problemas resultantes de:

- Catástrofes naturales, tales como inundaciones, terremotos, movimientos sísmicos, incendios.
- Guerra o atentados.
- Reparaciones, modificaciones o traslados realizados sin autorización previa del adjudicatario.

- Negligencia o fallos en las condiciones ambientales de trabajo del equipo, tales como aire acondicionado, control de humedad o limpieza si previamente han sido advertidas basándose en criterios técnicos razonados mediante la documentación apropiada.
- Efectos producidos por defectos en la red eléctrica, alimentación general o fuerza ajenas al adjudicatario.

7. MALOS USOS.

Se consideran malos usos a aquellas averías provocadas por un uso incorrecto, inapropiado o doloso del equipamiento. Cuando el adjudicatario detecte un mal uso, deberá realizar un informe detallado, incluyendo fotos si fuera necesario, indicando las causas y efectos. El plazo de presentación del informe será de dos días hábiles tras la comunicación de la avería por parte del adjudicatario.

Posteriormente, una vez resuelta la avería, deberá comunicarlo al responsable del contrato del centro y en su caso, previa autorización, con el personal del Servicio Médico o Unidad Clínica que haya provocado la avería para explicarle el correcto funcionamiento y manejo del dispositivo. Si carece de la información necesaria, deberá contactar con el fabricante o servicio técnico oficial.

Para afrontar estas averías, se establecerá una bolsa económica, por un valor máximo del 5% del importe de adjudicación.

El procedimiento se llevará a cabo de la siguiente manera:

- Todas las reparaciones que se realicen por averías provocadas por un uso incorrecto, inapropiado o doloso del equipamiento por el personal del Hospital, serán cubiertas por el adjudicatario mediante la bolsa creada para dicho fin, en un 50% del coste de reparación. Este coste de reparación se entenderá como el importe total de la reparación en caso de que la reparación se realice externamente, o del importe de material (excluida mano de obra) si la reparación la realiza el adjudicatario.
- El procedimiento que se deberá llevar, en todo caso, para que el coste de dichas averías sea asumido en dicho porcentaje, por la bolsa dispuesta a tal efecto, deberá contemplar el valor de la reparación. El adjudicatario deberá presentar presupuesto detallado, debiendo el centro aprobar previamente dicho presupuesto, una vez comprobada la idoneidad del importe presentado.
- En todo caso, no se admitirá el uso de la bolsa para la reparación de otras averías distintas a las previamente definidas como mal uso y que no se hayan previamente aprobado por el Centro de manera individualizada.
- En el caso en el que el presupuesto establecido para la Bolsa se haya agotado antes de la finalización del contrato, el coste de la reparación de averías ocasionadas por un uso incorrecto, inapropiado o doloso del equipamiento será asumido en su totalidad por el Centro, siguiendo el mismo proceso de aprobación previa.

8. ACTUALIZACIONES.

Las actualizaciones debidas a alertas de seguridad o mejoras del fabricante (FMI), independientemente de que se realicen por el fabricante según marca la legislación vigente, deberá gestionarlás el adjudicatario, tanto en el seguimiento, como su recepción y notificación al responsable del contrato.

Asimismo, cuando el fabricante notifique la necesidad de actualizar un equipo mediante instrucciones internas propias, igualmente deberán ser gestionadas por el adjudicatario.

9. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

La principal será la de cumplir todas las condiciones técnicas que se definen en este documento sobre los equipos objeto del contrato. Además, se indican las siguientes:

- Los compromisos contraídos y las obligaciones expresadas en este documento también serán de aplicación sobre los equipos que pudieran instalarse en el tiempo de vigencia del presente contrato.
- Confeccionar una lista de los materiales fungibles originales o, en su defecto, compatibles/equivalentes (aceptados como tal por el fabricante), puestos a disposición del contrato con su correspondiente precio, garantía y plazo de entrega mínimo.
- Si el adjudicatario, durante la ejecución del contrato y adicional a lo declarado al momento de la licitación, necesitase subcontratar a otras empresas especializadas del sector para efectuar trabajos o tareas para los que no cuenten con técnicos especializados, o para los que no se encuentre capacitado, podrá hacerlo comunicándolo previamente al RCAC. Esta subcontratación no implicará repercusión económica alguna sobre el contrato establecido.
- Si se subcontratan los servicios de un tercero, como consecuencia del incumplimiento de lo exigido en este pliego, serán por cuenta del adjudicatario.
- La sustitución de todo repuesto que pueda incidir en la pérdida de garantía de calidad, fiabilidad y seguridad de un equipo médico es enteramente responsabilidad del adjudicatario, debiendo asegurar que cumple perfectamente con lo especificado por el fabricante del equipo, las normas o recomendaciones que marquen los organismos competentes en cada momento.
- Bajo las directrices del RCAC participará en la recepción del equipamiento de nueva adquisición que vaya a ser objeto del contrato, en la recopilación de información técnica, alta en inventario y en el control de todos los parámetros funcionales y técnicos del equipo.
- Se podrá solicitar al adjudicatario el cambio de personal que preste sus servicios en el mismo si se considera que no cumplen las normas vigentes en los Centros, o bien por manifiesta y reiterada dejación y falta de colaboración en la prestación del servicio encomendado.
- Las actividades de mantenimiento, incluida la retirada de elementos averiados o inservibles y residuos procedentes de las revisiones y reparaciones de los equipos (baterías, filtros campanas, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos o gases refrigerantes), o los equipos dados de baja deberán ser gestionados por la empresa adjudicataria. Cualquier otra gestión deberá ser autorizada por el RCAC. Para aquellos equipos de rayos dados de baja la empresa adjudicataria gestionará a la inutilización del tubo de rayos X aportando el correspondiente certificado al servicio de Protección Radiológica del Hospital. El resto de los equipos se considerará residuos de aparato eléctrico y electrónico y se gestionará según lo establecido anteriormente.
- Indemnizaciones por daños: El adjudicatario será responsable de los daños que ocasione, por negligencia o dolo en la prestación del servicio, en los locales, las instalaciones o a los usuarios y responderá de sus indemnizaciones, pudiendo detraerse, en su caso, la compensación económica correspondiente de las facturas que el contratista presente. El adjudicatario será responsable de la calidad técnica de los servicios realizados, así como, de las consecuencias que se deduzcan para la administración contratante o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

10. OBLIGACIONES DEL CENTRO SANITARIO

- Pondrá a disposición del adjudicatario durante el período de vigencia del contrato, un local de suficiente amplitud para almacén y taller, con el objeto de que pueda desarrollar en las condiciones idóneas la actividad objeto del presente contrato; si bien el adjudicatario no adquirirá ningún derecho sobre el mismo, debiendo abandonarlo a la finalización del contrato. Será responsabilidad del adjudicatario acondicionarlo para poder prestar el servicio.
- Proporcionará a la empresa adjudicataria la energía eléctrica y agua.
- Facilitará el libre acceso a las salas o equipos, al personal de la adjudicataria, debidamente acreditado para el desempeño de sus funciones.
- Asimismo, facilitará toda la documentación técnica de la que dispone en la actualidad, si bien el adjudicatario deberán completarla o desarrollarla en su totalidad en el caso de que no exista. Toda la documentación obtenida quedará en propiedad del Hospital y estará a disposición de este en cualquier momento.

11. CONTROL E INSPECCIÓN DEL SERVICIO PRESTADO.

11.1. Controles internos de actividad.

Se basarán en el nivel de resolución establecido según la siguiente tabla, siendo los niveles de clasificación del equipamiento lo establecido en el Anexo I:

CLASIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	TIEMPO MÁXIMO DE RESPUESTA EN HORAS	TIEMPO MÁXIMO DE RESOLUCIÓN EN HORAS
NORMAL	24	120
URGENTE	1	24
CRÍTICO	0,5	6

- En relación con este control interno de actividad, si el adjudicatario estimase que no va a cumplir con los tiempos máximos de resolución estipulados, podrá previamente proponer la sustitución temporal de los equipos en su caso, por otros de características funcionales que deberán ser previamente aceptados previamente por el Centro. En este caso, no correrá el tiempo establecido en la tabla anterior de penalizaciones.

Todos los equipos de sustitución deberán ir acompañados por una declaración responsable de la empresa adjudicataria, en cuanto a que los mismos se encuentran en perfectas condiciones de utilización y que están sujetos a las revisiones en tiempo y forma que indica el fabricante. Asimismo, incluirán en dicha declaración que dichos equipos son propiedad del adjudicatario o, en su defecto, que han sido adquiridos mediante procedimientos puntuales legalmente establecidos. Esta documentación estará en posesión del adjudicatario, pudiendo el Centro demandarla en cualquier momento.

11.2. Controles internos de personal.

La empresa adjudicataria deberá proporcionar un sistema de control de fichaje con arreglo a la vigente legislación, que no sea manipulable y garantice la trazabilidad. Éste deberá poder identificar a los trabajadores a la entrada y a la salida de cada turno, así como también a lo largo de la jornada; debiendo garantizar la confidencialidad de los mismos y deberá estar conectado online y accesible en tiempo real al RCAC.

La implantación, puesta en marcha, mantenimiento y formación de esta aplicación correrá por cuenta del adjudicatario y se realizará en el plazo de 1 mes desde la fecha de inicio del contrato, siendo objeto de penalización su incumplimiento según lo establecido en este pliego.

En caso de inobservancia de lo previsto en este pliego respecto al personal, se aplicará la penalidad correspondiente. Se permitirá el acceso al responsable del centro a este programa y poder verificar el cumplimiento del contrato

12. PENALIZACIONES.

Se atenderá a lo especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

13. NORMATIVA A APLICAR.

Este contrato se ejecutará con arreglo a los requerimientos y condiciones que se estipulan en este Pliego de Prescripciones Técnicas y demás normativa legal de aplicación relativa a esta contratación incluida la que, en cada momento de este contrato, afecte a los equipos objeto de este.

14. DEFINICIONES PARA EL CONTRATO.

Finalidad prevista: La utilización a la que se destina el equipo, según las indicaciones proporcionadas por el fabricante, las características técnicas, las instrucciones de utilización y funcionamiento, y/o material publicitario.

Incidente: Cualquier disfunción o alteración de las características o de las prestaciones de un equipo, así como cualquier deficiencia del etiquetado o de los documentos de acompañamiento que pueda o haya podido dar lugar a cualquier tipo de riesgo.

Incidente adverso: Cualquier disfunción, alteración de las características o de las prestaciones de un equipo, así como cualquier deficiencia del etiquetado o de los documentos de acompañamiento que pueda o haya podido dar lugar a la muerte o al deterioro grave de salud de un paciente o de un usuario.

Mantenimiento: Conjunto de operaciones preventivas, correctivas realizadas por el personal técnico o el usuario necesarias para que un equipo se utilice y permanezca en funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante durante su periodo de utilización.

Mantenimiento Correctivo: Conjunto de actividades implicadas en la restitución de las condiciones operativas de un dispositivo médico, cuando éste ha sufrido una avería, con el fin de que su disponibilidad sea lo máxima posible y que pueda realizar las funciones requeridas, evitando consecuencias inaceptables

Período de vida útil: Período para el cual el fabricante dará soporte al equipo por medio de disponibilidad de repuesto, manuales, formación, etc.

Tiempo de respuesta: Definido como el tiempo transcurrido entre la comunicación de un incidente y/o avería o fallo hasta que el personal técnico está en disposición física para proceder a su resolución.

Tiempo de resolución: Tiempo transcurrido entre la recepción del aviso y la reparación total de la avería.

Tiempo máximo de respuesta: Tiempo máximo permitido en el presente pliego a partir del cual se establecerían las correspondientes penalizaciones.

Tiempo máximo de resolución: Tiempo máximo permitido en el presente pliego a partir del cual se establecerían las correspondientes penalizaciones.

Consumible/fungible. Aquel cuya existencia termina con el uso parcial o total del mismo, para el cual no se distingue su individualidad. No se utilizan en más de un paciente, ni varias veces en el mismo paciente.

Disponibilidad. Se define la parte en porcentaje, correspondiente al tiempo que un equipo está en condiciones de funcionamiento.

$$\text{Disponibilidad} = \left(1 - \frac{\text{Nº de Horas que el equipo está fuera de servicio}}{\text{Nº de Horas destinadas para hacer uso del equipo}} \right)$$

Para la determinación del índice, que se medirá en cómputo anual, se descontará el tiempo correspondiente a los mantenimientos preventivos programados. Se considera tiempo base de disponibilidad para el cálculo, el tiempo horario de la actividad asistencial en donde se encuentra ubicado el equipo.

A efectos del cálculo de la Disponibilidad, no se computarán como horas de parada aquellas que se produzcan como consecuencia de un uso negligente del equipo por parte del personal usuario o de personal ajeno a la empresa adjudicataria al igual que tampoco se tendrán en cuenta las paradas ocasionadas por incendio, inundación, accidente fortuito o catástrofe natural.

Disponibilidad garantizada: Valor máximo de disponibilidad permitido en el presente pliego, a partir del cual se establecerían las correspondientes penalizaciones.

Valor de reposición de un equipo en uso: Importe de adquisición de un equipo nuevo, de iguales o similares características, si en un momento dado se decidiera su compra.

Elaborado el Pliego de Prescripciones Técnicas correspondiente al “PA A/SER-019420/2026” y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 124, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación del Hospital Universitario Santa Cristina

RESUELVE

Aprobar el presente Pliego de Prescripciones Técnicas para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE ELECTROMEDICINA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA (PA A/SER-019420/2026).

El Director Gerente

Firmado digitalmente por VIDAL LACOSTA VÍCTOR
Fecha: 2026.09.14 15:50

INVEN HOSPI. AL	DENOMINACIÓN	MARCA	MÓDELO	N. SERIE	FECHA ADQUISICIÓN (d mm aaaa)	FECHA PUESTA EN MARCHA (d mm aaaa)	FECHA FIN GARANTÍA (dd mm aaaa)	COSTE DE ADQUISICIÓN	PABELLÓN/ UBICACIÓN	SERVICIO	CRÉDITO	SITUACIÓN OPERA. IVA ACUACIÓN E	FORMA ADQUISICIÓN
10008672	Agitador	GRICELL	MIXO-TUB	30.82-532	20/05/1997	20/05/1997		980 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008693	Agitador	COULTER	MIXER		05/02/1997	05/02/1997		1.150 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008699	Agitador	GRICELL	MIXO-TUB	30-103-658	2 /11/1990	07/01/1991		321 59 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008708	Agitador	HEIDOLPH	ROTAMAX 120	100202635	08/01/2003	08/01/2003		2.280 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008724	Agitador	SCIENTIFIC INDUSTRIES	VORTEX GEN E-2	100145	27/11/1998	27/11/1998		103 13 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009394	Agitador	HEIDOLPH	REAX-2000	69132344	19/12/2018	27/12/2018		300 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010027	Agitador	RAYPA	AG-2		0 /12/2009	01/12/2009		1.000 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010028	Agitador	HEIDOLPH	TCR 190	4090	01/12/2007	01/12/2007		2.400 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010053	Agitador	SELECTA	AGIMATIC REV-TFT	7000837652525	1 /11/2019	11/11/2019		1.034 55 €	EDIFICIO A		NORMAL	ALTA	COMPRA
10008696	Agitador con calefacción	SELECTA	AGIMATIC		34118	07/02/1997	07/02/1997	2.350 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008695	Agitador de placas	GRICELL		24-84-621		19/03/1997	19/03/1997	1.020 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008713	Agitador de placas	HEIDOLPH	VIBRAMAX 120	110404497	1 /03/2008	13/03/2008		2.050 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008921	Agitador de plaquetas	HELMER	PI-48		06/02/1997	06/02/1997		8.700 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008711	Agitador de tubos	GRICELL	MIXO-TUB	30-62-414	3 /12/2001	31/12/2001		940 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008728	Agitador de tubos	SCIENTIFIC INDUSTRIES	VORTEX GEN E-2	80424	2 /11/1998	27/11/1998		206 27 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010035	Agitador magnético	GIRALT	KOWELL	1767	3 /12/2001	31/12/2001		1.150 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008928	Agitador multiuso		D.P.C.		20/05/1997	20/05/1997		1.600 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008683	Agitador vortex	SELECTA	ROTABIT	2586 8	20/07/1992	10/11/1992		970 66 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008685	Agitador orbital o de vaivén	ATOM	ATOMIXER		17/03/1997	17/03/1997		890 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010046	Análisis de sangre 2 en 1	ORTHOClinical Diagnostic	Ortho Workstation6	1000883	01/12/2015	01/12/2015		35.000 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009393	Anaizadora de inmunohematología	ROCHE	ORTHOVISION	10303	19/12/2018	27/12/2018		15.000 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008681	Anaizadora de orina	ROCHE	MIDITRON M		1007058	18/03/1997	18/03/1997	8.650 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008923	Anaizadora de orina	ROCHE	URISYS 1800			06/02/2010		9.200 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008680	Anaizadora hematología multiparamétrica	ROCHE	REFLOTRON PLUS		20/10/2005	20/10/2005		4.086 02 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010020	Anaizadora microbiológica	BIOMERIEUX	ATB EXPRESSION		01/12/2005	01/12/2005		25.000 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10040732	Antena para microondas	LOGSA		G2425020021	18/05/2025	19/05/2025	19/05/2027	1.700 00 €	EDIFICIO A	RADIOLOGIA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10040733	Antena para microondas	LOGSA			5502071882	19/05/2025	20/05/2027	2.057 00 €	EDIFICIO A	RADIOLOGIA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10033948	Armario de secado endoscopios	OLYMPUS	EDC PLUS /D/L0	NG824077	08/05/2024	08/05/2024	08/05/2026	8.113 70 €	EDIFICIO B	CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008545	Antromotor de rodilla	SMITH & NEPHEW	KINETEC OPTIMA	13005	17/11/2004	17/11/2004		2.360 15 €	EDIFICIO A	CONTROL B2	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008759	Aspirador para agujas de biopsia	STERILAB	CYTOMAT	27N	13/12/1996	12/12/1996		8.774 78 €	EDIFICIO B	RADIOLOGIA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008754	Aspirador portátil	HERSILL	V7	10572-19-012	0 /01/2001	01/01/1997		1.950 00 €	EDIFICIO B	RADIOLOGIA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008705	Autoanalyzer (identificador de ADN)	ROCHE	COBAS AMPLUPREP	391270	28/07/2008	28/07/2008		34.700 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008707	Autoanalyzer (identificador de ADN)	ROCHE	COBAS TAQMAN 48		28/07/2008	28/07/2008		29.900 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10031196	Autoclave 1	GETINGE	ST001-13 HC	8AA200509	14/09/2023	19/12/2023		51.439 24 €	EDIFICIO A	ESTERILIZACIÓN	URGENTE	ALTA	COMPRA
10009376	Autoclave 2	MATACHANA	S 000; 008-2	E-20675	28/06/2004	28/06/2004		17.600 00 €	EDIFICIO A	ESTERILIZACIÓN	URGENTE	ALTA	COMPRA
10009321	Autoclave 3	MATACHANA	S 000; 1008-2	E-26719	3 /12/2011	27/12/2011		13.143 60 €	EDIFICIO A	ESTERILIZACIÓN	URGENTE	ALTA	COMPRA
10008675	Balanza	SARTORIUS	2214	301035	20/05/1997	20/05/1997		1.180 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
30015028	Balanza	SECA		1797051041092	20/12/2000	31/12/2000		1.250 00 €	EDIFICIO B	RADIOLOGIA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009783	Balanza agitadora	LIUNGBERG	BIOMIXER BM 330	1-10-05-2825	0 /10/2005	01/10/2005		3.000 00 €	EDIFICIO B	EXTRACCIONES	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010173	Balanza analítica de precisión	LANTECHN C		LT1201907008	28/12/2018	28/12/2018		1.144 66 €	EDIFICIO A	FARMACIA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010413	Balanza analítica de precisión	METTLER TOLEDO	MS204TS/M00	C050695548	2 /12/2020	21/12/2020		6.513 12 €	EDIFICIO A	FARMACIA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008684	Balanza de precisión	SARTORIUS	PACSA		174851	17/03/1997	17/03/1997	1.420 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010174	Balanza de precisión	ADAM	NIMBUS	AE9Y287	28/12/2018	28/12/2018		1.184 59 €	EDIFICIO A	FARMACIA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010518	Balanza de precisión	SARTORIUS	ENTRIS II ESSENTIAL	0041405613	25/01/2021	23/02/2021		1.754 50 €	EDIFICIO A	FARMACIA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008893	Balanza electrónica	PRECISA	310M	20798	3 /12/1997	03/02/1998		1.412 38 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008658	Balanza electrónica de precisión	SARTORIUS	BP 2 100 S	12806736	27/12/2000	27/12/2000		1.081 82 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010029	Balanza normal	CORCOS	202		20/05/1997	20/05/1997		1.050 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010026	Baño calentador	SELECTA	UNIVEBA	0391697	3 /12/1991	27/01/1991		400 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008638	Baño de flotación	BIO-OPTICA	WB1770	20-1403-602	3 /10/2003	10/11/2003		1.233 49 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010040	Baño de flotación	DIAPATH	DPH35	001.111	0 /02/2012	01/02/2012		2.000 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010042	Baño de flotación	BIO-OPTICA		20-4604-672	3 /10/2003	10/11/2003		1.500 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10035384	Baño de flotación cuadrado	KUNZ INSTRUMENT	HS-20	202401012520	1 /12/2024	29/01/2025	29/01/2027	1.281 31 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008741	Baño de parafina rodab	MILLAS	489.1015	00-0080802	19/12/2000	31/12/2000		832 10 €	EDIFICIO B	FISIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008668	Baño termostático	SELECTA	PRECIS TEERM	0341972	19/06/1998	22/06/1998		408 36 €	EDIFICIO B	CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010021	Baño termostático	SELECTA	UNITRONIC 3200R	2864 8	01/12/2010	01/12/2010		2.500 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010025	Baño termostático	SELECTA	PRECIS D16	455164	3 /12/1991	27/01/1991		482 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010044	Baño termostático	JP SELECTA		303031	01/12/2008	01/12/2008		2.500 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009381	Báscula analítica composición corporal	TANITA	BC-418MA	06030033	12/05/2006	12/05/2006		3.825 25 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008526	Báscula con tallímetro	SECA	797	1797278059937	22/11/2005	22/11/2005		520 00 €	EDIFICIO A	CONTROL A3	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008552	Báscula con tallímetro	SECA	BMI	1797278059930	22/11/2005	22/11/2005		520 00 €	EDIFICIO A	CONTROL A2	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008748	Báscula con tallímetro	SECA	BMI	1797292049160	30/10/1997	30/10/1997		1.280 00 €	EDIFICIO B	EXTRACCIONES	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008764	Báscula con tallímetro	SECA	7997021099	1000000364760	30/07/2020	16/07/2020		629 00 €	EDIFICIO B	RADIOLOGIA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008765	Báscula con tallímetro	SECA	797	1797296037230	14/11/2003	05/11/2003		387 00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008778	Báscula con tallímetro	SECA	797	1797296037241	20/12/2000	31/12/2000		238 80 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008780	Báscula con tallímetro	SECA	799	5799250102655	3 /12/2011	21/12/2010		629 00 €	EDIFICIO B	EXTRACCIONES	NORMAL	ALTA	COMPRA

INVEN HOSPITAL	DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO	N. SERIE	FECHA ADQUISICIÓN (4 mm aaaa)	FECHA PUESTA EN MARCHA (4 mm aaaa)	FECHA FIN DE GARANTÍA (45 mm aaaa)	COSTE DE ADQUISICIÓN	PABELLÓN/ UBICACIÓN	SERVICIO	CRÉDITO	SITUACIÓN OPERATIVA ACTUALMENTE	FORMA ADQUISICIÓN	
10008794	Báscula con tallímetro	SECA	797	1797239035728	0 /12/2003	17/12/2003		587 00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008795	Báscula con tallímetro	SECA	797	1797292049147	10/11/2004	10/11/2004		588 90 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008796	Báscula con tallímetro	SECA	799	5799249102622	3 /12/2011	10/12/2010		558 00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008883	Báscula con tallímetro	SELECTA	BMI	1797346065469	3 /01/2007	31/01/2007		588 00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008886	Báscula con tallímetro	SELECTA	BMI	1797346065426	3 /01/2007	31/01/2007		588 00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008991	Báscula con tallímetro	SECA	797	1797135071636	10/08/2007	06/08/2007		579 90 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008992	Báscula con tallímetro	SECA	797	1797135071634	10/08/2007	06/08/2007		579 90 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10009262	Báscula con tallímetro	SECA	797 7021099	1797278059925	22/11/2005	22/11/2005		520 00 €	EDIFICIO A	CONTROL A4	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10009265	Báscula con tallímetro	BMI		1797135071635	10/08/2007	06/08/2007		579 90 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10009782	Báscula con tallímetro	SECA		JV00040	20/12/2000	31/12/2000		588 47 €	EDIFICIO B	FISIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010003	Báscula con tallímetro	BMI		1797278059922	20/12/2000	31/12/2000		1.280 00 €	EDIFICIO A	UTCA	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010771	Báscula con tallímetro	SECA		1797278059928	20/12/2000	31/12/2000		588 47 €	EDIFICIO A	CONTROL A3	NORMAL	ALTA	COMPRA	
30012073	Báscula con tallímetro	SECA	799	5799250102658	01/12/2011	31/12/2000		588 47 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA	
30013718	Báscula con tallímetro	SECA	799	10000000213570	25/10/2019	25/10/2019		588 47 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008751	Báscula de extracción de sangre	LIUNGBERG	BIOMIXER-330	1011	28/12/2001	31/12/2001		3.618 09 €	EDIFICIO B	EXTRACCIONES	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008894	Báscula electrónica	NIXIE		0038	15/10/2002	29/11/2002		745 00 €	EDIFICIO A	COCINA	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008740	Bicicleta e-line con sistema freno mag	SALTER	PT-324		2 /06/2016	21/06/2016		1.267 00 €	EDIFICIO B	FISIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008738	Bicicleta elíptica	SALTER	M-3530		30/07/2012	31/05/2012		3.713 46 €	EDIFICIO B	FISIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
30015968	Bicicleta smart training	SALTER	RS-25	00K52500000021	19/09/2024	26/09/2024	26/09/2026		1.104 73 €	EDIFICIO B	FISIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008863	Biómetro óptico	ALCON	OCUSCAN	0201879101X	29/10/2002	29/10/2002		5.000 00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008585	Bomba de impulso venoso	NOVAMEDIX	A-V IMPULSE SYSTEM	56293	3 /12/2013	31/12/2013		1.449 47 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008587	Bomba de impulso venoso	NOVAMEDIX	IMPULSE SYSTEM	59727	08/12/2006	08/12/2006		2.200 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008971	Bomba de infusión volumétrica	SENDAL	MICROSEND 121		17/06/2015	17/06/2015		3.000 00 €	EDIFICIO B	ENDOSCOPIA	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10009946	Bomba de infusión volumétrica	SENDAL	MICROSEND 121	30190	17/06/2017	17/06/2017		3.200 00 €	EDIFICIO B	CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10013213	Bomba fluido histeroscópico	OLYMPUS	HISTEROFLOW II	2111C-E0541	15/12/2021	23/12/2021		4.541 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10009507	Bomba volumétrica	CAREFUSION	ALARIS GW	250425663	08/12/2006	08/12/2006		3.650 00 €	EDIFICIO B	CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10009908	Bomba volumétrica	CAREFUSION	ALARIS GW	250425649	08/12/2006	08/12/2006		3.650 00 €	EDIFICIO B	CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10009909	Bomba volumétrica	CAREFUSION	ALARIS GW	250425670	08/12/2006	08/12/2006		3.650 00 €	EDIFICIO B	CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10009910	Bomba volumétrica	CAREFUSION	ALARIS GW	250425639	08/12/2006	08/12/2006		3.650 00 €	EDIFICIO B	CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10009911	Bomba volumétrica	CAREFUSION	ALARIS GW	250425651	08/12/2006	08/12/2006		3.650 00 €	EDIFICIO B	CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10009912	Bomba volumétrica	CAREFUSION	ALARIS GW	250425654	08/12/2006	08/12/2006		3.650 00 €	EDIFICIO B	CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10013571	Cabezal de cámara citoscopio	KARL STORZ	TC100ES TELECAM C3	020860475-P	09/03/2022	05/04/2022		8.143 95 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10009938	Cabezal de cámara endoscópica	KARL STORZ	2220 020	YVW709551-P	19/05/2009	19/05/2009		8.000 00 €	EDIFICIO B	CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010415	Cabezal de oftalmoscopio	Topcon Healthcare	Panoptic OFt 4		22/12/2020	22/12/2020		1.110 90 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA	
30013142	Cabina de flujo laminar	HERAEUS	HERASAFE	22020601	27/12/2000	31/12/2000		7.212 15 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010438	Calcfactor por convención	LEVEL 1	EQUATOR		15/01/2021	15/01/2021		3.400 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10009921	Calentador de aire	SMITS MEDICAL	EQUATOR LEVEL 1	S 02801484	0 /12/2013	01/12/2013		3.000 00 €	EDIFICIO B	CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10009996	Calentador de aire	SMITS MEDICAL	EQUATOR LEVEL 1	S 02800895	01/12/2013	01/12/2013		4.000 00 €	EDIFICIO B	CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008654	Campana de flujo laminar	ERLAB	CAPTAIRE	T0808 6193 06	18/12/2007	02/08/2007		4.825 11 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008702	Campana de flujo laminar	TELSTAR	BIO II-A	8696	0 /10/1996	24/02/1997		3.966 68 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
30014484	Campana de flujo laminar	TELSTAR S.A	BIO VANGUARD B4	5395 01-01	0 /12/2010	01/12/2010		5.239 70 €	EDIFICIO B	FARMACIA	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008910	Campana de flujo laminar vertical	TELSTAR S.A	B.I.O II-A	3460	31/12/1989	12/01/1990		5.239 70 €	EDIFICIO A	FARMACIA	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10035795	Cargador system sterile battery charge	STRYKER		9110120000 AC235478349	20/01/2025	21/01/2025	21/01/2027	5.808 00 €	EDIFICIO A	ESTERILIZACION	NORMAL	ALTA	COMPRA	
30007344	Carro carga/descarga NF 1	ANTONIO MATACHANA	REMEDA AB	392 53-62	17/10/2005	17/10/2005		3.984 80 €	EDIFICIO A	ESTERILIZACION	NORMAL	ALTA	COMPRA	
30014393	Carro carga/descarga NF 2	ANTONIO MATACHANA	REMEDA AB	392 53-49	17/10/2005	17/10/2005		3.984 80 €	EDIFICIO A	ESTERILIZACION	NORMAL	ALTA	COMPRA	
30007345	Carro carga/descarga NF 3	ANTONIO MATACHANA	REMEDA AB	392 53-47	17/10/2005	17/10/2005		3.984 80 €	EDIFICIO A	ESTERILIZACION	NORMAL	ALTA	COMPRA	
30014394	Carro carga/descarga NF 4	ANTONIO MATACHANA	REMEDA AB	392 53-75	17/10/2005	17/10/2005		3.984 80 €	EDIFICIO A	ESTERILIZACION	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008632	Centrifuga	SHANDON	CYTOSPIN 3	MA189506R	07/10/1991	07/10/1991		5.656 57 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008668	Centrifuga	HERAEUS	LABOFUGE 200	40172903	28/12/2001	28/12/2001		1.199 02 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008692	Centrifuga	HERMLE	Z 00	47030 04	2 /10/2005	21/10/2005		2.404 29 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008700	Centrifuga	HETTICH	ROTOFIX 32A	1817	28/09/2007	20/09/2007		2.100 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008710	Centrifuga	SELECTA	MEDITRONIC BL-5	0374327	29/12/1999	08/06/2000		2.890 55 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008720	Centrifuga	HERAEUS	BIOFUGE PRIMO	40012333	19/03/1997	18/03/1997		3.750 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008723	Centrifuga	HERMLE	Z 00		24/11/2005	24/11/2005		2.404 29 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008726	Centrifuga	ABBOTT	75003530	230096	3 /12/2001	31/12/2001		4.100 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008727	Centrifuga	ABBOTT		230094	3 /12/2001	31/12/2001		3.950 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008914	Centrifuga	GRUPO TAPER S.A	KUBOTA MOD. 2420		14/08/2014	31/07/2014		2.994 75 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008915	Centrifuga	KUBOTA	2420	P228754-M000	14/08/2014	31/07/2014		2.994 75 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008916	Centrifuga	KUBOTA	2420	R9704-M000	22/04/2015	30/04/2015		2.314 73 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010034	Centrifuga	KUBOTA	2420	V913682-M000	28/12/2018	28/12/2018		3.144 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008676	Centrifuga refrigerada	KUBOTA	8700	N40318	30/11/1990	09/01/1991		7.807 15 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008677	Centrifuga refrigerada	BECKMAN COULTER	ALLEGRA 6R	ALR01839	2 /12/2000	27/02/2007		8.468 26 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008716	Centrifuga refrigerada	HERMAO SCIENTIFIC	IEC CENTRA 6P8R	31290168	19/04/2000	08/06/2000		15.611 29 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008911	Centrifugadora	DIAMED IBERICA S.A	DIACENT-12	8929 44.009	30/11/1999	15/12/1999		1.903 29 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010045	Centrifugadora	KUBOTA	2420	V9 13669-M000	0 /02/2011	01/02/2011		3.800 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	

INVEN HOSPITAL	DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO	N. SERIE	FECHA ADQUISICIÓN (dd mm aaaa)	FECHA PUESTA EN MARCHA (dd mm aaaa)	FECHA FIN GARANTÍA (dd mm aaaa)	COSTE DE ADQUISICIÓN	PABELLÓN/UBICACIÓN	SERVICIO	CRITICIDAD	SITUACIÓN OPERATIVA AL MOMENTO DE LA ADQUISICIÓN	FORMA DE ADQUISICIÓN
10008636	Centro de inclusión de tejidos	LEICA	EG1150H		0/07/2012	25/05/2012		7.258 68 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008737	Cinta andadora	TECHMED	PHYSIO	394	29/09/2007	24/09/2007		8.667 00 €	EDIFICIO B	FISIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008823	Colposcopio	OPTOMIC	FIBROLUX 150	34124201	09/10/2006	09/10/2006		3.850 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10009870	Colposcopio	OLYMPUS	OCS-500		02/12/2005	02/12/2005		13.595 07 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	URGENTE	ALTA	COMPRA
10008882	Colposcopio de luz fría	OPTOMIC	OP-CS	34125095	09/10/2006	09/10/2006		3.850 00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	URGENTE	ALTA	COMPRA
30013482	Congelador vertical de plasma	FORMA SCIENTIFIC	85-40	99667-67	19/04/2000	04/07/2000		0.127 05 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009828	Conjunto electromiógrafo	NATUS			3 /12/2009	31/12/2009		26.900 00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009979	Consola de motor quirúrgico	LINVATEC	POWER PRO 2000	BB-C25221	0 /12/2009	01/12/2009		0.000 00 €	EDIFICIO B	CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009981	Consola motor	KARL STORZ	207200 2D	LI2028	0/01/2001	30/01/2001		11.000 00 €	EDIFICIO B	RADIO DIAGNOSTICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008671	Contador de células leucocitarias	CRISON	LEUCOFORM 2830	331	29/10/1991	20/11/1991		378 64 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010050	Contador electrónico	COULTER ELECTRONICS	AUNSTABLE	0449	01/12/2005	01/12/2005		8.000 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008646	Criostato	MICROM	HM550	36261	2 /11/2006	21/11/2006		23.490 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
30012257	Cuadro endoscopias Panel de aislam.2º pl				15/11/2015	15/11/2015		3.400 00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009126	Densitómetro	EMSOR S.A	HOLOGIC HORIZON	300214M	13/0 /2017	13/03/2017		21.731 60 €	EDIFICIO B	RADIO DIAGNOSTICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
30013802	Depósito sistema de purificación de agua	WASSERLAB			26/12/2018	26/12/2018		3.200 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009207	Descongelador plasma con módulo	SARSTEDT S.A	TRANS THERM-III	03120122	30/07/2012	13/06/2012		7.884 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008790	Desfibrilador	BRUKER MEDICAL	DEFGARD	40122379	3 /12/2001	31/12/2001		6.600 00 €	EDIFICIO B	CMA	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10008935	Desfibrilador	N HON KOHDEN	CARDIOLIFE TEK-5531K82947		0/06/2014	30/06/2014		5.929 00 €	EDIFICIO A	CONTROL A1	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10008937	Desfibrilador	N HON KOHDEN	CARDIOLIFE TEC-5631	0053	0/06/2010	30/06/2010		9.000 00 €	EDIFICIO A	UCP	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10008940	Desfibrilador	N HON KOHDEN	CARDIOLIFE TEK-5531K81256		31/12/2011	10/12/2010		5.821 20 €	EDIFICIO A	CONTROL A3	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10013206	Desfibrilador	N HON KOHDEN	CARDIOLIFE TEC-5631	81697	0/12/2021	29/12/2021		5.566 00 €	EDIFICIO A	UCCP	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10030804	Desfibrilador bifásico portátil c/marcap	N HON KOHDEN	TEC-5631NS	2355	0/11/2023	21/11/2023		6.166 20 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10008899	Desfibrilador compacto	N HON KOHDEN	CARDIOLIFE TEK-5531K81663		31/12/2011	10/12/2010		5.821 20 €	EDIFICIO A	UTCA	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10008514	Desfibrilador portátil I	N HON KOHDEN	CARDIOLIFE TEK-7731K80469		17/11/2006	17/11/2006		5.890 00 €	EDIFICIO A	CONTROL A4	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10008536	Desfibrilador portátil I	N HON KOHDEN	CARDIOLIFE TEK-7731K80877		17/11/2006	17/11/2006		5.890 00 €	EDIFICIO A	CONTROL B3	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10008548	Desfibrilador portátil I	N HON KOHDEN	CARDIOLIFE TEK-7731K80878		17/11/2006	17/11/2006		5.890 00 €	EDIFICIO A	CONTROL A2	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10008557	Desfibrilador portátil I	N HON KOHDEN	CARDIOLIFE TEK-7731K80599		24/11/2005	24/11/2005		5.785 00 €	EDIFICIO A	CONTROL B2	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10008560	Desfibrilador portátil I	N HON KOHDEN	CARDIOLIFE TEK-7731K80664		2 /09/2005	23/09/2005		5.785 00 €	EDIFICIO A	CONTROL B1	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10008571	Desfibrilador portátil I	BRUKER	DEFGARD 3002 IH	40122372	20/12/2000	31/12/2000		6.080 44 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10008593	Desfibrilador portátil	N HON KOHDEN	CARDIOLIFE TEK-7731K80466		02/12/2004	02/12/2004		5.564 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10008606	Desfibrilador portátil I	N HON KOHDEN	CARDIOLIFE TEK-7731K80666		24/11/2005	24/11/2005		5.785 00 €	EDIFICIO A	L206-AED FICI-PLB-PB013	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10008749	Desfibrilador portátil I	N HON KOHDEN	CARDIOLIFE TEK-5531K81900		31/12/2011	10/12/2010		5.821 20 €	EDIFICIO B	FISIO	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10008753	Desfibrilador portátil	N HON KOHDEN	CARDIOLIFE TEK-7731K80880		17/11/2006	17/11/2006		5.890 00 €	EDIFICIO B	RADIO DIAGNOSTICO	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10008775	Desfibrilador portátil	N HON KOHDEN	CARDIOLIFE TEK-7731K80467		02/12/2004	02/12/2004		5.564 00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10008938	Desfibrilador portátil I	N HON KOHDEN	CARDIOLIFE TEK-7731K80468		02/12/2004	02/12/2004		5.564 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10008525	Desinfectacuas	ARIO	TYPHOON	SEVO6432070611	12/12/2006	12/12/2006		7.600 00 €	EDIFICIO A	CONTROL A3	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008538	Desinfectacuas	ARIO	NINJO	WS0012502	3 /12/2009	31/12/2009		5.500 00 €	EDIFICIO A	CONTROL B3	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008550	Desinfectacuas	ARIO	TYPHOON		12/12/2005	12/12/2005		7.600 00 €	EDIFICIO A	CONTROL A2	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008561	Desinfectacuas	ARIO	TYPHOON	SEVO5320520508	12/12/2005	12/12/2005		7.600 00 €	EDIFICIO A	CONTROL B1	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008563	Desinfectacuas	ARIO	TYPHOON	SEVO6432090611	12/12/2006	12/12/2006		7.600 00 €	EDIFICIO A	CONTROL A1	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008573	Desinfectacuas	ARIO	TORNADO	SEVO4422380410	22/11/2004	22/11/2004		5.999 98 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008792	Desinfectacuas	ARIO	TYPHOON		03/09/2001	14/11/2001		5.980 07 €	EDIFICIO B	CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008945	Desinfectacuas	ARIO	TYPHOON		12/12/2005	12/12/2005		7.600 00 €	EDIFICIO A	CONTROL B4	NORMAL	ALTA	COMPRA
10016726	Desinfectacuas	ARIO	TYPHOON SP6000		12/12/2022	12/12/2022		11.036 74 €	EDIFICIO A	CONTROL B2	NORMAL	ALTA	COMPRA
10032520	Desinfectacuas	ARIO	TYPHOON SP6000	P0837273	13/02/2024	18/03/2024	18/03/2026	12.144 83 €	EDIFICIO A	CONTROL A2	NORMAL	ALTA	COMPRA
10033382	Desinfectacuas	ARIO		5501713645	17/06/2024	10/07/2024	10/07/2026	11.899 91 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10037210	Desinfectacuas	ario	Typhoon SP6000DX		10/04/2025	10/04/2025	10/04/2027	0.931 96 €	EDIFICIO A	CONTROL A3	NORMAL	ALTA	COMPRA
30009057	Desinfectacuas	ARIO	TYPHOON	SEVO6432080611	12/12/2006	12/12/2006		7.600 00 €	EDIFICIO A	CONTROL A4	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008527	Desobstructor de vías respiratorias	HILL ROM	VEST	42-16619	0 /09/2007	03/09/2007		14.500 00 €	EDIFICIO A	CONTROL A3	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010189	Digitalizador de placas radiográficas	AGFA	CR 85-X	4712	03/02/2007	03/02/2007		5.000 00 €	EDIFICIO B	RADIO DIAGNOSTICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10036861	Disfibrilador	MINDRAY	C1 Automatico	AF3-48049456	19/03/2025	15/04/2025	15/04/2027	1.573 00 €	EDIFICIO B	Dirección medica	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008634	Dispensador de parafina	MVR	EC350-1	EC352.1346	18/12/2009	16/12/2009		5.644 25 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008637	Dispensador de parafina	SELECTA	DISPENSER	383740	12/11/1996	12/12/1996		7.720 21 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10013182	Dispensador de parafina	LEICA	HISTOCORE ARCADIA	H7757	13/12/2021	22/12/2021		9.355 77 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009883	Ecógrafo	SAMSUNG	SONOACER7	SOTLM3HI5000021W	0 /09/2012	03/09/2012		13.500 00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	URGENTE	ALTA	COMPRA
10008758	Ecógrafo	TOSHIBA	SSA 660 AVLG XARIO	LGM 1382269	12/08/2013	11/07/2013		28.050 00 €	EDIFICIO B	RADIO DIAGNOSTICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10008776	Ecógrafo	TOSHIBA	SSA 550A E3 NEMIO	PS614355	22/12/2005	22/12/2005		44.900 00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	URGENTE	ALTA	COMPRA
10008793	Ecógrafo	GENERAL ELECTRIC	VOLUSON 56	196283506	1 /12/2012	21/11/2012		6.000 00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	URGENTE	ALTA	COMPRA
10008845	Ecógrafo	SONOSITE	S-NERVE	03OX25	3 /12/2011	20/12/2010		17.280 00 €	EDIFICIO A	REANIMACIÓN	URGENTE	ALTA	COMPRA
10008975	Ecógrafo	TOSHIBA	XARIO 100	99C.1523912	17/06/2015	17/06/2015		20.328 00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	URGENTE	ALTA	COMPRA
10009080	Ecógrafo	SONOSITE	M-TURBO ULTRASOUNWK153Y		12/09/2012	08/08/2012		19.224 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10009081	Ecógrafo	BK MEDICAL	FLEX FOCUS 400		30/12/2011	20/12/2010		31.000 00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	URGENTE	ALTA	COMPRA
10009084	Ecógrafo	TOSHIBA	ECCOCLEE SSA-340 A/E	EB06903617	0/12/1999	31/12/1999		28.196 85 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	URGENTE	ALTA	COMPRA
10009841	Ecógrafo	SAMSUNG	HS 40	S BKM3HK800013M	20/12/2019	20/12/2019		6.335 00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	URGENTE	ALTA	COMPRA
10009848	Ecógrafo	SAMSUNG	HS 0	S BKM3HK800007Z	29/12/2020	29/12/2020		6.335 00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	URGENTE	ALTA	COMPRA

INVEN HOSPI. AL	DENOMINACIÓN	MARCA	MÓDELO	N. SERIE	FECHA ADQUISICIÓN (d mm aaaa)	FECHA PUESTA EN MARCHA (d mm aaaa)	FECHA FIN GARANTÍA (dd mm aaaa)	COSTE DE ADQUISICIÓN	PABELLÓN/ UBICACIÓN	SERVICIO	CRITICIDAD	SITUACIÓN OPERATIVA ACTUALMENTE	FORMA ADQUISICIÓN
10009865	Ecógrafo	GENERAL ELECTRIC	VOLUSON S8	V588000472	26/09/2005	26/09/2005		42.312,49 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010018	Ecógrafo	SAMSUNG	RS80	S_G1M3HM/00001N	02/04/2019	02/10/2019		58.080,00 €	EDIFICIO B	RADIODIAGNOSTICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010047	Ecógrafo	FUJIFILM-SONOSITE	ULTRASOUND52	Q55512	25/11/2019	25/11/2019		8.137,90 €	EDIFICIO A	CONTROL A3	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010077	Ecógrafo	SAMSUNG	HS 40	S_BKSM3HMA0002B	27/12/2019	27/12/2019		6.335,00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010176	Ecógrafo	MINDRAY MEDICAL ESPAÑA	DC-8 EXP	QH-78001269	31/12/2017	31/12/2017		31.460,00 €	EDIFICIO B	RADIODIAGNOSTICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010353	Ecógrafo	SAMSUNG	HS 40	SITVM3HR2000054R	30/11/2020	23/04/2021		14.520,00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	URGENTE	ALTA	COMPRA
10017572	Ecógrafo	SAMSUNG	RS80 EVO	S24M3HTC00005V	3/12/2022	01/03/2023		60.487,90 €	EDIFICIO B	RADIODIAGNOSTICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10013197	Ecógrafo	ALPINION	SURFACE PRO 9	0F01PVB231238F	10/11/2023	05/12/2023		12.863,82 €	EDIFICIO B	FISIO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10035920	Ecógrafo	CANON	APLIO 800 V6	6P/G24K2576	16/12/2024	03/02/2025	03/02/2027	95.348,00 €	EDIFICIO B	RADIODIAGNOSTICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10047045	Ecógrafo	GENERAL ELECTRIC	FIT	VFEW000007	19/03/2025	19/06/2025	19/06/2027	8.137,90 €	EDIFICIO A	RECUPERACIÓN	URGENTE	ALTA	COMPRA
10008806	Electrobisturí	VALLEYLAB	FORCE FX	F4G32676A	30/09/2004	30/09/2004		6.225,00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10008810	Electrobisturí	VALLEYLAB	FORCE FX	8CF4G32678A	30/09/2004	30/09/2004		6.225,00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10008814	Electrobisturí	VALLEYLAB	FORCE FX	F4G32751A	30/09/2004	30/09/2004		6.225,00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10008818	Electrobisturí	VALLEYLAB	FORCE FX	F7F54309A	24/08/2007	24/08/2007		6.000,00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10008827	Electrobisturí	VALLEYLAB	FORCE FX	F4G32679A	30/09/2004	30/09/2004		6.225,00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10008831	Electrobisturí	VALLEYLAB	FORCE FX	F6H49057A	05/12/2006	05/12/2006		5.990,00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10008836	Electrobisturí	VALLEYLAB	FORCE 2	F6A29279T	30/10/1996	14/10/1996		6.611,13 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10008878	Electrobisturí	VALLEYLAB	FORCE TRIAD	TK019171E	20/12/2010	30/12/2011		12.959,99 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10008957	Electrobisturí	MARTIN	MEMB1	MEMB8101010 0984	26/12/2000	31/12/2000		5.409,11 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10009085	Electrobisturí	ERBE	VIO 300D		11379360	18/06/2014	18/06/2014	5.409,11 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10009086	Electrobisturí	ERBE	ICC 200 INT	D3175		11/11/2004	11/11/2004	3.360,00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10009962	Electrobisturí	OLYMPUS	ESG-300	B000458		26/12/2019	26/12/2019	6.322,89 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10009989	Electrobisturí	VALLEYLAB	FORCE 2	F0F38556T	26/12/2000	26/12/2000		5.409,11 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10010485	Electrobisturí	COVIDIEM	FORCE FX8	F8E0092 FXK	01/12/2011	30/09/2004		9.075,00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10010486	Electrobisturí	VALLEYLAB	FORCE TRIAD	T4C40101EX	20/12/2010	20/12/2010		12.959,99 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10010487	Electrobisturí	VALLEYLAB	FORCE FX	F4AK34735A	20/12/2010	20/12/2010		6.225,00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10013156	Electrobisturí	ERBE	VIO-300S		115 6640	10/09/2021	03/12/2021	7.960,35 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10013239	Electrobisturí	KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA	AUTOCON III 400 C	40105263		27/10/2021	24/01/2022	8.125,80 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10008826	Electrobisturí bipolar	STORZ	AUTOCON III 400 SCB	F40102761		3/05/2019	20/06/2019	13.310,00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10008848	Electrobisturí con sellador de vasos	VALLEYLAB	FORCE TRIAD	T9L1439E		04/02/2010	22/03/2011	12.000,00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10030857	Electrocárdiografo	WELCH ALLYN	CP150	100019062923		2/10/2023	23/11/2023	3.146,00 €	EDIFICIO A	CONTROL B4	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008551	Electrocárdiografo	WELCH ALLYN	CP200	20003676		12/12/2006	12/12/2006	3.200,00 €	EDIFICIO A	CONTROL A2	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008562	Electrocárdiografo	WELCH ALLYN	CP200	20001407		12/12/2006	12/12/2006	3.200,00 €	EDIFICIO A	CONTROL B1	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008566	Electrocárdiografo	HP	PAGE WRITTER 200i	CMA4004195		2/12/1996	03/12/1996	4.323,83 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008598	Electrocárdiografo	WELCH ALLYN	CP200	20003019		12/12/2006	12/12/2006	3.200,00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009096	Electrocárdiografo	WELCH ALLYN	BASIC CP 150-2ES 2	100008204413		22/05/2014	22/05/2014	1.595,00 €	EDIFICIO A	CONTROL A3	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010001	Electrocárdiografo	WELCH ALLYN	CP150 CARDIOLINE DE	1100052660516		0/12/2016	01/12/2016	2.325,00 €	EDIFICIO A	UTCA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010152	Electrocárdiografo	WELCH ALLYN	BASIC CP 150	100025394214		12/12/2014	12/12/2014	1.595,00 €	EDIFICIO A	CONTROL B2	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010373	Electrocárdiografo	WELCH ALLYN	CP150	100018933320		02/12/2020	02/12/2020	2.325,00 €	EDIFICIO A		NORMAL	ALTA	COMPRA
10010374	Electrocárdiografo	WELCH ALLYN	CP150	100018823320		02/12/2020	19/01/2021	1.750,00 €	EDIFICIO A	CONTROL A4	NORMAL	ALTA	COMPRA
10013174	Electrocárdiografo	WELCH ALLYN	BAS C CP150	100019072923		10/11/2023	18/12/2023	3.146,00 €	EDIFICIO A	CONTROL B1	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009975	Electroauterización del plasma	MECHAN EUROPE	PLASMA SURGERY SYSTEM	1503039		01/12/2012	01/12/2012	35.000,00 €	EDIFICIO B	RADIODIAGNOSTICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008736	Electroestimulador	COSMOGAMMA	ST30	01/SF 7736		19/12/2000	31/12/2000	1.720,40 €	EDIFICIO B	FISIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008665	Electroforesis en gel	SERBIA	HIDRASYS	04929		19/12/2005	19/12/2005	0.900,00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009210	Electroterapia/ultrason. cabez.múltifre.	BTL	4000	0585008008656		04/12/2017	04/12/2017	2.818,50 €	EDIFICIO B	FISIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
30015292	Emisor térmico programable	GABARRON	RX14E PLUS	521021 843233642314700		18/02/2021	18/02/2021	330,09 €	EDIFICIO A	ESTERILIZACIÓN	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009818	Equipo autorefleómetro/queratómetro/tó	TOPCON HEALTHCARE	KR-800	4776035		10/08/2021	13/08/2021	9.052,58 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009815	Equipo Biometro	CARL ZEISS MEDITEC	IOLMASTER 700	1121396		10/12/2014	10/12/2014	55.000,00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009867	Equipo colposcopio	OLYMPUS	OCS-500			02/12/2005	02/12/2005	13.595,07 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010081	Equipo colposcopio	OLYMPUS				27/01/2020	27/01/2020	24.184,19 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	URGENTE	ALTA	COMPRA
10030772	Equipo de diatermia	HELIOS MEDICAL	FISIO WARM 300	FW7323152		2/10/2023	15/11/2023	14.036,00 €	EDIFICIO B	FISIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10036935	Equipo de morcelación	PANAVALE				07/04/2025	07/04/2025	847,00 €	EDIFICIO A	QUIRÓFANOS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10036936	Equipo de morcelación	PANAVALE				0/04/2025	07/04/2025	847,00 €	EDIFICIO A	QUIRÓFANOS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10036937	Equipo de morcelación	PANAVALE				07/04/2025	07/04/2025	847,00 €	EDIFICIO A	QUIRÓFANOS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10036938	Equipo de morcelación	PANAVALE				07/04/2025	07/04/2025	847,00 €	EDIFICIO A	QUIRÓFANOS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10036939	Equipo de morcelación	PANAVALE				07/04/2025	07/04/2025	847,00 €	EDIFICIO A	QUIRÓFANOS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009780	Equipo de onda corta	ASA				0/12/2014	03/12/2014	5.009,00 €	EDIFICIO B	FISIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
30011767	Equipo de ozono		PMT QUATTRO PRO	00009267		0/12/2011	01/12/2011	5.000,00 €	EDIFICIO B	EXTRACCIONES	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009893	Equipo electrocardiógrafo		OZONOSAN			15/11/2016	15/11/2016	2.450,00 €	EDIFICIO B		URGENTE	ALTA	COMPRA
10009805	Equipo electrocardiógrafo	WELCH ALLYN	CP150-2ES2	100065472016		15/11/2016	15/11/2016	2.117,50 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010531	Equipo Europrobe	EURORAD				26/02/2021	04/03/2021	21.159,98 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009854	Equipo histeroscopias		A4060			16/12/1998	16/12/1998	9.058,86 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009255	Equipo imagen colposcopio	OLYMPUS OPTICAL ESPAÑA S A	OLYMPUS MOD-OTV-5			2/12/1999	31/12/1999	15.025,30 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	URGENTE	ALTA	COMPRA
10009929	Equipo isquemia	00000660		1509-TP01-0230		20/01/2010	20/01/2010	4.000,00 €	EDIFICIO B	CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009812	Equipo lámpara de hendidura	NIKKON				10/12/1998	10/12/1998	17.970,26 €	EDIFICIO B	RADIODIAGNOSTICO	NORMAL	ALTA	COMPRA

INVEN HOSPI. AL	DENOMINACIÓN	MARCA	MÓDELO	N. SERIE	FECHA ADQUISICIÓN (d mm aaaa)	FECHA PUESTA EN MARCHA (d mm aaaa)	FECHA FIN GARANTÍA (dd mm aaaa)	COSTE DE ADQUISICIÓN	PABELLO/UBICACIÓN	SERVICIO	CRÍTICIDAD	SITUACIÓN OPERA, IVA ACUÁLMENTE	FORMA ADQUISICIÓN
10009795	Equipo Monitor multiparamétrico	LUCON	M20	105108120014	3 /12/2011	24/12/2010		1.550 01 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009777	Equipo onda de choque radial	KARL STORZ	MASTERPULS MP 100	05.8125	19/09/2018	19/09/2018		9.845 00 €	EDIFICIO B	EXTRACCIONES	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009215	Equipo para biopsia citología	INSANEK S.L	CYTOMAT-R	116	15/03/2017	15/03/2017		8.651 50 €	EDIFICIO B	RADIOLOGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10008746	Equipo presoterapia con accesorios	LYMPHASTIM	BT1-6000	LMP-0112441	22/03/2011	15/12/2020		3.148 20 €	EDIFICIO B	FISIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
30013801	Equipo purificación de agua automático	WASSERLAB			26/12/2018	26/12/2018		4.283 40 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009257	Equipo radiológico general	PHILIPS	DIGITAL DIAGNOST VR,6600076259		3 /12/2011	04/03/2011		220.165 89 €	EDIFICIO A		NORMAL	ALTA	COMPRA
10009788	Equipo tensiómetro	WELCH ALLYN	75WT	100038303418	2 /11/2016	23/11/2016		2.057 00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009803	Equipo tensiómetro	WELCH ALLYN	75WT	100045 04216	2 /11/2016	23/11/2016		2.057 00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009806	Equipo tensiómetro	WELCH ALLYN	75WT		19/12/2013	19/12/2013		2.057 00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009809	Equipo tensiómetro	WELCH ALLYN			19/12/2013	19/12/2013		1.210 00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009821	Equipo tensiómetro	WELCH ALLYN			2 /11/2016	23/11/2016		2.057 00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009825	Equipo tensiómetro				2 /11/2016	23/11/2016		2.057 00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009849	Equipo tensiómetro	WELCH ALLYN	75WT	100023401818	27/11/2008	27/11/2008		2.057 00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009873	Equipo tensiómetro	WELCH ALLYN	75WT	100063642318	27/11/2009	27/11/2009		2.057 00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009884	Equipo tensiómetro	WELCH ALLYN	75WT	100028583318	27/11/2010	27/11/2010		2.057 00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009896	Equipo tensiómetro	WELCH ALLYN	42MTB-S2	201205560	19/12/2013	19/12/2013		1.210 00 €	EDIFICIO B	EXTRACCIONES	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009898	Equipo tensiómetro	WELCH ALLYN	YM100	JA012005	19/12/2013	19/12/2013		1.210 00 €	EDIFICIO B	FISIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009998	Equipo tensiómetro	WELCH ALLYN	75WT	100045034216	2 /11/2016	23/11/2016		2.057 00 €	EDIFICIO A	UTCA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010067	Equipo tensiómetro	WELCH ALLYN			19/12/2019	19/12/2019		2.541 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010156	Equipo tensiómetro	WELCH ALLYN			15/02/2017	15/02/2017		2.541 00 €	EDIFICIO A	CONTRL B2	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010159	Equipo tensiómetro	WELCH ALLYN	7000-APM		15/02/2017	15/02/2017		2.541 00 €	EDIFICIO A	CONTROL B2	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010164	Equipo tensiómetro	WELCH ALLYN	75WT	100045284216	2 /11/2016	23/11/2016		2.541 00 €	EDIFICIO A	CONTROL A4	NORMAL	ALTA	COMPRA
30013119	Equipo tensiómetro	WELCH ALLYN	75WT		2 /11/2016	23/11/2016		2.057 00 €	EDIFICIO A	UTCA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010163	Equipo tensiómetro.Monitor constantes vi	WELCH ALLYN	75WT	100022190916	15/02/2017	15/02/2017		2.541 00 €	EDIFICIO A	CONTROL A4	NORMAL	ALTA	COMPRA
10042184	Equipo test manual de fugas	olympus			03/07/2025	03/07/2025	03/07/2027	1.508 28 €	EDIFICIO B	ENDOSCOPIAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009819	Equipo tonómetro. autofre. queratóm.	KELLER	PULSAIR EASY EYE	2414/1666	17/12/2003	17/12/2003		5.750 00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009214	Equipo ultrasonidos con dos cabezales	GYMNA	PULSON 400	69253	06/02/2014	06/02/2014		1.849 85 €	EDIFICIO B	FISIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008774	Equipo urodinámica	ALBIN MEDICAL	PHOENIX PLUS	307066	05/11/2004	05/11/2004		29.000 00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010367	Equipo ventilatorio de alto flujo	FISHER&PAYKEL HEALTHCARE SAS	AIRVO 2	201103197156	0 /12/2020	01/12/2020		4.143 75 €	EDIFICIO A	CONTROL A3	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10010368	Equipo ventilatorio de alto flujo	FISHER&PAYKEL HEALTHCARE SAS	AIRVO 2	201103197160	0 /12/2020	01/12/2020		4.143 75 €	EDIFICIO A	CONTROL A3	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10010387	Equipo ventilatorio de alto flujo	FISHER&PAYKEL HEALTHCARE SAS	AIRVO 2	201103197199	0 /12/2020	01/12/2020		4.143 75 €	EDIFICIO A	CONTROL A3	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10010388	Equipo ventilatorio de alto flujo	FISHER&PAYKEL HEALTHCARE SAS	AIRVO 2	201103197188	0 /12/2020	01/12/2020		4.143 75 €	EDIFICIO A	CONTROL A3	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
30015238	Equipo ventilatorio de alto flujo	FISHER&PAYKEL HEALTHCARE SAS	AIRVO 2	201103197151	0 /12/2020	01/12/2020		4.143 75 €	EDIFICIO A	CONTROL A3	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10010190	Estación de trabajo del CR	HP	RP5810	CZC9386G57	01/12/2011	01/12/2011		2.000 00 €	EDIFICIO B	RADIOLOGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10035936	esterilizador a vapor	Matachana	S100	E-36158	28/11/2024	03/02/2025	03/02/2027	70.803 15 €	EDIFICIO A	ESTERILIZACIÓN	URGENTE	ALTA	COMPRA
30009029	Esterilizador de óxido de etileno	3M	STERI-VAC SXL	720081	01/12/2012	01/12/2012		5.000 00 €	EDIFICIO A	ESTERILIZACIÓN	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10008781	Estimulador del suelo pélvico	HENRAF NONIUS	MYOMED 932	13793	14/12/2005	14/12/2005		6.400 00 €	EDIFICIO B	FISIO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010057	Estimulador eléctrico neuromuscular	PRIM	PHENIX L BERTY	CDL191995	21/11/2019	21/11/2019		7.683 60 €	EDIFICIO B	FISIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008842	Estufa bacteriológica(calentador de suer	SELECTA	INCUDIGIT	514589	24/07/2008	29/07/2008		1.586 81 €	EDIFICIO B	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008824	Estufa c/termoestado(calentador de sueros	SELECTA	INCUDIGIT	4509 0	07/09/2004	07/09/2004		1.000 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008645	Estufa de cultivo	SELECTA	2000207	434758	13/10/2003	25/10/2003		1.031 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008688	Estufa de cultivo	KOWELL	CI-1	82925	15/11/1988	15/12/1988		395 67 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008697	Estufa de cultivo	SELECTA	2000961	326754	30/11/1997	04/12/1997		1.634 75 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008731	Estufa de cultivo	ABBOTT	COMMANDER		3 /12/2001	31/12/2001		3.400 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009240	Estufa de cultivo	MEMMERT	UN55	82161430	18/05/2016	18/05/2016		1.778 70 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009395	Estufa de cultivo	HERAEUS	HERACELL		19/12/2018	27/12/2018		0.200 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010023	Estufa de cultivo	SELECTA	206	133262	0 /12/2010	01/12/2010		1.778 70 €	EDIFICIO B	EXTRACCIONES	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008686	Estufa de cultivo (CO2)	SELECTA			15/12/1994	31/12/1994		2.277 84 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010024	Estufa de cultivo (CO2)	HERAEUS	HERACELL		0 /12/2008	01/12/2008		0.000 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
30020261	Etiquetadora de 3 inear	BMB HOSPITALARIA SL			04/07/2025	09/07/2025	09/07/2027	225 00 €	EDIFICIO A	ESTERILIZACIÓN	NORMAL	ALTA	COMPRA
30020262	Etiquetadora de 3 líneas	BMB HOSPITALARIA SL			04/07/2025	09/07/2025	09/07/2027	225 00 €	EDIFICIO A	ESTERILIZACIÓN	NORMAL	ALTA	COMPRA
10012819	Evacuador quirúrgico de humos		FUMOVAC 700	21130020	10/09/2021	14/09/2021		4.228 95 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10012820	Evacuador quirúrgico de humos		FUMOVAC 700	21130018	10/09/2021	14/09/2021		4.228 95 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009947	Faco	BAUSCH & LOMB	STELLARIS PC	SVS01386	17/06/2017	17/06/2017		0.000 00 €	EDIFICIO B	CMA	URGENTE	ALTA	COMPRA
10009916	Facemuksificador	BAUSCH & LOMB	STELLARIS PC	SVS01385	08/12/2010	08/12/2010		0.000 00 €	EDIFICIO B	CMA	URGENTE	ALTA	COMPRA
10008897	Fluoroscopio	F&M CONTROL	XISCAN 4400	15/242	21/12/2015	21/12/2015		21.538 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010063	Frontofocómetro	SHIN-NIPPON	DL-900	650884JE	0 /12/2019	03/12/2019		2.480 50 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008851	Fuente de luz fría	RICHARD WOLF	S124	50457	25/04/2005	25/04/2005		1.500 00 €	EDIFICIO A	ENDOSCOPIA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009955	Fuente de luz fría	OLYMPUS	CLV-180 EVIS EXERA	7112128	20/10/2011	20/10/2011		7.256 94 €	EDIFICIO B	ENDOSCOPIA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10013572	Fuente de luz fría	KARL STORZ	PWER LED 175 SCB	Z023142	09/03/2022	05/04/2022		8.232 74 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10013818	Generador de vapor 1	GETINGE		2023-0608	14/09/2023	19/12/2023		6.200 00 €	EDIFICIO A	ESTERILIZACIÓN	URGENTE	ALTA	COMPRA
10009378	Generador de vapor 2 (E-20675)	ANTONIO MATACHANA S.A.	S 000; 008-2	16792	28/06/2004	28/06/2004		8.000 00 €	EDIFICIO A	ESTERILIZACIÓN	URGENTE	ALTA	COMPRA
10009379	Generador de vapor 3	ANTONIO MATACHANA S.A.	S 000; 1008-2	6007112	27/12/2011	27/12/2011		8.800 00 €	EDIFICIO A	ESTERILIZACIÓN	URGENTE	ALTA	COMPRA
10009860	Generador electroquirúrgico módulo argón	OLYMPUS	APU-300	W18032300215	26/12/2019	26/12/2019		15.000 00 €	EDIFICIO B	ENDOSCOPIA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009333	Generador onda corta	ENRAF NONIUS IBERICA S.A	CURAPLUS 970	25857	14/12/2000	31/12/2000		4.091 69 €	EDIFICIO B	FISIO	NORMAL	ALTA	COMPRA

INVEN HOSPITAL	DENOMINACIÓN	MARCA	MÓDULO	N. SERIE	FECHA ADQUISICIÓN (dd mm aaaa)	FECHA PUESTA EN MARCHA (dd mm aaaa)	FECHA FIN GARANTÍA (dd mm aaaa)	COSTE DE ADQUISICIÓN	PABELLÓN/ UBICACIÓN	SERVICIO	CRÉDITO	SITUACIÓN OPERA, IVA ACUACIÓN E	FORMA ADQUISICIÓN
10031175	Grúa eléctrica	VIKING M		9412725	30/11/2023	18/12/2023		4.122,47 €	EDIFICIO A	CONTROL B4	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008518	Grúa móvil	LIKO	VIKING M	71062_0	1_ /09/2007	07/09/2007		2.880,00 €	EDIFICIO A	CONTROL A4	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008528	Grúa móvil	BHM	ERGOLIFT	ER4-2562	26/02/2006	26/02/2007		2.800,00 €	EDIFICIO A	CONTROL B3	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008530	Grúa móvil	BHM	ERGOLIFT	ER4-2569	30/09/2005	29/08/2005		3.973,84 €	EDIFICIO A	CONTROL B3	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008531	Grúa móvil	ARJO	MARISA	29	12/12/2005	12/12/2005		3.900,01 €	EDIFICIO A	CONTROL A4	NORMAL	ALTA	COMPRA
30006632	Grúa móvil	LIKO	VIKING M	7106209	1_ /09/2007	07/09/2007		2.880,00 €	EDIFICIO A	CONTROL A3	NORMAL	ALTA	COMPRA
30012824	Humectador quirúfano 10				0_ /12/2012	01/12/2012		1.500,00 €	EDIFICIO B	CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA
30012825	Humectador quirúfano 11				0_ /12/2012	01/12/2012		1.500,00 €	EDIFICIO B	CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA
30012823	Humectador quirúfano 9				0_ /12/2012	01/12/2012		1.500,00 €	EDIFICIO B	CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010414	Impresora de cassettes	THERMO FISCHER SCIENTIFIC	AS 150		2_ /12/2020	21/12/2020		17.545,00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008756	Impresora de CD	PRIMERA	DISC PUBLISH 9	2120300321	1_ /12/2012	15/10/2012		9.286,98 €	EDIFICIO B	RADIOLOGIA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008701	Incinerador de bacterias	RAYPA	BAT-850	24217	28/10/1997	28/10/1997		408,69 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009273	Incinerador de bacterias	RAYPA	BAT-850		07/02/1997	07/02/1997	20437	408,69 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009322	Incinerador por infrarrojos	J.P. SELECTA	STERILIBO	0341280	24/07/2008	29/07/2008		387,34 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
30009027	Incubadora control	STERIS	Verify	91494517	0_ /12/2013	01/12/2013		4.000,00 €	EDIFICIO A	ESTERILIZACIÓN	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009277	Incubadora control (lect.indic.biolog.)	3M ESPAÑA S.A	Auto-Reader 390	3048_8	12/11/2014	12/11/2014		1.650,00 €	EDIFICIO A	ESTERILIZACIÓN	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008849	Insuflador CO2	RICHARD WOLF	2232	1100130292	3_ /12/2011	04/12/2020		9.500,00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010386	Insuflador CO2 con tubo de alta presión	OLYMPUS	UCR	7043756	04/12/2020	04/12/2020		4.797,65 €	EDIFICIO B	ENDOSCOPIA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009969	Insuflador quirúrgico	KARL STORZ	ENDOFLATOR 264305	FI 6020	01/12/2007	01/12/2007		2.800,00 €	EDIFICIO B	CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009980	Insuflador quirúrgico	KARL STORZ	HAMOU ENDOMAT	IK3320	0/01/2001	30/01/2001		8.000,00 €	EDIFICIO B	RADIOLOGIA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009970	Interruptor de pedal	ERBE	20189- 011		0_ /12/2012	01/12/2012		1.200,00 €	EDIFICIO B	CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009982	Interruptor de pedal	KARL STORZ	20010130	FJ 5697	0/01/2001	30/01/2001		900,00 €	EDIFICIO B	RADIOLOGIA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010195	Injector para campo magnético	OPTIVANTAGE DH		C0516890_R	0_ /12/2014	01/12/2014		25.000,00 €	EDIFICIO B	RADIOLOGIA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009941	Irrigador	KARL STORZ	28340720	N00344	19/05/2009	19/05/2009		3.000,00 €	EDIFICIO B	CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008800	Lámpara de hendidura	HAAG-STREIT	BQ200	05968	18/05/2004	18/05/2004		9.141,92 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010062	Lámpara de hendidura	HAAG-STREIT	BI-900 LED	01941	0_ /12/2019	03/12/2019		14.278,00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010431	Lámpara de hendidura	Topcon Healthcare	PSL Classic Keeler	3010/18018	2_ /12/2020	23/12/2020		5.094,10 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10012848	Lámpara de hendidura	HAAG-STREIT	BI-900 LED	1022197_2954	10/09/2021	08/10/2021		14.278,00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008819	Lámpara quirúrgica	GETINGE	VOLISTA ACCESS		1_ /10/2019	11/10/2019	501158	15.900,00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10008832	Lámpara quirúrgica	MARTIN	ML701	16000402364 / 160004023	30/07/2004	30/07/2004		9.488,97 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10009924	Lámpara quirúrgica	STORZ	LEDVISION 203Y	E18010109-G18010114	29/12/2017	29/12/2017		15.173,40 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010381	Lámpara quirúrgica	MAQUET	VOLISTA ACCESS		0_ /12/2020	03/12/2020		12.378,30 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010452	Lámpara quirúrgica	MAQUET	VOLISTA 600_400	520332-520609	0_ /12/2015	01/12/2015		11.253,00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010456	Lámpara quirúrgica	MAQUET	VOLISTA ACCESS		0_ /04/2019	01/04/2019		15.600,00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010480	Lámpara quirúrgica	MAQUET	VOLISTA 600_400	AN038204-AN038206	0_ /12/2014	01/12/2014		6.590,00 €	EDIFICIO B	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10013516	Lámpara quirúrgica	GETINGE	VOLISTA 600_400	650062_650081	22/12/2021	13/05/2022		13.506,02 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10016632	Lámpara quirúrgica	GETINGE	VOLISTA 600_400	500144-650159-650211	0_ /12/2015	01/12/2015		17.000,00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10016633	Lámpara quirúrgica	MAQUET	VOLISTA 600_400	500145-650160	24/08/2022	21/11/2022		13.836,35 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
30006650	Lámpara quirúrgica	MAQUET	VOLISTA ACCESS	500954	15/02/2019	15/02/2019		6.590,00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
30006699	Lámpara quirúrgica	MARTIN ESPAÑA	ML 501	1600402348	30/07/2004	30/07/2004		3.583,66 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
70000022	Lámpara quirúrgica	MAQUET	VOLISTA 600		15/02/2019	19/02/2021	540046	8.200,00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
70000023	Lámpara quirúrgica	MAQUET	VOLISTA 400		15/02/2019	19/02/2021	540054	7.400,00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10008821	Lámpara quirúrgica portátil	MARTIN	ML501	16000402348	30/07/2004	30/07/2004		9.488,97 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
30006702	Lámpara rayos infrarrojos	HIDEMAR S.A	H-324	1001203	20/11/2001	23/11/2001		172,40 €	EDIFICIO B	RADIOLOGIA	NORMAL	ALTA	COMPRA
30006703	Lámpara rayos infrarrojos	MILLAS	INFRAMILL	1001204	20/11/2001	23/11/2001		172,40 €	EDIFICIO B	RADIOLOGIA	NORMAL	ALTA	COMPRA
30006704	Lámpara rayos infrarrojos c.temporizador	G.18900-A			20/11/2001	23/11/2001		285,75 €	EDIFICIO B	PSID	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010007	Laparoscopio	STRYKER			07/10/2019	07/10/2019		69.551,00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10027687	Laser YAG	ARC	QLAS	12010710	2_ /07/2023	21/07/2023		32.500,00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
30015708	Lavacullas	ARJO	TYPHOON	P0812_09	29/08/2023	07/11/2023		11.607,56 €	EDIFICIO A	CONTROL B4	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008718	Lavadora de tiras	BIO-TEK	ELX50	187847	13/03/2008	13/03/2008		7.200,00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009927	Lavadora desinfectadora de endoscopias	OLYMPUS	MINI ET02	14842846	10/12/2014	10/12/2014		12.200,00 €	EDIFICIO B	ENDOSCOPIA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009928	Lavadora desinfectadora de endoscopias	OLYMPUS	MINI ET02	14842853	10/12/2014	10/12/2014		12.200,00 €	EDIFICIO B	ENDOSCOPIA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009357	Lavadora instrumental Nº 1	STELLCO - MATACHANA	DS 700	1508210GN004	14/08/2015	03/06/2015		17.950,35 €	EDIFICIO A	ESTERILIZACIÓN	URGENTE	ALTA	COMPRA
10008604	Lavadora instrumental Nº 2	STELLCO - MATACHANA	DS7700	1082002	31/12/2009	31/12/2009		17.500,00 €	EDIFICIO A	ESTERILIZACIÓN	URGENTE	ALTA	COMPRA
10008605	Lavadora instrumental Nº 3	STELLCO - MATACHANA	DS7700	1282007	3_ /12/2011	15/12/2011		19.440,00 €	EDIFICIO A	ESTERILIZACIÓN	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010172	Lavadora termodesinfectadora	MATACHANA	MAT L090		20/12/2018	20/12/2018		12.100,00 €	EDIFICIO A	FARMACIA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008719	Lector de microplacas para absorbancia	BIOTEK	ELX 800	190214	1_ /03/2008	13/03/2008		6.450,00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009358	Limpador (baño) ultrasónico sin calor	BANDELIN SONOREX	RE-514	277.00023533.002	0_ /12/2005	01/12/2005		2.160,00 €	EDIFICIO B	CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008650	Mesa de tallado	GRUPO TAPER	MT-1		12/09/2012	31/08/2012		19.438,92 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
30006720	Mesa exploración		REF-NM-CMV-E		3_ /12/2000	31/12/2000		234,76 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009127	Mesa exploración ginecológica	ORLA AGI-HMSA	1340		30/10/1996	12/12/1996		841,42 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009128	Mesa exploración ginecológica	AGI-HMSA	1340		3_ /10/1996	12/12/1996		846,89 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009132	Mesa exploración ginecológica	AGI-HMSA	1340		30/11/1999	02/12/1999		846,89 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008801	Mesa quirúrgica	PH SURGICAL	UNIVERSIS	11116	10/09/2004	10/09/2004		27.959,10 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10008807	Mesa quirúrgica	TRUMPF	SATURN	007119864	28/12/2000	31/12/2000		21.035,42 €	EDIFICIO B	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA

INVEN HOSP. AL	DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO	N. SERIE	FECHA ADQUISICIÓN (d mm aaaa)	FECHA PUESTA A EN MARCHA (dd mm aaaa)	FECHA FIN GARANTÍA (dd mm aaaa)	COS	E DE ADQUISICIÓN	PABELLÓN UBICACIÓN	SERVICIO	CRÉDITO	SITUACIÓN OPERA. IVA ACUACIÓN E	FORMA ADQUISICIÓN
10008812	Mesa quirúrgica	FH SURGICAL	UNIVERSIS	11095	10/09/2004	10/09/2004		27.959 10 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA	
10008820	Mesa quirúrgica	FH SURGICAL	UNIVERSIS	11105	10/09/2004	10/09/2004		27.959 10 €	EDIFICIO B	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA	
10008833	Mesa quirúrgica	TRUMPH	SATURN	100115849	19/06/2003	15/08/2003		24.250 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA	
10008877	Mesa quirúrgica	TRUMPH	SATURN	001119864	28/12/2000	31/12/2000		21.035 42 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA	
10008879	Mesa quirúrgica	FH SURGICAL	UNIVERSIS	11111	10/09/2004	10/09/2004		27.959 10 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA	
10009123	Mesa quirúrgica	TRUMPH	SATURN GS	001090127	28/12/2000	31/12/2000		21.035 42 €	EDIFICIO B	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA	
10009324	Mesa quirúrgica	MAQUET	ALPHAMAXX	019 0	24/07/2008	29/07/2008		49.304 84 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA	
10009325	Mesa quirúrgica	FH SURGICAL	UNIVERSIS	11115	10/09/2004	10/09/2004		27.959 10 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA	
10100109	Mesa quirúrgica	STERIS	CMAX3		01/10/2019	01/10/2019		8.187 60 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA	
1010451	Mesa quirúrgica	MAQUET	MEERA	117849	01/12/2012	01/12/2012		31.326 90 €	EDIFICIO B	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA	
10031820	Mesa quirúrgica	GETINGE	MEERA 72000180		12075	09/10/2023	23/02/2024	23/02/2026	44.757 97 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10013181	Mesa quirúrgica mov I	GETINGE	MEERA 7200	10609	07/12/2021	22/12/2021		35.628 75 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA	
10009837	Mesa urodinámica				05/11/2004	05/11/2004		14.800 00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	URGENTE	ALTA	COMPRA	
10008725	Microcentro fuga	COSTAR	MINI CENTRIFUGE	10MVS-08382	0	11/1997	03/11/1997	757 28 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10009978	Microdebridador	STRIKER			20/01/2011	20/01/2011		9.000 00 €	EDIFICIO B	CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10009943	Microdebridador para artroscopia	CONMED	D3000	88823620	19/05/2009	19/05/2009		3.000 00 €	EDIFICIO B	CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008626	Microscopio	LEICA	DMLS	216521	23/03/2000	08/03/2000		3.185 36 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008627	Microscopio	LEICA	DM3000	274388-072005	17/10/2005	17/10/2005		5.997 20 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008628	Microscopio	LEICA	DMLS	218634	2	12/2000	21/12/2000	3.245 47 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008629	Microscopio	OLYMPUS	CK41	3013574	17/12/2003	31/12/2003		7.500 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008630	Microscopio	LEICA	DM2000	355017	0/07/2012	22/06/2012		5.078 91 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008631	Microscopio	OLYMPUS	CK40	6001646	29/11/1990	07/01/1991		4.146 98 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008659	Microscopio	LEICA	DMLS	218623	21/12/2000	21/12/2000		2.999 05 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008660	Microscopio	LEICA	DMLS	233825	04/10/2002	11/11/2002		2.935 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008661	Microscopio	NIKON	YS2-H	152483	12/11/1996	23/10/1997		1.652 48 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008662	Microscopio	NIKON	LABOPHOT-2	436709	3	10/1990	31/10/1990	2.854 81 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008667	Microscopio	NIKON	ECLIPSE E400	674040	27/12/1999	31/12/1999		4.357 34 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008670	Microscopio	ZEISS	AXIO LAB	995352	28/12/2001	28/12/2001		3.779 08 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008679	Microscopio	ZEISS	AXIOTAR PLUS	3109001523	29/03/2005	29/03/2005		3.325 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008691	Microscopio	NIKON	ECLIPSE E400	6721 6	14/12/1998	14/12/1998		3.305 57 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008694	Microscopio	NIKON	LABOPHOT-2	435919	31/12/2001	31/12/2001		6.800 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008705	Microscopio	ZEISS	AXIOSKOP 2 PLUS	3304805141	28/12/2001	28/12/2001		21.606 39 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
1010036	Microscopio	MOTIC	PANTHERA	17019367	12/12/2018	12/12/2018		2.184 05 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
1010037	Microscopio	MOTIC	PANTHERA	17008637	12/12/2018	12/12/2018		2.184 05 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10101398	Microscopio	LEICA	DM1000 LED	515806	14/12/2020	14/12/2020		4.778 42 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008669	Microscopio (análisis seminales)	NIKON	E200	942823	24/10/2006	24/10/2006		6.500 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008614	Microscopio cámara digital	NIKON	ECLIPSE E400	677148	31/12/2001	31/12/2001		27.645 07 €	EDIFICIO B	INVESTIGACION	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008609	Microscopio óptico invertido	LEICA	DMLS	52128	21/12/2000	20/05/2003		5.950 02 €	EDIFICIO B	INVESTIGACION	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10009917	Microscopio quirúrgico	CARL ZEISS	LUMERA 700	6634143284	0	12/2015	01/12/2015	45.000 00 €	EDIFICIO B	CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10101510	Microscopio quirúrgico	CARL ZEISS	LUMERA 700	6634143287	0	12/2017	01/12/2017	60.000 00 €	EDIFICIO B	CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008640	Microtomo	MICROM	HM325	9183	14/10/1996	31/10/1996		6.611 11 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008642	Microtomo	THERMO SCIENTIFIC	MICROM HM325	52223	31/12/2011	16/12/2011		5.832 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008644	Microtomo	LEICA	RM2155	050231619	3	12/2001	31/12/2001	8.414 17 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10033436	Microtomo	LEYCA	HISTOCORE AUTOCUT	04942	05/06/2024	17/06/2024	17/06/2026	8.147 58 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
1010039	Microtomo automático	THERMO SCIENTIFIC	MICROM NM3555	518112564	14/02/2018	14/02/2018		14.399 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008641	Microtomo rotacional	MICROM	HM3505	33232	27/10/2005	27/10/2005		14.000 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008603	Miniclave	MATCHANA	M30-B	E-20465	30/12/2005	02/12/2005		8.592 10 €	EDIFICIO B	CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008803	Miniclave	STATIM	50005	7216AK0008	2	12/2000	02/01/2001	6.010 12 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008843	Miniclave	STATIM	50005	D216E C0003	3	08/2004	31/08/2004	7.500 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008867	Miniclave	STATIM	20005	2126558	21/12/2001	02/01/2001		3.896 95 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10009923	Miniclave	STATIM	50005	7216C F0007	0	12/2006	01/12/2006	7.610 90 €	EDIFICIO B	CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10101389	Módulo de BIS para VISTA 120 con cable	DRAEGER	2607561		09/12/2020	09/12/2020		950 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA	
10101390	Módulo de BIS para VISTA 120 con cable	DRAEGER	2607561		09/12/2020	09/12/2020		950 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA	
10101391	Módulo de BIS para VISTA 120 con cable	DRAEGER	2607561		09/12/2020	09/12/2020		950 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA	
10013258	Módulo de cámara	KARL STORZ	18191070	Y0857199-P	19/11/2021	28/01/2022		9.800 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA	
10009396	Módulo de capnografía	GENERAL ELECTRIC	E-MINIC-00	8525935	19/12/2018	19/12/2018		4.900 00 €	EDIFICIO B	CMA	URGENTE	ALTA	COMPRA	
10101063	Módulo de capnografía ETCO2	DRAEGER	MAINSTREAM		01/12/2020	01/12/2020		1.790 80 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA	
10101364	Módulo de capnografía ETCO2	DRAEGER	MAINSTREAM		01/12/2020	01/12/2020		1.790 80 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA	
10101365	Módulo de capnografía ETCO2	DRAEGER	MAINSTREAM		01/12/2020	01/12/2020		1.790 80 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA	
10101366	Módulo de capnografía ETCO2	DRAEGER	MAINSTREAM		01/12/2020	01/12/2020		1.790 80 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA	
10009150	Módulo de entropía	GENERAL ELECTRIC	E-ENTROPY-00	6044812	31/10/2005	16/11/2005		2.424 00 €	EDIFICIO B	CMA	URGENTE	ALTA	COMPRA	
10009389	Módulo de entropía	GENERAL ELECTRIC	E-ENTROPY-01	S1818480037HA	19/12/2018	15/01/2019		2.662 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA	
10101442	Módulo de entropía	DATAX OHMEDA	E-ENTROPY-00	6912843	01/12/2014	10/12/2014		5.800 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA	
10101470	Módulo de entropía	GENERAL ELECTRIC	E-ENTROPY-01	S18145 8859HA	10/12/2014	10/12/2014		2.662 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA	
10101471	Módulo de entropía	GENERAL ELECTRIC	E-ENTROPY-00	6527355	01/12/2014	10/12/2014		2.424 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA	

INVEN HOSPI. AL	DENOMINACIÓN	MARCA	MÓDELO	N. SERIE	FECHA ADQUISICIÓN (dd mm aaaa)	FECHA PUESTA EN MARCHA (dd mm aaaa)	FECHA FIN GARANTÍA (dd mm aaaa)	COSTE DE ADQUISICIÓN	PABELLÓN/ UBICACIÓN	SERVICIO	CRITICIDAD	SITUACIÓN OPERATIVA ACTUALMENTE	FORMA ADQUISICIÓN
10010475	Módulo de entropía	GENERAL ELECTRIC	E-ENTROPY-04	5143345	0/12/2014	10/12/2014		5.800 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010478	Módulo de entropía	GENERAL ELECTRIC	E-ENTROPY-00	6404919	0/12/2014	10/12/2014		2.424 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010492	Módulo de entropía	DATEx OHMEDA	E-ENTROPY-00	6457299	0/12/2014	10/12/2014		5.700 00 €	EDIFICIO B	CMA	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010497	Módulo de entropía	DATEx OHMEDA	E-ENTROPY-04	7048274	10/12/2014	10/12/2014		5.800 00 €	EDIFICIO B	CMA	URGENTE	ALTA	COMPRA
10013195	Módulo de entropía	GENERAL ELECTRIC	E-ENTROPY-01	SIB21160013HA	09/12/2021	23/12/2021		2.662 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10032087	Módulo de entropía	GENERAL ELECTRIC	E-ENTROPY-01	SIB23090114HA	16/11/2023	19/02/2024	19/02/2026	2.662 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010440	Módulo de espirometría/capnografía	DATEx OHMEDA	E-CAIOV-00	6908779	0/12/2015	10/12/2015		4.900 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010444	Módulo de espirometría/capnografía	DATEx OHMEDA	E-CAIOV-01	6909280	10/12/2015	10/12/2015		4.900 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010457	Módulo de espirometría/capnografía	DATEx OHMEDA	E-CAIOV-00	6451646	10/12/2015	10/12/2015		4.900 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010464	Módulo de espirometría/capnografía	DATEx OHMEDA	E-CAIOV-03	5147471	0/12/2015	10/12/2015		4.900 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010469	Módulo de espirometría/capnografía	DATEx OHMEDA	E-CAIOV-00	SGV15077766HA	10/12/2015	10/12/2015		4.900 00 €	EDIFICIO B	CMA	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010474	Módulo de espirometría/capnografía	DATEx OHMEDA	E-CAIOV-03	5149846	10/12/2015	10/12/2015		4.900 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010489	Módulo de espirometría/capnografía	DATEx OHMEDA	E-CAIOV-03	5156110	10/12/2015	10/12/2015		4.900 00 €	EDIFICIO B	CMA	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010495	Módulo de espirometría/capnografía	DATEx OHMEDA	E-CAIOV-00	7037098	10/12/2015	10/12/2015		4.900 00 €	EDIFICIO B	CMA	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010499	Módulo de espirometría/capnografía	DATEx OHMEDA	E-CAIOV-00	394235	0/12/2015	10/12/2015		4.900 00 €	EDIFICIO B	CMA	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010575	Módulo de espirometría/capnografía	DATEx OHMEDA	E-sCAIOV-00	SGV19089408HA	29/12/2020	29/12/2020		4.900 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10032089	Módulo de espirometría/capnografía	GENERAL ELECTRIC	E-SCAIOV-00	SUA23463037HA	16/11/2023	19/02/2024	19/02/2026	4.900 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010055	Módulo de relajación muscular	DRAEGER	TOPSCAN	2019-9879	13/11/2019	09/12/2020		1.987 30 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010392	Módulo de relajación muscular	DRAEGER	TOPSCAN	2020-13422	09/12/2020	09/12/2020		1.987 30 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010447	Módulo de relajación muscular	DRAEGER	TOPSCAN	18-6075	31/12/2020	31/12/2020		1.987 30 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010409	Módulo de transmisión neuromuscular	GENERAL ELECTRIC	E-NMT	SIC20390030HA	16/12/2020	16/12/2020		1.355 20 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010410	Módulo de transmisión neuromuscular	GENERAL ELECTRIC	E-NMT	SIC20390037HA	16/12/2020	16/12/2020		1.355 20 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010411	Módulo de transmisión neuromuscular	GENERAL ELECTRIC	E-NMT	SIC20340040HA	16/12/2020	16/12/2020		1.355 20 €	EDIFICIO B	CMA	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010399	Módulo E-BIS	GENERAL ELECTRIC	E-BIS-01	SGS204900011HA	16/12/2020	16/12/2020		3.025 00 €	EDIFICIO A		URGENTE	ALTA	COMPRA
10010400	Módulo E-BIS	GENERAL ELECTRIC	E-BIS-01	SGS20490009HA	16/12/2020	16/12/2020		3.025 00 €	EDIFICIO A		URGENTE	ALTA	COMPRA
10010401	Módulo E-BIS	GENERAL ELECTRIC	E-BIS-01	SGS20490010HA	16/12/2020	16/12/2020		3.025 00 €	EDIFICIO A		URGENTE	ALTA	COMPRA
10010402	Módulo E-BIS	GENERAL ELECTRIC	E-BIS-01	SGS20490011HA	16/12/2020	16/12/2020		3.025 00 €	EDIFICIO A		URGENTE	ALTA	COMPRA
10010403	Módulo E-BIS	GENERAL ELECTRIC	E-BIS-01	SGS20490019HA	16/12/2020	16/12/2020		3.025 00 €	EDIFICIO A		URGENTE	ALTA	COMPRA
10010404	Módulo E-BIS	GENERAL ELECTRIC	E-BIS-01	SGS20490020HA	16/12/2020	16/12/2020		3.025 00 €	EDIFICIO A		URGENTE	ALTA	COMPRA
10010405	Módulo E-BIS	GENERAL ELECTRIC	E-BIS-01	SGS20490024HA	10/12/2020	10/12/2020		3.025 00 €	EDIFICIO A		URGENTE	ALTA	COMPRA
10010406	Módulo espirometría	GENERAL ELECTRIC	E-SCOV-00	SGV20392008HA	16/12/2020	16/12/2020		4.235 00 €	EDIFICIO B		URGENTE	ALTA	COMPRA
10010407	Módulo espirometría	GENERAL ELECTRIC	E-SCOV-00	SGV20392010HA	16/12/2020	16/12/2020		4.235 00 €	EDIFICIO B		URGENTE	ALTA	COMPRA
10010408	Módulo espirometría	GENERAL ELECTRIC	E-SCOV-00	SGV20392011HA	16/12/2020	16/12/2020		4.235 00 €	EDIFICIO B		URGENTE	ALTA	COMPRA
30012634	Módulo expositor		M603		24/09/2001	29/10/2001		1.202 02 €	EDIFICIO B	CMA	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010460	Módulo Neuromuscular	DATEx OHMEDA	E-NMT	SIC145-8599HA	10/12/2014	10/12/2014		4.700 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010472	Módulo Neuromuscular	DATEx OHMEDA	E-NMT	6920070	10/12/2014	10/12/2014		4.700 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010479	Módulo Neuromuscular	DATEx OHMEDA	E-NMT-02	5161512	0/12/2014	10/12/2014		4.750 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010493	Módulo Neuromuscular	DATEx OHMEDA	E-NMT-00	6459316	10/12/2014	10/12/2014		4.650 00 €	EDIFICIO B	CMA	URGENTE	ALTA	COMPRA
10031396	Módulo Neuromuscular	GENERAL ELECTRIC	NMT-01	SIC21160011HA	09/12/2021	23/12/2021		4.750 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10032088	Módulo Neuromuscular	GENERAL ELECTRIC	NMT-01	SIC23480179HA	16/11/2023	19/02/2024	19/02/2026	4.750 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010458	Módulo PNI	DATEx OHMEDA	M-NIBP	5160 44	10/12/2014	10/12/2014		3.850 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010465	Módulo PNI	DATEx OHMEDA	M-NIBP-05	837097	10/12/2014	10/12/2014		3.850 00 €	EDIFICIO B	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010476	Módulo PNI	DATEx OHMEDA	M-NIBP-05	4162057	10/12/2014	10/12/2014		3.850 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010490	Módulo PNI	DATEx OHMEDA	M-NIBP-05	5164499	10/12/2014	10/12/2014		3.850 00 €	EDIFICIO B	CMA	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010500	Módulo PNI	DATEx OHMEDA	M-NINP-05	5160745	10/12/2014	10/12/2014		3.850 00 €	EDIFICIO B	CMA	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010506	Módulo PNI	DATEx OHMEDA	M-NIP-05	5160747	10/12/2014	10/12/2014		3.850 00 €	EDIFICIO B	CMA	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010441	Módulo PNI-Pi-TEMP-SPO2-ECG	DATEx OHMEDA	E-PSMP-01	7203971	0/12/2014	10/12/2014		4.300 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010445	Módulo PNI-Pi-TEMP-SPO2-ECG	DATEx OHMEDA	E-PSMP-00	6018115	0/12/2014	10/12/2014		4.250 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010455	Módulo PNI-Pi-TEMP-SPO2-ECG	DATEx OHMEDA	E-PSMP-01	6935699	0/12/2014	10/12/2014		4.300 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010496	Módulo PNI-Pi-TEMP-SPO2-ECG	DATEx OHMEDA	E-PSMP-01	6875206	10/12/2014	10/12/2014		4.300 00 €	EDIFICIO B	CMA	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010576	Módulo PNI-Pi-TEMP-SPO2-ECG	DATEx OHMEDA	20 6793-002	SPK204905855A	29/12/2020	29/12/2020		4.350 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010501	Módulo PNI-TEMP-SPO2-ECG	DATEx OHMEDA	M-ESTPR-00-03	808699	0/12/2014	10/12/2014		4.350 00 €	EDIFICIO B	CMA	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010059	Módulo receptor para cámara VLT	GETINGE	AIR02	500726	12/11/2019	25/11/2019		1.978 77 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010459	Módulo SPO2-ECG	DATEx OHMEDA	M-ESTPR	5161638	10/12/2014	10/12/2014		4.200 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010466	Módulo SPO2-ECG	DATEx OHMEDA	M-ESTPR	5083126	10/12/2014	10/12/2014		4.200 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010477	Módulo SPO2-ECG	DATEx OHMEDA	M-ESTPR-04	5083124	10/12/2014	10/12/2014		4.250 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010491	Módulo SPO2-ECG	DATEx OHMEDA	M-ESTPR-04	5080261	0/12/2014	10/12/2014		4.250 00 €	EDIFICIO B	CMA	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010505	Módulo SPO2-ECG	DATEx OHMEDA	M-ESTPR	51578720	10/12/2014	10/12/2014		4.200 00 €	EDIFICIO B	CMA	URGENTE	ALTA	COMPRA
1000850	Monitor	SONY	PVM-20NSE		6200824	0 10/1997	01/01/1997	3.200 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009937	Monitor	KARL STORZ	20090519	TV958		19/05/2009	19/05/2009	3.000 00 €	EDIFICIO B	CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009939	Monitor	RADIANCE	SC-WU26-A1515	13-217967		19/05/2009	19/05/2009	2.000 00 €	EDIFICIO B	CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009940	Monitor	RADIANCE	SC-WU26-A1515	13-217969		19/05/2009	19/05/2009	2.000 00 €	EDIFICIO B	CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010605	Monitor bronoscopia	AMBU	405002000	JANUS2-W08-R10		18/06/2021	22/06/2021	2.500 00 €	EDIFICIO A	ANESTESIA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10031315	Monitor CSM NONIN PNI TEMP WIFI	HELIANTHUS	75WT-2	100042913121		04/11/2021	18/11/2021	2.692 25 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10031316	Monitor CSM NONIN PNI TEMP WIFI	HELIANTHUS	75WT-2	1000 6833121		04/11/2021	18/11/2021	2.692 25 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA

INVEN HOSPI. AL	DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO	N. SERIE	FECHA ADQUISICIÓN (d mm aaaa)	FECHA PUESTA A EN MARCHA (d mm aaaa)	FECHA FIN GARAN- TÍA (d mm aaaa)	COS- TOS E DE ADQUI- SICIÓN	PABELLÓN/ UBICACIÓN	SERVICIO	CRÉ- DITO	SITUACIÓN OPERATI- VA AL MOMEN- TO	FORMA ADQUISICIÓN
10013117	Monitor CSM NONIN PNI TEMP WIFI	HELIANTHUS	75WT-2	100054892221	04/11/2021	18/11/2021		2.692 25 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10016650	Monitor CSM NONIN PNI TEMP WIFI	HILROM	75WT-2	100024184022	18/11/2022	29/11/2022		2.692 25 €	EDIFICIO A	RADIOLOGIAGNOSTICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10017482	Monitor CSM NONIN PNI TEMP WIFI	HILROM	75WT-2	100073642122	27/12/2022	06/03/2023		2.692 25 €	EDIFICIO A	RADIOLOGIAGNOSTICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10017483	Monitor CSM NONIN PNI TEMP WIFI	HILROM	75WT-2	100073652122	27/12/2022	06/03/2023		2.692 25 €	EDIFICIO A	RADIOLOGIAGNOSTICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10017484	Monitor CSM NONIN PNI TEMP WIFI	HILROM	75WT-2	100073662122	2 / 12/2022	06/03/2023		2.692 25 €	EDIFICIO A	RADIOLOGIAGNOSTICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10033880	Monitor CSM NONIN PNI TEMP WIFI	HILROM	75WT-2	100058384422	29/05/2024	10/07/2024	10/07/2026	2.692 25 €	EDIFICIO A	CONTROL B1	NORMAL	ALTA	COMPRA
10033881	Monitor CSM NONIN PNI TEMP WIFI	HILROM	75WT-2	100089404323	29/05/2024	10/07/2024	10/07/2026	2.692 25 €	EDIFICIO A	CONTROL B2	NORMAL	ALTA	COMPRA
10035302	Monitor CSM NONIN PNI TEMP WIFI	HELIANTHUS MEDICAL	75WT-2	100026302824	22/11/2024	05/12/2024	05/12/2026	2.692 25 €	EDIFICIO A	UTCA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10035303	Monitor CSM NONIN PNI TEMP WIFI	HELIANTHUS MEDICAL	75WT-2	100026422824	22/11/2024	05/12/2024	05/12/2026	2.692 25 €	EDIFICIO A	CONTROL A	NORMAL	ALTA	COMPRA
3001203	Monitor de 25"	SONY	TRINITRON	1061082	28/12/2001	28/12/2001		2.800 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008510	Monitor de constantes vitales	RGB	DINAPRO		605104	19/10/2004	19/10/2004	1.254 91 €	EDIFICIO A		NORMAL	ALTA	COMPRA
10008512	Monitor de constantes vitales	WELCH ALLYN		53000 JA011356	26/09/2005	26/09/2005		1.600 00 €	EDIFICIO A		NORMAL	ALTA	COMPRA
10008513	Monitor de constantes vitales	WELCH ALLYN		1210	201205630	19/12/2013	19/12/2013	1.210 00 €	EDIFICIO A		NORMAL	ALTA	COMPRA
10008519	Monitor de constantes vitales	LUCON	M20	105 08120012	3 / 12/2011	24/12/2010		1.550 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008535	Monitor de constantes vitales	LUCON	M20	105108120026	3 / 12/2011	24/12/2010		1.550 00 €	EDIFICIO A		NORMAL	ALTA	COMPRA
10008543	Monitor de constantes vitales	LUCON	M20	105108120012	3 / 12/2011	24/12/2010		1.550 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008564	Monitor de constantes vitales	LUCON	M20	105 08120019	24/12/2010	24/12/2010		1.550 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008570	Monitor de constantes vitales	MEGOS	SENTRY	185-FF5150	18/11/2003	18/11/2003		1.450 00 €	EDIFICIO A		NORMAL	ALTA	COMPRA
10008574	Monitor de constantes vitales	S/S	DATEX OHMEDA	4330029	28/08/2004	28/08/2004		8.271 73 €	EDIFICIO A	UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008577	Monitor de constantes vitales	SIEMENS	SC 6002 XL	5510439671	22/12/2000	31/12/2000		6.285 62 €	EDIFICIO A		NORMAL	ALTA	COMPRA
10008580	Monitor de constantes vitales	DATEX OHMEDA	CARESCAPE B650	SEW12420702HA	3 / 12/2011	23/12/2010		6.300 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008581	Monitor de constantes vitales	GE/DATEX OHMEDA	CARDIOCAP S	516 631	28/08/2004	28/08/2004		8.271 73 €	EDIFICIO A	REANIMACION P2	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008582	Monitor de constantes vitales	GENERAL ELECTRIC	CARESCAPE B650	SEW11059100HA	3 / 12/2011	23/12/2010		2.747 70 €	EDIFICIO A	UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008583	Monitor de constantes vitales	GE/DATEX OHMEDA	B650	SEW11059054HA	3 / 12/2011	23/12/2010		6.084 00 €	EDIFICIO A	U. CUIDADOS CRITICOS POST	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008584	Monitor de constantes vitales	GE/DATEX OHMEDA	B650	SEW11059094HA	3 / 12/2011	23/12/2010		6.084 00 €	EDIFICIO A	U. CUIDADOS CRITICOS POST	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008586	Monitor de constantes vitales	GE/DATEX OHMEDA	CARDIOCAP S	516 626	28/08/2004	28/08/2004		8.271 73 €	EDIFICIO B	REANIMACION P2	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008589	Monitor de constantes vitales	GE/DATEX OHMEDA	CARDIOCAP S	515 632	28/08/2004	28/08/2004		8.271 73 €	EDIFICIO A	REANIMACION P2	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008591	Monitor de constantes vitales	GE/DATEX OHMEDA	CARDIOCAP S	516 633	28/08/2004	28/08/2004		8.271 73 €	EDIFICIO A	REANIMACION P2	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008595	Monitor de constantes vitales	GE/DATEX OHMEDA	CARDIOCAP S	516 629	28/08/2004	28/08/2004		8.271 73 €	EDIFICIO A	REANIMACION P1	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008596	Monitor de constantes vitales	GE/DATEX OHMEDA	CARDIOCAP S	516 630	28/08/2004	28/08/2004		8.271 73 €	EDIFICIO A	REANIMACION P2	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008597	Monitor de constantes vitales	GE/DATEX OHMEDA	CARDIOCAP S	516 628	28/08/2004	28/08/2004		8.271 73 €	EDIFICIO A	REANIMACION P1	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008773	Monitor de constantes vitales	GENERAL ELECTRIC	DASH 2500	SCG0802439WA	30/09/2009	23/09/2009		6.419 64 €	EDIFICIO B	CONSULTA ENDOSCOPIA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008784	Monitor de constantes vitales	GENERAL ELECTRIC	DASH 2500	SCG08014290WA	30/09/2009	23/09/2009		6.419 63 €	EDIFICIO A		NORMAL	ALTA	COMPRA
10008785	Monitor de constantes vitales	GENERAL ELECTRIC	DASH 2500	SCG08024399WA	30/09/2009	23/09/2009		6.419 63 €	EDIFICIO A		NORMAL	ALTA	COMPRA
10008788	Monitor de constantes vitales	GE/DATEX OHMEDA	CARDIOCAP S	516 625	28/08/2004	28/08/2004		8.271 73 €	EDIFICIO B	REANIMACION CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008839	Monitor de constantes vitales	LUCON	M20	105 08120017	12/09/2012	13/07/2012		1.550 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008844	Monitor de constantes vitales	GE/DATEX OHMEDA	CARDIOCAP S	5160772	30/10/1996	12/12/1996		1.382 33 €	EDIFICIO A	PREANESTESIA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008846	Monitor de constantes vitales	S/S LIGHT HEMODINAM	5160776	30/11/1999	30/11/1999		3.218 63 €	EDIFICIO A	PREANESTESIA	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008847	Monitor de constantes vitales	GE/DATEX OHMEDA	CARDIOCAP S	5160777	14/12/1990	09/01/1991		2.253 80 €	EDIFICIO A	PREANESTESIA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008854	Monitor de constantes vitales	DATEX OHMEDA	S/S	4775904	28/10/2002	28/10/2002		5.110 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008856	Monitor de constantes vitales es	GE/DATEX OHMEDA	S/S LIGHT HEMODINAM	5160775	28/08/2004	28/08/2004		8.271 73 €	EDIFICIO A	PREANESTESIA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008873	Monitor de constantes vitales	DATEX OHMEDA	S/S	4603419	31/12/2001	31/12/2001		5.110 00 €	EDIFICIO A	ADAPTACION AL MEDIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008874	Monitor de constantes vitales	GE/DATEX OHMEDA	CARDIOCAP S	5161627	28/08/2004	28/08/2004		8.271 73 €	EDIFICIO B	REANIMACION CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009046	Monitor de constantes vitales	DATEX OHMEDA	S/S	5057155	13/11/1996	12/12/1996		7.212 15 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009165	Monitor de constantes vitales	GE/DATEX OHMEDA	B650	SEW11038948HA	3 / 12/2011	23/12/2010		6.084 00 €	EDIFICIO A	U. CUIDADOS CRITICOS POST	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009168	Monitor de constantes vitales	WELCH ALLYN	42MTB-S2	201205560	19/12/2013	19/12/2013		1.210 00 €	EDIFICIO B	CONSULTA ECOGRAFIAS 1	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009169	Monitor de constantes vitales	GENERAL ELECTRIC	CARESCAPE B650	SEW11059055HA	17/12/2014	17/12/2014		14.355 00 €	EDIFICIO A	RECUPERACION	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009170	Monitor de constantes vitales	GE/DATEX OHMEDA	CARESCAP	SEW11038947HA	06/02/2014	06/02/2014		8.700 00 €	EDIFICIO A	U. CUIDADOS CRITICOS POST	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009171	Monitor de constantes vitales	GENERAL ELECTRIC	CARESCAPE B450	SNE16420065HA	10/12/2016	10/12/2016		6.495 28 €	EDIFICIO A	RECUPERACION	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009172	Monitor de constantes vitales	GENERAL ELECTRIC	CARESCAPE B450	SNE16420063HA	10/12/2016	10/12/2016		6.495 28 €	EDIFICIO A	RECUPERACION	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009173	Monitor de constantes vitales	GENERAL ELECTRIC	CARESCAPE B450	SNE16420054HA	10/12/2016	10/12/2016		6.495 28 €	EDIFICIO A	RECUPERACION	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009174	Monitor de constantes vitales	GENERAL ELECTRIC	CARESCAPE B450	SNE16420053HA	10/12/2016	10/12/2016		6.495 28 €	EDIFICIO A	RECUPERACION	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009177	Monitor de constantes vitales es	WELCH ALLYN	75WT	100016510716	10/02/2017	10/02/2017		2.541 00 €	EDIFICIO B		NORMAL	ALTA	COMPRA
10009178	Monitor de constantes vitales	WELCH ALLYN	75WT	100022220916	16/06/2016	16/06/2016		2.541 00 €	EDIFICIO B	CONSULTA ELECTROCARDIOGRAMA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009180	Monitor de constantes vitales	GENERAL ELECTRIC	B20	SM216471767WA	2 / 11/2016	23/11/2016		3.381 95 €	EDIFICIO A	ADAPTACION AL MEDIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009181	Monitor de constantes vitales	GENERAL ELECTRIC	B20	SM218 81593WA	2 / 11/2016	23/11/2016		3.381 95 €	EDIFICIO A	RECUPERACION	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009183	Monitor de constantes vitales	WELCH ALLYN	PROPAQ CS	GA100906	17/11/2005	17/11/2005		4.499 99 €	EDIFICIO A	REANIMACION/DEADAPTACION	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009190	Monitor de constantes vitales	WELCH ALLYN	S 000	JA011354	26/09/2005	26/09/2005		1.600 00 €	EDIFICIO A	CONTROL B3	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009307	Monitor de constantes vitales	GE/DATEX OHMEDA	S/S LIGHT HEMODINAM	01019N4230020	28/08/2004	28/08/2004		8.271 73 €	EDIFICIO A	REANIMACION P2	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009312	Monitor de constantes vitales	RGB	DINAPRO	319	19/10/2004	19/10/2004		1.254 91 €	EDIFICIO A		NORMAL	ALTA	COMPRA
10009313	Monitor de constantes vitales	DATEX OHMEDA	CARDIOCAP S	FBU001584	28/08/2004	28/08/2004		8.271 73 €	EDIFICIO A	PREANESTESIA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009314	Monitor de constantes vitales	GE/DATEX OHMEDA	CARDIOCAP S	FBWF02367	28/08/2004	28/08/2004		8.271 73 €	EDIFICIO B	REANIMACION CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009315	Monitor de constantes vitales	DATEX OHMEDA	S/S	5160773	28/08/2004	28/08/2004		8.271 73 €	EDIFICIO A	PREANESTESIA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009316	Monitor de constantes vitales	GE/DATEX OHMEDA	S/S LIGHT HEMODINAM	5160771	28/08/2004	28/08/2004		8.271 73 €	EDIFICIO A	READAPTACION	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009392	Monitor de constantes vitales	DRÄGER	VISTA 120	VTSKM0292	19/12/2018	27/12/2018		3.509 00 €	EDIFICIO B	REANIMACION CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA

INVEN HOSPITAL	DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO	N. SERIE	FECHA ADQUISICIÓN (dd mm aaaa)	FECHA PUESTA EN MARCHA (dd mm aaaa)	FECHA FIN GARANTÍA (dd mm aaaa)	COSTO DE ADQUISICIÓN	PABELLÓN/ UBICACIÓN	SERVICIO	CRÉDITO	SITUACIÓN OPERATIVA ACTUALMENTE	FORMA ADQUISICIÓN	
10009822	Monitor de constantes vitales	WELCH ALLYN	75WT	100056903718	2 / 11/2016	23/11/2016		2.541 00 €	EDIFICIO B	CONSULTA ANESTESIA	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10009833	Monitor de constantes vitales	WELCH ALLYN	42MTB-S2		19/12/2013	19/12/2013		1.210 00 €	EDIFICIO B	CONSULTA MONITORES FETALES	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10009842	Monitor de constantes vitales	WELCH ALLYN	42MTB-S2		18/12/2020	18/12/2020		1.210 00 €	EDIFICIO B	CONSULTA GINECOLOGÍA	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10009845	Monitor de constantes vitales	WELCH ALLYN	42MTB-S2		18/12/2020	18/12/2020		1.210 00 €	EDIFICIO B	CONSULTA MONITORES FETALES	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10009860	Monitor de constantes vitales	WELCH ALLYN	YM1000	JA010309	26/09/2005	26/09/2005		4.850 00 €	EDIFICIO B	CONSULTA HISTEROCOPIAS	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10009891	Monitor de constantes vitales	LUCON	M20		12/09/2012	13/07/2012		1.550 00 €	EDIFICIO B	EXTRACCIONES BOX Nº 5	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10009900	Monitor de constantes vitales	DRAEGER	VISTA 120	VTSKM0235	19/12/2018	27/12/2018		3.509 00 €	EDIFICIO B	REANIMACION CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10009901	Monitor de constantes vitales	DRAEGER	VISTA 120	VTSLH0108	19/12/2018	27/12/2018		3.509 00 €	EDIFICIO A	REANIMACIÓN/READAPTACIÓN	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10009902	Monitor de constantes vitales	DRAEGER	VISTA 120	VTSKM0222	19/12/2018	27/12/2018		3.509 00 €	EDIFICIO B	REANIMACION CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10009903	Monitor de constantes vitales	DRAEGER	VISTA 120	VTSKM0236	19/12/2018	27/12/2018		3.509 00 €	EDIFICIO B	REANIMACION CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010056	Monitor de constantes vitales	DRAEGER	INFINITY DELTA XL	600972070	15/11/2019	15/11/2019		5.566 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010061	Monitor de constantes vitales	DRAEGER	INFINITY DELTA XL	6009891361	1 / 12/2019	11/12/2019		5.566 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010069	Monitor de constantes vitales	WELCH ALLYN	75WT	100021784019	19/12/2019	19/12/2019		2.225 00 €	EDIFICIO A		NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010072	Monitor de constantes vitales	WELCH ALLYN	75WT	100021784019	19/12/2019	19/12/2019		2.225 00 €	EDIFICIO A	ADAPTACIÓN AL MEDIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010075	Monitor de constantes vitales	CHEETAH	STARLING SV	V512018080559	2 / 12/2019	23/12/2019		0.285 00 €	EDIFICIO A	RECUPERACIÓN	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010369	Monitor de constantes vitales	WELCH ALLYN	75WT	100062945120	02/12/2020	29/01/2021		2.225 00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010370	Monitor de constantes vitales	WELCH ALLYN	75WT	100089094520	02/12/2020	29/01/2021		2.225 00 €	EDIFICIO A	ADAPTACIÓN AL MEDIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010412	Monitor de constantes vitales	HILLROM	75WT	100062925120	2 / 12/2020	09/02/2021		2.225 00 €	EDIFICIO B	CONSULTA ELECTROCARDIOGRAMA	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010443	Monitor de constantes vitales	DATAX OHMEDA	D-FPD15-00	DT143121104	30/09/2009	23/09/2009		6.084 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010448	Monitor de constantes vitales	DATAX OHMEDA	S/5	M1019PN4230031	10/12/2010	10/12/2010		6.300 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010463	Monitor de constantes vitales	DATAX OHMEDA	S/5	M1019PN4230007	10/12/2010	10/12/2010		6.300 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010468	Monitor de constantes vitales	GE/DATAX OHMEDA	B650	SEW1451B920HA	10/12/2014	10/12/2014		6.084 00 €	EDIFICIO A	U. CUIDADOS CRITICOS POST	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010473	Monitor de constantes vitales	DATAX OHMEDA	S/5	M1019PN4230022	10/12/2010	10/12/2010		6.300 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010488	Monitor de constantes vitales	DATAX OHMEDA	D-LCC12A-00	350906	0 / 12/2011	01/12/2011		6.000 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010494	Monitor de constantes vitales	GE/DATAX OHMEDA	S/5	SEW13487062HA	10/12/2013	10/12/2013		6.300 00 €	EDIFICIO A	PRESANESTESIA	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010498	Monitor de constantes vitales	DATAX OHMEDA	S/5	M1019PN4230017	10/12/2010	10/12/2010		6.300 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010504	Monitor de constantes vitales	GE/DATAX OHMEDA	CARDIOCAP 5	4072009	10/12/2007	10/12/2007		8.771 73 €	EDIFICIO A	ENDOSCOPIAS	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010549	Monitor de constantes vitales	WELCH ALLYN	75WT	100 0549	18/12/2020	18/12/2020		2.541 00 €	EDIFICIO A	ADAPTACIÓN AL MEDIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010550	Monitor de constantes vitales	WELCH ALLYN	75WT	1003764016	18/12/2020	18/12/2020		2.541 00 €	EDIFICIO A	ADAPTACIÓN AL MEDIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010551	Monitor de constantes vitales	DRAEGER	VISTA 120	VGSMMN0002	3 / 12/2020	31/12/2020		3.509 00 €	EDIFICIO A	DESPERTAR	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010552	Monitor de constantes vitales	GENERAL ELECTRIC	B20	SM216471760WA	1 / 12/2021	11/12/2021		3.381 95 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010553	Monitor de constantes vitales	GENERAL ELECTRIC	DASH 2500	SG608024396WA	12/12/2008	12/12/2008		6.419 63 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010554	Monitor de constantes vitales	DRAEGER	VISTA 120	VGSMMN0027	3 / 12/2020	31/12/2020		3.509 00 €	EDIFICIO A	RECUPERACIÓN	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010555	Monitor de constantes vitales	DRAEGER	VISTA 120	VGSMMN0169	3 / 12/2020	31/12/2020		3.509 00 €	EDIFICIO A	RECUPERACIÓN	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010556	Monitor de constantes vitales	DRAEGER	VISTA 120	VGSMMN0001	3 / 12/2020	31/12/2020		3.509 00 €	EDIFICIO A	RECUPERACIÓN	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010557	Monitor de constantes vitales	DRAEGER	VISTA 120	VTSLC0163	3 / 12/2020	31/12/2020		3.509 00 €	EDIFICIO A	REANIMACIÓN/READAPTACIÓN	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010558	Monitor de constantes vitales	DRAEGER	VISTA 120	VGSMMN0014	3 / 12/2020	31/12/2020		3.509 00 €	EDIFICIO A	UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010559	Monitor de constantes vitales	DRAEGER	VISTA 120	VGSMMN0039	3 / 12/2020	31/12/2020		3.509 00 €	EDIFICIO A	UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010560	Monitor de constantes vitales	GENERAL ELECTRIC	B20	SM218030087WA	1 / 12/2021	13/12/2021		3.381 95 €	EDIFICIO A	UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010561	Monitor de constantes vitales	DATAX OHMEDA	CARDIOCAP 5	FBUD01582	10/12/2004	10/12/2004		5.900 00 €	EDIFICIO A		NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010562	Monitor de constantes vitales	GENERAL ELECTRIC	CARESCAPE B650	SN521040016HA	0 / 02/2021	24/03/2021		9.486 40 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10032090	Monitor de constantes vitales	GENERAL ELECTRIC	B155M ATO MODEL	5W624500023WA	16/11/2023	19/02/2024	19/02/2026		7.200 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
30013120	Monitor de constantes vitales	WELCH ALLYN	75WT	100034054016	18/12/2020	18/12/2020		2.541 00 €	EDIFICIO A	DESPACHO RESIDENTES	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010051	Monitor de isquemia	VBM	TOURNIQUET 6000	23	04/11/2019	04/11/2019		3.900 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008889	Monitor fetal	GENERAL ELECTRIC	COROMETRICS 170	14000647	14/11/2001	26/11/2001		4.799 08 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10009201	Monitor fetal	GENERAL ELECTRIC	COROMETRICS 170	14000681	15/06/1997	15/06/1997		5.800 00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010052	Monitor full HD 32" laparoscopia	REIN MEDICAL	VIEWMEDIC CLINIO 43	VW9003124	04/11/2019	06/11/2019		8.700 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010086	Monitor full HD 32" laparoscopia	REIN MEDICAL	CLINIO 423D	VW903385	04/02/2020	04/02/2020		3.560 30 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10013198	Monitor pacientes	GENERAL ELECTRIC	B155M	SR821210027WA	09/12/2021	23/12/2021		5.974 98 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10017530	Monitor pacientes	GENERAL ELECTRIC	B155M	SR82 022032WA	10/03/2023	17/03/2023		5.974 98 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10017532	Monitor pacientes	GENERAL ELECTRIC	B155M	SR82 022021WA	10/03/2023	22/06/2023		5.974 98 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10017533	Monitor pacientes	GENERAL ELECTRIC	B155M	SR82 022022WA	10/03/2023	22/06/2023		5.974 98 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10017534	Monitor pacientes	GENERAL ELECTRIC	B155M	SR82 022033WA	10/03/2023	22/06/2023		5.974 98 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008837	Monitor quirúrgico	STRYKER	CART	0408CE482	29/11/2004	29/11/2004		1.243 98 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10008853	Monitor quirúrgico	BARCO	MDSC-2124	1890284537	12/09/2012	28/08/2012		3.686 58 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010060	Monitor quirúrgico 27"	GETINGE		910KCSFKH934	12/11/2019	25/11/2019		2.508 73 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10010038	Montador automático de placas	THERMO SCIENTIFIC	CTM6	CTF0531809	28/11/2018	03/12/2018		8.089 50 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10031195	Montador de portas	THERMO SCIENTIFIC	CTM 6	CTF58622105P	27/12/2022	27/12/2022		39.312 90 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA	
30015472	Muestreador de aire DUO SAS Super 360	SAS	SUPER 360	21-D-17396	02/11/2021	22/11/2021		2.662 00 €	EDIFICIO A	CONTROL B1	URGENTE	ALTA	COMPRA	
30015473	Muestreador de aire DUO SAS Super 360	SAS	SUPER 360	21-D-17380	02/11/2021	22/11/2021		2.662 00 €	EDIFICIO A	CONTROL B1	URGENTE	ALTA	COMPRA	
10009297	Oftalmómetro de jalal con pie de trípode	GENERAL OPTICA S.A	JVL/1	96040367	14/10/1996	30/10/1997		1.402 56 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA	
10009787	Optotipos (pantalla) 19"		TCP-2000 A	OCHD0025	22/03/2011	19/05/2010		3.547 05 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA	
30012806	Panel de aislamiento Quirófano 10				0 / 12/2012	01/12/2012		2.000 00 €	EDIFICIO B	CMA	URGENTE	ALTA	COMPRA	
30012807	Panel de aislamiento Quirófano 11				0 / 12/2012	01/12/2012		2.000 00 €	EDIFICIO B	CMA	URGENTE	ALTA	COMPRA	
30012805	Panel de aislamiento Quirófano 9				0 / 12/2012	01/12/2012		2.000 00 €	EDIFICIO B	CMA	URGENTE	ALTA	COMPRA	

INVEN HOSPI. AL	DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO	N. SERIE	FECHA ADQUISICIÓN (d mm aaaa)	FECHA PUESTA A EN MARCHA (d mm aaaa)	FECHA FIN GARANTÍA (d mm aaaa)	COS E DE ADQUISICIÓN	PABELLO/UBICACIÓN OPERA EN	SERVICIO	CRITICIDAD	SITUACIÓN OPERATIVA ACTUALMENTE	FORMA ADQUISICIÓN	
10036737	Pantalla de proyección de 24"	EYE NEXT	AOC		338	18/03/2025	28/03/2025	28/03/2027	1.996 50 €	EDIFICIO B	Consulta 11. Oftalmología	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010004	Peso	SECA	6357021094	1000000080787		28/02/2017	28/02/2017		2.111 45 €	EDIFICIO A	UTCA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008590	piñmetro	CRISON	LEUCOFORM	790		12/01/1998	12/01/1998		960 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008635	Placa fría	MICROM	CRYO CONSOLE		2	7/10/1997	23/10/1997		7.450 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008652	Placa fría	LE CA	EG1140C	038831679	3	7/12/2001	31/12/2001		7.212 15 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010041	Placa fría	LEICA	EG 1150 C	0388 8037	0	7/12/2006	01/12/2006		8.000 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008643	Placa refrigeradora de parafina	SACURA	TISSUE-TEC	47141271		18/12/2000	19/12/2000		2.283 85 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009786	Pleximógrafo de cabina	CAREFUSION	MASTERSCREEN BODY			15/12/2017	15/12/2017		40.000 18 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010359	Polígrafo respiratorio	NOXMEDICAL	T35			30/11/2020	30/11/2020		6.227 87 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010360	Polígrafo respiratorio	NOXMEDICAL	T35			30/11/2020	30/11/2020		6.227 87 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	URGENTE	ALTA	COMPRA
10035460	Polígrafo respiratorio		NOX T35	300126610		05/12/2024	18/12/2024	18/12/2026	6.600 55 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	URGENTE	ALTA	COMPRA
10035461	Polígrafo respiratorio		NOX T35	300126601		05/12/2024	18/12/2024	18/12/2026	6.600 55 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	URGENTE	ALTA	COMPRA
10008539	Po isomnógrafo 24 canales	SOMNOMEDICS	SOMNOSCREEN PLUS	1958		31/12/2009	31/12/2009		5.082 50 €	EDIFICIO A	CONTROL B3	URGENTE	ALTA	COMPRA
10008540	Po isomnógrafo 24 canales	SOMNOMEDICS	SOMNOSCREEN PLUS	1956		31/12/2009	31/12/2009		5.082 50 €	EDIFICIO A	CONTROL B3	URGENTE	ALTA	COMPRA
10008541	Po isomnógrafo 24 canales	SOMNOMEDICS	SOMNOSCREEN PLUS	1957		31/12/2009	31/12/2009		5.082 50 €	EDIFICIO A	CONTROL B3	URGENTE	ALTA	COMPRA
10008542	Po isomnógrafo 24 canales	SOMNOMEDICS	SOMNOSCREEN PLUS	1955		31/12/2009	31/12/2009		19.795 00 €	EDIFICIO A	CONTROL B3	URGENTE	ALTA	COMPRA
10008648	Procesador de tejidos	THERMO SCIENTIFIC	SHANDON EXCELSIOR	EX10430508		30/09/2005	30/09/2005		29.990 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10013059	Procesador de tejidos	LEICA	ASP6025	3299	1	7/10/2021	04/11/2021		57.811 36 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10009126	Proyector de optotipos con base	TOPCON ESPAÑA S.A	ACP-8	424147715		04/03/2016	04/03/2016		1.860 98 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008520	Pulsioxímetro	CHARMCARE	CK100	0A006A007		08/11/2007	17/10/2007		600 00 €	EDIFICIO A	CONTROL A3	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008523	Pulsioxímetro	CHARMCARE	CK100	0A005A0187		04/12/2006	04/12/2006		650 00 €	EDIFICIO A	CONTROL A3	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008532	Pulsioxímetro	CHARMCARE	CK100	6A0707		04/12/2006	04/12/2006		650 00 €	EDIFICIO A	CONTROL B3	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008533	Pulsioxímetro	CHARMCARE	CK100	0A009A0084		27/02/2009	26/02/2009		600 00 €	EDIFICIO A	CONTROL B3	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009026	Pulsioxímetro	CHARMCARE	CK100	0A009A0087		27/02/2009	26/02/2009		600 00 €	EDIFICIO B	RADIOLOGIA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008521	Pulsioxímetro portátil	CHARMCARE	CK100	0A006A0096		08/11/2007	17/10/2007		600 00 €	EDIFICIO A	CONTROL A3	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008559	Pulsioxímetro portátil	CHARMCARE	CK100	0A006A0700		17/10/2007	17/10/2007		600 00 €	EDIFICIO A	CONTROL A3	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009040	Pulsioxímetro portátil	TECNOMED 2000 S.L	CK 100	0A 006A 0 709		04/12/2006	04/12/2006		650 00 €	EDIFICIO A	CONTROL A3	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009802	Pulsioxímetro portátil	HELIANTHUS	CK-100	0A005A0188		24/10/2005	24/10/2005		600 00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010513	Pulsioxímetro portátil	MINDRAY	PM60	CR-0C231448		10/11/2020	12/02/2021		458 53 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010770	Pulsioxímetro portátil	CHARMCARE	CK100	0A005A0049		04/12/2006	04/12/2006		600 00 €	EDIFICIO A	CONTROL A3	NORMAL	ALTA	COMPRA
10013058	Purificador aire polvo bacterias moho vi	HAVERLAND	AIRPURE 19	PUR19 203639		29/10/2021	03/11/2021		187 55 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010825	Purificador de aire	Haerland	Airpure19			06/09/2021	06/09/2021		155 00 €	EDIFICIO A	UTCA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010826	Purificador de aire	Haerland	Airpure19			06/09/2021	06/09/2021		155 00 €	EDIFICIO A	UTCA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010563	Purificador de aire polvo bact. moho vir	HAVERLAND	AIRPURE19	PUR19 203929		31/07/2021	31/03/2021		187 55 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009052	Queratómetro automático (kit)	REKTO	ORK II			16/11/2004	16/11/2004		2.300 00 €	EDIFICIO B	RADIOLOGIA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008602	Reenmasadora de uñidos	KFZ	MULTIBLUST	128		11/12/2006	11/12/2006		11.950 00 €	EDIFICIO A	FARMACIA	NORMAL	ALTA	COMPRA
30008834	Registrador de temperatura CAMREGIS	AKO	AKO-157690	180800589002		05/03/2018	05/03/2018		4.012 49 €	EDIFICIO A	COCINA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008575	Respirador	MAQUET	SERVO-I	51717		13/12/2010	31/12/2011		15.537 75 €	EDIFICIO A	READAPTACION	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10008600	Respirador	MAQUET	SERVO-S	18272		20/12/2011	31/12/2011		15.537 75 €	EDIFICIO A	REANIMACION	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10008601	Respirador	MAQUET	SERVO-S	18271		13/12/2010	31/12/2011		15.537 75 €	EDIFICIO A	REANIMACION	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10010393	Respirador	MAQUET	SERVO-I	277045		07/12/2020	10/12/2020		39.500 00 €	EDIFICIO A	REANIMACION	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10010394	Respirador	MAQUET	SERVO-I	277044		10/12/2020	10/12/2020		39.500 00 €	EDIFICIO A	REANIMACION	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10010395	Respirador	MAQUET	SERVO-I	277482		07/12/2020	10/12/2020		39.500 00 €	EDIFICIO A	REANIMACION	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10010396	Respirador	MAQUET	SERVO-I	277041		07/12/2020	10/12/2020		39.500 00 €	EDIFICIO A	REANIMACION	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10032086	Respirador	GENERAL ELECTRIC	CARESTATION 750 A1	SQ52310007WA		07/12/2016	01/12/2016		32.000 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10016705	Respirador de anestesia resonancia magnetica	DRÄGER	FABULUS MRI	ASRI-0010		30/11/2022	02/12/2022		58.685 00 €	EDIFICIO A	RADIOLOGIA	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10008872	Respirador de transporte	DRÄGER	ONLOG 2000 PLUS	ASBN-0037		17/12/2010	31/12/2011		7.560 00 €	EDIFICIO A	REANIMACION	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10009267	Respirador de transporte	OXILO6	TAEMA OSIRIS	E1553		31/07/2004	31/07/2024	31/07/2026	4.261 46 €	EDIFICIO A	READAPTACION	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10009268	Respirador de transporte	HERSILL	VITAE 40	52021-0068		12/07/2020	12/07/2020		7.000 00 €	EDIFICIO A	READAPTACION	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10010507	Respirador de transporte	HERSILL	VITAE 41	52021-0003		01/12/2014	01/12/2014		8.000 00 €	EDIFICIO B	READAPTACION B	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10010508	Respirador de transporte	HERSILL	VITAE 42	52021-0034		01/12/2014	01/12/2014		8.000 00 €	EDIFICIO A	REANIMACION	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10010509	Respirador de transporte	HERSILL	VITAE 43	52021-0053		01/12/2014	01/12/2014		8.000 00 €	EDIFICIO A	REANIMACION	CRÍTICO	ALTA	COMPRA
10009282	Reveladora de placas radiográficas	AGFA	DRYSTAR AXYS	3049		12/11/2014	12/11/2014		3.000 00 €	EDIFICIO B	RADIOLOGIA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009139	Sellador de bolsas de sangre	TEC-LA M S.A	T-SEAL 2	2010-05003		22/03/2011	14/06/2010		4.346 88 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010084	Sellador hermético	ICSA	540WS	P52289		27/01/2020	27/01/2020		3.443 84 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009140	Selladora	HAWO	HM750	970752		29/11/1999	01/12/1999		2.636 64 €	EDIFICIO A	ESTERILIZACION	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010516	Selladora	MATACHANA	6508E	525804		28/12/2020	28/12/2020		3.100 00 €	EDIFICIO A	ESTERILIZACION	NORMAL	ALTA	COMPRA
30009018	Selladora	HAWO	M-07187	99559270503		07/12/2010	01/12/2010		14.000 00 €	EDIFICIO A	ESTERILIZACION	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008651	Sierra de cinta	MEDOC	BG200CE	368.345		28/07/2008	28/07/2008		1.670 40 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10036013	Silla cirujano eléctrica (oftalmología)	RINI MEDICAL ERGONOMICS	CARL MK2 R7	73501 6560200		28/02/2025	12/02/2025	12/02/2027	6.534 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10013596	Sillón ginecológico	MEDISA	GAMA		2	7/12/2021	22/04/2022		2.610 00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009858	Sillón ginecológico eléctrico		C-3565ST			15/03/2017	15/03/2017		2.508 09 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009859	Sillón ginecológico eléctrico		C-3565ST			15/03/2017	15/03/2017		2.508 09 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009881	Sillón ginecológico eléctrico		HROCC- B1			06/04/2011	13/11/2010		1.546 15 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009882	Sillón ginecológico eléctrico		HROCC181			06/04/2011	13/11/2010		1.546 15 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA

INVEN HOSPITAL	DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO	N. SERIE	FECHA ADQUISICIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA PUESTA EN MARCHA (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN GARANTÍA (dd/mm/aaaa)	COSTE DE ADQUISICIÓN	PABELLÓN/ UBICACIÓN	SERVICIO	CRITICIDAD	SITUACIÓN OPERATIVA/ ACUÁLMENTE	FORMA ADQUISICIÓN
10009853	Sillón ginecológico eléctrico 3 cuerpos				27/11/2008	27/11/2008		1.445 00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
30015283	Sillón ginecológico/uroológico movim.élec	HIDEMAR	H301		30/11/2020	26/01/2021		2.741 05 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
30015284	Sillón ginecológico/uroológico movim.élec	HIDEMAR	H301		30/11/2020	26/01/2021		2.741 05 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
30012652	Sillón oftalmología				01/12/2013	01/12/2013		2.000 00 €	EDIFICIO B	CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009931	Sillón oftalmología c.ruedas c.brazos				21/09/1997	27/09/1997		2.450 00 €	EDIFICIO B	CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009948	Sistema calentamiento				18/01/2007	18/01/2007		3.600 00 €	EDIFICIO B	CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008866	Sistema calentamiento				18/01/2007	18/01/2007		3.400 00 €	EDIFICIO B	CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009974	Sistema cirugía del plasma	MECHAN EUROPE			01/12/2012	01/12/2012		15.000 00 €	EDIFICIO B	CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010177	Sistema de aspiración por vacío	HOLOGIC	ATEC SAPPHIRE	900515	01/12/2014	01/12/2014		28.000 00 €	EDIFICIO B	RADIO DIAGNOSTICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008704	Sistema de identificación microbiana	BIOMERIEUX	VITEK 2 COMPACT		30/11/2007	30/11/2007		62.800 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010066	Sistema de imagen para lámpara hendidura	HAAG-STREIT	B-900	3173	01/12/2019	03/12/2019		4.477 00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
30013803	Sistema de purificación de agua	WASSERLAB	TYPE II. ANALYTICAL	2180146	26/12/2018	26/12/2018		7.600 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009942	Sistema electrocirugía. Sist.radiofrecue	SMITH&NEPHEW	WEREWOLF COBLATIO WNOCC000008		19/05/2009	19/05/2009		0.000 00 €	EDIFICIO B	CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009938	Solar Blue Module				05/11/2004	05/11/2004		2.900 00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009784	Solidadora tubos de bolsas de sangre/port	TERUMO	T-SEAL II	2016-09244	15/12/2016	15/12/2016		3.150 00 €	EDIFICIO B	EXTRACCIONES	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009001	Sonda CF-H180AL (para colonoscopia)	OLYMPUS OPTICAL ESPAÑA S A	N4493930	2309786	16/10/2013	16/10/2013		17.710 00 €	EDIFICIO B	ENDOSCOPIA	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009965	Tensiómetro	WELCH ALLYN	75WT	100016510716	10/02/2017	10/02/2017		2.541 00 €	EDIFICIO B	CMA	NORMAL	ALTA	COMPRA
30015486	Teñidor	PALEX MEDICAL	GEMINI AS	GT574H42208EP	26/07/2023	08/08/2023		8.137 90 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008655	Teñidor automático	THERMO SCIENTIFIC	VARISTAIN GEMINI ES	RH262DE1_08	31/10/2013	30/08/2013		19.800 00 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009076	Teñidor automático mult.funci. de portas	THERMO SCIENTIFIC	GEMINI AS	GT6086H1805	05/12/2018	05/12/2018		8.125 80 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008714	Termociclador	APPLIED BIOSYSTEMS	PCR SYSTEM 9700	80551103004	19/12/2001	19/12/2001		12.591 20 €	EDIFICIO B	LABORATORIO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010064	Tonómetro de aplanación manual perkins	PERKINS LED	MK-3	3997	03/12/2019	03/12/2019		1.887 60 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010065	Tonómetro no contacto	SHIN-NIPPON	NTC-200	298P-2542	03/12/2019	03/12/2019		7.139 00 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010382	Topógrafo	TOPCON HEALTHCARE	CA-800	75170549	01/12/2020	03/12/2020		13.395 91 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008799	Torniquete de isquemia	SPENGLER	EGP200	100648	18/12/2000	18/12/2000		1.976 91 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008805	Torniquete de isquemia	SPENGLER	EGP200	100605	29/09/2004	29/09/2004		3.000 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008804	Torre de anestesia	DATEx OHMEDA	S/5 AESPIRE	AMXH00896	26/08/2004	26/08/2004		33.500 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRITICO	ALTA	COMPRA
10008804	Torre de anestesia	DATEx OHMEDA	S/5 AESPIRE	AMXH00896	26/08/2004	26/08/2004		34.100 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRITICO	ALTA	COMPRA
10008809	Torre de anestesia	DATEx OHMEDA	S/5 AESPIRE	ANBM00391	26/08/2004	26/08/2004		33.500 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRITICO	ALTA	COMPRA
10008813	Torre de anestesia	DATEx OHMEDA	S/5 AESPIRE	AMXH00895	26/08/2004	26/08/2004		33.500 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRITICO	ALTA	COMPRA
10008817	Torre de anestesia	DATEx OHMEDA	AESTIVA 3000	AMRD0336	22/12/2000	31/12/2000		27.045 54 €	EDIFICIO B	BLOQUE QUIRURGICO	CRITICO	ALTA	COMPRA
10008825	Torre de anestesia	DATEx OHMEDA	S/5 AESPIRE	ANBMO 608	30/09/2009	23/09/2009		27.020 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRITICO	ALTA	COMPRA
10008830	Torre de anestesia	DATEx OHMEDA	S/5 AESPIRE	AMXH00897	26/08/2004	26/08/2004		33.500 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRITICO	ALTA	COMPRA
10009102	Torre de anestesia	DATEx OHMEDA	AESTIVA/S 7000	AMVFI01494	26/08/2004	26/08/2004		33.500 00 €	EDIFICIO B	ENDOSCOPIAS	CRITICO	ALTA	COMPRA
10009920	Torre de anestesia	DATEx OHMEDA	AVANCE	ANBRO2218	01/12/2011	01/12/2011		32.000 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRITICO	ALTA	COMPRA
10009934	Torre de anestesia	DATEx OHMEDA	S/5 AESPIRE	AMXH00898	26/08/2004	26/08/2004		33.500 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRITICO	ALTA	COMPRA
10009945	Torre de anestesia	DATEx OHMEDA	AVANCE	AMBS01709	06/02/2014	06/02/2014		27.045 54 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRITICO	ALTA	COMPRA
10010054	Torre de anestesia	DRÄGER	PRIMUS DELTA XL	ASLM-0013	15/11/2019	15/11/2019		32.065 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRITICO	ALTA	COMPRA
10010436	Torre de anestesia	DATEx OHMEDA	CERESTATION 650 A1	SM720 60039WA	29/12/2020	29/12/2020		35.964 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRITICO	ALTA	COMPRA
10010446	Torre de anestesia	DRÄGER	PRIMUS	ASLI-0165	01/12/2009	01/12/2009		33.275 00 €	EDIFICIO B	BLOQUE QUIRURGICO	CRITICO	ALTA	COMPRA
10010467	Torre de anestesia	DATEx OHMEDA	AVANCE CS2	APKT03352	01/12/2011	01/12/2011		8.500 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRITICO	ALTA	COMPRA
10013194	Torre de anestesia	GENERAL ELECTRIC	CERESTATION 750	SQS221210001WA	09/12/2021	23/12/2021		31.395 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRITICO	ALTA	COMPRA
10032085	Torre de anestesia	GENERAL ELECTRIC	CERESTATION 750 A1	SQS22310007WA	16/11/2023	19/02/2024	19/02/2026	48.279 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	CRITICO	ALTA	COMPRA
10009935	Torre de artroscopia	Strker			21/05/2022	23/05/2022		55.000 00 €	EDIFICIO B	CMA	URGENTE	ALTA	COMPRA
10008838	Torre de artroscopia	SONY	LMD-1950AMD	2003203	06/09/2007	05/09/2007		33.789 00 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10009951	Torre de endoscopia	OLYMPUS	CV-190		22/09/2020	25/09/2020		9.648 30 €	EDIFICIO B	ENDOSCOPIA	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010417	Torre de histeroscopia	KARL STORZ			22/12/2020	22/12/2020		8.713 95 €	EDIFICIO B	CONSULTAS	URGENTE	ALTA	COMPRA
10013254	Torre laparoscopia	KARL STORZ			19/11/2021	28/01/2022		61.098 95 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	URGENTE	ALTA	COMPRA
10039922	Transductor	ALPINION		MTSAD002SAB8	21/05/2025	02/06/2025	02/06/2027	5.082 00 €	EDIFICIO B	Fisioterapia	NORMAL	ALTA	COMPRA
10008960	Unidad basica ind ba c.carro porta equip	AVANCES TECNICOS EN MEDICINA	ACTIV HCR 701	169600206	05/07/2016	05/07/2016		12.922 80 €	EDIFICIO B	FISO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10009973	Vaporizador bipolar	STRYKER	SERFASST ENERGY	09E047784	01/12/2004	01/12/2004		8.000 00 €	EDIFICIO B	RADIO DIAGNOSTICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010058	Videocámara	GETINGE	VLVIEW A R02 HD	500397	12/11/2019	25/11/2019		5.337 47 €	EDIFICIO A	BLOQUE QUIRURGICO	NORMAL	ALTA	COMPRA
10010380	Video colonoscopia HD	OLYMPUS	CF-H190L	2144176	01/12/2020	27/01/2021		21.646 90 €	EDIFICIO B	ENDOSCOPIA	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010379	Video gastroscopia HD	OLYMPUS	GIF-H190	2062247	01/12/2020	27/01/2021		20.545 80 €	EDIFICIO B	ENDOSCOPIA	URGENTE	ALTA	COMPRA
10010196	Video procesador	OLYMPUS	CV-190	7404647	21/09/2020	02/10/2020		5.445 00 €	EDIFICIO B	ENDOSCOPIA	URGENTE	ALTA	COMPRA
10009954	Video procesador universal HDTV 1080i	OLYMPUS	CV-180		20/10/2011	20/10/2011		8.908 52 €	EDIFICIO B	ENDOSCOPIA	URGENTE	ALTA	COMPRA