

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL SANITARIO CON DESTINO A LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.

Nº EXPEDIENTE: A/SUM-029955/2026

INDICE

1.	OBJETO DEL CONTRATO	3
2.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS ..	3
3.	CONSIDERACIONES GENERALES:	11
4.	NORMATIVA GENERAL	13

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL SANITARIO CON DESTINO A LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente Acuerdo Marco tiene por objeto el suministro de instrumental sanitario con destino a los centros dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS

- Las características técnicas de los productos descritas en el presente pliego en el apartado 2. Especificaciones técnicas que deben cumplir el/los artículo/s, se deben entender como mínimas y exigibles, al igual que las condiciones recogidas en el apartado 3. Consideraciones Generales, 4. Normativa general.
- Las características técnicas exigidas serán las que definan con detalle las condiciones técnicas mínimas que debe presentar el producto, más allá de la denominación del lote.
- Cuando los productos no se ajusten exactamente a las características técnicas exigidas no se considerarán válidos. Excepcionalmente, podrían considerarse ajustadas, equivalentes, o superiores a lo solicitado, para la finalidad requerida.
- Las presentaciones objeto de este contrato estarán en perfectas condiciones de uso y se ajustarán a las condiciones técnicas y de calidad exigidas.
- Todo el material suministrado estará exento de Látex (aplicable a lotes 2, 5, 10, 11, 16, 21, y 34 en las partes no metálicas).
- Se requiere que los artículos sean específicos y estén indicados para uso profesional o en centros sanitarios.



Comunidad
de Madrid

Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Lote	Sub	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	1.1	402732	ALICATE CORTA UÑAS A/INOX 150MM	- Alicate corta uñas con muelle de doble pletina y anclaje. - Medida 150mm $\pm$ 5mm. - Construido con machihembrado alineados los filos de la boca y de corte. - Remaches de acero inoxidable o calidad superior. - Palas antideslizantes. - Punta curva. - AISI 420. - Dureza mínima 48 HRC. - Esterilizable y resistente a la corrosión.
2	2.1	403030	APOYABRAZOS EXTRACCIONES	- En forma de teja tapizada en polipiel sintética, vinilo o equivalente. - Sobre ruedas. - Altura ajustable. - Tapizado, redondeado sin costuras. - Densidad de gomaespuma mínimo 25 kg/m3.
3	3.1	413185	ASA AURICULAR BILLEAU 16,5 CM	- Instrumento para extracción de objetos del canal auditivo externo. - Longitud 16,5 cm $\pm$ 5mm. - Longitud del asa 2-2.5 mm. - Sin rebabas ni bordes cortantes que puedan ocasionar una lesión. - Acero quirúrgico inoxidable. - Esterilizable y resistente a la corrosión.
4	4.1	402634	BATEA ACERO INOXIDABLE 235X190X40MM	- Batea rectangular de acero inoxidable impresa, sin soldaduras. - Medida interior: 245x200x30mm $\pm$ 10mm. - Bordes redondeados y atraumáticos. - AISI 304.
	4.2	402633	BATEA RIÑONERA ACERO INOXIDABLE 250X125X35MM	- Batea de acero inoxidable impresa, sin soldaduras tipo riñonera. - Medida interior: 250x125-140x35mm $\pm$ 5mm. - Reborde interno para evitar el vuelco del contenido. - Reborde de la batea curvado hacia abajo para limitar el daño al paciente al apoyarla en el cuello durante la extracción de los tapones. - Bordes redondeados y atraumáticos. - AISI 304.
5	5.1	402635	CINTA MÉTRICA ENROLLABLE PARA MEDICIÓN PERÍMETRO 2 METROS	- Cinta métrica enrollable con longitud mínima de 0-200 cm. - Ancho entre 6-7mm. - Graduación mínima: marca cada milímetro y numerado cada centímetro, para hacer mediciones precisas. - Retráctil y con mecanismo de seguridad final. - Libre de látex.
6	6.1	402627	DIAPASON HARTMANN 128MH	- Diapasón para valorar capacidad auditiva y sensibilidad vibratoria. - Longitud de 210 mm $\pm$ 5mm. - Frecuencia 128 Hz. - Sin cursor. - Aluminio/acero grado médico. - Incluida funda protectora.
7	7.1	402618	ESPECULO NASAL KILIAN BIVALVAS PEDIATRICO (RINOSCOPIO)	- Espéculo de observación nasal con valvas destinadas a ensanchar el orificio. - Medida 130 mm (mango) y 35 mm (valvas) $\pm$ 3mm. - AISI 420. - Esterilizable y resistente a la corrosión.



Comunidad
de Madrid

Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Lote	Sub	Código	Descripción del lote	Características técnicas
	7.2	402617	ESPECULO NASAL KILLIAN 40X140 MM	• Espéculo de observación nasal con valvas destinadas a ensanchar el orificio. • Medida 135 mm (mango) y 45 mm (valvas) $\pm$ 5mm. • AISI 420. • Dureza mínima 48 HCR • Esterilizable y resistente a la corrosión.
8	8.1	402794	ESTILETE DOBLE ABOTONADO DIÁMETRO 2 MM 145 MM	• Sonda metálica terminada en punta roma en ambos extremos para reconocer la trayectoria y profundidad de heridas. • Longitud 140mm $\pm$ 5mm. • Diámetro de 2 mm. • Bordes lisos y redondeados. • AISI 320/420. • Dureza mínima 40 HRC. • Esterilizarle y resistente a la corrosión.
9	9.1	402772	MANGO BISTURI Nº3 125MM	• Mango de bisturí nº 3. • Longitud 125 mm $\pm$ 5 mm. • Mango con parte estriada para mejorar el agarre y nº serigrafiado, grabado, troquelado o similar, con marcado indeleble. • Adaptador para introducir la hoja de bisturí. • AISI 420. • Dureza mínima 48 HRC. • Esterilizable y resistente a la corrosión.
	9.2	402740	MANGO BISTURI Nº4 135MM	• Mango de bisturí nº 4. • Longitud 135 mm $\pm$ 5mm. • Mango con parte estriada para mejorar el agarre y nº serigrafiado, grabado, troquelado o similar, con marcado indeleble. • Adaptador para introducir la hoja de bisturí. • AISI 420. • Dureza mínima 48 HRC. • Esterilizable y resistente a la corrosión.
10	10.1	402628	MARTILLO REFLEJOS BUCK 190 MM	• Se utiliza para verificar reflejos y sensibilidad. • Medida total: 185 mm $\pm$ 5 mm. • Con mango de acero inoxidable. • Dos resistentes gomas negras. • Con punta de alfiler y cepillo. • Exento de látex.
11	11.1	402638	MONOFILAMENTO PIE DIABETICO	• Monofilamento de nylon deformable a la presión para exploración de pie, calibrado a 10 g. • Con mango de sistema retráctil o de plegado para protección del filamento. • Con pictograma de zonas a valorar e instrucciones de uso.
12	12.1	402774	PINZA ACODADA TROELTSCH 130MM	• Pinza nasal acodada para extraer cuerpos extraños. • Medida 130 mm $\pm$ 10mm. • AISI 420. • Dureza mínima 48 HRC. • Esterilizable y resistente a la corrosión.



Comunidad
de Madrid

Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Lote	Sub	Código	Descripción del lote	Características técnicas
13	13.1	402776	PINZA DISECCIÓN A DSON RECTA CON DIENTES (1X2) 120 MM	- Pinza Adson con garra para pinzar superficies muy pequeñas. - Medida 120 mm $\pm$ 5mm. - Punta recta con dientes. - Estrías transversas en el exterior para mejorar el agarre. - AISI 420. - Dureza mínima 48 HRC. - Esterilizable y resistente a la corrosión.
	13.2	402777	PINZA DISECCIÓN ADSON RECTA SIN DIENTES 120 MM	- Pinza Adson diseñada para pinzar superficies muy pequeñas. - Medida 120 mm $\pm$ 5mm. - Punta recta sin dientes. - Estrías transversas en el exterior para mejorar el agarre - AISI 420. - Dureza mínima 48 HRC. - Esterilizable y resistente a la corrosión.
	13.3	402781	PINZA DISECCIÓN MEDIA RECTA CON DIENTES 160 MM	- Instrumento de dos ramas empleado generalmente para sujetar, atraer o comprimir tejidos. - Medida 160 mm $\pm$ 5mm. - Punta recta con dientes. - Estrías transversas en el exterior para mejorar el agarre. - AISI 420. - Dureza mínima 48 HRC. - Esterilizable y resistente a la corrosión.
	13.4	402532	PINZA DISECCIÓN RECTA CON 1X2 DIENTES 145 MM	- Instrumento de las ramas empleadas generalmente sujetar, atraer o comprimir tejidos. - Medida 145 mm $\pm$ 5mm. - Punta recta con dientes. - AISI 420. - Dureza mínima 48 HRC. - Esterilizable y resistente a la corrosión.
	13.5	402782	PINZA DISECCIÓN RECTA SIN DIENTES 145 MM	- Instrumento de dos ramas empleado generalmente para sujetar, atraer o comprimir tejidos. - Medida 145 mm $\pm$ 5mm. - Punta recta sin dientes. - Estrías transversas en interior distal que se complementan con la rama opuesta. - Estrías transversas en el exterior para mejorar el agarre. - AISI 420. - Dureza mínima 48 HRC. - Esterilizable y resistente a la corrosión.
	13.6	402783	PINZA DISECCIÓN RECTA SIN DIENTES 160 MM	- Instrumento de dos ramas empleado generalmente para sujetar, atraer o comprimir tejidos. - Medida 160 mm $\pm$ 5mm. - Punta recta sin dientes. - Estrías transversas en interior distal que se complementan con la rama opuesta. - Estrías transversas en el exterior para mejorar el agarre. - AISI 420. - Dureza mínima 48 HRC. - Esterilizable y resistente a la corrosión.



Comunidad
de Madrid

Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Lote	Sub	Código	Descripción del lote	Características técnicas
14	14.1	403321	PINZA EXTRACCIÓN GARRAPATAS	- Pinza con garras cruzadas aplanadas en las puntas para extracción de garrapatas tipo Doyen - Medida 180 mm $\pm$ 5mm. - AISI 420. - Dureza mínima 48 HRC. - Esterilizable y resistente a la corrosión.
15	15.1	402789	PINZA HEMOSTÁTICA HALSTED MOSQUITO CURVA CON DIENTES 120 MM	- Pinza Halsted hemostática para sujetar tejido, forma de tijera. - Medida 120 mm $\pm$ 5mm. - Con trinquete para bloqueo de los mangos que mantiene a la pinza cerrada. - Punta curva con dientes. - Estrías transversas en interior distal que se complementan con la rama opuesta. - AISI 420. - Dureza mínima 48 HRC. - Esterilizable y resistente a la corrosión.
	15.2	402791	PINZA HEMOSTÁTICA HALSTED MOSQUITO CURVA SIN DIENTES 120 MM	- Pinza Halsted para agarrar y sostener tejidos, forma de tijera. - Medida 120mm $\pm$ 5mm. - Punta curva sin dientes. - Con trinquete de bloqueo entre los mangos, este mantiene a la pinza cerrada. - Estrías transversas en interior distal que se complementan con la rama opuesta. - AISI 420. - Dureza mínima 48 HRC. - Esterilizable y resistente a la corrosión.
	15.3	402792	PINZA HEMOSTÁTICA HALSTED MOSQUITO RECTA CON DIENTES 120 MM	- Pinza Halsted para agarrar y sostener tejidos, forma de tijera. - Medida 120 mm $\pm$ 5 mm. - Punta recta con dientes. - Con trinquete de bloqueo entre los mangos, este mantiene a la pinza cerrada. - Estrías transversas en interior distal que se complementan con la rama opuesta. - AISI 420. - Dureza mínima 48 HRC. - Esterilizable y resistente a la corrosión.
	15.4	402793	PINZA HEMOSTÁTICA HALSTED MOSQUITO RECTA SIN DIENTES 120 MM	- Pinza Halsted para agarrar y sostener tejidos, forma de tijera. - Medida 120 mm $\pm$ 5mm. - Punta recta sin dientes. - Con trinquete de bloqueo entre los mangos, este mantiene a la pinza cerrada. - Estrías transversas en interior distal que se complementan con la rama opuesta. - AISI 420. - Dureza mínima 48 HRC. - Esterilizable y resistente a la corrosión.



Comunidad
de Madrid

Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Lote	Sub	Código	Descripción del lote	Características técnicas
	15.5	402742	PINZA HEMOESTÁTICA KOCHER CURVA CON DIENTES 140 MM	- Pinza Kocher, para agarrar y sostener tejidos, forma de tijera. - Medida 140 mm $\pm$ 5mm. - Punta curva con dientes. - Con trinquete de bloqueo entre los mangos, este mantiene a la pinza cerrada. - Estrías transversas en interior distal que se complementan con la rama opuesta. - AISI 420. - Dureza mínima 48 HRC. - Esterilizable y resistente a la corrosión.
	15.6	402787	PINZA HEMOSTÁTICA KOCHER OCHSNER RECTA CON DIENTES 140 MM	- Pinza Kocher para agarrar y sostener tejidos, forma de tijera. - Punta recta con dientes. - Estrías transversas en interior distal que se complementan con la rama opuesta. - Medida 140 mm $\pm$ 5mm. - AISI 420. - Dureza mínima 48 HRC. - Esterilizable y resistente a la corrosión.
16	16.1	402631	PINZA NASAL PLASTICO	- Pinza de polipropileno flexible para impedir la inspiración/espriación nasal en prueba de función pulmonar. - Con almohadillas de foam. - Libre de látex y Ftalatos.
17	17.1	402725	PORTA AGUJAS DERF 120MM	- Portaagujas para la utilización de suturas, con forma de tijera. - Medida 125 mm $\pm$ 5mm. - Punta recta sin dientes. - Con trinquete de bloqueo entre los mangos, este mantiene a la pinza cerrada. - Estrías transversas en interior distal que se complementan con la rama opuesta. - AISI 420. - Dureza mínima 48 HRC. - Esterilizable y resistente a la corrosión.
18	18.1	402790	PORTA AGUJAS MAYO-HEGAR BOCA CARBURO TUNGSTENO 150 MM	- Portaagujas con inserciones de carburo de tungsteno, recto con sistema de cierre tipo cremallera para sujetar la aguja, en forma de tijera. - Medida de 145 mm $\pm$ 10 mm - Punta recta sin dientes - Con trinquete de bloqueo entre los mangos, este mantiene a la pinza cerrada - Estrías transversas o algún tipo de marcado en interior distal que se complementan con la rama opuesta para favorecer agarre - AISI 420 - Dureza mínima 48 HRC. - Esterilizable y resistente a la corrosión
19	19.1	408475	PRECINTO DE SEGURIDAD PARA CARRO DE PARADA	- Precinto para carro de paradas tipo brida, que no permita abrir sin romper. - Numerado. - Máximo 100 unidades.



Comunidad
de Madrid

Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Lote	Sub	Código	Descripción del lote	Características técnicas
20	20.1	402795	SONDA ACANALADA DOYEN ACERO INOXIDABLE 140 MM	- Sonda para usar como conductor o guía, se utiliza para separar delicadamente los tejidos y también para guiar el recorrido del bisturí al momento de incidir la piel, línea alba, fascias o aponeurosis. - Medida 140 mm $\pm$ 5mm. - Sonda acanalada con punta redondeada distal y espátula para el agarre proximal. - AISI 304. - Dureza mínima 40 HRC. - Esterilizable y resistente a la corrosión.
21	21.1	402520	TERMÓMETRO CLÍNICO DIGITAL AXILAR ADULTO	- Pantalla de 3 dígitos. - Precisión 35,5 °C, - 42 °C ($\pm$ 0,1 °C). - Rango de temperaturas mínimo 33 °C – 41 °C. - Tiempo de medición $\leq$ 60 s. - Con memoria de la última lectura. - Alarma acústica. - Apagado automático. - Funda de plástico individual.
22	22.1	402676	TIJERA CURVA PUNTA AGUDA AGUDA 110MM	- Tijera curva con punta aguda en ambas hojas. - Medida 110mm $\pm$ 5mm. - AISI 420. - Dureza mínima 48 HRC. - Esterilizable y resistente a la corrosión.
23	23.1	402521	TIJERA ESTANDAR RECTA PUNTA AGUDA-ROMA 145MM	- Tijera recta con punta aguda en la hoja superior y roma en la inferior. - Medida 145mm $\pm$ 5mm. - AISI 420. - Dureza mínima 48 HRC. - Esterilizable y resistente a la corrosión.
24	24.1	402724	TIJERA LISTER VENDAJES 140 MM	- Tijera angulada roma en la hoja superior y en la inferior, zona distal redondeada para cortar vendajes y ropa sin dañar la piel. - Medida 140mm $\pm$ 5mm. - AISI 420. - Dureza mínima 48 HRC. - Esterilizable y resistente a la corrosión.
	24.2	402765	TIJERA LISTER VENDAJES 200MM	- Tijera angulada roma en la hoja superior y en la inferior, zona distal redondeada para cortar vendajes y ropa sin dañar la piel. - Medida 200mm $\pm$ 5mm. - AISI 420. - Dureza mínima 48 HRC. - Esterilizable y resistente a la corrosión.
25	25.1	402608	TIJERA MAYO CURVA 140MM	- Tijera Mayo que se utiliza para cortar tejidos resistentes. - Medida 140mm $\pm$ 5mm. - Tijera Mayo curva con punta roma en ambas hojas. Palas anchas. - AISI 420. - Dureza mínima 48 HRC. - Esterilizable y resistente a la corrosión.



Comunidad
de Madrid

Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Lote	Sub	Código	Descripción del lote	Características técnicas
26	26.1	402709	TIJERA METZENBAUM CURVA P/ROMA- ROMA 145 MM	- Tijera METZENBAUM para cortar tejidos finos y delicados. - Medida 145 mm $\pm$ 5mm. - Tijera METZENBAUM curva con punta roma en ambas hojas. - Palas estrechas. - AISI 420. - Dureza mínima 48 HRC. - Esterilizable y resistente a la corrosión.
27	27.1	402654	TIJERA STILLE PARA YESOS 230 MM	- Cizalla para cortar yesos. - Medida 230mm $\pm$ 10mm. - Con forma de tijera. - AISI 420. - Dureza mínima 50 HRC. - Esterilizable y resistente a la corrosión.
28	28.1	402622	ESPEJO LARINGEO SIN MANGO Nº 8 26 MM.	- Espejo con varilla nº 8, para cuidados básicos. - Medidas 26mm $\pm$ 5mm. - Esterilizable y resistente a la corrosión.
	28.2	402623	ESPEJO LARINGEO SIN MANGO Nº 6 22 MM.	- Espejo con varilla nº 6, para cuidados básicos. - Medida 22mm $\pm$ 5mm. - Esterilizable y resistente a la corrosión.
29	29.1	402753	PINZA AGARRE FOERSTER- BALLENGER REC 240 MM	- Pinza de agarre FOERSTER-BALLENGER. Diseño recto. - Medidas 240 mm $\pm$ 10mm. - Dentada toda la parte del aro para una mayor sujeción. - AISI 420. - Dureza mínima 48 HRC. - Esterilizable y resistente a la corrosión.
30	30.1	402754	TIJERA RECTA PUNTA AGUDA- AGUDA 110 MM	- Tijera recta con punta aguda en ambas hojas. - Medida 110mm $\pm$ 5mm. - AISI 420. - Dureza mínima 48 HRC. - Esterilizable y resistente a la corrosión.
31	31.1	402773	SIERRA CORTADORA ANILLOS 170 MM	- Sierra que presenta una lámina protectora entre dedo y anillo mientras la cuchilla secciona el metal. - Medidas 170mm $\pm$ 10mm - AISI 420. - Dureza mínima 48 HRC. - Esterilizable y resistente a la corrosión.
32	32.1	402779	PINZA MAGILL ADULTOS 240 MM	- Pinza Magill para intubación. - Medida 240 mm $\pm$ 10 mm, para adultos - Acodada en la parte izquierda con mango tipo tijera. - AISI 420 - Dureza mínima 48 HRC. - Esterilizable y resistente a la corrosión.
	32.2	402788	PINZA MAGILL NIÑOS 160 MM	- Pinza Magill para intubación. - Medida 160 mm $\pm$ 5 mm, para niños. - Acodada en la parte izquierda con mango tipo tijera. - AISI 420 - Dureza mínima 48 HRC. - Esterilizable y resistente a la corrosión.



Comunidad
de Madrid

Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Lote	Sub	Código	Descripción del lote	Características técnicas
33	33.1	402796	SEPARAD DOBLE SENN-MILLER 160 MM	• Separador de doble extremo con 3 garfios romos en un extremo. • Medida de 160 mm. • Esterilizable en autoclave y resistente a la corrosión.
34	34.1	402949	JERINGA METAL LAVADO OÍDOS COMPLETA 100 CC	• Jeringa de acero inoxidable y varias cánulas de irrigación. • Capacidad 100 cc. • Cánula de irrigación incluida en el cuerpo de la jeringa (sin cono de conexión entre el cuerpo de la jeringa y la cánula de irrigación). • Con disco protector. • Desmontable para su limpieza.
	34.2	402950	JERINGA METAL LAVADO OÍDOS PEDIÁTRICA COMPLETA 50 CC	• Jeringa de acero inoxidable y varias cánulas de irrigación. • Capacidad 50 cc. • Cánula de irrigación incluida en el cuerpo de la jeringa (sin cono de conexión entre el cuerpo de la jeringa y la cánula de irrigación). • Con disco protector. • Desmontable para su limpieza.

3. CONSIDERACIONES GENERALES:

Durante toda la vigencia del contrato aplican las siguientes consideraciones generales relacionadas con el suministro:

- El adjudicatario se responsabiliza y asume frente a la Gerencia el compromiso de garantizar en todo momento el suministro permanente, continuo e ininterrumpido, de los bienes objeto del contrato de acuerdo con las necesidades de la Institución.
- El adjudicatario dispondrá de un servicio de atención al cliente con personas de referencia identificadas para atender cualquier reclamación, duda, o necesidad de gestión logística de pedidos y/o servicio técnico, informando, si se requiriese, de los indicadores de calidad de servicio prestado a esta Gerencia, como tiempos de respuesta, tiempos de resolución satisfactoria de incidencias, etc.
- Los pedidos que se realizarán por la Gerencia al adjudicatario podrán tener distintas direcciones de entrega en el mismo pedido, es decir, que la cantidad de unidades totales de un pedido, se entregará en las distintas direcciones de entrega que se especifiquen en el propio pedido, donde se indicará el número de unidades por destino.
- Un mismo pedido podrá constar de entregas parciales programadas en el tiempo, siendo dichas fechas las que se considerarán a efectos de cumplimiento del plazo de entrega.
- El Adjudicatario dispondrá de un procedimiento de retirada del material que no cumpla la fecha de fabricación exigida, sea defectuoso o no esté conforme a lo exigido. El tiempo de respuesta, de obligado cumplimiento, para efectuar la retirada de ese material será inferior a las 48 horas desde la notificación, incluido en el precio ofertado. Asimismo, el adjudicatario tiene la responsabilidad de la eliminación de dichos materiales cumpliendo la normativa vigente en materia medioambiental y de gestión de residuos que le pudiera aplicar. Así mismo, el adjudicatario tiene la responsabilidad de comunicar incidencias o alertas relacionadas con sus productos en cuanto sea conocedor de las mismas.

- En el mismo momento de la retirada, se procederá a la entrega de las mismas unidades de material en las condiciones aceptadas por el adjudicatario en este pliego, considerándose, a partir de ese momento, de no restituir el material objeto del pedido en los tiempos indicados, retraso en la entrega, pudiéndose aplicar las penalidades que pudieran derivarse de este incumplimiento y recogidas en los pliegos.
- El licitador garantizará que al menos en los 6 primeros meses del contrato suministrará la referencia ofertada y dispone de stock, por lo que:
 - No requerirá cambios de referencia sobre los productos ofertados.
 - No requerirá la sustitución de los productos ofertados por otros alternativos.
- En los casos en los que el adjudicatario sea conocedor de la imposibilidad de cumplir con sus compromisos contractuales de suministro, en los tiempos y formas acordados, pondrá en conocimiento dicha circunstancia de forma inmediata al órgano de contratación, al interlocutor del contrato y a sus interlocutores habituales con los que gestiona los pedidos de suministros. Estará obligado a emitir por escrito las notificaciones que le sean solicitadas en relación con ello.
- En caso de un cambio de referencia por mejora del producto u otros motivos, el adjudicatario tiene la obligación de ofrecer una alternativa de igual o superior calidad a la adjudicada, previa conformidad de la Gerencia, sin coste adicional, y cuya pertinencia se valorará siempre que la nueva referencia cumpla las características técnicas exigidas en el pliego y puntúe al menos con los mismos puntos en los criterios de valoración de la referencia a sustituir o los mejores.
- Cuando surjan dudas sobre los datos técnicos aportados en las fichas o certificados del producto, o cuando exista sospecha de que el producto adjudicado suministrado es de una calidad inferior al producto presentado inicialmente para su valoración, se podrán solicitar certificaciones e informes. El coste de las certificaciones correrá, en todo caso, por cuenta de la empresa suministradora y será la unidad promotora quien designará el laboratorio evaluador. Se podrán solicitar informes de evaluación de la calidad del producto a la empresa adjudicataria.
- Criterios medioambientales: Las prescripciones técnicas se definen aplicando criterios de sostenibilidad y protección ambiental en la medida en que tengan relación con el objeto del contrato y atendiendo a la Ley 1/2024, de 17 de abril, de Economía Circular de la Comunidad de Madrid. Por ello, y en base a esta normativa, se solicita el cumplimiento de las prescripciones relacionadas con la gestión de residuos y el reciclaje, mediante la **retirada de todos los embalajes terciarios y secundarios** que sea posible y se exija a la entrega del material para los productos objeto del suministro, y que en la fabricación de los productos objeto del contrato **no se hayan empleado sustancias tóxicas** para el medio ambiente. Se exige el cumplimiento de toda la legislación medioambiental vigente que sea de aplicación al suministro, debiendo responder de cualquier incidente medioambiental por ellos causado, liberando a la Gerencia Asistencial de Primaria de cualquier responsabilidad sobre el mismo.

4. NORMATIVA GENERAL

1. Todo el material ofertado que por su clasificación lo precise tendrá Marcado CE Certificado por Organismo Notificado, de acuerdo, según aplique, con el reglamento UE 2017/745 por el que se regulan los productos sanitarios, o relacionados, que estará vigente (aplican automáticamente los plazos de extensión del Reglamento UE 2023/607).
2. Todo el material ofertado que por su clasificación lo precise, tendrá Declaración de Conformidad del fabricante, donde se indique que sus productos son conformes con los requisitos esenciales que les resultan de aplicación.

POR EL ADJUDICATARIO:

POR LA ADMINISTRACIÓN:
LA GERENTE ASISTENCIAL
DE ATENCIÓN PRIMARIA

Firmado digitalmente por: AZCUTIA GÓMEZ MARIA ROSARIO
Fecha: 2026.09.28 14:19