Hospital General Universitario Gregorio Marañón

EVALUACIÓN TÉCNICA SOBRE LOS CRITERIOS AUTOMÁTICOS DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SEIS MESAS QUIRÚRGICAS PARA EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO "GREGORIO MARAÑÓN".

N. EXP: A/SUM-037902/2026

EMPRESAS LICITANTES:

LOTE 1:
- GETINGE GROUP SPAIN, S.L
- SCHMITZ MEDICAL IBERICA SL

LOTE 2:
- GETINGE GROUP SPAIN, S.L

Vista la documentación técnica aportada por las empresas licitantes al procedimiento abierto para el suministro, instalación y puesta en marcha de 6 mesas quirúrgicas para el Hospital General Universitario "Gregorio Marañón", se informa de lo siguiente:

LOTE 1:

- GETINGE GROUP SPAIN, S.L

La oferta presentada cumple los siguientes criterios automáticos de la valoración de los equipos, tal y como se refleja en la autoevaluación presentada por el proveedor.

- Sistema temporizador de decúbito con tiempo ajustable, que permite recordar cuando se debe recolocar un paciente durante procedimientos quirúrgicos de larga duración, evitando así la aparición de úlceras por decúbito
  Sí, 14 puntos.

- La placa de cabeza dispone de un sistema de bloqueo situado a ambos lados de la misma, adicional al sistema para movilizar la placa, que bloquee completamente los movimientos de articulación, evitando de esta manera movimientos no deseados.
  Sí, 9 puntos.

- Sistema de frenado eléctrico mediante retracción de las ruedas, de forma que cuando esté frenada, deberá apoyar el chasis directamente en el suelo, para conseguir la máxima estabilidad y seguridad.
  Sí, 4 puntos.

- Ampliación de la garantía mínima recogida en el PPT con inclusión del mantenimiento.
  No, 0 puntos.

El total de la puntación es 27 puntos.

- SCHMITZ MEDICAL IBERICA SL

Se valoran los criterios automáticos.

Dr. Esquerdo, 46
28007 – Madrid
Web: https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/

La autenticidad de este documento se puede comprobar en https://gestiona.comunidad.madrid/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 09633537957126176202 82

Firmado por: SISTEMA DE FIRMA COMUNIDAD DE MADRID

- Sistema temporizador de decúbito con tiempo ajustable, que permite recordar cuando se debe recolocar un paciente durante procedimientos quirúrgicos de larga duración, evitando así la aparición de úlceras por decúbito
  No, 0 puntos.
  El modelo de mesa que se oferta Diamond 60BLK no dispone dentro de las características propias de la misma de un temporizador de decúbito con tiempo ajustable. La oferta presenta un temporizador de otra marca como elemento externo a la misma. Este no está integrado ni forma parte de la mesa o de los accesorios propios de la mesa. Tampoco está incluido dentro del ámbito de la certificación del marcado CE de la mesa y accesorios propios de la misma. No puede admitirse el cumplimiento de dicha característica incluyendo un equipo adicional para su cumplimiento. Se adquiere y valora una mesa, no se está adquiriendo una mesa y un temporizador, ajeno a la misma.

- La placa de cabeza dispone de un sistema de bloqueo situado a ambos lados de la misma, adicional al sistema para movilizar la placa, que bloquee completamente los movimientos de articulación, evitando de esta manera movimientos no deseados.
  No, 0 puntos.
  El modelo ofertado dispone de una placa de cabeza con un sistema para su movilización. Adicionalmente a este, no dispone de un sistema de bloqueo, a ambos lados de la placa, y que bloquee completamente los movimientos de la articulación. Evitando de esta manera movimientos no deseados que puedan afectar a la seguridad del paciente o usuarios.

- Sistema de frenado eléctrico mediante retracción de las ruedas, de forma que cuando esté frenada, deberá apoyar el chasis directamente en el suelo, para conseguir la máxima estabilidad y seguridad.
  No, 0 puntos.

- Ampliación de la garantía mínima recogida en el PPT con inclusión del mantenimiento.
  Sí, de tres años adicionales, 3 puntos.

El total de la puntación es 3 puntos.

LOTE 2:

- GETINGE GROUP SPAIN, S.L

La oferta presentada cumple los siguientes criterios automáticos de la valoración de los equipos, tal y como se refleja en la autoevaluación presentada por el proveedor.

- Sistema temporizador de decúbito con tiempo ajustable, que permite recordar cuando se debe recolocar un paciente durante procedimientos quirúrgicos de larga duración, evitando así la aparición de úlceras por decúbito
  Sí, 14 puntos.

- Homologación para carga de pacientes ≥ 250 kg con sistema de tracción.
  Sí, 9 puntos.

- Conectores rápidos a presión del tablero (sin tornillos) con instalación en el mismo plano horizontal que la mesa.
  Sí, 4 puntos.

- Ampliación de la garantía mínima recogida en el PPT con inclusión del mantenimiento.
  No, 0 puntos.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en https://gestiona.comunidad.madrid/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 09633537957126176202 82

El total de la puntación es 27 puntos.

EL RESPONSABLE
DE ELECTROMEDICINA

Firmado digitalmente por: HERRERO ALONSO EUGENIO
Fecha: 2026.11.12 08:20

La autenticidad de este documento se puede comprobar en
https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 09633537957126176202 82