Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitían acceder al original

Nº EXPEDIENTE: A/SUM-041912/2026

DENOMINACIÓN: PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE: SUMINISTRO DE TORRE DE LAPAROSCOPIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO EL ESCORIAL

-EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS (LOTE ÚNICO)

KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, S.A.:

- Cumple las prescripciones técnicas exigidas en el PPT.
- La puntuación otorgada en el Autobaremo (30 puntos) es correcta y está soportada por la documentación.

SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.:

- NO cumple las siguientes prescripciones técnicas exigidas en el pliego técnico:

a) Apartado "*Cabezal de cámara para cirugía guiada por fluorescencia*" (págs. 2 y 3 del pliego técnico):
   a. NO cumple con la característica de control de equipos periféricos (insuflador + fuente de luz)
   b. NO cumple con la característica de superposición de VERDE y AZUL durante el modo ICG.

b) En el apartado "*Fuente de Luz LED para cirugía guiada por fluorescencia*" (pág. 3 del pliego técnico): NO cumple con la característica "Fuente de luz LED, sin tecnología láser", ya que tiene LED+LASER.

c) En el apartado "*Sistema de documentación de grado médico*" (pág. 3):
   a. NO cumple con el criterio de Pantalla táctil de 10" o superior
   b. NO cumple con el criterio de Compatibilidad con señales de entradas digitales HDMI, DVI-D.

Comunidad de Madrid

Hospital Universitario El Escorial
SaludMadrid

Procede la exclusión de la oferta presentada por Sistemas Técnicos Endoscópicos, S.A. por incumplimiento del pliego técnico.

Lo que se comunica a los efectos procedentes.

Firmado por LARRAZ MORA ELENA ISABEL - ***9632** el día 23/10/2026 con un certificado emitido por SIA SUB01

Fdo. Elena Larraz Mora.
Jefe de Sección. Cirugía General y del Aparato Digestivo
Hospital Universitario El Escorial

Carretera M-600 de Guadarrama
a San Lorenzo de El Escorial, km 6,255
Teléfono 918 973 000
28200 San Lorenzo de El Escorial (Madrid)

Red HsH Madrid Hospitales sin Humo