Expediente: 2026000034

Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ANESTESIA DE GAMA MEDIA Y MONITORES HEMODINÁMICOS CON DESTINO AL SERVICIO DE ANESTESIA-REANIMACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL.

ACLARACIÓN AL APARTADO 2 DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS:

Se informa que en relación a la referencia incluida en el PPT relativa a "los equipos permitirán su suspensión a columna de techo, con distintos sistemas y se acreditará en la documentación técnica" debe interpretarse como una posibilidad o característica admisible **pero no como un requisito de obligado cumplimiento**. En consecuencia, ninguna oferta será excluida por el hecho de que el equipo propuesto no disponga de esta característica.