Hospital Universitario de Getafe
SaludMadrid

Este formato es copia del original firmado. Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente.

Valoración PPT expediente SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE ANESTESIA PARA LA RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE INV PASAPC A/SUM-038628/2026			
Lote	**Descripción Lote**	**Proveedor**	**Valoración: CUMPLE con todos los requisitos técnicos /NO CUMPLE**
1	Equipos de anestesia para la resonancia magnética nuclear	DRAGER HISPANIA, S.A.U.	CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS TÉCNICOS
		TECNOMED 2000, S.L.	No cumple, no tiene rotámetros de control de gas fresco con indicador de valor numérico electrónico, para el control y el ajuste de la mezcla de gases administrada al paciente y tampoco tiene alarmas luminosas en el frontal del respirador

Getafe, 30/10/2026

[redacted]

J.Servicio ANESTESIA Y REANIMACIÓN

[redacted]