Hospital General Universitario Gregorio Marañón

EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DIECIOCHO LÁMPARAS QUIRÚRGICAS PARA EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO "GREGORIO MARAÑÓN".

EXPTE.: A/SUM-041138/2026

EMPRESAS LICITANTES:

LOTE 1:
- **GETINGE GROUP SPAIN, S.L**
- **DRAGER HISPANIA SAU.**
- **DISTRAUMA MEDICAL, S.L**
- **AGENOR MANTENIMIENTOS, S. A**
- **PRIM, S.A**

LOTE 2:
- **GETINGE GROUP SPAIN, S.L**
- **DRAGER HISPANIA SAU**
- **DISTRAUMA MEDICAL, S.L**
- **AGENOR MANTENIMIENTOS, S. A**
- **PRIM, S.A**

LOTE 3:
- **DRAGER HISPANIA SAU**
- **DISTRAUMA MEDICAL, S.L**
- **AGENOR MANTENIMIENTOS, S. A**
- **PRIM, S.A**

Vista la documentación técnica aportada por las empresas licitantes al procedimiento abierto para el suministro, instalación y puesta en marcha de 18 lámparas quirúrgicas para el Hospital General Universitario "Gregorio Marañón" se informa de lo siguiente:

LOTE 1:

- GETINGE GROUP SPAIN, S.L

  La oferta presenta 10 lámparas quirúrgicas con dos cúpulas marca Volista modelo VCSII44DF TK CV SB0810 con dos cúpulas modelo VCSII400DF CV. Esta oferta cumple las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el PPT.

- DRAGER HISPANIA SAU.

  La oferta presenta 10 lámparas quirúrgicas con dos cúpulas marca Dräger modelo Polaris Pro. Esta oferta cumple las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el PPT.

Dr. Esquerdo, 46
28007 – Madrid
Web: https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/

La autenticidad de este documento se puede comprobar en https://gestiona.comunidad.madrid/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 12211736307736756085 61

Firmado por: SISTEMA DE FIRMA COMUNIDAD DE MADRID

- DISTRAUMA MEDICAL, S.L

  La oferta presenta 10 lámparas quirúrgicas con dos cúpulas modelo UNICA520 marca RIMSA. Esta oferta no cumple el siguiente requisito mínimo establecido en el PPT.

  Diámetro de campo de luz variable:

  - Diámetro mínimo de 200mm.

  Según documentación presentada en el manual de uso y mantenimiento, la lámpara presentada dispone de un valor de diámetro (d10) mínimo 244 mm superior al valor mínimo solicitado.

- AGENOR MANTENIMIENTOS, S. A

  La oferta presenta 10 lámparas quirúrgicas con dos cúpulas modelo Serie L9 marca COMEN. Esta oferta cumple las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el PPT.

- PRIM, S.A

  La oferta presenta 10 lámparas quirúrgicas con dos cúpulas marca Mindray modelo HyLED C7/C7. Esta oferta cumple las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el PPT.

LOTE 2:

- GETINGE GROUP SPAIN, S.L

  La oferta presenta 6 lámparas quirúrgicas con una cúpula convencional marca Volista Access modelo VCSII40SF TK CV SB11 modelo VCII400DF CV. Esta oferta cumple las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el PPT.

- DRAGER HISPANIA SAU.

  La oferta presenta 6 lámparas quirúrgicas con una cúpula convencional modelo Polaris Pro de la marca Dräger. Esta oferta cumple las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el PPT.

- DISTRAUMA MEDICAL, S.L

  La oferta presenta 6 lámparas con una cúpula convencional modelo UNICA520+520 marca COMEN. Esta oferta no cumple el siguiente requisito mínimo establecido en el PPT.

  Diámetro de campo de luz variable:

  - Diámetro mínimo de 200mm.

  Según documentación presentada en el manual de uso y mantenimiento, la lámpara presentada dispone de un valor de diámetro (d10) mínimo 244 mm superior al valor mínimo solicitado.

- AGENOR MANTENIMIENTOS, S. A

  La oferta presenta 10 lámparas modelo Serie L5 marca RIMSA. Esta oferta cumple las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el PPT.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en https://gestiona.comunidad.madrid/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 12211736307736756085 61

- PRIM, S.A

  La oferta presenta 6 lámparas quirúrgicas con una cúpula convencional marca marca Mindray modelo HyLED C7 modelo VCII400DF CV. Esta oferta cumple las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el PPT.

LOTE 3:

- DRAGER HISPANIA SAU.

  La oferta presenta 2 lámparas quirúrgicas de altas prestaciones modelo Polaris Pro de la marca Dräger. Esta oferta cumple las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el PPT.

- DISTRAUMA MEDICAL, S.L

  La oferta presenta 2 lámparas modelo Serie UNICA520 marca RIMSA. Esta oferta no cumple los siguientes requisitos mínimos establecidos en el PPT.

  1. Profundidad de Campo debe cumplir con los siguientes parámetros.

  - *L1+L2 al 60%: ≥70 cm.*

  2. Temperatura de color variable comprendida entre 3.500K y 5.000K.

  3. Diámetro de campo de luz variable:

  - *Diámetro mínimo de 200mm.*

  Según documentación presentada en el manual de uso y mantenimiento, la lámpara presentada dispone de un valor de profundidad de campo de 56,5 cm inferior al valor solicitado (*≥70 cm*). Y el modelo presentado tiene una temperatura de color en el rango 3.800-5.400. Este rango no cubre íntegramente la franja solicitada por el pliego. (No cubre los valores de 3.500-3.800).

  Según documentación presentada en el manual de uso y mantenimiento, la lámpara presentada dispone de un valor de diámetro (d10) mínimo 244 mm superior al valor mínimo solicitado.

- AGENOR MANTENIMIENTOS, S. A

  La oferta presenta 2 lámparas modelo Serie L9 marca COMEN. Esta oferta no cumple el siguiente requisito mínimo establecido en el PPT.

  - *Temperatura de color variable comprendida entre 3.500K y 5.000K.*

  Según documentación presentada en la oferta, la lámpara presentada tiene una temperatura de color en el rango 3.600 K a 5.100 K. Este rango no cubre íntegramente la franja solicitada por el pliego. (No cubre los valores de 3.500-3.600).

La autenticidad de este documento se puede comprobar en https://gestiona.comunidad.madrid/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 12211736307736756085561

- PRIM, S.A

La oferta presenta 2 lámparas quirúrgicas de altas prestaciones marca marca Mindray modelo HyLED C7/C7. Esta oferta cumple las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el PPT.

Madrid,

TÉCNICO
DE ELECTROMEDICINA

Firmado digitalmente por: HERRERO ALONSO EUGENIO
Fecha: 2026.11.13 08:15

La autenticidad de este documento se puede comprobar en https://gestiona.comunidad.madrid/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 12211736307736756085 61