Hospital General Universitario Gregorio Marañón

SaludMadrid

ACLARACIÓN A CONSULTAS DE LICITADORES

Expediente A/SUM-041138/2026

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DIECIOCHO LÁMPARAS QUIRÚRGICAS PARA EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN.

Para general conocimiento de los interesados en la licitación se publica la respuesta dada por la Unidad Promotora de este expediente, a las consultas realizadas por la empresa:

GETINGE

- Lote tres:

1. ¿Se admitirían propuestas con valores de profundidad de campo al 60% iguales o superiores a 50 cm, siempre que el equipo disponga de una capacidad de dilución de sombras y unas prestaciones fotométricas que garanticen una iluminación quirúrgica de altas prestaciones?

Respuesta:

La profundidad de campo debe de cumplir con al menos las especificaciones indicadas en el Pliego:

- L1+L2 20% ≥ 120cm.
- **L1+L2 al 60%: ≥70 cm**.

2. ¿Las lámparas doble cúpula tiene un único anclaje o anclajes independientes?

Respuesta:

Las lámparas de doble cúpula tienen un único anclaje.

3. Al decir que se valorará la inclusión de un soporte y un monitor en cada lámpara ¿Se refieren a un soporte y un monitor por el conjunto doble cúpula o un soporte y un monitor por cada cúpula?

Respuesta:

La valoración de la inclusión de un soporte y un monitor en cada lámpara. Se refiere a un soporte y un monitor por el conjunto doble cúpula.

En Madrid, a la fecha de la firma.

SERVICIO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Firmado digitalmente por: CARRION SANCHEZ MARIA DE LAS NIEVES
Fecha: 2026.11.03 10:41

La autenticidad de este documento se puede comprobar en https://gestiona.comunidad.madrid/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 12025833333623209600082

Firmado por: SISTEMA DE FIRMA COMUNIDAD DE MADRID