PERFIL DE CONTRATANTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CONSEJERÍA DE SANIDAD - HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ.

Resolución de 21 de octubre de 2026 *de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz por la que se procede a la subsanación de errores en relación con* el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas *del* P.A. 2026-0-46*:* Suministro de lentes intraoculares*. Anuncio de licitación publicado en el perfil de contratante con fecha* 14 de octubre de 2026*.*

PRIMERO: Detectados errores materiales en *el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares*, se procede a su rectificación, en los criterios de valoración.

En los criterios para el lote 3.

- Donde dice:

CRITERIOS LOTE 3	PUNTUACIÓN:
• Lente de 3 piezas adecuadas para implante en sulcus	SI: 15 puntos NO: 0 puntos
• Angulación posterior de la lente de 2º	SI: 15 puntos NO: 0 puntos
TOTAL LOTE 3	**30 PUNTOS**

- Debe decir:

CRITERIOS LOTE 3	PUNTUACIÓN:
• **Rango dióptrico -10 D a + 35D.**	SI: 15 puntos NO: 0 puntos
• Angulación posterior de la lente de 2º	SI: 15 puntos NO: 0 puntos
TOTAL LOTE 3	**30 PUNTOS**

En los criterios para el lote 4

- Donde dice:

CRITERIOS LOTE 4	PUNTUACIÓN:
• Háptico fenestrado C-Loop modificado en escalón sin angulación	SI: 10 puntos NO: 0 puntos

La autenticidad de este documento se puede comprobar en https://gestiona.comunidad.madrid/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 10180457888633336176335

Firmado por: SISTEMA DE FIRMA COMUNIDAD DE MADRID

• Índice de refracción 1.53	SI: 10 puntos NO: 0 puntos
• Superficie de contacto de los hápticos de 110º	SI: 10 puntos NO: 0 puntos
TOTAL LOTE 4	**30 PUNTOS**

Debe decir:

CRITERIOS LOTE 4 ORDEN 4 COD I96593	**PUNTUACIÓN:**
• Háptico fenestrado C-Loop modificado en escalón sin angulación	SI: 10 puntos NO: 0 puntos
• Índice de refracción 1.53	SI: 10 puntos NO: 0 puntos
• Superficie de contacto de los hápticos de 110º	SI: 10 puntos NO: 0 puntos
TOTAL LOTE 4 ORDEN 4 COD I96593	**30 PUNTOS**

CRITERIOS LOTE 4 ORDEN 5 COD I69222	**PUNTUACIÓN:**
• Háptico fenestrado C-Loop modificado en escalón sin angulación	SI: 15 puntos NO: 0 puntos
• Superficie de contacto de los hápticos de 110º	SI: 15 puntos NO: 0 puntos
TOTAL LOTE 4 ORDEN 5 COD I69222	**30 PUNTOS**

En los criterios para el lote 7:

- Donde dice:

CRITERIOS LOTE 7	**PUNTUACIÓN:**
• Profundidad de foco de 1.5D justificado con publicaciones científicas	SI: 10 puntos NO: 0 puntos
• Háptico fenestrado C-Loop modificado en escalón sin angulación	SI: 10 puntos NO: 0 puntos
• Monofocal con óptica optimizada para distancia intermedia en la zona central y superficie posterior asférica con coeficientes de alto	SI: 10 puntos NO: 0 puntos
TOTAL LOTE 7	**30 PUNTOS**

- Debe decir:

CRITERIOS LOTE 7	PUNTUACIÓN:
• Profundidad de foco de 1.5D justificado con publicaciones científicas	SI: 5 puntos NO: 0 puntos
• Háptico fenestrado C-Loop modificado en escalón sin angulación	SI: 10 puntos NO: 0 puntos
• Monofocal con óptica optimizada para distancia intermedia en la zona central y superficie posterior asférica con coeficientes de alto	SI: 10 puntos NO: 0 puntos
• **Incisión menor o igual a 2.0mm.**	SI: 5 puntos NO: 0 puntos
TOTAL LOTE 7	**30 PUNTOS**

SEGUNDO: Detectados errores materiales en *el Pliego de Prescripciones Técnicas*, se procede a su rectificación:

<u>En el lote 5 orden 6</u>

- Donde dice:

ASFÉRICA CON ABERRACIÓN ESFÉRICA CENTRAL NEGATIVA ENTRE – 0,11 Y 0,16

- Debe decir:

ASFÉRICA CON ABERRACIÓN ESFÉRICA CENTRAL NEGATIVA ENTRE – 0,11 Y -0,16

-Donde dice:

INDICE REFRACTIVO ≥ 1,52

- Debe decir:

INDICE REFRACTIVO ≤ 1,52

Dichos pliegos, debidamente corregidos, se podrá obtener en el Portal de la Contratación Pública de la CAM. https://contratos-publicos.comunidad.madrid/

EL DIRECTOR GERENTE,

Firmado digitalmente por: PEREZ-SANTAMARINA FEIJOO RAFAELFERNANDO
Fecha: 2026.10.23 11:21