

Nº EXP AM.:	2024/006
DENOMINACIÓN AM:	ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO, RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE, DE EQUIPOS DE ECOGRAFÍA PARA VARIAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, CENTROS DEL INGESA Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONTRATO BASADO:	AM 6-2024 CB 1-2026 "SUMINISTRO DE ECÓGRAFOS PORTATIL O PORTABLE BÁSICO PARA EL SERVICIO ANESTESIOLOGÍA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA" (LOTE 2)

INFORME DEL RESPONSABLE DEL CONTRATO

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

El Hospital Universitario Severo Ochoa, perteneciente a la red de hospitales públicos de la Comunidad de Madrid (comunidad adherida al AM arriba referenciado) cumple con los requisitos perseguidos por el plan AMATI.

De este modo, con el fin de incrementar la supervivencia global y la calidad de vida mediante el diagnóstico de enfermedades en estadios tempranos, posibilitando la intervención terapéutica rápida, es necesaria la adquisición de un ecógrafo para el Servicio de Anestesiología todo ello justificado por lo siguiente:

El uso de ecografía constituye un método de seguridad en canalización de vías centrales en UCI post-quirúrgica así como en intraoperatorio. Su uso es necesario en área quirúrgica para realizar bloqueos nerviosos en caso de anestesia regional, así como para el control del dolor post- operatorio. Constituye igualmente una herramienta imprescindible en la Unidad del dolor para realizar procedimientos intervencionistas, tanto diagnósticos como terapéuticos, así como en el relleno de bombas intratecales.

2.- SOLUCIÓN SELECCIONADA

Analizadas las soluciones seleccionadas en el Acuerdo Marco se considera idónea para el abordaje de la necesidad a cubrir la siguiente oferta:

EMPRESA	LOTE	BASE o VARIANTE	MODELO	UDS.
FUJIFILM SONOSITE IBERICA SLU	2	BASE	Sonosite MT	1

De conformidad con lo previsto en la letra a) de la cláusula 16.2 del Acuerdo Marco de referencia, no siendo esta solución la de menor precio, se justifica a continuación los condicionamientos clínicos, técnicos y funcionales, que han motivado **la idoneidad de este equipo como solución única**.

CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA:

- La superficie de trabajo de fácil limpieza sellada de borde a borde facilitando su desinfección.
- Función de limpieza. Posibilidad de limpiar la pantalla táctil durante el funcionamiento del equipo.
- Sondas resistentes a caídas de 1m y sumergibles hasta 10cm de cable para facilitar su desinfección, con certificación IPX7.
- Equipo resistente a caídas hasta de 1m certificado por empresa externa, así como prueba homologada realizada.
- Optimización de la imagen en función de la profundidad, incluyendo focalización automática y ajuste de frecuencias. El ajuste deberá realizarse de forma automática con cada modificación de la profundidad. Reduciendo el tiempo necesario para obtener la mejor imagen posible, disminuyendo así el tiempo requerido para cada procedimiento.
- Software de mejora de visualización de la aguja para intervencionismo, facilitando la ejecución de las técnicas invasivas.
- Software de marcador de línea central para abordajes fuera de plano. Deberá estar operativo tanto en transductores lineales como en convexos. Marcador central en la carcasa de las sondas lineales y convexos.
- Videos formativos dentro del equipo, permitiendo su visualización durante la exploración sin afectar a la calidad de la imagen. Facilitando así la estandarización del uso y el aprendizaje de nuevas técnicas dentro del servicio.
- Autonomía en funcionamiento a baterías de 1 hora 30 minutos, facilitando así la eficiencia dentro del servicio.
- Carro de transporte incluido o eco portable.
- Conexión simultánea de dos o más transductores activos.
- Contrato de mantenimiento del equipo con precio estable a lo largo de la vida útil del equipo. El mantenimiento de Sonosite es 0€, incluyendo todas las actualizaciones durante la vida comercial del equipo.
- Compromiso de reposición del equipo y sondas en 24/48 horas durante todo el periodo de duración de la garantía de 2 años (extensible).

Leganés, 25 de septiembre de 2026

El jefe del Servicio de Anestesiología del Hospital Universitario Severo Ochoa

Firmado por *****816-9b41-***2-b2de-****1*334*** el día 25/09/2026 con un certificado emitido por net+DC=windows+CN=MS-Organization-Access+OU=82dbaca4-3e81-46ca-9c73-0950c1eaca97

Fdo.: Antonio García Rueda.