Hospital Universitario Severo Ochoa
SaludMadrid

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

PAS A/SUM-039967/2026 SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE ESTERILIZADORES A VAPOR PARA LA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS			CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 30 PUNTOS)						TOTAL (MÁXIMO 30 PUNTOS)
				Preparación técnica para conexión a sistema de enfriamiento externo con reducción mínima del consumo de agua del 40 %. -Si……. 15 puntos -No…… 0 puntos		Ampliación del plazo de garantía: -Garantía adicional de 12 meses: 2 puntos -Garantía adicional de 24 meses: 5 puntos		La extracción del aire del interior de la cámara de esterilización se realiza mediante un sistema de vacío por eyector, eliminando la necesidad de una bomba de vacío mecánica. - Si……. 10 puntos - No……..0 puntos		
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN NO CUMPLE	SI / NO	PUNTOS	SI / NO	PUNTOS	SI / NO	PUNTOS	
ANTONIO MATACHANA, S.A.	SI			SI	15	NO	0	SI	10	25

Firmado por ANDRES ANDRADA IVAN - [redacted] el día 11/11/2026 con un certificado emitido por SIA SUB01

JEFE DEL SERVICIO TÉCNICO DEL
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA