

MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE URETEROSCOPIOS FLEXIBLES DIGITALES DESECHABLES

1. Objeto del contrato

El objeto del presente expediente es la contratación del suministro de **ureteroscopios flexibles digitales desechables**, compuestos por:

- Mango ergonómico de control.
- Canal de trabajo recto de 3,6 Fr con sistema de bloqueo.
- Cuerpo flexible de introducción.
- Procesador integrado que permita incorporar la señal de vídeo a cualquier pantalla o torre de quirófano existente, sin necesidad de procesadores externos específicos.

El suministro estará destinado al Servicio de Urología del hospital para la realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos sobre el tracto urinario superior.

2. Necesidad e idoneidad de la contratación

La ureteroscopia flexible constituye una técnica mínimamente invasiva consolidada para el diagnóstico y tratamiento de múltiples patologías urológicas, especialmente la litiasis urinaria, tumores del tracto urinario superior, estenosis y otras alteraciones pielocaliciales o ureterales.

La actividad asistencial desarrollada por el Servicio de Urología requiere la disponibilidad permanente de ureteroscopios flexibles que garanticen:

- La continuidad asistencial.
- La seguridad del paciente.
- La reducción de incidencias derivadas del deterioro o avería de equipos reutilizables.
- La disponibilidad inmediata del material en situaciones urgentes.

Los ureteroscopios flexibles digitales desechables presentan ventajas funcionales y organizativas relevantes:

- Disponibilidad inmediata en cada procedimiento.
- Eliminación de los riesgos asociados al reprocesamiento y esterilización.
- Calidad de imagen digital homogénea durante toda su vida útil.
- Compatibilidad con las torres de quirófano existentes mediante procesador integrado.

Por todo ello, el suministro objeto de contratación resulta imprescindible para garantizar una adecuada prestación de la asistencia sanitaria y responde de forma directa a las necesidades asistenciales del centro.

3. Justificación de las características técnicas

Las características técnicas exigidas responden exclusivamente a necesidades funcionales y asistenciales objetivas:

Estas características están directamente relacionadas con la finalidad clínica del suministro y no tienen carácter restrictivo de la competencia, permitiendo la concurrencia de diferentes operadores económicos presentes en el mercado.

Fdo.: Dr. Luis Martínez Piñeiro

Firmado digitalmente por: MARTINEZ PIÑEIRO LORENZO LUIS
Fecha: 2026.09.22 14:29

Jefe de Servicio de Urología