Hospital Universitario Fundación Alcorcón
SaludMadrid

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría acceder al original

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN MÓDULO DE TOMOGRAFÍA MEDIANTE IMPEDANCIA ELÉCTRICA PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA Y REANIMACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

PASA SUM 057/26

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PPT Y VALORACIÓN TÉCNICA DE LOS CRITERIOS POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

Tras la revisión de la documentación técnica, en relación al expediente **PASA SUM 057/26 " Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un módulo de Tomografía mediante impedancia eléctrica para el Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital Universitario Fundación Alcorcón"**, y de acuerdo con el procedimiento abierto simplificado abreviado con pluralidad de criterios, se concluye, que la oferta técnica presentada por la empresa relacionada a continuación, cumple con las especificaciones mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas:

NIF	Licitador
B38353900	Distribuciones y Representaciones Biomédicas Direx, S. L.

La puntuación en cuanto al cumplimiento de los criterios de valoración por aplicación de fórmulas se indica a continuación:

Criterio	Puntuación máxima	DIREX
Evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas	**30 puntos**	
10.1.B. Se valorará que el equipo disponga de sensor de flujo propio, conectable al circuito del paciente, que permita medir el flujo en la vía aérea y mostrar las curvas de flujo y volumen en la misma pantalla que la imagen dinámica, con independencia de la marca o modelo del ventilador mecánico al que se asocie. Para obtener la puntuación deberán concurrir ambas prestaciones. Si cumple: 10 puntos; No cumple: 0 puntos	10 puntos	10 puntos
10.1.C. Se valorará que el equipo permita la monitorización de la perfusión pulmonar mediante técnica de inyección de solución salina realizando pausa de apnea. La licencia o módulo de software necesario deberá estar incluido en la oferta sin coste adicional para el Hospital. Si cumple: 10 puntos; No cumple: 0 puntos	10 puntos	10 puntos
10.1.D. Los cables del cinturón reutilizable deben estar separados por dos unidades izquierda y derecha Si cumple: 5 puntos; No cumple: 0 puntos	5 puntos	5 puntos
10.1.E. Posibilidad de **recuperación de estudios previos del paciente,** informes y videos. Si cumple: 5 puntos; No cumple: 0 puntos	5 puntos	5 puntos
TOTAL	**30 puntos**	**30 puntos**

Hospital Universitario
Fundación Alcorcón

Alcorcón, a la fecha de la firma

GARCIA SANCHEZ JOSE IGNACIO - [redacted]

Firmado digitalmente por GARCIA SANCHEZ JOSE IGNACIO - [redacted]
Fecha: 2026.11.13 20:34:04 +01'00'

Fdo: Dr. José Ignacio Garcia Sánchez
Jefe Unidad Anestesia y Reanimación