

**PAS 76-2023 "SUMINISTRO DE EMPAPADORES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"**

**VALORACIÓN SOBRE 1 (ÚNICO): INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS**

LOTE: **ÚNICO**

LICITADOR	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO HOSPITAL	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (SOBRE ÚNICO)		TOTAL (MÁXIMO 30 PUNTOS)				
				SI CUMPLE	NO CUMPLE		SI / NO	PUNTOS		ISO 14001	PEFC	CERTIFICADO	PUNTOS
C.V. MEDICA, S.L.	EMPAPADOR DESECHABLE DE 60 X 60 CM. ABSORBENTE DE UN SOLO USO	F20141	8880443		X	Completamente blanco por ambas caras. En muestra se objetiva relleno gelatinoso (no celulosa) y superficie de absorción de 52 x 54 cm. Incumpliendo la medida exigida en el PPT.	SI / NO	PUNTOS	ISO 14001	PEFC	CERTIFICADO	PUNTOS	0,00
ONTEX, ID, S.A.	EMPAPADOR DESECHABLE DE 60 X 60 CM. ABSORBENTE DE UN SOLO USO	F20141	34103400130		X	En muestra zona absorbente 53,9 x 52,5 cm. Incumpliendo la medida exigida en el PPT. En prueba clínica la celulosa se desplaza apretotándose.							0,00
NACL MEDICA4 GROUP, S.L.	EMPAPADOR DESECHABLE DE 60 X 60 CM. ABSORBENTE DE UN SOLO USO	F20141	SPE6060		X	Completamente blanco por ambas caras. En muestra se objetiva relleno gelatinoso (no celulosa) y superficie de absorción de 52 x 54 cm. (incumplimiento PPT)							0,00
ALBINO DIAS ANDRADE S.L.	EMPAPADOR DESECHABLE DE 60 X 60 CM. ABSORBENTE DE UN SOLO USO	F20141	79000150606090		X	Siendo requisito obligatorio una superficie de absorción mínima de 54x54 cm, en ficha técnica se recoge que el material ofertado presenta esta medida con posibilidad de presentar un - 10% de la medida obligatoria indicada, lo cual presupone un incumplimiento del PPT.							0,00
LABORATORIO INDAS, S.A.	EMPAPADOR DESECHABLE DE 60 X 60 CM. ABSORBENTE DE UN SOLO USO	F20141	1834012	SI			SI	15,00	SI	SI	SI	15,00	30,00

PAS 76-2023 "SUMINISTRO DE EMPAPADORES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 1 (ÚNICO): INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE: ÚNICO

LICITADOR	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO HOSPITAL	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (SOBRE ÚNICO)		TOTAL (MÁXIMO 30 PUNTOS)					
				SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	1.- Testado dermatológicamente: SI = 15 PUNTOS NO = 0 PUNTOS		2.-Certificado de sistema de gestión medioambiental ISO 14001 y certificado PEF C y certificado de embalaje de materiales reprocesados: ISO 14001 = 5 PUNTOS PEFC = 5 PUNTOS Certificado de embalaje de materiales reprocesados = 5 PUNTOS	PUNTOS			
ACTIVE MEDICAL DISPOSABLE, S.A.U.	EMPAPADOR DESECHABLE DE 60 X 60 CM. ABSORBENTE DE UN SOLO USO	F20141	14024000	SI			SI / NO	PUNTOS	ISO 14001	PEFC	CERTIFICADO	PUNTOS	30,00
ROYAL PROGRESS, S.L.	EMPAPADOR DESECHABLE DE 60 X 60 CM. ABSORBENTE DE UN SOLO USO	F20141	UN60X60		X	No específica absorción, no aparece la palabra celulosa en el ficha técnica, no específica ISO 11948, no específica medidas superficie de absorción.							0,00

Leganés 8-09-2023  
SUPERVISORA RECURSOS MATERIALES

